

Dzierżoniów, 27.05.2022r.

znak sprawy: ZP.261.3.2022.KM

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO**”

Zamawiający:

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na zapytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania udziela następujących wyjaśnień:

I

Pytanie 1

CZĘŚĆ 13 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważną maskę tlenową z drenem o długości 200cm, w rozmiarze standardowym uniwersalnym dla dorosłych ? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POD WARUNKIEM, ŻE DŁ. DRENU BĘDZIE WYNOŚIŁA MIN.200 CM.

Zamawiający modyfikuje zapis w załączniku nr 1A do SWZ Część 13 poz. 1, który otrzymuje brzmienie:

„Maska tlenowa z drenem j.u. wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, bez ftalanów, posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocująca, wyposażona w dren o długość **min. 200 cm** zakończony uniwersalnymi łącznikami Rozmiary : S, M, L, XL”

Pytanie 2

CZĘŚĆ 13 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważną maskę tlenową z drenem o długości 200cm, w rozmiarze standardowym uniwersalnym dla dorosłych, z nebulizatorem o pojemności 12ml (skalowanym co 2ml) ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 3

Pakiet 13 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenia jako równoważny drenu mikrobiologicznie czystego ?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

II

Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 30 pozycji numer 10? Zwiększy to konkurencyjność składanych ofert a tym samym pozwoli na osiągnięcie niższej ceny zakupu.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

III

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Części 18 w poz. 17 wymaga zaoferowania szczoteczek cytologicznych, których efektywność została klinicznie udokumentowana?

Odpowiedź:

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części 18 poz. 17 do odrębnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Części 57 wymaga aby próżnociąg położniczy był wyposażony w wewnętrzny samoograniczający system bezpieczeństwa uniemożliwiający przekroczenie bezpiecznego poziomu wytworzonego podciśnienia, które mogłoby prowadzić do urazów w obrębie główki płodu?

Odpowiedź:

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

IV

Pytanie 1

dotyczy części 10, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu ze skalą pomiarową, co 100 ml?

Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 2

dotyczy części 11

Czy Zamawiający wymaga pojemników na odpady medyczne wykonanych w technologii wtrysku pod wysokim ciśnieniem?

Obecnie na rynku są dostępne również pojemniki na odpady medyczne produkowane w technologii rozdmuchu, co sprawia, że powstałe pojemniki mogą posiadać zniekształcenia i zmienną, nie jednolitą grubość ścianki. Rozdmuch jest metodą dedykowaną do opakowań średniej wielkości, o stosunkowo małej grubości ścianki i niewygórowanych wymaganiach technicznych (np. butelka PET). Tylko i wyłącznie metoda wtrysku pod ciśnieniem gwarantuje odpowiednią strukturę i twardość pojemników oraz jednakową grubość ścianek na całej powierzchni pojemnika, co zapewnia zgodną z obowiązującą normą odporność na przebicie, a w rezultacie zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo personelu medycznego, podczas użytkowania.

Odpowiedź:

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pytanie 3

dotyczy części 19, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, zestaw do lewatywy jednorazowego użytku z workiem o pojemności 1750 ml; dren z PVC o długości 1200 mm z miękką końcówką pokrytą wazeliną, dołączony zaciskacz regulujący przepływ. U góry specjalny, wzmocniony otwór pozwalający na zawieszenie worka.

Opisany zestaw jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej i bezpiecznej procedury medycznej, zgodnie z przeznaczeniem.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź:

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POD WARUNKIEM, ŻE DŁ. DRENU BĘDZIE WYNOŚIŁA MIN. 2000 mm

V

Pytanie 1

Pakiet nr 51, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do założenia portu naczyniowego o poniższych parametrach :

Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 31x22x12mm i wadze 7,7g, objętość wypełnienia 0,6ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 7,2F o długości 60cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18G/70mm, przewodnik "J" (60cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji,

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 25.213.000 zł

NIP 882 20 52 381 REGON 020680960



strzykawka 10ml, bańka Raulersona. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługi jedną ręką, sterylne obłożenie, bezłateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel. Przepływ 5 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 2

Pakiet nr 51, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do założenia portu naczyniowego o poniższych parametrach :

Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 26x21x10mm i wadze 5,5g, objętość wypełnienia 0,4ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 7,2F lub 6,5F o długości 60 cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, przewodnik "J"(60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml, bańka Raulersona. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługi jedną ręką, sterylne obłożenie, bezłateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel. Przepływ 3 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 2

Pakiet nr 51, pozycja nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższych igieł do portów :

Bezpieczna igła do portów zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem personelu aktywowany jedną ręką. Zagięta pod kątem 90° z ostrzem Hubera do portu, z przedłużką min 20 cm z zaciskiem na linii, miękkimi podkładkami od strony skóry pacjenta, Kodowanie rozmiarów za pomocą kolorowej identyfikacji. Na zacisku informacja o maksymalnym przepływie. Igła przystosowana do podaży kontrastu po ciśnieniu 300PSI. Długość igły: 15, 17, 20, 25, 30, 35 mm, rozmiar 19, 20, 22G.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

VI

Pytanie 1

CZĘŚĆ 29 – Wyroby używane w przypadku złamań

Czy Zamawiający wymaga wymogu wykonania szyn Kramera, które są malowane proszkowo, ponieważ malowanie proszkowe wykazuje znaczne zalety dla tego typu asortymentu, gdyż powłoki wykazują większą trwałość, są bardziej odporne na ścieranie, za pomocą lakierowania proszkowego można uzyskać się dużo lepszy efekt wizualny niż w przypadku tradycyjnej metody lakierowania, a powłoki nie łuszczą się i nie matowieją z czasem. Malowanie proszkowe jest bardziej ekonomiczne. Przez to, że dłuższe szyny zachowują trwałość i estetyczny wygląd, elementy rzadziej wymagają ponownego pomalowania.

Odpowiedź:

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pytanie 2

CZĘŚĆ 53 - Materiały Medyczne

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kołnierzy ortopedycznych o parametrach: Proponowane kołnierze ortopedyczne są sztywnymi kołnierzami stabilizującym kręgosłup szyjny w neutralnej i bezpiecznej pozycji, jednoczęściowymi, wielorazowego użytku, wielorozmiarowymi, regulowanymi. Specjalnie zaprojektowany kształt pozwala na podparcie głowy w co najmniej trzech najbardziej newralgicznych punktach co sprawia, że jest ona właściwie ustabilizowana. Posiada czterostopniową regulację wysokości - dla dorosłych i trzystopniową regulację wysokości - dla dzieci podparcia żuchwy. Duży otwór znajdujący się w przedniej części kołnierza umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. Konstrukcja kołnierza zapewnia komfort i bezpieczeństwo poszkodowanego. Kołnierze wykonane zostały z tworzywa sztucznego i specjalnej pianki z zamkniętymi komórkami aby zabezpieczyć kołnierz przed wchłanianiem krwi, wody etc. Jest łatwo zmywalny.

Technologia spieniania przy użyciu azotu pod wysokim ciśnieniem sprawia iż w piance nie pozostają toksyczne pozostałości. W związku z tym kołnierze są nietoksyczne i hipoalergiczne. Kołnierze zapinane są na rzepy. Kołnierze są przepuszczalne dla promieni RTG oraz kompatybilne z CT i MRI

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

VII

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 28:

Taśmę urologiczną jednorazową, jednorodną, sterylną, niewchłaniającą, z polipropylenu monofilamentowego, do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, przeznaczoną do implantacji metodą zarówno TOT jak i TVT przy użyciu prowadnic wielorazowych, z plastikową osłonką na ramionach zapobiegającą zakażeniom (brak osłonki w środku na odcinku min 1,5 cm), o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości maksymalnej 2314 μm , grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 μm , gramaturze 48 g/m^2 , wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatyczne brzegi taśmy cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, symetryczne zwężenia na końcach o długości 1,5 cm, zapobiegająca deformacji i zwijaniu się technologia quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) oraz 1 komplet igieł spiralnych (prawa, lewa) wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej do implantacji przez otwory zasłonięte w technice out-in oraz in-out, o średnicy 4 mm?

Uzasadnienie

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

VIII

Pytanie 1

Projekt umowy - §2 ust.2

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę.

Odpowiedź:

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 2

Projekt umowy - §12 ust. 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 3 na 7 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź:

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 3

Projekt umowy - §13 ust. 1 lit. a)

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 13 ust. 1 projektu umowy zamiast zwrotu „wartości brutto umowy” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

Odpowiedź:

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 4

Projekt umowy - §13 ust.1 lit. b)

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownych w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru do części niedostarczonej partii towaru zamiast wartości brutto umowy, tj. w § 13 ust. 1b

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 25.213.000 zł

NIP 882 20 52 381 REGON 020680960



projekt umowy zamiast zwrotu „wartości brutto umowy” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej dostawy”.

Wskazanie 0,5% wartości umowy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść.

Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego przez Szpital towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy 0,5% wartości umowy w przypadku zwłoki w dostawie jedynie części umowy (partii towaru) jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.

Odpowiedź:

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

IX

Pytanie 1

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 12 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 2

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 13 ust. 1:

1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości:

a) 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania lub odstąpienia wykonawcy od umowy bądź rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn dotyczących wykonawcy,

b) 0,5% wartości brutto opóźnionej części dostawy (nie mniej niż 10 zł i nie więcej jednak niż 50,00 zł) - za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy

c) 25 zł w przypadku niepoinformowania Zamawiającego o braku dostępności towaru u Wykonawcy zgodnie z § 6 pkt 6.

Odpowiedź:

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

Pytanie 3

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź:

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY

X

Pytanie 1

dotyczy pakietu 22 poz. 1

Czy Zamawiający w poz 1 nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej, podając rozmiary mankietów : standard i tęgie ramie?

Powszechnie stosowane rozmiary to 22-32 cm +/-2 cm dla standardowego rozmiaru mankietu a 32-42 cm +/-2 cm dla tęgiego ramienia. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania ciśnieniomierza zgodnego z opisem, wyposażonego w 2 mankiety o obwodzie 22-32 cm +/-2 cm dla standardowego rozmiaru mankietu a 32-42 cm +/-2 cm dla tęgiego ramienia.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis w załączniku nr 1A do SWZ Część 22 poz. 1, który otrzymuje brzmienie: „Ciśnieniomierz zegarowy do pomiaru ciśnienia, zakres pomiaru 0 – 300mmHg, w zestawie stetoskop, rodzaj mankietu: standard, tęgie ramię, łatwy do czyszczenia (powierzchnia zmywalna) mankiety odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, gwarancja min 12 miesięcy”

XI

Pytanie 1

Cześć 1 Poz. 2

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 25.213.000 zł

NIP 882 20 52 381 REGON 020680960



Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rurki intubacyjne z mankietem, analogicznie do rurek intubacyjnych bez mankieta z poz. 1 i rurek tracheostomijnych z poz. 5 - ze względu na bezpieczeństwo i atraumatyczność ich użytkowania - powinny być silikonowane ?

Odpowiedź:

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Pytanie 2

Cześć 1 Poz. 2

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rurki intubacyjne z mankietem - ze względu na bezpieczeństwo i wygodę ich użytkowania - powinny, powinny posiadać wymagany zapisami swz znacznik głębokości w postaci jednego, grubego czarnego, pełnego oringu, co zapewnia optymalne warunki do identyfikacji położenia rurki w trakcie wykonywania procedur związanych z intubacją ?

Odpowiedź:

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Pytanie 3

Cześć 1 Poz. 3

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rurki intubacyjne zbrojone, z mankietem, analogicznie do rurek intubacyjnych bez mankieta z poz. 1 i rurek tracheostomijnych z poz. 5 - ze względu na bezpieczeństwo i atraumatyczność ich użytkowania - powinny być silikonowane ?

Odpowiedź:

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Pytanie 4

Cześć 1 Poz. 4

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rurki Guedela, powinny posiadać jednoczęściową konstrukcję z blokerem zgryzu, co zapewnia bezpieczeństwo ich użytkowania ?

Odpowiedź:

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Pytanie 5

Cześć 4 Poz.

Czy Zamawiający dopuści Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpydrowe, polimeryzowane od wewnątrz w technologii Dermashield, gładkie, kolor brązowy, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z technologią Surefit, o grubości ścianki na palcu: 0,19 mm, na dłoni 0,19mm, mankiecie: 0,16 mm, długość min 285mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min 13N- badania z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- poniżej 10 µg/g-badanie z jednostki niezależnej wg EN 455-3, pozbawione alergenów lateksowych: Hev b1, hev b3, hev b5-potwierdzone testem FitKit, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1,5, ASTM F1671, EN 556, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, przebadane na 70% etanol i izopropanol wg EN ISO 374- wyniki badań z jednostki niezależnej, odporne przez min 240 min na przenikanie min 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-wyniki badań; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 6,0-9,0?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 6

Cześć 6 Poz. 2

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane dreny Redona, analogicznie do drenów brzusznych z poz. 1, powinny być pakowane prosto, co zapewnia ich aseptyczne wyjęci w warunkach bloku operacyjnego i zapobiega niekontrolowanym odkształceniom a w konsekwencji uciskom tkanego w trakcie prowadzonego drenażu ?

Odpowiedź:

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Pytanie 7

Cześć 6 Poz. 3

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane dreny do drenażu klatki piersiowej, obok wymaganej zapisami swz widoczności w RTG na całej długości, powinny posiadać także czytniki RTG umożliwiające identyfikację położenia oczek drenażowych drenu, co jest szczególnie istotne w procesie terapeutycznym ?

Odpowiedź:

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 25.213.000 zł

NIP 882 20 52 381 REGON 020680960



Pytanie 8

Część 6 Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne dreny Kehra o długościach ramion 80 x 10cm, wykonane z lateksu silikonowanego w przedziale rozmiarów CH 9 – CH 14, spełniające wszelkie pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 9

Część 6 Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne dreny Kehra o długościach ramion 50 x 20cm, w przedziale rozmiarów CH 10 – CH 14, spełniające wszelkie pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 10

Część 6 Poz. 5-6

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga pojemników do odsysania ran sterylnych, czy niesterylnych ?

Odpowiedź:

ZAMAWIAJACY WYMAGA POJEMNIKÓW STERYLNYCH

Pytanie 11

Część 6 Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do odsysania pola operacyjnego, o średnicy wewnętrznej drenu 7 - 8mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź:

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Pytanie 12

Część 21 Poz. 5

Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis swz cyt. „utrzymanie do 30 dni”, oznacza iż oferowane cewniki - ze względu na tak długie utrzymanie po wypakowaniu z opakowania jednostkowego i użyciu - powinny posiadać min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji - co pozwoli na podjęcie stosownych, wymaganych aktualnymi przepisami działań, w wypadku wystąpienia np. incydentu medycznego.

Odpowiedź:

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Pytanie 13

Część 48 Poz. 1-2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dla noworodków 0.7 i 0.6, wykonane z PTFE, tj. materiału pochodnego do FEP, ale o wyższym stopniu oczyszczenia, bardziej biokompatybilnego i termoplastycznego, z odłączanym uchwytem blokującym skrzydełka, spełniające wszelkie pozostałe wymogi swz - amerykańskiego lidera w produkcji tego typu kaniul.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 14

Część 48 Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie do składania na równoważne zamknięte systemy dostępu naczyniowego, o równoważnych parametrach odnoszących się do przepływów, przestrzeni martwej i ciśnień (tak precyzyjnie wskazanych w swz i wskazujących tylko na jeden konkretny wyrób oferowany ponadto przez jednego Wykonawcę), spełniające wszelkie pozostałe wymogi swz, co poszerzy możliwość złożenia ofert wielu Wykonawcom.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

XII**Pytanie 1**

Dotyczy pakietu 23 poz.1

Zamawiający wymaga: „Dreny wielorazowy do pompy ssąco- płuczającej z Luer Lock” i podaje w kolumnie „ilość w opakowaniu”- 1op.10szt.

Prosimy o dopuszczenie pakowania drenów spełniających oczekiwania Zamawiającego- 1op. 1szt.

Jeśli Zamawiający wyraża zgodę, prosimy o przeliczenie w kolumnie „ilość zamawiana w skali 12 m-cy”, lub potwierdzenie ilości 10.

Odpowiedź:

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 25.213.000 zł

NIP 882 20 52 381 REGON 020680960



ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA. ILOŚĆ ZAMAWIAJA W SKALI 12 MIESIĘCY – 100 SZT

Pytanie 2

Dotyczy pakietu 23 poz.14

Zamawiający wymaga „Trokar z obturatorem rozwarstwiającym, żebrowany, z uniwersalną uszczelką, jednorazowy, średnica 12mm, długość 100mm”

Prosimy o wydzielenie w/w asortymentu do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

XIII

Pytanie 1

Część nr 30, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 2

Część nr 30, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 3

Część nr 30, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany w opakowanie foliowe? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 4

Część nr 30, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym L? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 5

Część nr 30, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², zgodny z normą PN EN 13795-1:2019, w którym rękawy mają klasyczny krój, zakończone elastycznym mankietem wykonanym w 100% z poliestru. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Troki umiejscowione w kartoniku. Fartuch zapinany w górnej części na rzep umożliwiający zapięcie w dowolnym miejscu. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 38 cm x 30 cm. Fartuch z ręcznikami zawinięty w sterylne owinięcie o wymiarach 60 cm x 60 cm. Opakowanie jednostkowe typu papier-folia, opakowanie zbiorcze karton. Rozmiar: L-XXL. Fartuch posiada 3 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

XIV

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Części nr 9 poz. 1-7 dopuści wycenę kaniul z dwoma paskami RTG, w rozmiarach odpowiednio: 14G 2,1x45mm, 16G 1,7x45mm, 18G 1,3x45mm, 20G 1,1x32mm, 22G 0,9x25mm, 24G 0,7x19mm, 26G 0,62x19mm?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Części nr 8 poz. 1-3 dopuści wycenę strzykawek z mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Części nr 8 poz. 3 dopuści wycenę strzykawki skalowanej co 0,5ml?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 25.213.000 zł

NIP 882 20 52 381 REGON 020680960



Pytanie 4

Czy Zamawiający w Części nr 8 poz. 6, 7, 8 wymaga strzykawki dwuczęściowej czy trzyczęściowej?

Odpowiedź:

ZAMAWIAJACY WYMAGA STRZYKAWKI DWUCZĘŚCIOWEJ

Pytanie 5

Czy Zamawiający w Części nr 8 poz. 11 dopuści wycenę strzykawki skalowanej co 1ml; z końcówką ściętą standardowo/prosto?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 6

Czy Zamawiający w Części nr 8 poz. 12 dopuści wycenę igły do punkcji lędźwiowej typu Pencil Point w rozmiarze 0,4x88mm, z prowadnicą?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 7

Czy Zamawiający w Części nr 8 poz. 13 dopuści wycenę igły do punkcji lędźwiowej typu Pencil Point w rozmiarze 0,45x88mm, z prowadnicą?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 8

Czy Zamawiający w Części nr 8 poz. 14 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,5x88mm?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 9

Czy Zamawiający w Części nr 16 poz. 1 dopuści wycenę przyrządu do przetaczania płynów – igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wielkość komory kropłowej o długości 5 cm, dren o długości min 150 cm, opakowanie typu folia, bez ftalanów, opakowanie x 500szt.?"

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

XV**Pytanie 1**

Część 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych, z wewnętrzną powierzchnią polimerowaną, grubość rękawicy 0,20 mm na palcu, 0,16 mm na mankiecie, długość 290 mm? Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem 16,9 N, wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu 16 N. Poziom protein 30 µg/g lub mniej łącznych protein podlegających ekstrakcji. AQL (ostateczna kontrola produkcyjna) 0,65. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1- 4, EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 2

Część nr 41 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu 2- warstwowego (włóknina polipropylenowa+ folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2 (+/- 0,5 g/m2)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź:

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

XVI**Pytanie 1**

Część 13 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek krtaniowych ze znikomą zawartością ftalanów nie zagrażających życiu i zdrowiu pacjentów. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

XVII**Pytanie 1**

Część nr 30, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek szyty szwem ultradźwiękowym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 2

Część nr 30, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny w formie furażerki, wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m², głębokość 12 cm +/- 1 cm, denko w rozmiarze 30 cm, x 7 cm +/- 1 cm, troki szer. 1 cm, opakowanie foliowe 100 szt.?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

XVIII**Pytanie 1**

Część 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych trokarów optycznych 12mm opisanych w SWZ pakowanych po 6 szt. w 1 opakowaniu handlowym. Zgodnie z nowymi regulacjami unijnymi nie ma możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk tego typu sprzętu medycznego?

Odpowiedź:

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

XIX**Pytanie 1**

Pakiet 2, poz. 2-9

Proszę o dopuszczenie igieł o wymiarach:

- 1) 0,4 x 19
- 2) 0,5 x 25
- 3) 0,6 x 32
- 4) 0,7 x 38
- 5) 0,8 x 38
- 6) 0,9 x 38
- 7) 1,1 x 38
- 8) 1,2 x 38

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 2

Pakiet 2, poz. 10-11

Proszę o dopuszczenie motylków z igłą o długości 20 mm.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 3

Pakiet 8, poz. 1-3

Proszę o dopuszczenie strzykawek z kontrastującym mlecznym tłokiem.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 4

Pakiet 8, poz. 1-3

Proszę o dopuszczenie strzykawek bez nazwy na korpusie

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 5

Pakiet 8, poz. 1-3

Proszę o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą 2-2,5ml; 3 ml; 5-6ml; 10-12ml

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 6

Pakiet 8, poz. 6-8

Proszę o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12 ml

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 7

Pakiet 8, poz. 6-9

Proszę o dopuszczenie strzykawek bez nazwy na korpusie

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 25.213.000 zł
NIP 882 20 52 381 REGON 020680960



Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 8

Pakiet 8, poz. 9

Proszę o dopuszczenie strzykawki z rozszerzoną skalą 20-22 ml

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 9

Pakiet 8, poz. 9

Proszę o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym

Odpowiedź:

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Pytanie 10

Pakiet 8, poz. 10

Proszę o dopuszczenie strzykawek z jednostronną skalą pomiarową

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 11

Pakiet 8, poz. 12-18

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 12

Pakiet 9, poz. 7

Proszę o dopuszczenie kaniuli neonatologicznej bez portu bocznego ze zdejmowanym uchwytem.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 13

Pakiet 9, poz. 7

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z PTFE

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 14

Pakiet 9, poz. 7

Proszę o dopuszczenie kaniul z filtrem hydrofobowym zamiast zastawki

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 15

Pakiet 9, poz. 7

Proszę o dopuszczenie kaniul z samodomykającym się portem bocznym

Odpowiedź:

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Pytanie 16

Pakiet 13, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie maski z drenem o długości 200 cm

Odpowiedź:

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA POD WARUNKIEM, ŻE DŁ. DRENU BĘDZIE WYNOŚIŁA MIN.200 CM.

Zamawiający modyfikuje zapis w załączniku nr 1A do SWZ Część 13:

- poz. 1, który otrzymuje brzmienie:

„Maska tlenowa z drenem j.u. wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, bez ftalanów, posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażona w dren o długość **min. 200 cm** zakończony uniwersalnymi łącznikami Rozmiary : S, M, L, XL”

- poz. 2, który otrzymuje brzmienie:

„Maska tlenowa z nebulizatorem j.u. ,wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, bez ftalanów, posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażona w dren o długość **min. 200cm** zakończony uniwersalnymi łącznikami, nebulizator o pojemności min 6ml (skalowany co 1ml) Rozmiary: S, M, L, XL”

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 25.213.000 zł

NIP 882 20 52 381 REGON 020680960



Pytanie 17

Pakiet 13, poz. 2

Proszę o dopuszczenie maski z nebulizatorem w rozmiarach M, L, XL

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 18

Pakiet 13, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie maski zawierającej ftalany

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 19

Pakiet 13, poz. 5

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 20

Pakiet 16, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu bez zmatowionej powierzchni.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 21

Pakiet 16, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd na zaciskaczu.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 22

Pakiet 16, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową o długości 62 mm.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 23

Pakiet 16, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową o długości 55 mm w części przezroczystej.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 24

Pakiet 16, poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową wykonaną z PVC

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 25

Pakiet 16, poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd na zaciskaczu.

Odpowiedź:

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pytanie 26

Pakiet 30, poz. 1

Proszę o dopuszczenie czepków w rozmiarze uniwersalnym

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 27

Pakiet 30, poz. 2

Proszę o dopuszczenie czepków wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m²

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 28

Pakiet 30, poz. 2

Proszę o dopuszczenie czepków pakowanych po 100 sztuk w folię

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 29

Pakiet 30, poz. 2

Proszę o dopuszczenie czepków z trokami o szerokości 0,8 cm

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 30

Pakiet 30, poz. 2

Proszę o dopuszczenie czepków o wymiarach denka 23 x 16 cm

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 31

Pakiet 30, poz. 4

Proszę o dopuszczenie jałowych fartuchów o gramaturze 43 g/m²

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 32

Pakiet 30, poz. 4

Proszę o dopuszczenie jałowych fartuchów bez kolorowej lamówki

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 33

Pakiet 30, poz. 4

Proszę o dopuszczenie jałowych fartuchów z jednym ręcznikiem

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 34

Pakiet 30, poz. 4

Proszę o dopuszczenie ręczników celulozowych o gramaturze 65 g/m²

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 35

Pakiet 30, poz. 7

Proszę o dopuszczenie pościeli o wymiarach

Poszwa 200 x 150 cm

Poszewka 80 x 75 cm

Prześcieradło 210 x 150

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 36

Pakiet 30, poz. 7

Proszę o dopuszczenie prześcieradła o wymiarach 210 x 150 cm.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 37

Pakiet 42, poz. 1

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 38

Pakiet 42, poz. 2

Proszę o dopuszczenie ubrań wykonanych z włókniny SMMS

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 39

Pakiet 42, poz. 2

Proszę o dopuszczenie ubrań wykonanych z włókniny SMS

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 25.213.000 zł

NIP 882 20 52 381 REGON 020680960



Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 40

Pakiet 42, poz. 2

Proszę o dopuszczenie ubrań z włókniny o gramaturze 35 g/m²

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 41

Pakiet 42, poz. 2

Proszę o dopuszczenie ubrań z włókniny o gramaturze 40 g/m²

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 42

Pakiet 42, poz. 2

Proszę o dopuszczenie ubrań z włókniny o gramaturze 45 g/m²

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 43

Pakiet 42, poz. 2

Proszę o dopuszczenie ubrań bez zapięcia na nap

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 44

Pakiet 42, poz. 2

Proszę o dopuszczenie ubrań pakowanych w komplety (bluza + spodnie)

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 45

Pakiet 42, poz. 2

Proszę o dopuszczenie ubrań w dwóch kolorach (niebieskim i zielonym)

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 46

Pakiet 48, poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga zdejmowanego uchwytu ułatwiającego trzymanie kaniuli?

Odpowiedź:

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Pytanie 47

Pakiet 48, poz. 3

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 48

Pakiet 48, poz. 3

Proszę o dopuszczenie systemu o parametrach:

Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje objętość wypełnienia 0,35 ml

Dren wykonany z PUR (poliuretanu), długość drenu 3,0 cm, o średnicy Ø wew. 1,1 mm, zew. 2,35 mm

Długość całego zestawu około 9,5 cm. Szybkość przepływu 143 ml/min

Występuje w wersji przezroczystej: bezbarwnej i bursztynowej (do leków światłoczułych) Kompatybilny z MRI

Wysokiej jakości wstawka silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku

Idealne dopasowanie obudowy wykonanej z kopoliestru z wstawką silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu

Mały rozmiar, przezroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew

Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock.

Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami

Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa Posiada zaciskacze na drenach (w różnych kolorach)

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 25.213.000 zł

NIP 882 20 52 381 REGON 020680960



Możliwość używania przez minimum 7 dni, ilość aktywacji 500 razy
Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami
Możliwość podawania krwi i tłuszczów, chemioterapeutyków

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

XX

Pytanie 1

Czy Zamawiający w części 52 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem:

Jednorazowy Trokar Optyczny 12mm z asymetrycznym końcem, idealnie rozdzielającym powłoki – minimalizując powstawanie przepuklin pooperacyjnych. Trokar posiada uchwyt do fiksowania kaniuli do powłok, dwustopniowy zawór do insuflacji, zdejmowaną uniwersalną redukcję 5 -12mm oraz dodatkową uszczelką wewnętrzną kaniuli. Na główce obturatora wyraźne oznaczenie średnicy trokaru. Trokar 100cm dla narzędzi 5mm, 10-12mm?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

PREZES ZARZĄDU
Maciej Smolarz

KONTO BANKOWE: 69 1440 1101 0000 0000 0820 1398

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000300119 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 25.213.000 zł

NIP 882 20 52 381 REGON 020680960

