

Zielona Góra 17.01.2022 r.

**Nr referencyjny: TZ.280.79.2021**

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na: *Zakup nowej wersji systemu planowania radioterapii (upgrade) wraz z niezbędnym sprzętem*

**ZAWIADOMIENIE  
o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.), niniejszym udostępnia treść złożonych przez Wykonawców zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie nr 1**

Dot. SWZ rozdz. IX termin wiązania ofertą.

Zamawiający mając na uwadze termin wykonania zamówienia w części obejmującej dostarczenie przedmiotu zamówienia, który został określony na 27 kwietnia 2022 r., proszony jest o skrócenie okresu związaniu ofertą z 90 dni na 30 dni od dnia otwarcia ofert, a terminu przedłużenia związania ofertą z 60 dni na 14 dni.

Okres związania ofertą jest okresem, w którym zamawiający może żądać od wykonawcy zawarcia umowy i realizacji zamówienia na warunkach i zasadach określonych w dokumentacji postępowania, w tym więc wykonania zamówienia w terminach określonych w SWZ. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia określony został w SWZ na 27 kwietnia 2022 r. co, zgodnie z obecną treścią SWZ oznacza, że może on wynosić 4 dni od dnia upływu terminu związania ofertą, który mija 23 kwietnia 2022 r.

Przedmiot zamówienia w tym dostarczenie sprzętu komputerowego oraz wskazany przez Zamawiającego termin rozliczenia umowy dotacji zawartej przez Zamawiającego z Ministrem Zdrowia, wskazują na potrzebę sprawnego przeprowadzenia postępowania o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w pierwszym możliwym terminie. Przystąpienie przez wykonawcę do realizacji zamówienia jest możliwe dopiero po wyborze oferty oraz podpisaniu umowy.

*Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.*

**Pytanie nr 2**

Dot. załącznika nr 2 do SWZ – FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – B.

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, iż wymagany czas reakcji określony w poz. 11 (DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI DO POSIADANEGO SYSTEMU) obowiązuje w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych.

*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wymagany czas reakcji określony w poz. 11 (DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI DO POSIADANEGO SYSTEMU) obowiązuje w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych.*

**Pytanie nr 3**

Dot. załącznika nr 3 do SWZ – wzór umowy § 5

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, iż umożliwi Wykonawcy realizację usług zdalnej diagnostyki przedmiotu umowy poprzez zapewnienie przez Zamawiającego stałego połączenia usług zdalnych do serwerów internetowych umożliwiających zdalne wsparcie i zdalną reakcję serwisową.

*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż umożliwi Wykonawcy realizację usług zdalnej diagnostyki przedmiotu umowy poprzez zapewnienie przez Zamawiającego stałego połączenia usług zdalnych do serwerów internetowych umożliwiających zdalne wsparcie i zdalną reakcję serwisową.*

**Pytanie nr 4**

Dot. załącznika nr 3 do SWZ – wzór umowy § 5 ust. 5

Zamawiający proszony jest o skrócenie gwarantowanej dostępności części zamiennych do 5 lat od daty podpisania protokołu instalacji.

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie, tym samym zmienia zapis w załączniku nr 3 do SWZ, wzór umowy §5 ust. 5.*

#### **Pytanie nr 5**

Dot. załącznika nr 3 do SWZ – wzór umowy § 5

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, iż w ramach czynności podpisywania kart pracy (raportów serwisowych) dokumentujących przeprowadzone naprawy oraz przeglądy systemu dopuszcza wykorzystanie podpisu elektronicznego Adobe Sign lub innych podobnych rozwiązań.

*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w ramach czynności podpisywania kart pracy (raportów serwisowych) dokumentujących przeprowadzone naprawy oraz przeglądy systemu dopuszcza wykorzystanie podpisu elektronicznego Adobe Sign lub innych podobnych rozwiązań.*

#### **Pytanie nr 6**

Dot. załącznika nr 3 do SWZ – wzór umowy, § 6 ust. 1 lit. a i b.

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych przewidzianych w w/w zapisach z 0,5% na 0,3%.

*Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.*

#### **Pytanie nr 7**

Dot. załącznika nr 3 do SWZ – wzór umowy, § 6 ust. 1 lit. c i d.

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych przewidzianych w w/w zapisach z 0,2% na 0,1%.

*Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.*

#### **Pytanie nr 8**

Dot. załącznika nr 3 do SWZ – wzór umowy, § 8.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych prosimy o dodanie do § 8 okoliczności zmiany terminu realizacji umowy w następującym brzmieniu: „Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w zakresie terminu realizacji na następujących warunkach - zmiana terminu wykonania zamówienia w związku z nieudostępnieniem przez Zamawiającego sprzętu, infrastruktury lub pomieszczeń niezbędnych do realizacji umowy. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionej okoliczności termin realizacji może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.”

*Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.*

#### **Pytanie nr 9**

Dot. załącznika nr 3 do SWZ – wzór umowy, § 8.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych prosimy o dodanie do § 8 okoliczności zmiany terminu realizacji umowy w następującym brzmieniu: „Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w zakresie terminu realizacji na następujących warunkach - zmiana terminu wykonania zamówienia w związku z niewyznaczeniem przez Zamawiającego osób do przeszkolenia lub niemożliwością uczestnictwa zgłoszonych przez Zamawiającego osób w szkoleniu. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionej okoliczności termin realizacji szkoleń może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.”

*Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.*

**PREZES ZARZĄDU**  
**dr Marek Działoszyński**  
**(podpis na oryginale)**