



Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  
ul. Wojska Polskiego 28  
60-637 Poznań

REKTOR



Rzeczpospolita  
Polska



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Poznań, 08 sierpnia 2023 r.

3023/AZ/262/2023

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; dalej: ustawa Pzp) w przedmiocie: **Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu” - Stacja endoskopii z torem wizyjnym z wyposażeniem**

#### Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) złożonym przez Wykonawcę Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień.

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, tj.: uchwyt kamery butelki, veterinary video endoscope, otoskop, kleszcze biopsyjne, kleszcze chwytające, pętla do polipektomii, igła do myringotomii, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny)?

**Odp.** Tak, zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, tj.: uchwyt kamery butelki, veterinary video endoscope, otoskop, kleszcze biopsyjne, kleszcze chwytające, pętla do polipektomii, igła do myringotomii, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE. Zamawiający zwraca jednak uwagę, że prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT dla przedmiotu zamówienia należy do Wykonawcy.

**Pytanie 2.** Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za nieterminową naprawę?

**Odp. Tak, zamawiający wyraża zgodę jeżeli dostarczony zostanie sprzęt zastępczy o równoważnych parametrach.**

**Pytanie 3.** Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje gwarancji z tytułu uszkodzenia umyślnego oraz powstałego z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, zaniedbanie, niewłaściwa obsługa, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, jak również eksploatacji nie zgodnie z przeznaczeniem.

**Odp. Tak, zamawiający potwierdza**

**Pytanie 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisowej do 48h?

**Odp. Tak, zamawiający wyraża zgodę.**

Wykonawcy zobowiązani są o uwzględnienia odpowiedzi Zamawiającego w składanych ofertach.  
W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

  
**PROREKTOR**  
ds. Kadr i Rozwoju Uczelni  
prof. dr hab. Roman Gornowicz