



Opole, dnia 08 listopada 2024

ZP.263.28.2024.ADB

ODPOWIEDZI IV
na pytania do treści SWZ

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w odpowiedzi na n/w pytania do specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego użytku (z podziałem na 16 zadań)**, udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie

Pakiet 1 pozycja 22 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków do kaniul sterylnych pakowanych indywidualnie w opakowanie typu folia-papier. Kompatybilne z kaniulami z pozycji 18-21, Trzpień koreczka powyżej jego krawędzi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1320) dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w poz. 22 zadania nr 1.

2. Pytanie

Pakiet 2 pozycja 31 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej o przepływie 22ml/min. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1320) dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w poz. 31 zadania nr 2.

3. Pytanie

Pakiet 7 pozycja 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ile sztuk filtrów oczekuje zamawiający w jednym opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, iż w opakowaniu oczekuje 25 szt. i na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1320) dokonuje stosownej zmiany opisu przedmiotu zamówienia w poz. 1 zadania nr 7.

4. Pytanie

Pakiet 7 pozycja 2 - Prosimy o dopuszczenie rozciągliwy anestetyczny układ oddechowy o średnicy 22 mm, obwody anestezjologiczne wykonane z PP, dla dorosłych o długości, 60/180 cm, złącza respiratora 22F-22F, równoległoramienny trójnik „Y” bez portów, ze złączem kąt. 90° i portem kapnograf., ramię dodatkowe o długości 45/120 cm ze złączami 22M/22F, 2l worek bezlateksowy ze złączem 22M/19F, czysty mikrobiologicznie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga wykonanie z PP. Natomiast w pozostałych parametrach doprecyzowuje, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1320), opis przedmiotu zamówienia w poz. 2 zadania nr 7.

5. Pytanie

Pakiet 7 pozycja 33 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie resuscytatora jednorazowego z maską twarzą w rozmiarze 5. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6. Pytanie

Pakiet A, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny strzykawek w op.=100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Pytanie

Pakiet A, poz. 1-4

Czy Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ wymaga strzykawek bez rozszerzonej skali?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga strzykawek bez rozszerzonej skali.

8. Pytanie

Pakiet A, poz. 5, 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny strzykawek w op.=1szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

9. Pytanie

Pakiet A, poz.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki z białym-mlecznym tłokiem, i skalą co 0,5 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

10. Pytanie

Pakiet A, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki z białym-mlecznym tłokiem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

11. Pytanie

Pakiet A, poz.18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kaniuli w rozmiarze 17G (1,5x45mm), pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

12. Pytanie

Pakiet A, poz.19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kaniuli w rozmiarze 18G (1,3x45mm) - przepływ 90ml/min, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

13. Pytanie

Pakiet A, poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kaniuli w rozmiarze 20G (1,1x32mm) - przepływ 60ml/min, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

14. Pytanie

Pakiet A, poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kaniuli w rozmiarze 22G (0,9x25mm) - przepływ 36ml/min, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

15. Pytanie

Pakiet A, poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie koreczków pakowanych pojedynczo, tak jak pozostałe produkty w pakiecie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1320) dokonuje stosownej zmiany opisu przedmiotu zamówienia w poz. 22 zadania nr 1.

16. Pytanie

Pakiet A, poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wyceny koreczków w op.=100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę koreczków w op.=100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

17. Pytanie

Pakiet A, poz. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie karania z przedłużaczem 10 cm o objętości wypełnienia 1 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

18. Pytanie

Pakiet A, poz. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie karania o objętości wypełnienia 0,15 ml?

Odpowiedź: Zamawiający w opisie wskazuje wartość maksymalną.

19. Pytanie

Pakiet A, poz. 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie strzykawki z białym-mlecznym tłokiem, pakowanych po 100 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

20. Pytanie

Pakiet A, poz. 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wyceny strzykawek za op.=100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na brak możliwości przeliczenia oferowanego asortymentu na pełne opakowania.

21. Pytanie

Pakiet D, poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przyrządów wykonanych z medycznego PVC w całości bez zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

22. Pytanie

Pakiet D, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przyrządów z komorą kroplową 55mm w części przezroczystej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

23. Pytanie

Pakiet D, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przyrządu o poniższym opisie:

- dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie

z pojemnikami/workami

- hydrofobowy filtr powietrza zamykany niebieską kłapką
- tworzy system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH
- duża komora kroplowa (55 mm w części przezroczystej)
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml
- filtr płynu o wielkości oczek 15 µm
- zaciskacz rolkowy z miejscem na dren
- dren wykonany z PVC o długości 150 cm
- przezroczysty łącznik stożkowy luer lock
- oba końce przyrządu zabezpieczone ochronnymi osłonkami
- nie zawiera lateksu, niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu?)



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

24. Pytanie

Pakiet D, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki z igłą w rozmiarze 0,45x12mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1320) dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w poz. 7 zadania nr 4.

25. Pytanie

Pakiet D, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy wymaga 9 000 opakowań po 100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 9000 sztuk, pakowanych po 100 sztuk w opakowaniu.

26. Pytanie

Pakiet I, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny kieliszków za op. a'80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na brak możliwości przeliczenia oferowanego asortymentu na pełne opakowania.

27. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności nominalnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

28. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml w opakowaniu a'50szt i dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

29. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp w opakowaniu a'25szt i dopuści wycenę za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycji 5, nie dopuszcza w poz. 6 ze względu na brak możliwości przeliczenia oferowanego asortymentu na pełne opakowania.

30. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml skalowane co 0,5ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

31. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki 20ml w opakowaniu a'50szt i dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt. odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

32. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści igłę Quincke 22G o długości 40mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

33. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 18-21

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

34. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 18-21

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z teflonu FEP?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

35. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 18-21

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z poliuretanu PUR?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

36. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 18-21

Czy Zamawiający dopuści kaniulę filtrem hydrofobowym pełniącym rolę zastawki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

37. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 18-21

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w opakowaniu typu twardego blistera?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

38. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 17G (1,5x45mm), przepływ 142ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

39. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 18G (1,3x45mm), przepływ 90ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

40. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 20G (1,1x32mm), przepływ 61ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

41. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 22G (0,9x25mm), przepływ 36ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

42. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści koreczek pakowany pojedynczo nie w formie blistera a'4 szt., pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1320) dokonuje stosownej zmiany opisu przedmiotu zamówienia w poz. 22 zadania nr 1.

43. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za opakowanie a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

44. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny bez dodatkowego portu iniekcyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

45. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem 10cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

46. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny o objętości wypełnienia 1,19ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

47. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny o objętości wypełnienia 0,3ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

48. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny o objętości wypełnienia 0,26ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1320) dokonuje stosownej zmiany opisu przedmiotu zamówienia w poz. 24 zadania nr 1.

49. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny bez znaczników czerwonych i niebieskich do oznaczania linii żylniej/tętnicznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

50. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z niebieskim pokrętkiem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

51. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 23-24

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny wyłącznie z wyraźnym optycznym identyfikator pozycji otwarty-zamknięty?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

52. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 23-24

Czy Zamawiający dopuści wycenę kraników za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

53. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 23-24

Czy Zamawiający dopuści wycenę kraników za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

54. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z zielonym tłokiem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

55. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 5ml w opakowaniu a'100szt i dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na brak możliwości przeliczenia oferowanego asortymentu na pełne opakowania.

56. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 10ml z rozszerzeniem do 11ml z pojedynczą kryzą ograniczającą zabezpieczającą przez przypadkowym wysunięciem tłoka?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

57. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 10ml pakowaną zbiorczo w standardowe opakowanie bez perforacji tj. nie w formie dyspensera, opakowanie kodowane kolorystycznie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

58. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 27-28

Czy Zamawiający wydzieli lub usunie ww. pozycje do osobnego zadania? Zwiększy to konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli wskazanych pozycji.

59. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 27-28

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne o następujących parametrach:

- Posiadają pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem
- Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG
- Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszcicia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia

- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru
- Rozmiary
 - o 18G - 45mm x 1,3mm
 - o 20G - 32mm x 1,1mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

60. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 27-28

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

61. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 27-28

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie bezpieczne bez portu górnego o następujących parametrach:

- kaniula wyposażona w system z przyciskiem zabezpieczającym przed urazami w wyniku zakłucia
- naciśnięcie przycisku aktywuje automatyczne cofanie igły do komory zabezpieczającej
- materiał, z którego jest wykonana kaniula: poliuretan
 - wysoka odporność na zaginanie i zmniejsza ryzyko tworzenia się skrzepów
 - wysoka biokompatybilność, redukuje częstotliwość zachorowań na zakrzepowe zapalenie żył
 - doskonała nieprzepuszczalność promieni rentgenowskich
- igła ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- częściowo z technologią BD Instaflash™
- kompatybilna z MRI
- do stosowania w neonatologii i pediatrii
- sterylne opakowanie jednostkowe, produkt
- jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, nie zawiera PCV

Dostępna w rozmiarze

- 18G 1,3x30mm przepływ 105 ml/min
- 20G 1,1x30mm przepływ 60 ml/min ?



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

62. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 5ml z rozszerzeniem do 5,5ml z pojedynczą kryzą ograniczającą zabezpieczającą przez przypadkowym wysunięciem tłoka?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

63. Pytanie

Zadanie 1 (Pakiet A), pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 5ml pakowaną zbiorczo w standardowe opakowanie bez perforacji tj. nie w formie dyspensera, opakowanie kodowane kolorystycznie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

64. Pytanie

Zadanie 4 (Pakiet D), pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wykonaną z wysokiej jakości medycznego PCV o długości 60mm w tym 55mm w części przezroczystej z ostrą igłą wykonaną z ABS ścięta ołówkowo czteropłaszczyznowo, całość przyrządu wolna od ftalanów? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

65. Pytanie

Zadanie 4 (Pakiet D), pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Odpowiedź: Zamawiający nie opisuje takich wymogów w SWZ.

66. Pytanie

Zadanie 4 (Pakiet D), pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) klapką w opakowaniu z niebieskim kodem identyfikującym rodzaj przyrządu?

Odpowiedź: Zamawiający nie opisuje takich wymogów w SWZ.

67. Pytanie

Zadanie 4 (Pakiet D), pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

Odpowiedź: Zamawiający nie opisuje takich wymogów w SWZ.

68. Pytanie

Zadanie 4 (Pakiet D), pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komorą o pojemności 21ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1320) dokonuje stosownej zmiany opisu przedmiotu zamówienia w poz. 2 zadania nr 4

69. Pytanie

Zadanie 4 (Pakiet D), pozycja 2-3

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

70. Pytanie

Zadanie 4 (Pakiet D), pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Odpowiedź: Zamawiający nie opisuje takich wymogów w SWZ.

71. Pytanie

Zadanie 4 (Pakiet D), pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania leków światłoczułych z ostrą igłą ścięta ołówkowo czteropłaszczyznowo, z komorą kroplową wykonaną z wysokiej jakości medycznego PCV o długości 60mm w tym 55mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

72. Pytanie

Zadanie 4 (Pakiet D), pozycja 3

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

Odpowiedź: Zamawiający nie opisuje takich wymogów w SWZ.

73. Pytanie

Zadanie 4 (Pakiet D), pozycja 3

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) kłapką w opakowaniu z niebieskim kodem identyfikującym rodzaj przyrządu?

Odpowiedź: Zamawiający nie opisuje takich wymogów w SWZ.

74. Pytanie

Zadanie 4 (Pakiet D), pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę cewnikową z pojedynczą skalą pomiarową, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

75. Pytanie

Zadanie 4 (Pakiet D), pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

76. Pytanie

Zadanie 4 (Pakiet D), pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z igłą niewtopioną?

Odpowiedź: Zamawiający nie opisuje takich wymogów w SWZ.

77. Pytanie

Zadanie 4 (Pakiet D), pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

78. Pytanie

Zadanie 8 (Pakiet D), pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania CH04, CH06, CH08 i CH10 (bez rozmiaru CH05)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamiennie rozmiar CH04 lub CH05. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1320) dokonuje stosownej zmiany opisu przedmiotu zamówienia w poz. 13 zadania nr 8.

79. Pytanie

Zadanie 8 (Pakiet D), pozycja 17

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga cewnika Foley z możliwością utrzymania do 14 dni? W opisie znajdują się sprzeczne informacje.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, iż długość utrzymania cewnika powinna wynosić do 14 dni.

Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1320) dokonuje stosownej zmiany opisu przedmiotu zamówienia w poz. 17 zadania nr 8.

80. Pytanie

Zadanie 8 (Pakiet H), pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton standardowy o długości 40cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

81. Pytanie

Zadanie 8 (Pakiet H), pozycja 22

Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakiegokolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, iż produkt powinien być kategorii II a. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1320) dokonuje stosownej zmiany opisu przedmiotu zamówienia w poz. 22 zadania nr 8.

82. Pytanie

Zadanie 9 (Pakiet I), pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga szczotek pakowanych zbiorczo w formie podajnika a'40 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

83. Pytanie

Zadanie 9 (Pakiet I), pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę kapturków za opakowanie a'800 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

84. Pytanie

Zadanie 9 (Pakiet I), pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków do lewatywy za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

85. Pytanie

Zadanie 9 (Pakiet I), pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków na mocz za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

86. Pytanie

Zadanie 9 (Pakiet I), pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści wycenę wieszaków (uchwytów) za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

87. Pytanie

Zadanie 9 (Pakiet I), pozycja 42, 44

Czy Zamawiający dopuści wycenę szczoteczek cytologicznych za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

88. Pytanie

Zadanie 9 (Pakiet I), pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści worek do stomii 10-76mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia worka do stomii w rozmiarze 10-76. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1320) dokonuje stosownej zmiany opisu przedmiotu zamówienia w poz. 43 zadania nr 9.

89. Pytanie

Zadanie 10 (Pakiet J), pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę basenów za opakowanie a'120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

90. Pytanie

Zadanie 10 (Pakiet J), pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści nerki o pojemności całkowitej 900ml i użytkowej 700ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia nerki o pojemności całkowitej 900ml i użytkowej 700ml. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1320) dokonuje stosownej zmiany opisu przedmiotu zamówienia w poz. 2 zadania nr 10

91. Pytanie

Zadanie 10 (Pakiet J), pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę nerek za opakowanie a'300 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

92. Pytanie

Zadanie 10 (Pakiet J), pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków na wymiociny za opakowanie a'20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

93. Pytanie

Zadanie 10 (Pakiet J), pozycja 4

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje opakowania a'1 szt. podstawek pod basen?

Jednostką miary są opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 1 sztuki. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1320) dokonuje stosownej zmiany opisu przedmiotu zamówienia w poz. 4 zadania nr 10.

94. Pytanie

Pakiet A, poz. 5, 6, 22,

Czy zamawiający wydzieli poz. 5, 6, 22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wyżej wymienionych pozycji.

95. Pytanie

Pakiet A, poz. 5, 6

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

96. Pytanie

Pakiet A, poz. 22

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

97. Pytanie

Pakiet A, poz. 22

Czy zamawiający dopuści koreczki pakowane w blister, każdy koreczek oddzielnie, niezłączony z innymi, w opakowaniu typu TYVEC?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koreczki pakowane pojedynczo. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1320) dokonuje stosownej zmiany opisu przedmiotu zamówienia w poz. 22 zadania nr 1.

98. Pytanie

Pakiet D, poz.1-3

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wyżej wymienionych pozycji.

99. Pytanie

Pakiet D, poz.1

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

100. Pytanie

Pakiet D, poz.1

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

101. Pytanie

Pakiet D, poz.1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepek na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

102. Pytanie

Pakiet D, poz.1

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach: całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

103. Pytanie

Pakiet D, poz.1

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

104. Pytanie

Pakiet D, poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

105. Pytanie

Pakiet D, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

106. Pytanie

Pakiet D, poz. 2

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 8,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia minimalna długość komory kroplowej.

107. Pytanie

Pakiet D, poz. 2

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

108. Pytanie

Pakiet D, poz. 3

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

109. Pytanie

Pakiet D, poz. 3

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

110. Pytanie

Pakiet D, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

111. Pytanie

Pakiet D, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

112. Pytanie

Pakiet I, poz. 2, 3, 7, 8, 13, 19, 20, 30-33, 36, 42, 44

Czy zamawiający wydzieli poz. 2, 3, 7, 8, 13, 19, 20, 30-33, 36, 42, 44 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wyżej wymienionych pozycji.

113. Pytanie

Zadanie nr 8, Pakiet H, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści rurki zawierające szkodliwe dla człowieka ftalany?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

114. Pytanie

Zadanie nr 8, Pakiet H, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy z nazwą producenta widoczną wyłącznie na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

115. Pytanie

Zadanie nr 8, Pakiet H, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z nieznaczną zawartością ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

116. Pytanie

Zadanie nr 8, Pakiet H, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarze 12-20Ch?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamiennie rozmiar CH20 lub CH22. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1320) dokonuje stosownej zmiany opisu przedmiotu zamówienia w poz. 14 zadania nr 8.

117. Pytanie

Zadanie nr 8, Pakiet H, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley pokryty jednostronnie silikonem z możliwością utrzymania cewnika do 7 dni?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, iż długość utrzymania cewnika powinna wynosić do 14 dni. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1320) dokonuje stosownej zmiany opisu przedmiotu zamówienia w poz. 17 zadania nr 8.

118. Pytanie

Zadanie nr 8, Pakiet H, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley wyposażony w gumową zastawkę?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

119. Pytanie

Zadanie nr 8, Pakiet H, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley wyposażony w gumową zastawkę?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

120. Pytanie

Zadanie nr 8, Pakiet H, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny wykonany z silikonowanego PCV?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

121. Pytanie

Zadanie nr 8, Pakiet H, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny z 7 otworami drenującymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

122. Pytanie

Zadanie nr 8, Pakiet H, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

123. Pytanie

Zadanie nr 8, Pakiet H, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarach od 26F do 34F?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

124. Pytanie

Zadanie nr 8, Pakiet H, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści pisak ze skalą na korpusie do 6cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1320) dokonuje stosownej zmiany opisu przedmiotu zamówienia w poz. 22 zadania nr 8.

125. Pytanie

Zadanie nr 8, Pakiet H, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści cewnik brzuszny wykonany z medycznego PCV?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

126. Pytanie

Zadanie nr 8, Pakiet H, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści cewnik brzuszny bez nitki RTG?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

127. Pytanie

Zadanie nr 8, Pakiet H, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści cewnik brzuszny z 5 otworami bocznymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

128. Pytanie

Zadanie nr 8, Pakiet H, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści cewnik brzuszny w rozmiarach: 20F, 22F, 24F o długości 40cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

129. Pytanie

Zadanie nr 8, Pakiet H, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści cewnik brzuszny pakowany pojedynczo w opakowanie papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

130. Pytanie

Zadanie nr 8, Pakiet H, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze 7,0 / 8,0?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

131. Pytanie

Zadanie nr 8, Pakiet H, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści dren z poszerzeniami co 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodny z SWZ.

Małgorzata Sobel

Dyrektor

Załączniki:

1. Zadanie nr 1 - Załącznik nr 1 do umowy - korekta z dnia 08.11.2024
2. Zadanie nr 2 - Załącznik nr 1 do umowy - korekta z dnia 08.11.2024
3. Zadanie nr 4 - Załącznik nr 1 do umowy - korekta z dnia 08.11.2024
4. Zadanie nr 7 - Załącznik nr 1 do umowy - korekta z dnia 08.11.2024
5. Zadanie nr 8 - Załącznik nr 1 do umowy - korekta z dnia 08.11.2024
6. Zadanie nr 9 - Załącznik nr 1 do umowy - korekta z dnia 08.11.2024
7. Zadanie nr 10 - Załącznik nr 1 do umowy - korekta z dnia 08.11.2024

sprawę prowadzi: Samodzielne stanowiska ds. Zamówień Publicznych, Agnieszka Danuta Bebech, tel.: 77 441 77 63