



PCZ/II-ZP/13/2020

Żnin, dn. 16.12.2020r.

**Do Wykonawców**  
**biorących udział w postępowaniu**  
**PCZ/II-ZP/13/2020**

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w Grupach 1-18 dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Nr post.: PCZ/II-ZP/13/2020.**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiada na pytania, które wpłynęły od Wykonawców biorących udział w postępowaniu:

1. **Pytanie dotyczy: SIWZ – Grupa 6 poz. 16.**

Czy Zamawiający wyrazi Zgodę na zaoferowanie Przedłużacz do tlenu j.u. Ch14 x 2100 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

2. **Pytanie dotyczy: Grupa nr 9 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści Elektroda EKG do Holtera 56 x 42 mm, pakowaną pojedynczo po 50 sztuk w torebce? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

3. **Pytanie dotyczy: Grupa nr 9 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści Elektroda EKG 48 mm ? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

4. **Pytanie dotyczy: Projekt umowy - §4 ust.5-7**

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ww. zapisów z treści umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

5. **Pytanie dotyczy: Projekt umowy - §4 ust.5-7**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu poprzez dodanie: „Różnica w cenie zakupu towaru u innych dostawców nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego przedmiotu umowy wynikającego z cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania modyfikacji zapisów SIWZ, mających na celu uwzględnienie niniejszej prośby.**

6. **Pytanie dotyczy: Projekt umowy - §4 ust.13, 14**

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy w §4 ust. 13, 14o następującej treści:  
13.Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19  
14.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust. 13.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszej prośby. Ponadto należy zauważyć, że ustawa z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych**



(Dz. U. z 2020 roku, poz. 374 ze zm.) jest aktem prawnym powszechnie obowiązującym i nie wymaga wprowadzania do umowy jakichkolwiek zapisów, aby można było ją zastosować.

7. Pytanie dotyczy: Projekt umowy - §4 ust.13, 14

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy Umowa §4 ust. 13, 14o następującej treści:

*„13. Strony postanawiają, że zapisy §4 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.*

*14. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.”*

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszej prośby. Ponadto należy zauważyć, że ustawa z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374 ze zm.) jest aktem prawnym powszechnie obowiązującym i nie wymaga wprowadzania do umowy jakichkolwiek zapisów, aby można było ją zastosować.**

8. Pytanie dotyczy: Projekt umowy - §4 ust.13

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy Umowa §4 ust. 13 o następującej treści:

*„13. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §4 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu”*

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszej prośby. Ponadto należy zauważyć, że ustawa z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374 ze zm.) jest aktem prawnym powszechnie obowiązującym i nie wymaga wprowadzania do umowy jakichkolwiek zapisów, aby można było ją zastosować.**

9. Pytanie dotyczy: Projekt umowy

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu) zwracamy się z prośbą o modyfikację umowy poprzez dodanie zapisu o następującej treści:

### SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy „Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.



4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania Siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
6. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszej prośby. Ponadto należy zauważyć, że ustawa z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374 ze zm.) jest aktem prawnym powszechnie obowiązującym i nie wymaga wprowadzania do umowy jakichkolwiek zapisów, aby można było ją zastosować.**

10. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę o gramaturze 33g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

11. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne w rozmiarze L, XL?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

12. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne tylko w kolorze zielonym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

13. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 20g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (patrz odpowiedź na pytanie nr 7, odpowiedzi na pytania część I z dnia 11.12.2020r.)**

14. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch z folii w rozmiarze 71cm x 116cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

15. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści komplet odzieży operacyjnej wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

16. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści bluzę i spodnie, gdzie rękaw i nogawki zakończone są cięciem prostym bez podwinienia i obszycia?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

17. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści komplet odzieży operacyjnej dostępny w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

18. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści komplet odzieży operacyjnej dostępny w rozmiarze od S do XXL?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

19. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Wyrób medyczny zgodny z obowiązującą dyrektywą 93/42/EWG?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

20. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch w opakowaniu a'10szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości, z dopiskiem: zmiana dopuszczona odpowiedzią na pytanie 20.**

21. Pytanie dotyczy: Grupa 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody z przyklepcami umożliwiającymi fiksację folii o wym. 17cm x 2,5cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

22. Pytanie dotyczy: Grupa 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości, z dopiskiem: zmiana dopuszczona odpowiedzią na pytanie 22.**

23. Pytanie dotyczy: Grupa 4 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości, z dopiskiem: zmiana dopuszczona odpowiedzią na pytanie 23.**

24. Pytanie dotyczy: Grupa 4 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,25 x 6mm w miejsce igły 0,33 x 6mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

25. Pytanie dotyczy: Grupa 4 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny niebieski?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kranik trójdrożny luer-lock w kolorze niebieskim.**

26. Pytanie dotyczy: Grupa 4 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści igły ostre, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

27. Pytanie dotyczy: Grupa 4 poz. 17-19

Czy Zamawiający dopuści kaniule z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym. Powyższą zmianę należy opisać: zmiana dopuszczona odpowiedzią na pytanie nr 27.**

28. Pytanie dotyczy: Grupa 4 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające przepływ 61ml/min?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

29. Pytanie dotyczy: Grupa 4 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające przepływ 100ml/min?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

30. Pytanie dotyczy: Grupa 4 poz. 7, 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kraników i motylków innego producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

31. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzeniem skali do 2,2ml, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

32. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzeniem skali do 5,5ml, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

33. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzeniem skali do 11ml, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

34. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzeniem skali do 22ml, opakowane a'50 z przeliczeniem zamawianej ilości, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

35. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające pojedynczą skalę, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

36. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści przyrząd o następujących parametrach:

ZASTOSOWANIE:

- Przyrząd do bezigłowego pobierania leków z opakowań (butelek, fiolek) wielodawkowych
- WŁAŚCIWOŚCI:
  - Łatwy w obsłudze, ergonomiczny kształt
  - W pełni szczelne i bezpieczne połączenie dzięki ostremu kolcowi biorczemu
  - Możliwość pobierania leków z opakowań o różnej pojemności
  - Szczelna zatyczka samozatraskowa zamykająca łącznik zapewniająca maksymalną ochronę przed zanieczyszczeniami
  - Niezawodna ochrona przed skażeniem mikrobiologicznym poprzez zastosowanie filtra powietrza 1,2 urn
  - Dostępny w wersji z filtrem powietrza oraz cząsteczkowym 5um
  - Pasuje do standardowych złączy luer oraz luer-lock
  - Pozbawiony latexu, PCV oraz ftalanów
  - Wyrób apirogenny
  - Jednorazowego użytku
  - Sterylizowany tlenkiem etylenu
  - Opakowanie: papier-folia
  - Opakowanie handlowe: 25 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**37. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd zawierający komorę kroplową o długości 55mm w części przezroczystej, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**38. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 150 cm, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**39. Pytanie dotyczy: Grupa 6 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a'100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości, z dopiskiem: zmiana dopuszczona odpowiedzią na pytanie 39.**

**40. Pytanie dotyczy: Grupa 6 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a'100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości, z dopiskiem: zmiana dopuszczona odpowiedzią na pytanie 40.**

**41. Pytanie dotyczy: Grupa 6 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a'50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości, z dopiskiem: zmiana dopuszczona odpowiedzią na pytanie 41.**

**42. Pytanie dotyczy: Grupa 6 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 37,5cm, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**43. Pytanie dotyczy: Grupa 6 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści podkład podfoliowany?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**44. Pytanie dotyczy: Grupa 6 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik jednodrożny, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**45. Pytanie dotyczy: Grupa 6 poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do tlenu o długości 1400mm lub 2000mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**46. Pytanie dotyczy: Grupa 7 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 1 l lub 2 l?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemniki o pojemności od 1,5l do 2l.**

**47. Pytanie dotyczy: Grupa 7 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik jednorazowy na wycinki o pojemności 120ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



48. Pytanie dotyczy: Grupa 7 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści pojemnik jednorazowy na wycinki o pojemności 5100ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

49. Pytanie dotyczy: Grupa 9 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG 55x41mm konfekcjonowane a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

50. Pytanie dotyczy: Grupa 9 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG 55mm w op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

51. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik o dł. 200 cm lub 300 cm, opakowanie pojedyncze folia, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

52. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu przeznaczony do dobowej zbiórki moczu z możliwością opisanania na worku, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

53. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu przeznaczony do tygodniowej zbiórki moczu z możliwością opisanania na worku, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

54. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu z drenem 90 lub 150cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

55. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową, a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

56. Pytanie dotyczy: Grupa 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło ochronne w rozmiarze 60cm x 180cm o chłonności minimum 1600ml?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

57. Pytanie dotyczy: Grupa 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm  $\pm 2,5$  cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m<sup>2</sup>, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, niebieskiej folii PE 40 g/m<sup>2</sup>, chłonność 3820,18 ml?



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**58. Pytanie dotyczy: Grupa 15 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło medyczne w rozmiarze 80cm x 210cm i chłonności 140ml?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**59. Pytanie dotyczy: Grupa 15 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło medyczne wzmocnione nitkami wykonanymi z 90% bawełny i 10% poliestrowym włóknem syntetycznym?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**60. Pytanie dotyczy: Grupa 15 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m<sup>2</sup> w kolorze granatowym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**61. Pytanie dotyczy: Grupa 16 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H<sub>2</sub>O, chłonność wzmocnienia min. 680%

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**62. Pytanie dotyczy: Grupa 16 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H<sub>2</sub>O, chłonność wzmocnienia min. 680%.

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 300cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**63. Pytanie dotyczy: Grupa 16 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m<sup>2</sup>, odporność na





rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H<sub>2</sub>O., chłonność wzmocnienia min. 680%.

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończybę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**64. Pytanie dotyczy: Grupa 16 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m<sup>2</sup>, odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H<sub>2</sub>O, chłonność wzmocnienia min. 680%

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończybę o wymiarach 30 cm x 120 cm
- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**65. Pytanie dotyczy: Grupa 16 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m<sup>2</sup>, odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H<sub>2</sub>O, chłonność wzmocnienia min. 680%

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończybę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**



66. Pytanie dotyczy: Grupa 16 poz. 5  
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?  
**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**
67. Pytanie dotyczy: Grupa 16 poz. 5  
Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem wszytym na prosto?  
**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**
68. Pytanie dotyczy: Grupa 16 poz. 5  
Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie płynów >20cm H<sub>2</sub>O?  
**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**
69. Pytanie dotyczy: Grupa 16 poz. 5  
Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na rozerwanie na sucho i mokro min. 154,8Kpa?  
**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**
70. Pytanie dotyczy: Grupa 16 poz. 6  
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?  
**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**
71. Pytanie dotyczy: Grupa 16 poz. 6  
Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem wszytym na prosto?  
**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**
72. Pytanie dotyczy: Grupa 16 poz. 6  
Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający nieprzemakalne wstawki o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?  
**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**
73. Pytanie dotyczy: Grupa 4  
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu, aby cały asortyment pochodził od jednego producenta?  
**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**
74. Pytanie dotyczy: Grupa 4 poz. 11  
Czy Zamawiający dopuści kaniulę z przepływem 15ml/min? Pozostałe parametry bez zmian.  
**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**
75. Pytanie dotyczy: Grupa 4 poz. 3  
Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,1x33mm i przepływie 61ml/min?  
**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**
76. Pytanie dotyczy: Grupa 4 poz. 15  
Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,8x45mm?  
**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**
77. Pytanie dotyczy: Grupa 4 poz. 17-19  
Czy Zamawiający wymaga lepszych jakościowo kaniul posiadających minimum 4 paski kontrastujące w RTG?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**
78. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 1-5  
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu, aby pozycje pochodziły od jednego producenta?  
**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

79. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 1-4

Czy Zamawiający w celu zwiększenia bezpieczeństwa personelu wymaga, aby strzykawkę posiadały podwójną kryzę zabezpieczającą tłok przed wypadaniem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

80. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą rozszerzoną do 3ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

81. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 12

Czy Zamawiający wymaga, aby komora kroplowa miała długość przynajmniej 65mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

82. Pytanie dotyczy: Grupa 7 poz. 1-4

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie firm, co zwiększy konkurencyjność składnych ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

83. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 8-9

Czy Zamawiający dopuści worki z drenem długości 90cm i bez zastawki antyrefluksowej?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

84. Pytanie dotyczy: Dostawa

Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

85. Pytanie dotyczy: Projekt umowy

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „*produkty lecznicze oraz **wyroby medyczne** chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych*”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?

*„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy.**

86. Pytanie dotyczy: Dostawa

Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia na ryzyko Wykonawcy, przedmiotu zamówienia pełnowartościowego, nieuszkodzonego, odpowiedniej jakości do Magazynu Szpitalnego mieszającego się w budynku Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.**

87. Pytanie dotyczy: Dostawa

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

**Odpowiedź: Tak.**

88. Pytanie dotyczy: Grupa 7 poz. 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pojemnika na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 2l?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: patrz odpowiedź na pytanie nr 46.**

89. Pytanie dotyczy: Grupa 7 poz. 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Pojemnik jednorazowy na wycinki – 2300ml ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemniki od 2000 ml do 3000ml.**

90. Pytanie dotyczy: Grupa 7 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne pojemniki histopatologiczne o pojemności 2300ml? Pojemniki o nieznacznie mniejszej pojemności nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość procedur medycznych. Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Nadto dopuszczenie pojemnika o pojemności 2300 ml pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: patrz odpowiedź na pytanie 89.**

91. Pytanie dotyczy: Grupa 7 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne pojemniki histopatologiczne o pojemności 3000ml? Pojemniki o nieznacznie większej pojemności nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość procedur medycznych. Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Nadto dopuszczenie pojemnika o pojemności 3000 ml pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: patrz odpowiedź na pytanie 89.**

92. Pytanie dotyczy: SIWZ – grupa kapitałowa

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź: Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć stosowne oświadczenie wraz z ofertą.**

93. Pytanie dotyczy: Grupa 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne pojemniki na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 2L? Pojemniki o nieznacznie większej pojemności nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość procedur medycznych. Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Nadto dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: patrz odpowiedź na pytanie nr 46.**

**94. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 2**

Czy Zamawiający wydzieli poz. 2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybraną pozycję lub wybrane pozycje (zgodnie z SIWZ).**

**95. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha z włókniny w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**96. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha z włókniny w rozmiarze M-XL

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**97. Pytanie dotyczy: Grupa 4 poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły do Pena w rozmiarze 0,33 x 12,7 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**98. Pytanie dotyczy: Grupa 4 poz. 11-16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli z FEP w poniższych rozmiarach i przepływach:

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
14 G	2,20 x 45	310
16 G	1,70 x 45	200
17 G	1,50 x 45	140
18 G	1,20 x 45	100
	1,20 x 38	105
20 G	1,00 x 32	64
22 G	0,80 x 25	38
24 G	0,70 x 19	22

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**99. Pytanie dotyczy: Grupa 4 poz. 17-19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej wykonanej z FEP, posiadającą 2 paski radiocieniujące?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**100. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 1-4**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby pozycje 1-5 pochodziły od jednego Producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**101. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 1-4**

Czy Zamawiający wymaga strzykawki dwuczęściowej w kontrastującym kolorze , z tłokiem w kolorze niebieskim i przezroczystym cylindrem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**102. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**103. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do insuliny w rozm. 0,33 x 13 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**104. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kranika z przedłużaczem 10 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**105. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów posiadającego komorę kroplową o dł.62 mm ( 55 mm w części przezroczystej)?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**106. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 13**

Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy w przyrządzie do przetaczania krwi wyposażony był w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**107. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przedłużacza bursztynowego o dł 150 cm??

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: patrz odpowiedź do pytania nr 38.**

**108. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści gramatura min 30 g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**109. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści oznakowanie rozmiaru na opakowaniu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oznakowanie rozmiaru na opakowaniu jednostkowym.**

**110. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: patrz odpowiedź do pytania nr 95.**

**111. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor zielony?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: patrz odpowiedź do pytania nr 12.**

**112. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści rękaw zakończony elastyczną gumką?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**113. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło rozmiar 160x210cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**114. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 71x116 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**115. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 40 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Odpowiedź na pytanie nr 10, odpowiedzi na pytania część I z dnia 11.12.2020r.**

**116. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor niebieski?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**117. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści rozmiary SXXXL?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**118. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści materiał PP+ PE?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**119. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 30 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**120. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści włókninę Polipropylenowa?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**121. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kolor niebieski?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**122. Pytanie dotyczy: Grupa 16 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaofiarowania w ww. pozycji **alternatywnego zestawu do cięcia cesarskiego**, zgodnego z opisem:

**Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia (pozycja leżąca)** - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>. Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H<sub>2</sub>O. Odporność na rozerwanie w obszarze krytycznym: na sucho – 180 kPa, na mokro – 170 kPa.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o wym. 80x145cm
- 1 serweta główna w kształcie litery T o wym. 200/250x315cm, przyklepnym oknem 28x12x18cm otoczonym folią chirurgiczną i z torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi
- 1 serweta dla noworodka wykonana z włókniny typu Spunlace 50 g/m<sup>2</sup> o min. wym. 90x100cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm
- Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm .

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**123. Pytanie dotyczy: Grupa 16 poz.2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji **alternatywnego zestawu do artroskopii**, zgodnego z opisem:

**Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego, kieszeń na narzędzia chirurgiczne, dren** – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>. Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cm H<sub>2</sub>O. Odporność na rozerwanie w obszarze krytycznym: na sucho – 180 kPA, na mokro – 170 kPA.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o wym. 80x145cm
- 1 serweta do artroskopii stawu kolanowego o wym. 200x320cm posiadająca elastyczny otwór Ø7cm , torbę do zbiórki płynów z drugim elastycznym otworem Ø5cm, zaworkiem spustowym oraz uchwytem mocującym („rzep”)
- 1 serweta pod kończynę o wym. 150x150cm
- 1 osłona na kończynę o wym. 35x80cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm,
- 2 ręczniki 30x40cm
- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne
- 1 dren 150 cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**124. Pytanie dotyczy: Grupa 16 poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji **alternatywnego zestawu do artroskopii**, zgodnego z opisem:

**Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego** – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>. Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cm H<sub>2</sub>O. Odporność na rozerwanie w obszarze krytycznym: na sucho – 180 kPA, na mokro – 170 kPA.

Skład :

- 1 osłona na stół Mayo o wym. 80x145cm
- 1 serweta do artroskopii stawu kolanowego o wym. 200x320cm posiadająca elastyczny otwór Ø7cm , torbę do zbiórki płynów z drugim elastycznym otworem Ø5cm, zaworkiem spustowym oraz uchwytem mocującym („rzep”)
- 1 serweta pod kończynę o wym. 150x150cm
- 1 osłona na kończynę o wym. 35x80cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm,
- 2 ręczniki 30x40cm
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.



Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, **EN 13795**, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**125. Pytanie dotyczy: Grupa 16 poz. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji **alternatywnego zestawu do operacji biodra**, zgodnego z opisem:

**Jałowy zestaw do chirurgii biodra** - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup> wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m<sup>2</sup>. Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H<sub>2</sub>O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. Odporność na rozerwanie w obszarze krytycznym: na sucho – 180 kPA, na mokro – 170 kPA.

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm
- 1 serweta wzmocniona o wym. 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 7x95 cm (wzmocnienie min. 150x160cm)
- 1 serweta samoprzylepna o wym. 180x300cm
- 1 serweta o wym. 150x150cm
- 1 serweta o wym. 75x90cm
- 1 osłona na kończynę o wym. 35x120cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, **EN 13795**, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**126. Pytanie dotyczy: Grupa 16 poz. 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji **alternatywnego zestawu do operacji kolana**, zgodnego z opisem:

**Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego, kieszeń na narzędzia chirurgiczne, dren** – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>. Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cm H<sub>2</sub>O. Odporność na rozerwanie w obszarze krytycznym: na sucho – 180 kPA, na mokro – 170 kPA.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm
- 1 serweta do artroskopii stawu kolanowego o wym. 200x320cm posiadająca elastyczny otwór Ø7cm , torbę do zbiórki płynów z drugim elastycznym otworem Ø5cm, zaworkiem spustowym oraz uchwytem mocującym („rzep”)
- 1 serweta pod kończynę o wym. 150x150cm
- 1 osłona na kończynę o wym. 35x80cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm,
- 2 ręczniki 30x40cm
- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne
- 1 dren 150 cm
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**127. Pytanie dotyczy: Grupa 16 poz. 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaofiarowania w ww. pozycji **alternatywnego zestawu do operacji kolana**, zgodnego z opisem:

**Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego** – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>. Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cm H<sub>2</sub>O. Odporność na rozerwanie w obszarze krytycznym: na sucho – 180 kPA, na mokro – 170 kPA.

Skład :

- 1 osłona na stół Mayo o wym. 80x145cm
- 1 serweta do artroskopii stawu kolanowego o wym. 200x320cm posiadająca elastyczny otwór Ø7cm , torbę do zbiórki płynów z drugim elastycznym otworem Ø5cm, zaworkiem spustowym oraz uchwytem mocującym („rzep”)
- 1 serweta pod kończynę o wym. 150x150cm
- 1 osłona na kończynę o wym. 35x80cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu *Spunlace 9x50cm*,
- 2 ręczniki 30x40cm
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, **EN 13795**, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**128. Pytanie dotyczy: Grupa 16 poz. 5**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaofiarowania w ww. pozycji fartuchów, posiadających odporność na rozerwanie na sucho – 140 kPA, na mokro – 130 kPA. **Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**129. Pytanie dotyczy: Grupa 16 poz. 6**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaofiarowania w ww. pozycji fartuchów, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wzmocnianych wewnątrz z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>. Fartuchy posiadają odporność na rozerwanie na sucho: w obszarze krytycznym – 150 kPA, w obszarze mniej krytycznym – 140 kPA. Odporność na rozerwanie na mokro – 140 kPA. **Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**130. Pytanie dotyczy: Wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 1 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 4 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdorazowo nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.” **UZASADNIENIE:** Pandemia COVID-19 - w zrozumiałym sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby

medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotyczące szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednio i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy.**

**131. Pytanie dotyczy: Wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 3 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w przypadku opóźnienia w płatności naliczane będą odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Wykonawca pragnie podkreślić iż w przypadku świadczenia pieniężnego niedopuszczalnym jest naliczanie kar umownych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy.**

**132. Pytanie dotyczy: Wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 11 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki. **UZASADNIENIE:** Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy.**

**133. Pytanie dotyczy: Wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 1 lit. c) projektu umowy poprzez nadanie jej następującej treści: „*zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.*” **UZASADNIENIE:** Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy.**

**134. Pytanie dotyczy: Wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści *in fine*: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy.**

**135. Pytanie dotyczy: Wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 5 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 4 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy.**

**136. Pytanie dotyczy: Wzoru umowy**

Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 1 projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy.**

**137. Pytanie dotyczy: Reglamentacji dostawy towaru**

Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdorazowo nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”

**UZASADNIENIE:** Pandemia COVID-19 - w zrozumiałym sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotyczące szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przewyżczyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy.**

**138. Pytanie dotyczy: Zmiany cen**

„Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

**UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążony ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach."

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy.

**139. Pytanie dotyczy: Grupa 1 poz. 9,11,12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z grupy 1 pozycje nr: 9, 11, 12 do osobnej części? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**140. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 3,7,10-12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z grupy 12 pozycje nr: 3, 7, 10-12 do osobnej części? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**141. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną rurkę ustno-gardłową Guedela wykonaną z medycznego polichrolku winylu (PVC), z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**142. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny cewnik do podawania tlenu przez nos dł. 200 cm, czysty mikrobiologicznie, opakowanie folia-folia, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**143. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę do podawania tlenu z drenem, w uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych oraz uniwersalnym rozmiarze pediatrycznym, nie zawierającą szkodliwych ftalanów?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**144. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową z nebulizatorem, w uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych, nie zawierającą szkodliwych ftalanów?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**145. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową z workiem, w uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych, nie zawierającą szkodliwych ftalanów?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**146. Pytanie dotyczy: treści SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści pełnomocnictwo, które w treści nie zawiera wskazania postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy? Takie pełnomocnictwo wskazuje, że osoby umocowane mogą składać oferty we wszystkich postępowaniach przetargowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**147. Pytanie dotyczy: treść umowy**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**148. Pytanie dotyczy: Grupa 10 poz. 7**

Prosimy o wydzielenie pozycji 7 do osobnej Grupy, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**149. Pytanie dotyczy: Grupa 10 poz. 7**

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści siatkę o podwójnej powierzchni składająca się z niewchłanialnej łąty wykonanej w całości z materiału z ekspandowanego politetrafluoroetyleny (ePTFE). Gładka powierzchnia trzewna ma średni rozmiar porów <3 µm i jest przeznaczona do zminimalizowania przylegania do tkanki. Chropowata powierzchnia ścienna ma strukturę węzłów i włókienek o średnim rozmiarze porów wynoszącym 17–22 µm i jest przeznaczona do ułatwiania wrastania tkanki. Rozmiar 7,5 cm x 10 cm lub 26 cm x 34 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**150. Pytanie dotyczy: Grupa 4 poz. 8**

Czy Zamawiający w Grupie 4 poz. 8 dopuści wycenę penów w rozmiarze 0,33x12mm oraz 0,3x6mm? Opakowanie x 100 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**151. Pytanie dotyczy: Grupa 4 poz. 10**

Dot. poz. 10 w Grupie 4. Czy Zamawiający wymaga igły do pobierania leków do klasy Is oraz żąda dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**152. Pytanie dotyczy: Grupa 4 poz. 17,18,19**

Czy Zamawiający w Grupie 4 poz. 17,18,19 dopuści kaniulę z plastikowym zabezpieczeniem końca igły?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**153. Pytanie dotyczy: Grupa 4 poz. 18**

Czy Zamawiający w Grupie 4 poz. 18 dopuści kaniulę o przepływie 61ml/min.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**154. Pytanie dotyczy: Grupa 4 poz. 19**

Czy Zamawiający w Grupie 4 poz. 19 dopuści kaniulę o przepływie 100ml/min.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**155. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 1-4**

Czy Zamawiający w Grupie 5 poz. 1-4 wymaga strzykawkę z mlecznym tłokiem i czarną, kontrastującą skalą?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**156. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 5**

Czy Zamawiający w Grupie 5 poz. 5 dopuści wyceny op. x 100 szt.. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości, z dopiskiem: zmiana dopuszczona odpowiedzią na pytanie 156.**

**157. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 7**

Czy Zamawiający w Grupie 5 poz. 7 wymaga strzykawki skalowanej co 1 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



**158. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 1-5 i 10-11**

Czy Zamawiający w Grupie 5 wymaga, aby poz. 1-5 oraz 10-11 pochodziły od jednego Producenta w celu zachowania pełnej kompatybilności?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**159. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 3**

Czy Zamawiający w Grupie 5 poz. 3 dopuści wycenę strzykawki skalowanej do 11ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**160. Pytanie dotyczy: Grupa 10 poz. 6**

Czy w Grupie 10 w poz. 6 Zamawiający dopuści siatkę o gramaturze 70g/m<sup>2</sup> zamiast 50 g/m<sup>2</sup>. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**161. Pytanie dotyczy: Grupa 1 poz. 3-8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3-8 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**162. Pytanie dotyczy: Grupa 1 poz. 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 14 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**163. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z Pakietu nr 12 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**164. Pytanie dotyczy: Grupa 1 poz. 9**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 9 z Grupy 1 i utworzy z niego oddzielną Grupę? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**165. Pytanie dotyczy: Grupa 1 poz. 11 i 12**

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 11 i 12 z Grupy 1 i utworzy z nich oddzielną Grupę? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

**Odpowiedź: Patrz odpowiedź do pytania nr 139.**

**166. Pytanie dotyczy: Grupa 1 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany o długości 15 cm przy pozostałych parametrach bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**167. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 8**

Czy zamawiający dopuści worek do moczu z drenem o długości 90 cm i dołączoną instrukcją do opakowania przy pozostałych parametrach bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**168. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 9**

Czy zamawiający dopuści worek do moczu z drenem o długości 90 cm i dołączoną instrukcją do opakowania przy pozostałych parametrach bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**169. Pytanie dotyczy: Grupa 15 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o chłonności min. 1500 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**170. Pytanie dotyczy: Grupa 15 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 90 cm x 170 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**171. Pytanie dotyczy: Grupa 15 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści koc o wymiarach 110 cm x 220 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**172. Pytanie dotyczy: Grupa 15 poz. 4**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 4 z Grupy 15 i utworzy z niego oddzielną Grupę? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**173. Pytanie dotyczy: Grupa 6 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści Podkład bibułowy 2 warstwowy, perforowany 50 cm x 50 m perforacja co 38 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**174. Pytanie dotyczy: Grupa 6 poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści Przedłużacz do tlenu j.u. Ch16 x 2000 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**175. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych w wersji standard długość 200 cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**176. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści Worek do zbiórki moczu z drenem o standardowej długości 90 cm, bez nadrukowanej informacji na opakowaniu pojedynczym – w zamian oświadczenie producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**177. Pytanie dotyczy: Grupa 12 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści Worek do zbiórki moczu bez nadrukowanej informacji na opakowaniu pojedynczym – w zamian oświadczenie producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**178. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**179. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: patrz odp. pytanie nr 13.**

**180. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem?





**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**181. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 2**

*Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości, z dopiskiem: zmiana dopuszczona odpowiedzią na pytanie 181.**

**182. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 2**

*Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m<sup>2</sup>?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**183. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 2**

*Czy zamawiający dopuszcza kolor niebieski lub zielony?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**184. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 4**

*Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**185. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 5**

*Czy zamawiający dopuszcza ubrania wykonane z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m<sup>2</sup> z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**186. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 5**

*Czy zamawiający dopuszcza w kolorze tylko jasnoniebieskim?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**187. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 5**

*Czy zamawiający dopuszcza : bluza z okrągłym wycięciem pod szyją, krótkim rękawem i przednimi kieszeniami; spodnie z paskiem do regulacji oraz z tylną kieszenią.*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**188. Pytanie dotyczy: Grupa 3 poz. 1-2,6**

*Czy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, w zakresie grupy 3 – na poszczególne pozycje lub wydzieli poz. 1,2,6? Niniejszy zabieg umożliwi złożenie większej liczby ofert atrakcyjnych cenowo w stosunku do walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakościowych, a fundusze zostaną zagospodarowane w racjonalny sposób.*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**189. Pytanie dotyczy: Grupa 3 poz. 1-2**

*Czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe?*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**190. Pytanie dotyczy: Grupa 3 poz. 2**

*Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**



**191. Pytanie dotyczy: Grupa 2 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści odpowiednie przeliczenie ilości rolek w przypadku dopuszczenie innej długości / rozmiaru rolki , z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Nie.**

**192. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 1-5**

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu ( z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**193. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 6**

Czy zamawiający dopuści jednostronną skalę?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**194. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. Poz. 6-8, poz. 12-13**

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, w zakresie grupy 5 – na poszczególne pozycje lub wydzieli poz. 6-8,12-13? Niniejszy zabieg umożliwi złożenie większej liczby ofert atrakcyjnych cenowo w stosunku do walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakościowych, a fundusze zostaną zagospodarowane w racjonalny sposób.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**195. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 7**

Czy zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 100 ml bez rozszerzenia?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**196. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 8**

Czy zamawiający dopuści rozszerzoną skalę 50/60 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**197. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**198. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 12**

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**199. Pytanie dotyczy: Grupa 5 poz. 13**

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**



**200. Pytanie dotyczy: Grupa 6 poz. 1,2,4,5,8-10**

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, w zakresie grupy 6 – na poszczególne pozycje lub wydzieli poz. 1,2,4,5,8-10? Niniejszy zabieg umożliwi złożenie większej liczby ofert atrakcyjnych cenowo w stosunku do walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakościowych, a fundusze zostaną zagospodarowane w racjonalny sposób.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**201. Pytanie dotyczy: Grupa 6 poz. 11**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**202. Pytanie dotyczy: Grupa 6 poz.11**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**203. Pytanie dotyczy: Grupa 6 poz. 11**

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**204. Pytanie dotyczy: SIWZ – rozdz. VIII pkt. 4 – grupa kapitałowa**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

**Odpowiedź: Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć stosowne Oświadczenie wraz z ofertą.**

**205. Pytanie dotyczy: Grupa 9 poz. 6**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do KTG OXFORD SRF 618 B o rozmiarze 112 x 100 mm x 150 kartek, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 27 składanek.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ilość kartek oraz składanek papieru z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych przez Zamawiającego ilości, należy podać w składanej ofercie z dopiskiem: zmiana dopuszczona odpowiedzią na pytanie nr 205.**

### **INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW**

Zamawiający wymaga aby wszystkie „dopuszczenia i zmiany”, na które Zamawiający wyraził zgodę (jeżeli dotyczą składanej przez Wykonawcę oferty), były zaznaczone i opisane przez Wykonawcę w Formularzu asortymentowo-cenowym składanej oferty.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. ekonomiczno-administracyjnych

  
Ewa Galas-Gasior

**Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania niniejszej informacji.** W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

