

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 23.05.2023 r.

Wysokie Mazowieckie, 18.05.2023 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku**
Oznaczenie sprawy: **4/2023**

Zapytanie nr 1. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 23, poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 23 w pozycji 1 dopuści zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni (poświadczona zapisem na opakowaniu stabilność wody i oświadczenie Producenta) sterylizowany radiacyjnie? W zestawie głowica-adapter łącząca reduktor (przepływomierz) z pojemnikiem (pakowana osobno). Zatyczka na uwięzi umożliwiająca zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych. Obrazkowa instrukcja użycia, na pojedynczym pojemniku. Jakość wody spełniająca normę USP 43. Pojemnik wyposażony w dyfuzory znajdujące się w podstawie pojemnika, ilość otworów dyfuzora ≥ 14 , średnica otworu $\geq 0,2$ mm. Dyfuzory umożliwiają przepływ tlenu przez całą objętość wody. Do oferty zostaną dołączone badania mikrobiologiczne potwierdzające, że pojemniki do nawilżania można stosować u wielu Pacjentów bez ryzyka zakażenia.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 2. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 20, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści okularki w następujących rozmiarach:,
Small – 28- 34 cm oraz Large – powyżej 34 cm
do wyboru przez Zamawiającego?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 3. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 20, poz. 4

Czy Zamawiający wymaga aby okularki posiadały badania dotyczące nie przenikania fal świetlnych w zakresie min. 99.9 %?. Przenikanie fal świetlnych powoduje uszkodzenie siatkówki oka. Okularki należy zdejmować co 4 godziny celem oceny stanu oczu pod kątem obrzęków, wydzieliny lub cech infekcji, dlatego tak ważne jest aby okularki do fototerapii posiadały odpowiednie badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych celem zminimalizowania skutków ubocznych działania UV.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga.

Zapytanie nr 4. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 20, poz. 4

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wyników badań okularków na przenikanie fal świetlnych?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga.

Zapytanie nr 5. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 20, poz. 4

Czy w związku, z coraz częstszym występowaniem na oddziałach zapalenia spojówek u noworodków, Zamawiający wymaga, aby okulary posiadały wklęsnięcia od strony oczodołów, co umożliwi fizjologiczne nawilżenie oka poprzez naturalny ruch powieką?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga.

Zapytanie nr 6. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 20, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści aby okulary składały się z dwóch niezależnych części oraz posiadały dwa rzepy o długości około 24 mm, do regulacji w okolicy skroniowej celem idealnego dopasowania do główki dziecka?



Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Zapytanie nr 7. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 20, poz. 4

Czy Zamawiający wymaga aby ochronnik oczu przed promieniowaniem UV był wykonany z jednego kawałka materiału oraz aby nie był osobnym elementem mocowanym rzepem do opaski?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga.

Zapytanie nr 8. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 20, poz. 4

Czy Zamawiający wymaga aby opaska mocująca okulary była wykonana z pianki poliuretanowej o otwartych komórkach a warstwa wierzchnia miała wplecione włókna nylonowe i przędzę Spandex? Umożliwia to bardzo dobry transport wilgoci ze skóry dziecka a jednocześnie pozwala na pewne mocowanie okularków.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga.

Zapytanie nr 9. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 20, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy który pakowany jest łącznie z komorą nawilżacza?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 10. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 20, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby układ oddechowy był sterylny?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga.

Zapytanie nr 11. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 52, poz. 1a, 1b

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający miał na myśli:

Elektrody do defibrylatora Zoll AED Plus i Pro:

a/ dla niemowląt i dzieci do 8lat – tj. model Pedi Padz II

b/ dla dorosłych – tj. model Stat Padz II?

Opisane przez Zamawiającego elektrody Pedi Padz II są elektrodami wyłącznie pediatrycznymi.

Wyjaśnienie: Poz. 1a – tak. Poz. 1b – tak.

Zapytanie nr 12. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 49, poz. 1

Czy Zamawiający w związku ze zmianami wprowadzonymi przez producenta dopuści w pozycji 1 najnowszą wersję zestawu do przezskórnej tracheostomii- BLUPerc z rurką BLUselect? Poprzednia wersja zestawu nie jest już produkowana.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 13. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 49, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 2 z pakietu 49? Produkt ten jest niedostępny w sprzedaży. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty na pozostałe pozycje z pakietu 49.

Wyjaśnienie: Zamawiający zgadza się na usunięcie pozycji.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalwysmaz/proceedings> zmodyfikowany Załącznik nr 1 – formularz cenowy.

Zapytanie nr 14. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 49, poz. 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zestaw wyposażony w strzykawkę 30 ml (zmiana dokonana przez producenta)? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 15. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 49, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 9 z pakietu 49? Opisany zestaw został wycofany z produkcji.

Wyjaśnienie: Zamawiający zgadza się na usunięcie pozycji.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalwysmaz/proceedings> zmodyfikowany Załącznik nr 1 – formularz cenowy.

Zapytanie nr 16. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 47, poz. 42

Z uwagi na zakończenie produkcji obwodów oddechowych do respiratora I-vent 201 prosimy o wykreślenie pozycji 42 z Pakietu 47 co umożliwi złożenie oferty na pozostały asortyment.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie pozycji.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalwysmaz/proceedings> zmodyfikowany Załącznik nr 1 – formularz cenowy.

Zapytanie nr 17. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 7

Czy strzykawka MARK V ProVis będąca na wyposażeniu szpitala jest objęta gwarancją producenta?

Wyjaśnienie: Nie.

Zapytanie nr 18. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści do ofertowania wkład oraz łącznik wysokociśnieniowy będący alternatywnym zamiennikiem dla oryginalnego produktu?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 19. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 38, poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie staplerów o średnicach głowicy 21 mm, 24 mm, 26 mm, 29 mm, 32 mm i 34 mm, długość ramienia 22 cm, dwa rzędy tytanowych zszywek o

przekroju okrągłym, wysokość zszywek przed zamknięciem 4,5 mm (śr. 21 mm, 24 mm, 26 mm), 4,8 mm (śr.29 mm) i 5,0 mm (śr. 32 mm, 34 mm).

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 20. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 38, poz. 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17

Czy Zamawiający w pozycji 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16 i 17 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków ze zszywkami okrągłymi, wysokość zszywek 3,8 mm w miejsce zszywek o wysokości 3,5 mm oraz 4,5 mm w miejsce zszywek o wysokości 4,5 mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 21. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 38, poz. 6, 7, 10, 11

Czy Zamawiający w pozycji 6, 7, 10, 11 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków ze zszywkami o wysokości 4,5 mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 22. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 38, poz. 18

Czy Zamawiający w pozycji 18 dopuści zaoferowanie staplerów o długości ramienia 16 mm i 11 cm, artykulacja płynna w obie strony, zakres artykulacji do 45°.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 23. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 62, poz. 1

Dotyczy OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - W opisie przedmiotu zamówienia Pakiet 62- System do kontrolowanej zbiórki stolca punkt 1

- Mając na uwadze podniesienie konkurencji i zaoferowanie zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca o szerszych parametrach niż oczekiwał zamawiający, czy zamawiający dopuści system zgodnie z parametrami jak poniżej :

Zestaw do odprowadzania stolca płynnego i półpłynnego:

1.	Zestaw składający się z przewodu cewnika, worka odbiorczego, strzykawki 50 ml, strzykawki z żelem smarującym oraz biologicznego eliminatora zapachów.
2.	System bez elementów wykonanych z naturalnego lateksu
3.	Skład opakowania zestawu: <ul style="list-style-type: none">• Worek odbiorczy 1l.• Strzykawka 50 ml• Strzykawka z żelem smarującym (10 ml)• Instrukcja użycia• 1 buteleczka (30 ml= preparatu Medi+aire™ Biologiczny eliminator zapachów• Zacisk na przewody
4.	Zestaw przewodu cewnika składa się z : trzon cewnika i worek odbiorczy wykonane w większości z kopolimeru Permalene, połączonych z niskociśnieniowym mankietem mocującym i strefą przechodzącą przez zwieracz, wykonanych głównie z silikonu.
5.	Otwór przewodu cewnika w obrębie mankieta ma kształt lejka w celu ułatwienia kierowania stolca do przewodu odprowadzającego, o średnicy wewnętrznej min 1.34 in ² , max 1,4 in ²
6.	Przewód odprowadzający wyposażony w cztery porty, każdy z oddzielnym dostępem. <ul style="list-style-type: none">• Zielony port do napełniania („INF(45ML)/INFLATE TO 45ML”) jest przeznaczony do napełniania/opróżniania mankieta.• Przezroczysty port irygacji („IRRIG”) służy do wprowadzania wody na końcu mankieta mocującego i umożliwia dostęp do podawania leków.• Fioletowy port do przepłukiwania („FLUSH”) jest stosowany do wielu wody przrz szczeliny na całej długości przewodu odprowadzającego w celu ułatwienia odprowadzania stolca

	<ul style="list-style-type: none"> • Port do pobierania próbek na przewodzie odprowadzającym umożliwia pobieranie próbek stolca przy użyciu strzykawki z wsuwaną końcówką
7.	Mocowanie zestawu przewodu cewnika z workiem odbiorczym za pomocą złącza i zaworu tłoczkowego.
8.	System zarządzania stolcem wyposażony w mechanizm samozamykania aby minimalizować kontakt na działanie szkodliwych mikroorganizmów podczas zmiany worków.
9.	Przewód odprowadzający (długość 167cm.) wyposażony w zintegrowany, łatwy w użyciu port do pobierania próbek kału zmniejszający możliwość zanieczyszczenia podczas zmiany worków.
10.	Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w zastawkę ograniczającą wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów.
11.	System przebadany klinicznie, (czas utrzymania do 29 dni)
12.	Opakowanie handlowe systemu do zbiórki stolca – 2 szt.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 24. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 62, poz. 2

Dotyczy OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - W opisie przedmiotu zamówienia Pakiet 62- System do kontrolowanej zbiórki stolca, punkt. 2

Czy zamawiający dopuści worki kompatybilne z proponowanym systemem do zbiórki stolca zgodnie z parametrami jak poniżej:

Worek odbiorczy:

- Wymienny worek odbiorczy pojemność 1000 ml., skalowany od 50 ml co 100 ml, kompatybilny z proponowanym systemem do zbiórki stolca.
- Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w zastawkę ograniczającą wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów.
- Opakowanie zbiorcze 10 szt.



Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 25. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 62

Czy dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i jakości dostarczanego produktu, zamawiający będzie wymagał badań klinicznych dla zamawianego zamkniętego systemu do kontrolowanej zbiórki stolca w pakiecie 62?

Wyjaśnienie: Nie.

Zapytanie nr 26. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Czy dla pakietu 62 Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenia faktury w formie papierowej lub w formacie PDF na wskazany przez Zamawiającego adres email?

Wyjaśnienie: Zamawiający zmienia treść §1 ust. 1 pkt 13 Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowanych postanowień umowy, który otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku dostawy asortymentu z Pakietów nr 1-62 dostarczenia faktury do wysłanego towaru w formacie PDF bezpośrednio po wysłaniu towaru na adres: apteka@szpitalwysmaz.pl lub w wersji papierowej wraz z towarem.”

Zapytanie nr 27. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Czy w § 6 ust. 2, pkt c zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych od wartości całej umowy i zastąpi je zapisem o naliczaniu kar umownych od wartości niezrealizowanych dostaw? W przypadku dostaw sukcesywnych, w przeciwieństwie do dostawy jednorazowej – taki sposób wyliczenia kar powoduje, że mogą być one nieadekwatne i nieproporcjonalnie wysokie względem wartości niespełnionej części umowy.

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 28. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 1, poz. 9

Dotyczy pakietu nr 1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza w poz. 9 jednorazowe uchwyty do igieł systemowych pakowane po 100 szt./op., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań tak aby ostatecznie ilość sztuk proponowanego asortymentu odpowiadała ilości sztuk wymaganych przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza op. a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości (650 op.).

Zapytanie nr 29. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 1

Dotyczy pakietu nr 1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie parametru opisanego poniżej tabeli asortymentowo - cenowej (zał. nr1.). Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie próbówki lub próbówko-strzykawki były pakowane a 50szt. (zgodnie z zapisem pkt. 7 wymagań do pakietu), natomiast dopuszczenie przez Zamawiającego złożenia oferty na inną wielkość opakowań dotyczy pozostałego asortymentu tj. igieł systemowych z poz. 6, multiadapterów lub adapterów luer w poz. 8; uchwyty jednorazowych z poz. 9.

Wyjaśnienie: Wymaganie dostarczenia asortymentu w op. a 50 szt. dotyczy próbek/probówkostrzykawek zgodnie z pkt. 7 wymagań do pakietu.

Poz. 6, 8 – Zgodnie z SWZ.

Poz. 9 – zgodnie z dopuszczeniem.

Zapytanie nr 30. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 17, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wzierniki pakowane w folię?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 31. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 28, poz. 1, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę worków do moczu pakowanych a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 32. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 28, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na kał z łopatką o pojemności 18 ml i 25 ml? Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Wyjaśnienie: Zgoda na op. 25 ml.

Zapytanie nr 33. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 28, poz. 9b

Czy Zamawiający dopuści końcówki do odsysania proste z drenem 8 mm/210?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 34. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 28, poz. 9c

Czy Zamawiający dopuści końcówki do odsysania zakrzywione z drenem 8 mm/210?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 35. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 28, poz. 9e

Czy Zamawiający dopuści końcówki do odsysania zakrzywione z drenem 8 mm/400?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 36. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 28, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka o średnicy 24 CH 5,60mm/8,00mm (śr. wewn. /śr. zewn.) z konektorem z kontrolą ssania kompatybilnym z drenami o średnicach od CH4 do CH18?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 37. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 28, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z plastikową zastawką w rozmiarach 28,30?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 38. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 28, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z lateksową zastawką w rozmiarach 24,26?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 39. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 56, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści maski do sterylizacji w autoklawie w temp 121 stopni ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 40. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 62, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z kłamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 41. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 62, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 42. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 73, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora LifePack w rozmiarze 107x23 ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 43. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 73, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora BeneHeart D6 w rozmiarze 80mmx20 ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 44. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 73, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora w rozmiarze 50x30?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 45. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 73, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści papier EKG w rozmiarze 210x295, 100 krutek z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 46. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 73, poz. 23

Prosimy o określenie jakiego rozmiaru papieru oczekuje Zamawiający?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga papieru 8 cm x 8 cm. Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia dla pozycji nr 23 w Pakiecie nr 73 Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, który otrzymuje brzmienie:

23.	Papier do Defibrylatora Mediana D700 8 cm x 8 cm	szt.	50				
-----	---	------	----	--	--	--	--

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalwysmaz/proceedings> zmodyfikowany Załącznik nr 1 – formularz cenowy.

Zapytanie nr 47. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 73, poz. 30

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora w rozmiarze 50x30?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza papier do defibrylatora o rozmiarze 50 mm x 30 m.

Zapytanie nr 48. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 73, poz. 32

Czy Zamawiający wymaga oryginalnego papieru SONY gwarantującego wydruk najwyższej jakości?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 49. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 73, poz. 33

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG MINDRAY Bene Heart R3 w rozmiarze 80x20?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 50. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 51, poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się, zrezygnować w pakiecie 51 z pozycji 1 : Czujnik do pomiarów saturacji żylniej – czujnik oxymetrii do pomiaru saturacji żylniej do monitora rzutu minutowego serca MHM1E model Vigileo, z powodu zaprzestania produkcji opisanych czujników?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie pozycji.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalwysmaz/proceedings> zmodyfikowany Załącznik nr 1 – formularz cenowy.

Zapytanie nr 51. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 34, poz. 2

Czy zamawiający dopuści równoważny uchwyt monopolarny o parametrach:

Uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 155mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 3-bolcowa; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji

Reszta parametrów bez zmian.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 52. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 34, poz. 8, 11

Czy zamawiający dopuści długość roboczą 100 mm -reszta parametrów bez zmian.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 53. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 34, poz. 12, 13

Czy zamawiający dopuści przedłużkę o długości całkowitej 175 mm i długości roboczej 138 mm o tolerancji plus minus 1 mm, reszt parametrów bez zmian.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 54. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 42, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie „Sonda do stymulatora nerwów C2 firmy INOMED bipolarna prosta typu widelec, dł. robocza 4,5 cm , długość całkowita 15,5cm , przewód 3m do bezpośredniej stymulacji nerwów. Sterylna kompatybilna z neurostymulatorem C2 firmy Inomed.“w ilości 30 sztuk – 3 opakowania zbiorcze?

Uzasadnienie: Wyżej wymieniony asortyment jest sprzedawany w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk.

Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje zaoferowania 3 op. a 10 szt. Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia dla pozycji nr 3 w Pakiecie nr 42 Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, który otrzymuje brzmienie:

3.	Sonda do stymulatora nerwów C2 firmy INOMED bipolarna prosta typu widelec, dł. robocza 4,5 cm , długość całkowita 15,5cm , przewód 3m do bezpośredniej stymulacji nerwów. Sterylna kompatybilna z neurostymulatorem C2 firmy Inomed. Op. 10 szt.	op.	3				
----	--	-----	---	--	--	--	--

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalwyszmarz/proceedings> zmodyfikowany Załącznik nr 1 – formularz cenowy.

Zapytanie nr 55. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 68, poz. 2, 3

Dotyczy Pakiet nr 68, pozycja 2 i 3: Czy Zamawiający dopuści przyrządy bez dodatkowych uszczelek, w przypadku gdy oryginalne uszczelki gwarantują skuteczność do wyczerpania krotności przyrządu?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza przyrząd bez dodatkowych uszczelek.

Zapytanie nr 56. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 68, poz. 6

Dotyczy Pakiet nr 68, pozycja 6: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie testów kontroli mycia narzędzi kanałowych posiadających wskaźnik umieszczony na specjalistycznym, termostabilnym podłożu o wymiarach około 38/6mm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza wymiary wskaźnika ok. 38/6 mm pod warunkiem kompatybilności z urządzeniem testowym oraz musi spełniać pozostałe wymogi.

Zapytanie nr 57. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 68

Dotyczy Pakiet nr 68: Prosimy o informację czy w przypadku zaoferowania innej wielkości opakowania i otrzymania niepełnej liczby opakowań, należy podać ich liczbę z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku czy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę?

Wyjaśnienie: W przypadku zaoferowania innej wielkości opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Zapytanie nr 58. Dotyczy SWZ – Rozdział V.

Dotyczy SIWZ, Rozdział V: W przypadku gdy asortyment nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 r., czy Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie.

Wyjaśnienie: Tak.

Zapytanie nr 59. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 9, poz. 2

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ Formularz cenowy, pakiet nr 9, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej długości wymaga dla wężyka pacjenta 250 czy 320cm. Informacja jest niezbędna do oszacowania kosztów i ponadto każda długość ma określony nr katalogowy.

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga zaoferowania wężyka min. 250 cm.

Zapytanie nr 60. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 9

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ Formularz cenowy, pakiet nr 9

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga, aby informacja o braku ftalanów (DEHP) była potwierdzona w oryginalnej instrukcji obsługi materiałów eksploatacyjnych

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 61. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ, Projektowe postanowienia umowy: § 1 ust. 7 „Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania dokładnego terminu realizacji części dostawy z osobami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1.”

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca prześle na adres e-mailowy przewidywana datę dostawy?

Wyjaśnienie: Tak.

Zapytanie nr 62. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ, Projektowe postanowienia umowy §1,

Prosimy zamawiającego o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 14. Zamówienia złożone po godzinie 14, będą traktowane jako zamówienia złożone dnia kolejnego”.

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Projektowanych Postanowień Umowy.

Zapytanie nr 63. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ, Projektowe postanowienia umowy, § 1, ust. 13, pkt. 1), pakiet nr 9

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca prześle specyfikację ilościowowartościową w wersji elektronicznej w postaci faktury w formacie *.FAK, na której znajdują się takie dane jak: nazw produktu wraz z nr lot i datą ważności, ilość, kwota netto i brutto?

Wyjaśnienie: Zamawiający zmienia treść §1 ust. 1 pkt 13 Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowanych postanowień umowy, który otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku dostawy asortymentu z Pakietów nr 1-62 dostarczenia faktury do wysłanego towaru w formacie PDF bezpośrednio po wysłaniu towaru na adres: apteka@szpitalwysmaz.pl lub w wersji papierowej wraz z towarem.”

Zapytanie nr 64. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ, Projektowe postanowienia umowy, § 1, ust. 13, pkt. 1), pakiet nr 9

Prosimy o dopuszczenie możliwości wysyłania faktury papierowej wraz z towarem.

Wyjaśnienie: Wyjaśnienie: Zamawiający zmienia treść §1 ust. 1 pkt 13 Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowanych postanowień umowy, który otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku dostawy asortymentu z Pakietów nr 1-62 dostarczenia faktury do wysłanego towaru w formacie PDF bezpośrednio po wysłaniu towaru na adres: apteka@szpitalwysmaz.pl lub w wersji papierowej wraz z towarem.”

Zapytanie nr 65. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ, Projektowe postanowienia umowy §3 ust. 1 pkt. 2)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość wskazania działu lub stanowiska osoby wyznaczonej za realizację przedmiotu umowy, a nie osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia. Ze względu na częściową pracę zdalną, za realizację zamówień odpowiedzialnych jest kilka osób.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, prosimy o wyrażenie zgody na podanie Dyrektora Działu i dopisanie zwrotu: „lub osoba przez niego upoważniona”.

Wyjaśnienie: Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie realizacji umowy są osobami wyznaczonymi do realizacji przedmiotu umowy.

Zapytanie nr 66. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 9, poz. 3

Dotyczy: SWZ, Rozdział V. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych ,Zawartość oferty, Formularz cenowy, pakiet nr 9, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego jednorazowego adaptera zakładanego na fiolki z kontrastem (o średnicy szyjki 21 mm), umożliwiający ich montaż w nakłuwaczach środków kontrastowych kaset z poz. 1 w rozmiarze L niebędącego wyrobem medycznym i uznanie za warunek wymieniony w V Rozdziale SWZ za spełniony, gdy wykonawca dostarczy Certyfikat CE.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 67. Dotyczy SWZ – rozdział XIX.

Dotyczy: SWZ, XIX Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pkt.3

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wysłanie umowy drogą korespondencyjną.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyklucza możliwości zawarcia umowy drogą korespondencyjną. Kwestia ta będzie do ustalenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym po ogłoszeniu wyniku postępowania.

Zapytanie nr 68. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 lit. a) wzoru umowy słowa „0,07% wartości brutto dostawy” zostały zastąpione słowami „0,07% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”? Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całej dostawy. W przeciwnym razie, w przypadku zwłoki w realizacji części dostawy, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 69. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 lit. b) wzoru umowy słowa „0,07% wartości brutto dostawy” zostały zastąpione słowami „0,07% wartości brutto wadliwego towaru”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości wadliwego towaru, nie zaś od wartości całej dostawy. W przeciwnym razie, w przypadku wadliwości tylko części dostawy, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru wadliwego, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 70. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 71. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 72. Dotyczy SWZ.

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 73. Dotyczy SWZ.

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 74. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar na:

- § 6 2. C) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy?

- Rażąco wysokie, nieadekwatne/ współmierne do wartości oferty/umowy

Uzasadnione jest, aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 75. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 65, poz. 1

Dotyczy pakietu nr 65, pozycji nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłonek papierowych jednorazowych na rogi tac o gramaturze papieru 140g/m² pakowane po 100 szt.?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 76. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 65, poz. 5, 6

Dotyczy Pakietu nr 65, pozycji nr 5 i 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych osłonek na druty i gwoździe wykonane z innego tworzywa sztucznego – silikonu?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 77. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 64, poz. 6

Dotyczy Pakietu nr 64, pozycji nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych osłonek na ostro zakończone narzędzia w rozmiarze 3,18 x 25,4 x 25,4, który niewiele różni się od wskazanego przez Zamawiającego?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 78. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 69, poz. 5

Dotyczy pakietu nr 69, pozycji nr 5:

Czy Zamawiający dopuści o oceny testy do wykrywania pozostałości białkowych wykrywające 20mg białka w czasie od 1 minuty?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 79. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 72, poz. 2

Dotyczy pakietu nr 72, pozycji nr 2:

Czy Zamawiający ma na myśli test w którym odczyt wstępny jest po 3h a ostateczny po 5?

Wyjaśnienie: Zamawiający ma na myśli test 20 minutowy.

Zapytanie nr 80. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 32, poz. 1

Dotyczy pakietu 32 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 81. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 32, poz. 2

Dotyczy pakietu 32 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: Oryginalne dreny artroskopowe dobowe w torze napływu do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi, jednorazowymi końcówkami do pacjenta. Dren dobowy wyposażony w system zabezpieczeń tzn. zawór zwrotny gwarantujący jego jednorazową 24 godzinną przydatność do użycia.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 82. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 32, poz. 3

Dotyczy pakietu 32 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu (końcówka przedłużająca do pacjenta) do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 20 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi artroskopowymi drenami dobowymi.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 83. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Dot. pakietu 44 - dot. umowy § 1 ust. 13.

Prosimy o rezygnację z przesyłania faktur w formacie KT0 na maila. Rozwiązanie to jest głównie stosowane w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych. Będąc firmą medyczną, nie mamy możliwości wysyłania faktur w takim formacie. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 44 wysłanie faktur w formacie PDF i /lub papierowo.

Wyjaśnienie: Wyjaśnienie: Zamawiający zmienia treść §1 ust. 1 pkt 13 Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowanych postanowień umowy, który otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku dostawy asortymentu z Pakietów nr 1-62 dostarczenia faktury do wysłanego towaru w formacie PDF bezpośrednio po wysłaniu towaru na adres: apteka@szpitalwysmaz.pl lub w wersji papierowej wraz z towarem.”

Zapytanie nr 84. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Pytanie do umowy § 6 ust. 3 - Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie łącznej wysokości kar , których mogą dochodzić strony do 20 % wartości umowy brutto.

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 85. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 24, poz. 1

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii plecione z drutu o grubości 0,3 mm dla średnic otwarcia 10 mm, 15 mm oraz z drutu o grubości 0,41 mm dla średnic otwarcia 25 mm, 32 mm, dł. robocza 2300 mm, op.=10 szt.?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 86. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 24, poz. 2

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści szczotki jednorazowe do mycia endoskopów 2-stronne, dł.robocza 250cm, dł. szczotki 20mm, średnica szczotki: 6mm. Szczotki zakończone kulkami chroniącymi kanał endoskopu, średnica osłonki 1,7 mm. Op. 50 szt.?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 87. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 24, poz. 3

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści igłę ściętą pod kątem 23,5°? Pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 88. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 24, poz. 4

Poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tej pozycji z pakietu, umożliwiłoby to złożenie oferty większej ilości Wykonawców, co wpłynęłoby na zwiększoną konkurencyjność?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 89. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 24, poz. 7

Poz. 7. Czy Zamawiający dopuści szczypcę biopsyjną ze szczękami o rozwarciu 8 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 90. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 24, poz. 8

Poz. 8. Czy Zamawiający dopuści ustniki pakowane po 100 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Zapytanie nr 91. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 24, poz. 9

Poz. 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tej pozycji z pakietu, umożliwiłoby to złożenie oferty większej ilości Wykonawców, co wpłynęłoby na zwiększoną konkurencyjność?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 92. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 24, poz. 10

Poz. 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tej pozycji z pakietu, umożliwiłoby to złożenie oferty większej ilości Wykonawców, co wpłynęłoby na zwiększoną konkurencyjność?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 93. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 24, poz. 11

Poz. 11. Czy Zamawiający dopuści klipsownicę endoskopową załadowaną klipsem z ramionami o rozpiętości wyłącznie 11 mm oraz 16 mm? Pozostałe parametry zgodne z SZW.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 94. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 24, poz. 12

Poz. 12. Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne do bronchoskopii o długości 160 cm, łyżeczki owalne wyłącznie bez igły? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 95. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 24, poz. 13

Poz. 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tej pozycji z pakietu, umożliwiłoby to złożenie oferty większej ilości Wykonawców, co wpłynęłoby na zwiększoną konkurencyjność?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 96. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 24, poz. 14

Poz. 14. Czy Zamawiający dopuści Szczotki czyszczące jednorazowego użytku do bronchoskopów dwustronne. Długość robocza 250 cm, długość szczotki 20mm, średnica szczotki 6 mm., średnica osłonki 1,7mm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 97. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 24, poz. 15

Poz. 15. Czy Zamawiający dopuści ustniki pakowane po 100 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 98. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 24, poz. 16

Poz. 16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tej pozycji z pakietu, umożliwiłoby to złożenie oferty większej ilości Wykonawców, co wpłynęłoby na zwiększoną konkurencyjność?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 99. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 24, poz. 17

Poz. 17. Czy Zamawiający dopuści kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, czteroramienny, jednorazowego użytku, o nitalolowym rdzeniu w rozmiarze 20mm x 40mm i 30mm x 60mm oraz o stalowym rdzeniu w rozmiarze 25mm x 50mm. Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzędzia w transporcie. Narzędzie kompatybilne z przewodnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem. Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 1950mm. Średnica narzędzia 3,2 mm. Pakowany pojedynczo, sterylnie. Opakowanie handlowe = 5 sztuk?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 100. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 34, poz. 1

poz. 1 Prosimy o dopuszczenie uchwytu z przewodem 5m

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 101. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 34, poz. 1

poz. 1 Prosimy o dopuszczenie uchwytu o długości 160mm.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 102. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 34, poz. 2

poz. 2 Prosimy o dopuszczenie uchwytu z przewodem 5m

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 103. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 34, poz. 2

poz. 2 Prosimy o dopuszczenie uchwytu o długości 160mm.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 104. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 34, poz. 2

poz. 2 Prosimy o dopuszczenie przełącznika w formie dwóch przycisków.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 105. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 34, poz. 3

poz. 3 Prosimy o dopuszczenie elektrod o wymiarach 202x101mm i powierzchni aktywnej 118cm².

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 106. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 34, poz. 3

poz. 3 Prosimy o dopuszczenie elektrod w opakowaniach zbiorczych 25 szt. Każda elektroda pakowana i etykietowana jest osobno, zatem prosimy o możliwość wyceny pojedynczych sztuk.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 107. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 34, poz. 4

poz. 4 Prosimy o dopuszczenie elektrod o wymiarach 202x101mm i powierzchni aktywnej 118cm².

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 108. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 34, poz. 4

poz. 4 Prosimy o dopuszczenie elektrod w opakowaniach zbiorczych 25 szt. Każda elektroda pakowana i etykietowana jest osobno, zatem prosimy o możliwość wyceny pojedynczych sztuk.

Wyjaśnienie: Zgoda – wycena 120 szt. elektrod.

Zapytanie nr 109. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 34, poz. 6

poz. 6 W celu poprawnej identyfikacji potrzeb zamawiającego prosimy o podanie numeru katalogowego (ref) obecnie używanego przewodu.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 110. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 34, poz. 6

poz. 6 Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 5m.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 111. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 34, poz. 8

poz. 8 Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości roboczej 100mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 112. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 34, poz. 11

poz. 11 Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości roboczej 100mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 113. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 34, poz. 12

poz. 12 Prosimy o dopuszczenie przedłużenia o długości 140mm lub 90mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 114. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 34, poz. 13

poz. 13 Prosimy o dopuszczenie przedłużenia o długości 100mm lub 150mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 115. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 34, poz. 14

poz. 14 Prosimy o dopuszczenie elektrod o długości całkowitej 50mm lub 70mm.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza 50 mm.

Zapytanie nr 116. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 1

poz 1. Prosimy o dopuszczenie elektrod o następującej specyfikacji, kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem: Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozpraszającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, kompatybilne z systemem kontroli przylegania REM, z możliwością aplikacji kierunkowej (równoległe do powierzchni ciała), powierzchnia przewodząca 107cm².

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 117. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 2

poz.2 Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 5m.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 118. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 3

poz. 3 Czy Zamawiający ma na myśli elektrody z trzpieniem 4, czy 2,3mm?

Wyjaśnienie: 4 mm.

Zapytanie nr 119. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 3

poz. 3 Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości roboczej 120 mm i rozpiętości pętli 10mm przy trzpieniu 4mm.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 120. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 3

poz. 3 Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości roboczej 110 mm i rozpiętości pętli 10mm przy trzpieniu 2,3mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 121. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 4

poz. 4 Czy Zamawiający ma na myśli elektrody z trzpieniem 4, czy 2,3mm?

Wyjaśnienie: 4 mm.

Zapytanie nr 122. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 4

poz. 4 Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości roboczej 120 mm i rozpiętości pętli 15mm przy trzpieniu 4mm.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 123. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 4

poz. 4 Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości roboczej 110 mm i rozpiętości pętli 15mm przy trzpieniu 2,3mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 124. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 5

poz. 5 Czy Zamawiający ma na myśli elektrody z trzpieniem 4, czy 2,3mm?

Wyjaśnienie: 4 mm.

Zapytanie nr 125. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 5

poz. 5 Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości roboczej 120 mm i rozpiętości pętli 20mm przy trzpieniu 4mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 126. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 5

poz. 5 Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości roboczej 110 mm i rozpiętości pętli 20mm przy trzpieniu 2,3mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 127. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 6

poz. 6 Czy Zamawiający ma na myśli elektrody z trzpieniem 4, czy 2,3mm?

Wyjaśnienie: 4 mm.

Zapytanie nr 128. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 6

poz. 6 Prosimy o dopuszczenie elektrod o długości całkowitej 70mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 129. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 7

poz. 7 Czy zamawiający ma na myśli wtyczkę Erbe 5mm, czy wtyczkę Valleylab 3 pin?

Jeśli wtyczkę Erbe, prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 320cm

Jeśli wtyczkę Valleylab, prosimy o dopuszczenie długości przewodu 500cm.

Wyjaśnienie: 3 pinowe zarówno do Erbe, jak i Valleylab. Wtyczka Erbe – zgodnie z SWZ.

Wtyczka Valleylab – Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 130. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 7

poz. 7 Prosimy o dopuszczenie przełącznika w formie przycisków cięcie/koagulacja.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 131. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 8

poz. 8 Prosimy o dopuszczenie uchwytu z przewodem o długości 5m.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza długość 5m, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 132. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 9

poz. 9 Prosimy o dopuszczenie uchwytu z przewodem 320 cm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 133. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 9

poz. 9 Prosimy o dopuszczenie przełącznika w formie przycisków cięcia/koagulacja.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 134. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 14

poz. 14 Czy Zamawiający ma na myśli elektodę z przewodem 300cm, czy bez?

Wyjaśnienie: Bez przewodu.

Zapytanie nr 135. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 14

poz. 14 Każda elektroda pakowana i etykietowana jest osobno, zatem prosimy o możliwość wyceny pojedynczych sztuk.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 136. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 15

poz. 15 Czy Zamawiający ma na myśli przewód do Erbe, czy do Valleylab? Czy przewód powinien być do wyboru przez Zamawiającego?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 137. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 16

poz. 16 Prosimy o dopuszczenie elektrody nożowej z nożem o wymiarach 2,4 x 20mm, reszta bez zmian.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 138. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 17

poz. 17 Prosimy o dopuszczenie elektrody nożowej z nożem o wymiarach 2,4 x 20mm, reszta bez zmian.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 139. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 18

poz. 18 Prosimy o dopuszczenie elektrody stalowej o długości całkowitej 135mm, reszta bez zmian.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 140. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 19

poz. 19 Prosimy o dopuszczenie elektrody stalowej o długości całkowitej 130mm, reszta bez zmian.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 141. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 20

poz. 20 Prosimy o dopuszczenie elektrody stalowej.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 142. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 35, poz. 21

poz. 21 Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości całkowitej 49mm, reszta bez zmian.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 143. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 27, poz. 1

Czy zamawiający dopuści sondę Sengstakena trójdrożna, wykonaną z medycznego PCV, pomarańczowa, z zaokrąglonym dalszym końcem, z wieloma otworami do irygacji i odsysania, z podziałką co 5cm; balon żołądkowy lateksowy w połączeniu z zastawką do napełniania z napisem „STOMACH” (żołądek) o długości ok. 6cm oraz balon lateksowy przełykowy w połączeniu z zastawką do wdmuchiwania z napisem „ESOPHAGUS” (przełyk) o długości ok 19cm, wyposażona w pierścienie nieprzepuszczalne dla promieni RTG na proksymalnym i dalszym końcu obu balonów, rozmiary CH16, CH18, CH21, długość 105cm, dla dorosłych?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 144. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 28, poz. 2

Czy zamawiający dopuści pojemność 30ml?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 145. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 28, poz. 9a

Czy zamawiający dopuści dren o długości 200cm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 146. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 28, poz. 9b

Czy zamawiający dopuści dren o długości 200cm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 147. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 28, poz. 9c

Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola z końcówką zakrzywioną w rozmiarze Ch28 oraz z drenem o długości 2m?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 148. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 28, poz. 9c

Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola z końcówką zakrzywioną w rozmiarze Ch21 oraz z drenem o długości 210cm o średnicy zewnętrznej 10mm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 149. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 28, poz. 9d

Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola z końcówką zakrzywioną w rozmiarze Ch21 oraz z drenem o długości 210cm o średnicy zewnętrznej 8mm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 150. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 28, poz. 9d

Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola z końcówką zakrzywioną w rozmiarze Ch22 oraz z drenem o długości 2m?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 151. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 28, poz. 9e

Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola z końcówką zakrzywioną w rozmiarze Ch28 oraz z drenem o długości 3m?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 152. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 28, poz. 9e

Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola z końcówką zakrzywioną w rozmiarze Ch21 oraz z drenem o długości 300cm o średnicy zewnętrznej 10mm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 153. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 28, poz. 11

Czy zamawiający dopuści dren do ssaka z kontrolą siły ssania wyposażony w konektor stożkowy (żeński) z jednej strony oraz konektor męski (kapkon) z drugiej strony, o średnicy wewnętrznej 5mm i zewnętrznej 8mm (CH24) i długości 210cm, jałowy, pakowany pojedynczo?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 154. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 28, poz. 11

Czy zamawiający dopuści dren do ssaka z kontrolą siły ssania wyposażony w konektor stożkowy (żeński) z jednej strony oraz konektor męski (kapkon) z drugiej strony, o średnicy wewnętrznej 7mm i zewnętrznej 10mm (CH30) i długości 210cm, jałowy, pakowany pojedynczo?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 155. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 56, poz. 2

Czy zamawiający dopuści maski z otwartym, dobrze przylegającym mankietem nie wymagającym nadmuchiwania?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 156. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 57, poz. 1

Czy zamawiający dopuści pasy z plastikową sprzączką, dzięki czemu eliminuje ryzyko wywołania reakcji alergicznej?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 157. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 57, poz. 1

Czy zamawiający dopuści pasy wykonane z pianki poliuretanowej pokrytej delikatnym, przyjaznym dla skóry materiałem (bawełna + welur)?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 158. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 57, poz. 1

Czy zamawiający dopuści pasy w rozmiarze 7cm x 30cm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 159. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 62, poz. 1

Czy zamawiający dopuści w zestawie 3 worki o pojemności 2000ml skalowane co 50ml?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 160. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 62, poz. 2

Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 2000ml skalowane co 50ml?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 161. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 58, poz. 24d

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 162. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 58, poz. 25

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową j. uż. 1 ml z igłą 0,4x13 mm, jałowa (op. 100 szt.) ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 163. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 58, poz. 26, 27

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za op. 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 164. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 58, poz. 38

Czy Zamawiający dopuści igły w wersji tylko długościętej, których Państwa Szpital używa obecnie?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 165. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 58, poz. 38c

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,6x30mm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 166. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 58, poz. 46

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos pakowany pojedynczo w opakowania folia-folia ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 167. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 61, poz. 12

Prosimy o dopuszczenie cewników foley z zastawką plastikową.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 168. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 75, poz. 1a, 1b, 1c, 1e

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane pojemniki (0,7L; 1L; 2L, 5L) posiadały szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przeciekanie płynów

Wyjaśnienie: Tak.

Zapytanie nr 169. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 75, poz. 1a, 1b, 1c, 1e

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników wykonanych w technologii wtrysku pod wysokim ciśnieniem? Obecnie na rynku dostępne są również pojemniki na odpady medyczne produkowane w technologii rozdmuchu, co sprawia, że powstałe pojemniki mogą posiadać zniekształcenia i zmienną, nie jednolitą grubość ścianki. Rozdmuch jest metodą dedykowaną do opakowań o stosunkowo małej grubości ścianki i niewygórowanych wymaganiach technicznych (np. butelka PET, które nie są odporne na przebicie). Tylko metoda wtrysku pod wysokim

ciśnieniem gwarantuje odpowiednią strukturę i twardość pojemników oraz jednakową grubość ścianek na całej powierzchni, co zapewnia zgodną z obowiązującą normą odporność na przebicie, a w rezultacie zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo personelu medycznego podczas użytkowania

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza pojemniki wykonane w technologii wtrysku pod wysokim ciśnieniem, ale nie wymaga.

Zapytanie nr 170. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 75, poz. 1a, 1b, 1c, 1e

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników wykonanych z polipropylenu ? Tylko taki materiał zapewnia odporność na przebicie i elastyczność pojemnika a także pozwala na efektywne spalanie zebranego materiału.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 171. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 75, poz. 1a, 1b, 1c, 1e

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników (0,7L; 1L; 2L, 5L) pakowanych w kartonowe opakowania zbiorcze, która ułatwiają transport i magazynowanie a także znacznie lepiej zabezpieczają produkt przed uszkodzeniem

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga.

Zapytanie nr 172. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 28, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 100ml ?

Wyjaśnienie: Nie dotyczy.

Zapytanie nr 173. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 28, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści dren CH 24 (średnica zewnętrzna 8 mm średnica wewnętrzna 5 mm)?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 174. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 28, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley w rozmiarze CH24,CH26 z zastawką plastikową?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 175. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 28, poz. 7, 8

Czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe lub papier-folia?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 176. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 28, poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Czy zamawiający wydzieli poz.1-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 177. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 58, poz. 1

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 178. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 58, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 179. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 58, poz. 1

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 180. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 58, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS z ostrą igłą biorcza dwukanałową trójpłaszczyznową?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 181. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 58, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 182. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 58, poz. 1

czy zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia lub dokumentu potwierdzającego syst. zamknięty w rozumieniu def. NIOSH, natomiast dopuści standardowy przyrząd IS z filtrem, bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 183. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 58, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 184. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 58, poz. 2

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza taką możliwość, ale nie wymaga.

Zapytanie nr 185. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 58, poz. 2

Czy zamawiający dopuści kolec ok. 4 cm dł.?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 186. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 58, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 187. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 58, poz. 1, 3, 12, 13, 26, 27, 28

Czy zamawiający wydzieli poz. 1,3,12-13,26-28 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 188. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 58, poz. 13

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 189. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 58, poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka bez nazwy producenta bezpośrednio na produkcie. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu, a umieszczona nazwa producenta bezpośrednio na koreczku (niewielki produkt) będzie słabo czytelna. Wymóg ten znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów. Prosimy o dopuszczenie koreczka z nazwą importera/dystrybutora na opakowaniu indywidualnym.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 190. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 68, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego w SWZ tj. test do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick typ 2 wg PN-EN ISO 11140, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulujący ładunek porowaty i rurowy, składający się z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej gdzie wyłobiony korytarz sprawdza penetrację pary dla wsadów rurowych, druga z porowatego metalu do sprawdzenia penetracji pary dla wsadów porowatych; oraz z niezawierających niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnych wskaźników dostosowanych do parametrów 134°C/3,5 min., w opakowaniu 400 szt. wskaźników + przyrząd PCD, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 191. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 68, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, pakiet kontrolny typu Bowie&Dick do parametrów w zakresie 134-137°C/3,5 min., kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy o wymiarach 12 cm x 12 cm wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Pakiet zgodny z normą EN ISO11140-4. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta o braku zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 192. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 68, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby produkt był zarejestrowany jako wyrób medyczny, oraz posiadał oznaczenie CE na każdym opakowaniu?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 193. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 68, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga dołączenia dokumentu potwierdzającego zgodność testu z normą EN ISO 11140 wydane przez niezależną organizację notyfikowaną w postaci certyfikatu wydanego nie wcześniej niż w 2019 r., potwierdzającego zgodność z aktualną normą tj. EN ISO 11140-4:2007, pozwalającego zidentyfikować produkt po jego kodzie i nazwie?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 194. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 68, poz. 2

Czy zamawiający dopuści system kontroli sterylizacji wsadów w parze wodnej niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych 134°C/5,3 min. i 121°C/15 min., wskaźnik w technologii typ 6. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przezroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. W opakowaniu 400 szt. wskaźników + przyrząd PCD, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 195. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 68, poz. 3

Czy w związku z tym że producent wskaźników, zgodnie z treścią normy PN EN ISO 14937 powinien wyraźnie określać krotność użycia przyrządu PCD, dopuści by zaoferowanie testy były pakowane wraz z przyrządem jako zestawy np. 400 sztuk testów + przyrząd PCD, bez opakowań uzupełniających z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 196. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 68, poz. 2, 3

Czy zamawiający dopuści system kontroli sterylizacji wsadów w parze wodnej niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134°C/5,3 min. i 121°C/15 min., odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1 - potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną w postaci certyfikatu, potwierdzającego zgodność z aktualną normą tj. EN ISO 11140-1:2014, pozwalającego zidentyfikować produkt po jego kodzie i nazwie. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. W opakowaniach po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 197. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 68, poz. 2, 3

Czy zamawiający dopuści przyrząd PCD do kontroli wsadu posiadający element spiralny w postaci rurki wykonanej ze stali nierdzewnej o dł. 1,5 m i średnicy 1 mm, w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego, z możliwością stosowania do wskaźników typu 5, typu 6 i kontroli biologicznej? Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 198. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 68, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie testu chemicznego o wartościach ustalonych 121°C/15 min. i 134°C/5,3 min.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza w klasie 6.

Zapytanie nr 199. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 68, poz. 4

Czy Zamawiający wymaga by substancja wskaźnikowa testu zabezpieczona była laminatem? Zgodnie z zaleceniami wskaźniki, które stosowane są wewnątrz pakietów powinny posiadać zabezpieczenie, które uchroni sterylizowane narzędzia przed kontaktem z substancją chemiczną.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Zapytanie nr 200. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 68, poz. 5

Czy zamawiający dopuści testy chemiczne do sterylizacji gazowej. Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu – wskaźnik wieloparametrowy typu 4 wg ISO 11140-1 dla sterylizatorów na tlenek etylenu, op. a`250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 201. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 68, poz. 6

Czy zamawiający dopuści testy do kontroli mycia narzędzi kanałowych: -przeznaczone do myjni dezynfektorów, do kontroli procesów mycia narzędzi rurowych zgodnie z normą ISO/TS 15883-5 - wskaźnik kontrolny w postaci niewielkich plastikowych arkuszy, odczyt w poprzez całkowite zmycie substancji testowej, pakowane po 100sztuk w opakowaniu, do stosowania z przyrządem symulującym narzędzie rurowe?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 202. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 69, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wymaga, by test wraz z kompatybilnym przyrządem umożliwiał kontrolę skuteczności mycia z czterech różnych kierunków?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 203. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 69, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby substancja wskaźnikowa była zgodna z ISO/TS 15883-5 i symulowała zanieczyszczenia organiczne jakie mogą znajdować się na narzędziach, a więc była naniesiona warstwowo i zawierała w swoim składzie białka, tłuszcze i cukry?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 204. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 69, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga, by przyrząd był w postaci otwieranego klipsa, nie uszkadzającego substancji wskaźnikowej?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Zapytanie nr 205. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 69, poz. 4

W myśl zasady o konkurencyjności postępowań przetargowych zwracamy się z uprzejmą o wydzielenie z pakietu pozycji 4, z racji, że jest to produkt dostępny u ograniczonej liczby oferentów.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 206. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 69, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gotowych zestawów testów do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych. W zestawie 25 szt. jałowych, pojedynczo zapakowanych wymazówek, 25 szt. fiolek do wykrywania pozostałości białkowych, 5 szt. fiolek proteinowych umożliwiających wykonanie kontroli pozytywnej, oraz podwójnie przylepne etykiety w 3 różnych kolorach dla rozróżnienia fiołki kontroli narzędzia od fiołki kontroli negatywnej i pozytywnej. W przypadku obecności białek (aminokwasy, peptydy) roztwór zmienia kolor do 10 sekund z jasnożółtego na niebieski. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 207. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 69, poz. 6

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (10C)?, oznaczenie normy oraz klasy testu na teście lub opakowaniu zbiorczym.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 208. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 30, poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 30 poz 1. dopuszcza urządzenie do terapii podciśnieniowej Renasys TOUCH. Urządzenie generuje podciśnienie o wartościach od -25 do -200 mmHg. Urządzenie może być używane przez pacjenta chodzącego, waga wraz ze zbiornikiem ok 1,1kg.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 209. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 30, poz. 1b

Czy Zamawiający w pakiecie 30 poz. 1b dopuszcza zbiornik o pojemności 800ml, kompatybilny z urządzeniem z poz 1.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 210. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 30, poz. 2

Czy zamawiający w pozycji 2. dopuszcza zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej o wymiarach gąbki 25cmx15cmx3cm z miękkim portem, w którym dren zastąpiono miękkim łączem typu Soft Port. Kompatybilny z urządzeniem z pozycji 1.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 211. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 30, poz. 3

Czy zamawiający w pozycji 3. dopuszcza zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej o wymiarach gąbki 20cmx12,5cmx3cm z miękkim portem, w którym dren zastąpiono miękkim łączem typu Soft Port. Całość kompatybilna z urządzeniem z poz. 1

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 212. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 30, poz. 1a

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w pakiecie 30 poz. 1a dopuści zbiornik 300 ml o wymiarach: 70x84x180mm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 213. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 30, poz. 1b

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w pakiecie 30 poz. 1b dopuści zbiornik 500 ml o wymiarach: 70x84x212mm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 214. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 30, poz. 1b

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w pakiecie 30 poz. 1b dopuści zbiornik 1000 ml o wymiarach: 110x110x235mm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 215. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 30, poz. 3

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w pakiecie 30 poz. 3 dopuści rozmiar opatrunków - 20x12,5x3cm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 216. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 36, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek z mankietami w kolorach jak poniżej?

- Rozmiar 1 – szary
- Rozmiar 2 – biały
- Rozmiar 3 – żółty
- Rozmiar 4 – zielony
- Rozmiar 5 – pomarańczowy
- Rozmiar 6 – czerwony

Wyjaśnienie: Zgoda.

Zapytanie nr 217. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 74, poz. 1

Czy Zamawiający będzie wymagał wapna w opakowaniach najczęściej oferowanych przez renomowanych producentów pochłaniaczy czyli 4,5 kg / 5L? Wapno oferowane w większych pojemnościach (5 kg) cechuje się złą jakością produktu, nieregularnym kształtem oraz brakiem odpowiedniego opakowania oraz nie ma przełożenia na większa pochłaniałość CO₂.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 218. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 74, poz. 1

W związku z tym, że na rynku polskim pojawiły się wapna o bardzo złej jakości, nie dopuszczone przez Farmakopee, czy Zamawiający wymaga, aby dostarczane wapno było wapnem medycznym, dopuszczonym przez farmakopee brytyjską i amerykańską, o chłonności od 120 do 180 L/kg w zależności od użytkowania, długości prowadzonych zabiegów, które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH, oraz których stopień pylenia nie przekracza 0,3%? Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna pogarszając jego właściwości pochłaniania.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 219. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 23, poz. 1

Ze względu na wycofanie z produkcji opisanego asortymentu i zmianę dystrybutora prosimy o wyłączenie tej pozycji do innego pakietu.

Czy nie zaszła omyłka i zamawiający będzie wymagał : Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 340ml / 650ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 220. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 48, poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka i zamawiający w tych pozycjach oczekuje?:

Poz. 1 Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania,

z 3 otworami ssącymi oraz z pofalowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofalowaniem. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 221. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 48, poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka i zamawiający w tych pozycjach oczekuje?:

Poz.2 Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym do stosowania z adapterami do dróg oddechowych Verso, na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi naprzeciwległymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych oraz Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 222. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 25, poz. 25

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu (worek, komora pomiarowa, dren) pojemność 2l sterylne z zastawką antyzwrotną oraz filtrem. Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylne. Dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w łatwy do dezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagłociową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 45 do 90 ml co 5 ml i od 100 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczającymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml. Możliwość podwieszania zestawu.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 223. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 25, poz. 29

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego Zestaw do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia brzuszego połączony z workiem do godzinowej diurezy, z drenem, portem bezigłowym do pobierania próbek.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 224. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 25, poz. 31

Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej zawierający: 2 opakowania - zawierające szczotkę do zębów z odsysaniem, 7 ml roztworu do ust Sage, aplikator gąbkowy, 4 opakowania oznaczone odpowiednio zawierające 1 pofalowaną gąbkę z możliwością odsysania,

pokryta dwuwęglanem sodu, z zagiętą końcówką oraz z końcówką do podłączeniem do ssaka i funkcją fingertip, 7 ml płynu Corinz. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zestaw posiada uchwyt do yankauera, umożliwia powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 225. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy.

Pakiet nr 16, poz. 4

Uprzejmie informujemy, że jednorazowe rękawy pielęgnacyjne do inkubatorów oferowane są przez producenta w opakowaniach zbiorczych po 100 szt. i nie ma możliwości ich rozdzielenia, dlatego zwracamy się z prośbą o zmianę jednostki ze sztuk na opakowanie zbiorcze 100 szt.

Wyjaśnienie: Zamawiający usuwa pozycję z pakietu.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalwysmaz/proceedings> zmodyfikowany Załącznik nr 1 – formularz cenowy.

Zapytanie nr 226. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Dotyczy §5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SWZ i Projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 227. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Dotyczy §6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%?

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Projektowanych postanowień umowy.

Kierownik Zamawiającego
Bożena Grotowicz