

Konin, dnia 22.12.2021 roku

WSZ-EP-42/1210/2021

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Dostawa wyrobów medycznych”, nr sprawy **WSZ-EP-42/2021**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 8**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pakiet 11, poz. 1**

Proszę o doprecyzowanie:

„Zamawiający dopuszcza również zawór bezigłowy z poliuretanową przedłużką średnica wewn. 1,1mm, średnica zewn. 2,35mm, długość całego zestawu ok.10 cm, objętość wypełnienia 0,15ml, możliwość używania przez 600 aktywacji”

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.**

Zamawiający miał na myśli zawór podwójny czy pojedynczy ?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający ma na myśli zawór podwójny .**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Pakiet 11, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie zaworu podwójnego z dwoma drenami z objętością wypełnienia 0,35 ml.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powyższe i związku z tym zmienia zapisy załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie numer 11 poz. 1.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Pakiet 11, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie zaworu pojedynczego z drenem.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 23, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie przyrządu o długości drenu równej 150 cm.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 23, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie przyrządu o długości drenu równej 180 cm.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przyrząd o długości drenu 180 cm i związku z tym zmienia zapisy załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie numer 23 poz. 1.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.