

Gdynia, dnia 18 października 2021 r.

## Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Zakup endoskopu giętkiego wraz z wyposażeniem dla Oddziału Laryngologii Szpitala Św. Wincentego a'Paulo w Gdyni, znak: D25M/252/N/26-51rj/21**

I Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

### Pytanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie alternatywnego endoskopu giętkiego wraz z wymaganym wyposażeniem o parametrach, które w nieznacznym stopniu odbiegają o wymagania Zamawiającego, co nie wpłynie na komfort pracy Użytkownika.

Rozszerzenie parametrów granicznych przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i uzyskania atrakcyjnej ceny zakupu. Poniżej parametry oferowanego alternatywnego endoskopu wraz z wyposażeniem:

#### I Procesor

- 2 Procesor wideo klasy min. HD umożliwiający podłączenie endoskopów giętkich HD oraz SD
- 3 Procesor wyposażony w panel przedni sterujący funkcjami urządzenia oraz endoskopu
- 4 Wymiary procesora: max. (szer x wys. x dł.): 350 mm x 200 mm x 490 mm; Waga procesora : max 14 kg; Rozdzielczość wideo min. 1920x1080, Format obrazu 16x9
- 5 Procesor wideo posiadający wbudowane źródło światła typu Xenon (minimum 150 W); barwa światła 6 000 K
- 6 Wyjścia wideo min.: RGB (1 sztuka), S-VIDEO (1 sztuka), DVI-D (2 sztuki), BNC (1 sztuka); Możliwość zapisu na pamięci przenośnej USB; urządzenie wyposażone w minimum dwa gniazda USB do podłączenia zewnętrznych pamięci; zapisywanie wideo i obrazów w jakości HD;
- 7 Możliwość regulacji ręcznej oświetlenia w min. 11 stopniach  
Możliwość regulacji barwy czerwonej w min. 11 stopniach  
Możliwość regulacji barwy niebieskiej w min. 11 stopniach
- 8 Balans bieli aktywowany z przycisku na panelu przednim procesora wideo oraz definiowany na jednym z przycisków wideoendoskopu; Automatyczna kontrola ekspozycji, elektroniczne wzmocnienie jasności obrazu (zarówno manualne jak i automatyczne)
- 9 Urządzenie posiadające funkcję przetwarzania obrazu pozwalającą na wczesne wykrywanie zmian nowotworowych, dzięki cyfrowemu wzmocnieniu tonów oraz uwydatnieniu powierzchni tkanek
- 10 Urządzenie wyposażone w funkcję „podwójnego obrazu” - umożliwiała on równoczesne porównanie ułożonych obok siebie obrazów endoskopowych wykonanych w trakcie badania (każdy obraz w innym trybie np. jeden w zwykłym trybie HD, a drugi z uwydatnieniem powierzchni tkanek)
- 11 Zmiana ustawień urządzenia dostępna z panelu przedniego urządzenia, z klawiatury, oraz z przycisków wideoendoskopu. Możliwość zapamiętania min. min. 4 przycisków „skrótów” na endoskopie giętkim; Urządzenie posiada funkcję zoom'u cyfrowego 2x; W zestawie klawiatura i pamięć przenośna

#### II Wideoendoskop z kanałem roboczym

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu | [szpitalepomorskie.eu](http://szpitalepomorskie.eu)

- 17 Wideoendoskop CCD HDTV - 1 szt.; Pole widzenia min. 80st;
- 18 Głębokość ostrości w zakresie min. 3-50mm;
- 19 Średnica końca dystalnego 4,8 mm;
- 20 Dł. Robocza 300 mm; Zagięcie końcówki góra/dół min. 130st
- 21 Endoskop wyposażony w kanał roboczy 2 mm
- 22 4 przyciski funkcyjne, programowalne
- 23 Endoskop kompatybilny z funkcją przetwarzania obrazu przy użyciu cyfrowego wzmacniania tonów oraz uwydatnianiu powierzchni tkanek

### III Wózek endoskopowy

- 32 Wózek endoskopowy dedykowany do oferowanego zestawu
- 33 Uchwyt na monitor typu "VESA"
- 34 Wykonany ze stali nierdzewnej zasobnik dezynfekcyjny do endoskopów elastycznych, z uchwytem na min. 2 szt. Kuwety z demontowanym dnem w celu mycia i dekontaminacji.

### IV Monitor medyczny


- 39 Monitor medyczny o przekątnej ekranu 27"
- 40 Technologia podświetlania LED
- 41 Rozdzielczość min. 1920x1080
- 42 Kąt widzenia 178°/
- 43 Czas reakcji matrycy 5 ms
- 44 Wejścia: VGA, HDMI

### V Jednorazowe narzędzia i akcesoria do wideoendoskopu z kanałem roboczym

- 45 Jednorazowe szczypce chwytające do usuwania ciał obcych, ramiona typu „ krokodylki” (zab szczura z zębami aligatora), rozpiętość ramion min. 3.8 mm, długość robocza 1800 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2.0 mm, 1 szt. w opakowaniu
- 46 Jednorazowe szczypce chwytające do usuwania ciał obcych, ramiona typu krokodylki ząbkowane na całej długości pozwalające na stabilny uchwyt ciała obcego, długość robocza 1200 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2.0 mm, szerokość otwarcia min. 4,5 mm, 1 szt. w opakowaniu
- 47 Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, łyżeczki standardowe, osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 1200 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2.0 mm, w opakowaniu zbiorczym 10 szt., sterylne, zapakowane w pojedyncze opakowania
- 48 Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą, łyżeczki standardowe, osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 1200 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2.0 mm, w opakowaniu zbiorczym 10 szt., sterylne, zapakowane w pojedyncze opakowania
- 49 Zaworki ssące do bronchoskopu/wideoendoskopu giętkiego z kanałem roboczym. Jednorazowe, sterylne, 20 szt. w opakowaniu
- 50 Zaworki biopsyjne do bronchoskopu / wideoendoskopu giętkiego z kanałem roboczym. Jednorazowe, sterylne, 20 szt. w opakowaniu

### VI Urządzenie umożliwiające rejestrację cyfrowych sygnałów video wysokiej rozdzielczości (Full HD)

- 51 Zapis sekwencji video oraz obrazów na dysku wewnętrznym, zewnętrznym nośniku USB lub ich przesyłanie do dedykowanego systemu zarządzania informacją medyczną
- 52 Urządzenie obsługiwane poprzez ekran dotykowy będący częścią urządzenia
- 53 Wyzwalanie nagrywania za pomocą przycisku w menu lub za pomocą pilota na podczerwień
- 54 Możliwość definiowania kont użytkowników, różnych poziomów dostępu i haseł
- 55 Możliwość dodawania adnotacji (notatek) do obrazów i tworzenia raportów w formacie PDF
- 56 Wewnętrzny dysk twardy 1TB

- 
- 
- 57 Format zapisu obrazów: JPG oraz PNG
  - 58 Format zapisu video: MP4
  - 59 Wejście video: 2 x HDMI oraz DVI (z adapterem)
  - 60 Wyjścia video: 1 x HDMI oraz DVI (z adapterem)
  - 61 Złącze dla słuchawek oraz mikrofonu
  - 62 Wyjścia audio: 3,5mm mini jack
  - 63 Port komunikacyjny USB-C
  - 64 Porty USB:
    - na przednim panelu 1 x USB 3.0
    - na tylnym panelu 2 x USB 3.0
  - 65 Interfejs Ethernet RJ45
  - 66 Zasilanie 100-240V 50/60Hz
  - 67 Urządzenie zgodne z normą IEC 60601-1
  - 68 Waga 1,28kg

#### **VII Akcesoria do mycia i dezynfekcji**

- 73 Manualny tester szczelności do endoskopów giętkich
- 74 Kontener do sterylizacji niskotemperaturowej fiberoskopów z pokrywą.

#### **Odpowiedź:**

Przy tak skonstruowanym wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający nie jest w stanie się do niego jednoznacznie odnieść, albowiem Pytający przedstawił pełną specyfikację techniczną swojego produktu bez odniesienia się do załączonego do SWZ zestawienia parametrów poprzez wskazanie konkretnych parametrów, które miałyby być zmodyfikowane w stosunku do pierwotnego opisu SWZ. W tej sytuacji Zamawiający nie wyraża zgody.

II Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje o zmianie treści SWZ w następującym zakresie:

**Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy § 7 – zmiana treści poprzez wykreślenie ustępu 6. Po zmianie § 7 Projekt umowy składa się z 5-iu ustępów.**

**Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy § 8 ust. 4 – zmiana treści na:**

- 4. Wykonawca gwarantuje należyłą jakość przedmiotu umowy, niezawodność eksploatacyjną oraz, że każdy dostarczony element przedmiotu umowy jest fabrycznie nowy, pochodzi z bieżącej produkcji, tj. nie starszy niż z 2021 r. (nie demonstracyjny), spełnia wszelkie wymagania określone obowiązującymi przepisach prawa, w tym w szczególności odpowiada wymaganiom określonym w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (~~Dz.U.2020.poz.295 t.j.~~) (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.) i odpowiednich aktach wykonawczych do ustawy, w tym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r. poz. 595), a także w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.) (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565 ze zm.) – jeśli asortyment jest wyrobem medycznym; ponadto Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy zostanie zainstalowany bez żadnych uszkodzeń oraz że oferowany przedmiot zamówienia, o parametrach wyspecyfikowanych w ofercie, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

**Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy § 8 ust. 4 – zmiana treści na:**

4. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż **3 dni robocze** Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego elementu przedmiotu umowy. Zastępczy element przedmiotu umowy musi charakteryzować się takimi samymi parametrami jak element naprawiany. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia zastępczego elementu przedmiotu umowy o parametrach lepszych od pierwotnie oferowanych z zastrzeżeniem, że Wykonawca przeprowadzi odpowiednie szkolenie personelu w zakresie obsługi i użytkowania. Przy spełnieniu powyższego Zamawiający odstąpi od naliczenia kary określonej w § 9 ust. 1 pkt. 2) umowy.

**Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy § 12 ust. 5 – zmiana treści na:**

5. Spółka Szpitala Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – na podstawie art. 4c oraz art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2020.935 j.t. z późn. zm.) (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 424 ze zm.) - oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Artykułu 2 ust. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

*Przewodniczący  
Komisji Przetargowej  
Beata Martyn-Mrozowska*

DYREKTOR  
DS. ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I IT  
*mgr Beata Martyn-Mrozowska*