



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 5

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 2308 / 4229 /23

Data: 26.10.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak Sprawy: 4138 / 2023

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu 15 pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie cewnika o długości całkowitej 270 cm (220 cm dren, 50 cm część donosowa).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 15 pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie drenu do tlenu o długości 210 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 3 dot. Pakietu 74 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie długości drenu 210 cm.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Pakiet 74 poz. 5 nie zawiera asortymentu o który pyta Wykonawca, nie mniej jednak Zamawiający domniemywa, że Wykonawca zadał pytanie do Pakietu 15 poz. 5 i udziela odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 4 dot. Pakietu 74 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie masek do podawania tlenu dla dorosłych w rozmiarach L i XL.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Pakiet 74 poz. 5 nie zawiera asortymentu o który pyta Wykonawca, nie mniej jednak Zamawiający domniemywa, że Wykonawca zadał pytanie do Pakietu 15 poz. 5 i udziela odpowiedzi: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 5 dot. Pakietu 74 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie masek do podawania tlenu dla dzieci w rozmiarach XS, S i M.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Pakiet 74 poz. 6 nie zawiera asortymentu o który pyta Wykonawca, nie mniej jednak Zamawiający domniemywa, że Wykonawca zadał pytanie do Pakietu 15 poz. 6 i udziela odpowiedzi: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 6 dot. Pakietu 74 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie masek z nebulizatorem dla dorosłych w rozmiarach L i XL.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Pakiet 74 poz. 7 nie zawiera asortymentu o który pyta Wykonawca, nie

mniej jednak Zamawiający domniemywa, że Wykonawca zadał pytanie do Pakietu 15 poz. 7 i udziela odpowiedzi: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 7 dot. Pakietu 74 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie masek z rezerwuarem tlenu dla dorosłych w rozmiarach L i XL.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Pakiet 74 poz. 8 nie zawiera asortymentu o który pyta Wykonawca, nie mniej jednak Zamawiający domniemywa, że Wykonawca zadał pytanie do Pakietu 15 poz. 8 i udziela odpowiedzi: Zamawiający nie dopuszcza.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

