



Słupsk, dnia 26.06.2023 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa bielizny pościelowej oraz ubrań i obuwia operacyjnego”- nr postępowania 64/TP/2023

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści odzież wykonaną z tkaniny o zawartości bawełny 48% +/- 3%, gramatura zgodnie z SWZ?

Proponowana tkanina nieznacznie różni się zawartością bawełny od wyspecyfikowanej, jest bardzo komfortowa, oddychająca, nieprześwitująca.

Odp. Zamawiającego: Tak.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dbając o wygodę użytkowników wymaga następujących krojów odzieży operacyjnej:
- Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami.

- Spodnie: na gumkę, wiązane z przodu na troki .

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 3:

Zamawiający wymaga dla ubrań operacyjnych granicznych parametrów, takich jak gramatura i skład tkaniny. Na Rynku zdarzają się niestety praktyki firm, które deklarują składy i gramatury w zależności od wymogów Zamawiającego, tak aby pozyskać zamówienie. Tylko na podstawie raportów z przeprowadzonych badań na wyznaczanie składu i gramatury Zamawiający może zweryfikować zaoferowane parametry. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty akredytowanych raportów z badań, wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzających gramaturę i skład tkaniny z której wykonane będą zaoferowane ubrania operacyjne, zgodnie z dedykowanymi do wyznaczania tych parametrów normami?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 4:

Zamawiający wymaga ubrań operacyjnych. W świetle obowiązującego prawa, ubrania operacyjne muszą spełniać wymogi normy PN-EN 13795.

Czy Zamawiający, mając na uwadze zgodność z obowiązującymi normami, wymaga załączenia do oferty akredytowanych raportów z badań potwierdzających zgodność parametrów z normą PN-EN 13795 dla tkaniny, z której wykonany będzie zaoferowany asortyment, wykonanych przez niezależne laboratorium badawcze?

Odp. Zamawiającego: Dokumenty zgodnie z SWZ.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wymaga, aby raporty potwierdzające gramaturę i skład tkaniny były spójne z przedstawionymi raportami z badań parametrów tkaniny na zgodność z normą PN-EN 13795, tj. żeby wszystkie załączone badania i raporty dotyczyły konkretnej jednej tkaniny, z której będzie wykonany zaoferowany asortyment?

Odp. Zamawiającego: Dokumenty zgodnie z SWZ.

Pytanie 6:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o co najmniej 2 dni robocze licząc od dnia udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wydłuży termin składania ofert.

Pytanie 7:

Szanowni Państwo, Czy dopuszczą Państwo Deklarację Zgodności z normą CEN/TS 14237:2015-12 Tekstylią w systemie ochrony zdrowia? Jest to dokument równoważny z certyfikatem

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Zgodnie z **art. 284 ust. 3 Ustawy** Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **29.06.2023 roku** do godz. **09:00**, a termin otwarcia ofert na dzień **29.06.2023 roku** o godz. **10:00**. Zmianie ulega **pkt 18 i 19** Instrukcji dla Wykonawców.

Zmianie ulega **pkt 13.1** Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin związania ofertą. **Było** 26.07.2023 r., **jest** 28.07.2023 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zapytań Publicznych

Piotr Feszak