

Milicz, dnia 25.04.2022r.

Zamawiający:

Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 1
56-300 Milicz

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z 13.04.2022

Pakiet 16

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w pakiecie 16 w poz. 1 i 2 gąbki hemostatycznej pakowanej po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj po 10 op. z każdego rozmiaru?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Pytania z 14.04.2022

Dotyczy pakiet 15 pozycje 1 i 2

Czy Zamawiający oczekuje kołder grzewczych zgodnych z instrukcją obsługi wyrobu medycznego klasy IIb - urządzeń grzewczych, będących w posiadaniu Zamawiającego?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Pytania z 19.04.2022

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. 1, 2 :

1. . Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1) pierwszej dostawy bez wymaganych dokumentów, o których mowa w §1 ust.4, w wysokości **0,5%** wartości brutto **przedmiotu umowy którego dotyczy niedostarczone w terminie dokumenty**

2) nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 5 umowy a, po upływie 14 dni

zwłoki w wysokości **0,5 %** wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż **10 %** wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy;

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pytania z 22.04.2022 – doprecyzowanie odpowiedzi udzielonej w dniu 21.04.2022

W odpowiedziach na pytanie do pakietu nr 14 o numer katalogowy

Pakiet 14:

" Prosimy o podanie numeru katalogowego czujnika przepływu do respiratorów typu Event używanego przez Zamawiającego", została udzielona przez Zamawiającego

"Odp. LOT 1037703"

Niestety numer LOT to oznaczenie konkretnej partii towaru, a nie numer katalogowy produktu. Dlatego prosimy o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż jedyny numer jaki udało się ustalić, to P/N EVM200345-01