



WSzSL/FZ.381.49/23.533.2023

Legnica 11-08-2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZABIEGÓW  
HEMODYNAMICZNYCH**

znak sprawy WSzSL/FZ-49/23

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11-09-2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień, w związku z wpłynięciem wniosków od Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ.

**Pytanie 1** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Zamawiającemu przysługują kary umowne:

1) w wysokości 0,1% wartości netto asortymentu, którego zwłoka dotyczy, wskazanej w Załączniku nr 1 do umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do któregokolwiek z terminów, o których mowa w §2 ust. 1 i/lub w §4 ust 2 i/lub w §4 ust. 4, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto asortymentu, którego zwłoka dotyczy**

2) w wysokości 0,2% wartości netto asortymentu, którego zwłoka dotyczy, wskazanej w Załączniku nr 1 do umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w §2 ust. 2, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto asortymentu, którego zwłoka dotyczy**

3) w wysokości 100,00 zł w przypadku dostarczenia asortymentu niezgodnego z umową

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokona takiej modyfikacji.**

**Pytanie 2** Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź: Wykonawca ma prawo przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/> Skrzynka: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, adres: Jarosława Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica, dane identyfikacyjne skrzynki – nr PEPPOL 6912204853; skrócona nazwa skrzynki: WSzS w Legnicy.**

**Pytanie 3** W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów z „... powiadomienia go o wadze jakościowej i zobowiązany będzie do udzielenia na nią odpowiedzi” na „... od dnia uznania reklamacji”

**Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pytania dotyczące Części 9

**Pytanie 4** Część nr 9 poz. 1 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na zestawy do nakłucia tętnicy promieniowej z przewodnikiem w rozm 0,021” dł. 45cm z końcówką prostą i „J”, z igłą 21G dł. 4cm. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 5** Część nr 9 poz. 2 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na zestawy do nakłucia tętnicy promieniowej z przewodnikiem w rozm 0,018” dł. 45cm z końcówką prostą i „J”. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 6 Część nr 9 poz. 3** Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na cewniki diagnostyczne kardiologiczne zbrojone o dł. 100cm, kompatybilne z przewodnikiem 0,035" oraz 0,038".

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego produktu.**

**Pytanie 7 Część nr 9 poz. 4** Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na zestawy do nakłucia tętnicy udowej z przewodnikiem nitinolowym w rozmiarze 0,035" dł. 40cm z końcówką prostą i „J”. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 8 Część nr 9 poz. 5** Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na zestawy do nakłucia tętnicy udowej z przewodnikiem nitinolowym w rozmiarze 0,035" dł. 40cm z końcówką prostą i „J”. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego produktu.**

### Pytania dotyczące Części 19

**Pytanie 9 Część nr 19 poz. 1** Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na stenty DES o grubości ścian stentu 70µ. Dł. 8-40mm; crossing profile 0,034" dla średnicy 3,0mm, ciśnienie nominalne 8 atm, RBP 18atm. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego produktu.**

**Część nr 19 poz. 2** Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na cewnik balonowy w rozmiarze 2,0-5,0mm i dł. 8-25mm, distal shaft 2.7F, proximal shaft 2.0F, profil wejścia 0,017", system RX. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w Części 4 (Zestaw do koronografii ostrodyżurowych) zostaje usunięty omyłkowo wprowadzony do opisu zastawu „Czujnik ciśnieniowy do pomiaru metodą krwawą ze zintegrowanym systemem płuczącym 3 ml/h, dwudzielna komora kroplowa z zatrzymującym powietrze filtrem hydrofilnym z membraną 15 µm, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do obiegu przetwornika, wysoka odporność na zakłócenia bez konieczności stosowania elementów korygujących, połączenie z kablem interfejsowym PINOWE”.

Udzielone odpowiedzi oraz powyższa informacja są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Dla ułatwienia Zamawiający publikuje skorygowany Załącznik 2A do SWZ.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy  
Anna Płotnicka-Mieloch