

Zamawiający  
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ  
ul. Lwowska 178 a  
33-100 Tarnów  
tel/fax. 014 621 25 81  
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl

WYKONAWCY  
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG:271.KS.6...**1383**/2021

Tarnów, dnia 13.04.2021 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia dostawa : stymulatory, defibrylatory, introduktory, elektrody, przewodniki, papier, akcesoria, sprzęt do elektrofizjologii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.– sprawa nr 6/2021

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 31.03.2021 r. Zamawiający wyjaśnia:

Zakres 22 poz.1.15 :

Czy Zamawiający dopuści system kompatybilny z elektrodami diagnostycznymi wielu producentów, a ablacyjnymi jednego producenta ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza. Ponieważ jest to parametr oceniany jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis załącznika 1B w pkt. 1.15 . Zmodyfikowany załącznik w załączeniu

Zakres 22 poz.1.16

Czy Zamawiający dopuści System dający możliwość wizualizacji oraz jednoczesowego stworzenia geometrycznego modelu serca oraz map potencjałowych elektrodami za pomocą elektrod nawigacyjnych bez konieczności podłączenia elektrody ablacyjnej?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zakres 22 poz.1.17

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu w podpunkcie 1.17 z uwagi na znikome praktyczne zastosowania, sugerujące rozwiązanie technologiczne konkretnego producenta.

Odpowiedź: Zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 22 poz. 1.19

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny sposób parametryzacji ablacji za pomocą algorytmu Ablation Index łączącego czas, moc, siłę i stabilność w czasie aplikacji?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zakres 22 poz.1.20 : Czy Zamawiający dopuści jako równoważny Pomiar siły docisku elektrody oparty na pomiarze pól elektromagnetycznych ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zakres 22 poz.2.18 : Czy Zamawiający dopuści jako dodatkowy element zwiększający bezpieczeństwo zabiegu ablacji monitorowanie poziomu cieczy chłodzącej?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zakres 22 poz.2.24 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny zestaw do nakłucia transeptalnego składający się z igły transeptalnej ( 6 wielkości do wyboru), koszulki transeptalnej 8,5F, 2 długości do wyboru 60 cm i 79,4 cm, 3 krzywizny do wyboru , wyposażoną w zastawkę hemostatyczną zintegrowaną z koszulką oraz dodatkową linię żylną do przepłukiwania koszulki zakończoną zintegrowanym kranikiem trójdrożnym?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zakres 22 poz.2.28 Czy Zamawiający dopuści elektrody ablacyjne chłodzone, o dwukierunkowej zmianie krzywizny, co najmniej 3 wielkości krzywizny do wyboru, biegun ablacyjny 3,5 mm, wyposażone w czujnik pola magnetycznego - kompatybilne z oferowanym systemem 3D ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zakres 22 poz.2.29 Czy Zamawiający dopuści Elektrody ablacyjne chłodzone, o dwukierunkowej zmianie krzywizny, co najmniej 3 wielkości krzywizny do wyboru, biegun ablacyjny 3,5 mm, wyposażone w czujnik pola magnetycznego - kompatybilne z oferowanym systemem 3D ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem oferowania elektrody z pomiarem siły nacisku na struktury wewnętrzsercowe.

Zakres 22 poz.2.31 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny produkt elektrodę wysokiej rozdzielczości 20 biegunową średnicy 7F, 2 krzywizny do wyboru kompatybilna z oferowanym systemem 3D?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pozostałe zapis SWZ bez zamian. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Otrzymują: Adresat + załącznik  
a/a

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tamowie

*Anna Czech*

KIEROWNIK  
DZIAŁU LOGISTYKI  
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ  
w Tamowie

*mgr Anna Hajnysz*

STARSZY REFERENT  
DZIAŁU LOGISTYKI  
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ  
w Tamowie

*mgr Karolina Strzałba*