

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa narzędzi chirurgicznych i innych dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ujęta w 4 częściach.

1. Kod CPV – 33141000
2. Ilości wskazane w Formularzu cenowym są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż podana w Formularzu cenowym, w związku z niemożliwością przewidzenia pełnego zapotrzebowania na przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową.
3. Stopień realizacji zamówienia uzależniony jest od rzeczywistych potrzeb, wynikających z działalności Zamawiającego.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
5. Zasady realizacji przedmiotowej dostawy:
  - 1) Dostawy realizowane będą w uzgodnionych z Sekcją Zakupów na bieżąco, w wielkościach i asortymencie wg każdorazowego zgłoszonego na piśmie zapotrzebowania (dopuszcza się przekazywanie zamówień faksem lub telefonicznie) z realizacją do 5 dni (poniedziałek-piątek) licząc od chwili złożenia zamówienia.
  - 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty w odpowiednich opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe.
  - 3) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia do Magazynu Szpitala na własny koszt i ryzyko, od poniedziałku do piątku.
  - 4) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, np.: zakończenia produkcji, czasowego wstrzymania produkcji, braku importu do Polski, Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu inne, dostępne w obrocie produkty o takiej samej nazwie międzynarodowej i postaci / o takich samych parametrach. Wykonawca podejmie również wszelki możliwe działania w celu ustalenia czy na rynku produktów objętych przedmiotem zamówienia, są przedsiębiorcy posiadający na stanie przedmiotowe produkty ( w tzw. zapasach) i jeżeli tak, to wówczas Wykonawca dokona stosownej transakcji celem ich pozyskania i dalszego odsprzedania Zamawiającemu. Cena zamiennego produktu, nie może być wyższa od ceny produktu objętego przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 7.
  - 5) W sytuacji, gdy w obrocie brak będzie produktów (odpowiedników), brak będzie również tzw. zapasów u podmiotów trzecich, które mogłyby być zaproponowane Zamawiającemu w cenach obowiązujących w umowie, a są produkty, których cena jest wyższa od ceny produktu objętego umową (a ewentualna sprzedaż w cenie z niniejszej umowy groziłaby powstaniem rażącej straty u Wykonawcy), Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, załączając do pisemnej informacji dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji (np. pisma od producenta, od podmiotów trzecich). Wykonawca ma również obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie wystąpienia ewentualnej rażącej straty po jego stronie i załączyć stosowne dokumenty.
  - 6) Zmian produktu na zasadach, o których mowa w pkt 4 lub pkt 5 jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
  - 7) W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dostarczał produktu będącego przedmiotem umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika produktu czy też produktu tzw. Zapasów w sytuacji, o której mowa w pkt. 5 Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu produktu (odpowiednika) u innego dostawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od zakupu w ramach umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Wykonawca.



**Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie**  
ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew

DZIAŁ EKONOMICZNY  
tel. (46) 86-49-521 fax (46) 86-49-505  
e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl



- 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem  
 9) Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

L.P.	RODZAJ	WARUNKI WYMAGANE
<b>ZADANIE 1</b>		
1	Ostrza roz. 10 op. a 100 szt	Wykonane ze stali węglowej, czytelne oznakowanie rozmiarów na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym, sterylne, każde ostrze pakowane pojedynczo w folię, niełamiące, ostre. W przypadku, gdy 5% ostrzy w opakowaniu ulegnie pęknięciu lub będzie tępa oferta zostanie odrzucona, jako niespełniająca warunków wymaganych
2	Ostrza roz. 11 op. a 100 szt	
3	Ostrza roz. 15 op. a 100 szt	
4	Ostrza roz. 20 op. a 100 szt	
5	Ostrza roz. 22 op. a 100 szt	
6	Ostrza roz. 24 op. a 100 szt	
<b>ZADANIE 2</b>		
1	Ostrza do piły oscylacyjnej 2108103000	Ostrza jednorazowe sterylne do pił oscylacyjnych firmy Stryker
2	Ostrza do piły oscylacyjnej 2108110000	
3	Ostrza do piły oscylacyjnej 2108148000	
4	Ostrza do piły oscylacyjnej 6125-089-090	
5	Ostrza do piły oscylacyjnej 6125-097-090	
<b>ZADANIE 3</b>		
1	Ostrza do shavera	jednorazowego użycia ostrza do shavera do posiadanych przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego. Ostrza pakowane sterylne, pojedynczo. Ostrza do tkanki miękkiej typu Dissector dostępne w średnicach : 3,8; 4,0; 5,0; 5,5 mm.
2	Ostrza do shavera	jednorazowego użycia ostrza do shavera do posiadanych przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego. Ostrza pakowane sterylne, pojedynczo. Ostrza do tkanki miękkiej typu Excalibur dostępne w średnicach : 3,8; 4,0; 5,0; 5,5 mm.
3	Ostrza do shavera	jednorazowego użycia ostrza typu Round Burrs do shavera do posiadanych przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego. Ostrza pakowane sterylne, pojedynczo. Ostrza typu frezy kostne dostępne w średnicach: 4,0; 5,0; 5,5 mm. Ostrza kostne dostępne w wersji z ośmioma wyżłobieniami na części roboczej ostrza.
4	Ostrza do shavera	jednorazowego użycia ostrza typu Oval Burrs do shavera do posiadanych przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego. Ostrza pakowane sterylne, pojedynczo. Ostrza typu frezy kostne dostępne w średnicach: 4,0; 5,0; 5,5 mm. Ostrza kostne dostępne w wersji z ośmioma i dwunastoma wyżłobieniami na części roboczej ostrza.

5	Ostrza do shavera	jednorazowego użycia ostrza do shavera do posiadanych przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego. Ostrza pakowane sterylne, pojedynczo. Ostrza do shavera z funkcją mikrołamań, zagięte pod kątem 30 lub 45 stopni o głębokości nawiercania 4 i 6 mm, średnica nawiercenia 1,5 mm.
ZADANIE 4		
1	Ostrze trepanu 14/11 mm jednorazowe	Jednorazowe, sterylne, czterokrawędziowe ostrze trepanu 14/11 wykonane z metalu, z trzpieniem Hudson