



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 2

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 2506 / 4090 /24

Data: 21.11.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego na rzecz „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak Sprawy: 3863 / 2024.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu 35 - Załącznika nr 3 do SWZ –Formularz Asortymentowo-Cenowy

Dotyczy pakietu 35

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie dat przeglądów technicznych przewidzianych dla urządzeń z zakresu pakietu nr 35 lub orientacyjną ilość terminów w jakich należy dokonać prace przeglądowe.

Informacja jest niezbędna w celu ustalenia optymalnej wyceny przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z § 3 ust. 1 Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy „(...) Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, prześle Wykonawcy na adres e-mail wskazany w § 4 ust. 2, dokument zawierający informacje o terminach pierwszych przeglądów.”

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 35 - Załącznika nr 3 do SWZ –Formularz Asortymentowo-Cenowy

W zakresie pakietu 35

Prosimy o informację czy przegląd urządzeń jest standardowym przeglądem rocznym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że każdy respirator Ventilologic LS w okresie trwania umowy powinien mieć wykonany przegląd „mały” po 8.000 godzin pracy oraz przegląd „duży” po 16.000 godzin pracy. Pierwsze przeglądy, które należy wykonać po zawarciu umowy to: przegląd „Mały” po 8.000 godzin dla 10 urządzeń i przegląd „duży” po 16.000 godzin dla 3 urządzeń.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego nr KRS 0000026179

Rejestr podmiotów
wykonujących działalność
lecniczną nr 000000015229

ZARZĄD:
Prezes Zarządu Spółki - Bożena Szelałgowska

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
PL 74 2030 0045 1110 0000 0103 8710 (PLN)



REGON 510996861
NIP 848-16-30-309

Kapitał zakładowy
21.700.000,00 PLN

