



INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU (POWTÓRKA)”.

Pytanie nr 1- dotyczy pakietu 25 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści - Wymazówka z żelam transportowym, plastikowa z węglem i bez węgla z wacikiem wiskozowym i podłożem Amies o średnicy min. 13 mm. Klasa IIa, pakowana indywidualnie. Etykieta i instrukcja obsługi na opakowaniu jednostkowym w formie graficznej?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuści formę graficzną instrukcji z zachowaniem formy opisowej w języku polskim. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

Pytanie nr 2 - dotyczy pakietu 25 pozycja 2

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem kompatybilności wymazówki plastikowej w próbówce transportowej bez podłoża z zestawem z poz.1?

Odpowiedź: *Kompatybilność dotyczy średnicy wewnętrznej próbówki i korka z wymazówką do zamknięcia próbek po pobraniu materiału.*

Pytanie nr 3 - dotyczy pakietu 25 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści produkt z terminem ważności nie krótszym niż 2 miesiące?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 4 - dotyczy pakietu 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 1, 2 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu?

Obecna forma pakietu zawęży krąg potencjalnych dostawców i prowadzi do ograniczenia konkurencji gospodarczej. Wydzielenie wskazanych produktów umożliwi uzyskanie większej ilości ofert, a przede wszystkim pozwoli na zoptymalizowanie wydatków środków publicznych. Według przepisów art. 25 ust. 2 nowego pzp zamówienie jest niepodzielne na części, jeżeli ze względów technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych tworzy nierozdzielalną całość. W tym przypadku nie zachodzą przesłanki, które pozwoliłyby uznać produkty w pakiecie za nierozdzielalnie łączone.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 5 - dotyczy pakietu 25

Czy Zamawiający potwierdzi, że przedłożenie dokumentu potwierdzającego zapewnienie przeżywalności bakterii w okresie do 72 godzin (wysyłka wymazówek) dotyczy tylko poz. nr 1?

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza tak, tylko pozycja 1 .*

Pytanie 6 - dotyczy pakietu 1 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z oznaczeniem kolorystycznym wyłącznie na konektorze cewnika?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 7 - dotyczy pakietu 1 poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z otworami bocznymi położonymi naprzeciwgle?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*



Pytanie 8 - dotyczy pakietu 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do o długości 150cm i średnicy 1,24mm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 9 - dotyczy pakietu 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 24G bez przewodnicy?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 10 - dotyczy pakietu nr 6, pozycja 2,4

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia ze względu na niemożność modyfikacji ogłoszeń o zamówieniu publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ww. oficjalny publikator ogłoszeń uniemożliwia na dzień dzisiejszy wydzielanie pozycji z pakietów i tworzenie odrębnych, nowych pakietów.*

Pytanie 11 - dotyczy pakietu nr 6, pozycja 2,4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących właściwościach:

W skład zestawu wchodzi:

- Strzykawka niskoporowa o pojemności 10ml o wygładzonym wnętrzu, kontrastującym tloku ze standardową końcówką typu luer
- Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z poliamidu, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 5cm do 17cm od strony dystalnej). Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym zapobiega uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika.
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) o długości 90mm, skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu
- Igła do znieczulenia podpajęczynówkowych (Pencil Point) 27G (szara) o długości 135 mm z możliwością wprowadzania do igły Touhy, wykonana ze stali nierdzewnej, z systemem blokującym SAFE-WAY, z możliwością regulacji wysunięcia igły w zakresie 0-10mm
- Płaski filtr epiduralny 0,2 µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem (do 96 godz. nieprzerwanej pracy)
- Tępa igła do nabierania leków 18 G 38 mm z wbudowanym filtrem 0,5 µm. Ścięcie igły pod kątem 45°
- Łącznik do cewnika epiduralnego
- Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoaergicznym klejem z systemem zatraskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała
- Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy. Zamawiający wymaga prostego zestawu tylko do znieczulenia podpajęcznych nie podpajęczno-rdzeniowego.*

Pytanie 12 - dotyczy pakietu nr 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 24G bez przewodnicy o długości wyłącznie 90mm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 13 - dotyczy pakietu nr 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 26G o długości wyłącznie 90mm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 14 - dotyczy pakietu nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany z poliamidu?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 15 - dotyczy pakietu nr 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści gumki o następujących właściwościach:




- Wysokiej jakości silikon do aplikacji medycznych, np. zamykanie, wyciąganie, lub wyodrębnianie tętnic, ścięgien, żył lub nerwów,
- Mocne i wytrzymałe, ale jednocześnie delikatne
- Nie porowata, gładka powierzchnia umożliwia łatwe przeciąganie pomiędzy naczyniami krwionośnymi
- Posiadają element widoczny w RTG
- Różne wersje kolorystyczne ułatwiające odróżnianie naczyń: (czerwony, niebieski, złoty)
- Dwa rozmiary:
 - maxi 2,5mm szer i 1,0mm grubość
 - mini 1,3mm szer i 0,9mm grubość
- Pakowane dwie nitki po 40cm każda w jednej saszetce, opakowanie sterylne
- Zawinięte na plastikowej karcie, uniemożliwiającej zaplątanie się nitki
- Produkt nie zawiera lateksu, ftalanów, PCV, plastyfikatorów oraz substancji kolorujących
- Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu
- Przydatność do użycia 5 lat
- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 16 - dotyczy pakietu nr 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści butelkę jak na zdjęciu:



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 17 - dotyczy pakietu nr 28, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd jak na zdjęciu:



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 18 - dotyczy pakietu nr 28, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem o wielkości 0,1 bez filtra i zastawki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych
Małgorzata Cierpka

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr inż. Jacek Banaszak