

Numer referencyjny postępowania:
ZP.272.08.2022

Pruszków, dnia 26 kwietnia 2022 roku

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „**Dostawa opatrunków dla Szpitala Powiatowego w Pruszkowie w podziale na pakiety**”.

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ nr 2

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. – zwanej dalej „*Ustawą Pzp.*”), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „*SWZ*”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Treść pytania nr 3:

Pytanie nr 2 – dotyczy pakiet 9 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek dzianych w o poniższych wymiarach:

- poz. 1 – 6cm x 5m;*
- poz. 2 – 10cm x 5m;*
- poz. 3 – 14 cm x 5m.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 4:

dotyczy pakiet 9 poz.4-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek elastycznych tkanych krepowanych z 2 zapinkami o poniższych wymiarach:

- poz. 4 - 10cm x 5m;*
- poz. 5 – 12cm x 5m;*
- poz. 5 – 15cm x 5m.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 5:

dotyczy pakiet 9 poz.7-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznych siatek opatrunkowych wykonanych z włókien poliamidowych pokrytych gumą lateksową od długości 20 m w stanie rozciągniętym i poniższych wymiarach:

- poz. 7 – sposób aplikacji „przedramię/ramię” – szerokość w stanie swobodnym 2cm;*
- poz. 8 - sposób aplikacji „podudzie” – szerokość w stanie swobodnym 2,5cm;*
- poz. 9 - sposób aplikacji „głowa” – szerokość w stanie swobodnym 3cm;*
- poz. 10 - sposób aplikacji „podudzie” – szerokość w stanie swobodnym 6 cm;*

Siatki posiadają elastyczność wzdłużną i poprzeczną 300%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe.

Treść pytania nr 6:

dotyczy pakiet 22 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przyklepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przyklepne 75 x 90 cm

1 serweta przyklepna 180 x 180 cm

1 serweta przyklepna 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m².

Serwety posiadają kierunek rozkładania oraz piktogram informujący o miejscu ułożenia. Taśma przyklepna w serwetach o szerokości min. 5cm, wyposażona w marginesy ułatwiające oderwanie papieru zabezpieczającego. Zestaw zgodny z najnowszymi wymaganiami normy EN 13795-1:2019. Opakowanie Tyvec-folia z zaznaczonym kierunkiem otwierania. Na opakowaniu 4 etykiety do dokumentacji medycznej zawierające nr REF, LOTA, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 7:

dotyczy pakiet 22 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przyklepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przyklepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przyklepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przyklepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m² (łączna gramatura 140g/m²). Serwety posiadają kierunek rozkładania oraz piktogram informujący o miejscu ułożenia. Taśma przyklepna w serwetach o szerokości min. 5cm, wyposażona w marginesy ułatwiające oderwanie papieru zabezpieczającego. Zestaw zgodny z najnowszymi wymaganiami normy EN 13795-1:2019. Opakowanie Tyvec-folia z zaznaczonym kierunkiem otwierania. Na opakowaniu 4 etykiety do dokumentacji medycznej zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 8:

dotyczy pakiet 22 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 180/250 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna z otworem 18 x 16 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serweta główna wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m². Serwety posiadają kierunek rozkładania oraz piktogram informujący o miejscu ułożenia. Zestaw zgodny z najnowszymi wymaganiami normy EN 13795-1:2019. Opakowanie Tyvec-folia z zaznaczonym kierunkiem otwierania. Na opakowaniu 4 etykiety do dokumentacji medycznej zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe.

Treść pytania nr 9:

dotyczy pakiet 22 poz. 3

Mając na uwadze poniższe wyjaśnienia wnosimy o odstąpienie od wymogu obłożeń zgodnych z normą AAMI PB70.

Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, wymagania i metody badań dotyczące odzieży i obłożeń chirurgicznych określa najnowsza norma PN-EN 13795:2019, natomiast norma AAMI PB70 jest normą amerykańską, niezharmonizowaną z przepisami europejskimi, dlatego też wymóg oferowania asortymentu z w/w normą jest bezzasadny i znacznie ogranicza zasadę konkurencyjności ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 10:

dotyczy pakiet 22 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm ze zintegrowaną kieszenią na płyny 35 x 52 cm z portem, otwór przylepny 9 x 12 cm

1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm, z otworem 24 x 21 cm ze zintegrowanymi nogawicami

1 przylepiec typu velcro 2,5 x 30 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m². Serwety posiadają kierunek rozkładania oraz piktogram informujący o miejscu ułożenia. Zestaw zgodny z najnowszymi wymaganiami normy EN 13795-1:2019. Opakowanie Tyvec-folia z zaznaczonym kierunkiem otwierania. Na opakowaniu 4 etykiety do dokumentacji medycznej zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach

kod kreskowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza.

Treść pytania nr 11:

dotyczy pakiet 22 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 osłona na kończyne 36 x 120 cm

1 serweta 100 x 150 cm

1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m² (łącznie gramatura 140g/m²). Serwety posiadają kierunek rozkładania oraz piktogram informujący o miejscu ułożenia. Zestaw zgodny z najnowszymi wymaganiami normy EN 13795-1:2019. Opakowanie Tyvec-folia z zaznaczonym kierunkiem otwierania. Na opakowaniu 4 etykiety do dokumentacji medycznej zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Treść pytania nr 12:

dotyczy pakiet 22 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

3 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończyne 30 x 120 cm

1 elastyczny bandaż 12 cm x 6 m

2 przylepne serwety 75 x 90 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 przylepna serweta 180 x 180 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 przylepna serweta 150 x 240 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 100 cm z padem chłonnym 75 x 140 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (komfortowa włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m² (łącznie gramatura 155g/m²). Serwety posiadają kierunek rozkładania oraz piktogram informujący o miejscu ułożenia. Zestaw zgodny z najnowszymi wymaganiami normy EN 13795-1:2019. Opakowanie Tyvec-folia z zaznaczonym kierunkiem otwierania. Na opakowaniu 4 etykiety do dokumentacji medycznej zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, że brak w pakiecie 22 pozycji 6.

Treść pytania nr 13:

Pakiet 3 poz.1-5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha standardowego o poniższym opisie:

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m². Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż min. 2 cm x 10 cm i 2 cm x 10 cm, mankiety o długości min.7 cm, wykonane z poliestru. Szwy całego fartucha wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – serwetą włókninową. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane importera. W opakowaniu dodatkowo 2 ręczniki min.30x40 cm. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar fartucha oznaczony literowo – rozmiary M, L, XL, XXL, XXXL.

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA
M	120cm
L	130cm
XL	140cm
XXL	150cm
XXXL	160cm
Tolerancja	+/- 2cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza.

Treść pytania nr 14:

Pakiet 3 poz.6-9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha wzmocnionego o poniższym opisie:

Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m²; wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach min. 40 g/m². Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż min. 2cm x 10 cm i 2 cm x 10 cm, mankiety o długości min.7 cm, wykonane z poliestru. Szwy całego fartucha wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – serwetą włókninową. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane importera. W opakowaniu dodatkowo 2 ręczniki min.30x40 cm. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar fartucha oznaczony literowo M, L, XL, XXL, XXL.

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA
M	120cm
L	130cm

XL	140cm
XXL	150cm
XXXL	160cm
Tolerancja	+/- 2cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza.

Treść pytania nr 15:

Pakiet 1, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu (włóknina + folia PE) o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 16:

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 17:

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu (włóknina + folia PE) o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 18:

Pakiet 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 120x150cm z otworem przylepnym o średnicy 7cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 19:

Pakiet 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę 3 warstwową w rozmiarze 120x170cm z otworem przylepnym o średnicy 12cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 20:

Pakiet 1, pozycja 8-9

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę z 1 taśmą w komplecie i drugą pakowaną osobno?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 21:

Pakiet 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 22:

Pakiet 1, pozycja 10

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby osłona na przewody była zgodna z normą PN-EN 13795, gdyż norma ta nie dotyczy wyrobów z folii?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 23:

Pakiet 1, pozycja 11-12

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną wykonaną z poliuretanu o grubości 25µm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 24:

Pakiet 1, pozycja 11-12

Czy Zamawiający dopuści folię sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 25:

Pakiet 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 60x52cm o powierzchni klejącej 60x46cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 26:

Pakiet 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 42x42cm o powierzchni klejącej 42x36cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 27:

Pakiet 2, składowa 2

Czy zamawiający dopuści serwetkę z włókniny kompresowej 50g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 28:

Pakiet 2, składowa 4

Czy zamawiający dopuści serwetę z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 60g/m², chłonność 600%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 29:

Pakiet 2

Czy zamawiający dopuści zestaw pakowany w rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 30:

Pakiet 3, pozycja 1-5 (rozmiary S/M – XXL large)

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 31:

Pakiet 3, pozycja 1-5 (rozmiary S/M – XXL large)

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMMMS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 32:

Pakiet 3, pozycja 1-5 (rozmiary S/M – XXL large)

Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający oznaczenie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu, pozwalającego na identyfikację przed rozłożeniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 33:

Pakiet 3, pozycja 1-5 (rozmiary S/M – XXL large)

Czy Zamawiający dopuści fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – włóknina?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 34:

Pakiet 3, pozycja 1-5 (rozmiary S/M – XXL large)

Czy Zamawiający dopuści 2 ręczniki w rozmiarze 30x30cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 35:

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze M o długości 124cm, oznaczony tylko w 1 sposób – literowo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 36:

Pakiet 3, pozycja 2 (rozmiar L)

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o długości 128cm, oznaczony tylko w 1 sposób – literowo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 37:

Pakiet 3, pozycja 3 (rozmiar XL)

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm, oznaczony tylko w 1 sposób – literowo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 38:

Pakiet 3, pozycja 3 (rozmiar XL)

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o długości 157cm, oznaczony tylko w 1 sposób – literowo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 39:

Pakiet 3, pozycja 4 (rozmiar XL Long)

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXXL o długości 170cm, oznaczony tylko w 1 sposób – literowo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 40:

Pakiet 3, pozycja 4 (rozmiar XL Long)

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm, oznaczony tylko w 1 sposób – literowo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 41:

Pakiet 3, pozycja 5 (rozmiar XXL large)

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o długości 157cm i obwodzie 160cm, oznaczony tylko w 1 sposób – literowo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 42:

Pakiet 3, pozycja 6-9 (rozmiary S/M – XXL large)

Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony wykonany z włókniny typu SMS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 43:

Pakiet 3, pozycja 6-9 (rozmiary S/M – XXL large)

Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony wykonany z włókniny typu SMMMS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 44:

Pakiet 3, pozycja 6-9 (rozmiary S/M – XXL large)

Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający oznaczenie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu, pozwalającego na identyfikację przed rozłożeniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 45:

Pakiet 3, pozycja 6-9 (rozmiary S/M – XXL large)

Czy Zamawiający dopuści fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – włóknina?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 46:

Pakiet 3, pozycja 6-9 (rozmiary S/M – XXL large)

Czy Zamawiający dopuści 2 ręczniki w rozmiarze 30x30cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 47:

Pakiet 3, pozycja 6 (rozmiar S/M)

Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony w rozmiarze M o długości 124cm, oznaczony tylko w 1 sposób – literowo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 48:

Pakiet 3, pozycja 7 (rozmiar L)

Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony w rozmiarze L o długości 128cm, oznaczony tylko w 1 sposób – literowo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 49:

Pakiet 3, pozycja 8 (rozmiar XL)

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm, oznaczony tylko w 1 sposób – literowo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 50:

Pakiet 3, pozycja 8 (rozmiar XL)

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o długości 157cm, oznaczony tylko w 1 sposób – literowo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 51:

Pakiet 3, pozycja 9 (rozmiar XXL large)

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o długości 157cm i obwodzie 160cm, oznaczony tylko w 1 sposób – literowo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 52:

Pakiet 4, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu folia-papier?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 53:

Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści tufery pakowane pojedynczą torebką 1) foliowo-papierową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 54:

Pakiet 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 55:

Pakiet 4, pozycja 9, 10, 13

Czy zamawiający dopuści zestawy zapakowane w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 56:

Pakiet 4, pozycja 9, 10, 13

Czy zamawiający dopuści sterylizację tlenkiem etylenu? Proces sterylizacji tlenkiem etylenu jest równie bezpieczny jak sterylizacja parą wodną, ponieważ każdy rodzaj sterylizacji musi być zwalidowany, nadzorowany, kontrolowany zgodnie z mającymi zastosowanie obowiązującymi normami dla danego rodzaju procesu sterylizacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 57:

Pakiet 4, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 58:

Pakiet 4, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści opatrunek sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasa Is reguła 4?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 59:

Pakiet 4, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'25szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 60:

Pakiet 4, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o chłonności 110g/szt?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 61:

Pakiet 4, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści opatrunek składający się z warstw:

warstwa kontaktowa z raną
polipropylen (100 %), gramatura $20g \pm 2 g/m^2$

warstwa celulozowa (otaczająca wkład chłonny)
celuloza (100 %), gramatura $15g \pm 1 g/m^2$

wkład chłonny
pulpa celulozowa (100%)

warstwa zewnętrzna
polipropylen (100 %), gramatura $40g \pm 4g/m^2$

?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 62:

Pakiet 6, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy:

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm, wykonana z laminatu PP+PE, 60g/m²

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 50cm 2-warstwowa, wykonana z laminatu PP+PE, 60g/m²

6 x Tupfer gazowy śr. 3cm (20cm x 20cm)

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm.M ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 63:

Pakiet 6, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy:

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7cm

1 x Strzykawka 3-częściowa 3ml Luer-Lock

1 x Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 x Igła iniekcyjna (0,5 x 25)

10 x Kompres włókninowy 30G 4W 7,5cm x 7,5cm

1 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 64:

Pakiet 6, pozycja 3, składowa 1

Czy zamawiający dopuści serwetę celulozowo-polietylenową o gramaturze 54g/m² o wymiarach 70 x 50 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 65:

Pakiet 6, pozycja 3, składowa 2

Czy zamawiający dopuści serwetę z włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 60g/m², z przylepnym otworem o średnicy 7 cm, rozmiar serwety 50 x 75 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 66:

Pakiet 6, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 67:

Pakiet 6, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołączonym do opakowania pojemnikiem trójkomorowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 68:

Pakiet 7, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści watę wiskozowo-bawełnianą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 69:

Pakiet 8, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 70:

Pakiet 8, pozycja 1-2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniu znajdował się czas namaczania opaski oraz czas modelowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 70:

Pakiet 9, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkowa o szerokości 2,5-4,5mm w stanie swobodnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 71:

Pakiet 9, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkowa o szerokości 1,5-3,5mm w stanie swobodnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 72:

Pakiet 9, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkowa o szerokości 40-60mm w stanie swobodnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 73:

Pakiet 9, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkowa o szerokości 2,5-4,5mm w stanie swobodnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 74:

Pakiet 9, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkowa o szerokości 50-95mm w stanie swobodnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 7:

Pakiet 9, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkowa o szerokości 80-140mm w stanie swobodnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 75:

Pakiet 9, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkowa o szerokości 65-135mm w stanie swobodnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 76:

Pakiet 9, pozycja 7-10

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową pakowana a'10m w stanie nierozciągniętym z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 77:

Pakiet 12, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści paski do łączenia brzegów ran wykonane z elastycznego poliamidu, wzmocnione włókniną typu spunbond?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 78:

Pakiet 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek nasączony miękką parafiną z 0,5% chlorheksydyną niejałowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 79:

Pakiet 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kieszeń na narzędzia ze sztywnikiem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 80:

Pakiet 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 81:

Pakiet 19, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kieszeń na narzędzia z 1 taśmą do mocowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 82:

Pakiet 19, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 83:

Pakiet 19, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści torbę do przechwytywania płynów o wymiarach 50cm x 50cm wyposażoną w sztywne w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwi podłączenia drenów o różnej średnic

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 84:

Pakiet 19, pozycja 2, 3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby w/w asortyment był zgodny z normą PN-EN 13795, gdyż norma ta nie dotyczy wyrobów z folii?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 85:

Pakiet 19, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm, wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 86:

Pakiet 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny o gramaturze 18g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 87:

Pakiet 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30x30cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 88:

Pakiet 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30x30cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 89:

Pakiet 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę główną z niedzielnym paskiem samoprzylepnym w rozmiarze 5x80cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 90:

Pakiet 22, pozycja 3, 5

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 91:

Pakiet 22, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą samoprzylepną o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m² ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 92:

Pakiet 22, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo w rozmiarze 80cm x 140cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 93:

Pakiet 22, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą chłonną dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonaną z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m² ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 94:

Pakiet 22, pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby zestaw był zgodny z AAMI PB70 poziom 3.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 95:

Pakiet 22, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji ginekologicznych:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, całkowita gramatura w miejscu wzmocnienia 130g/m²:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm, wyposażoną w sztywne w górnej części torebki, filtr w dolnej wewnętrznej części torby i port do odsysania treści, którego budowa umożliwi podłączenie drenów o różnej średnicy, W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm*
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²*
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm*
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm*
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm*
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 96:

Pakiet 22, pozycja 5

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m²:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm*
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm*
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm*
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm*
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm*
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm*
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm*
- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 150cm (450cm w stanie rozciągniętym)*

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 97:

Pakiet 22, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji biodra:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 98:

Pakiet 23, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 300cm, wzmocniona z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3.5cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60 g/m² oraz warstwy chłonnej w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m², dodatkowo zintegrowana z organizatorami przewodów. Łączna gramatura serwety w strefie krytycznej 140 g/m²
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m² ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 99:

Pakiet 23, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta porodowa o wymiarach 114cm x 150cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 60 g/m², w strefie krytycznej wzmocnienie o gramaturze 80 g/m². Rozmiar wzmocnienia w

strefie krytycznej 25cm x 50cm, serweta zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy, odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa.

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 85 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 50 g/m²

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m² ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 100:

Pakiet 23, pozycja 2, składowa 1

Czy zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową 114 x 150 cm ze wzmocnieniem, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 101:

Pakiet 23, pozycja 2, składowa 3

Czy zamawiający dopuści serwetę dla noworodka 80 x 90 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 102:

Pakiet 23, pozycja 2, składowa 6

Czy zamawiający dopuści ręcznik 30 x 30 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 103:

Pakiet 23, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści laminat dwuwarstwowy folia polietylenowa 30g/m², włóknina polipropylenowa 30g/m², łączna gramatura 60g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 104:

Pakiet 23, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho/mokro 110/100 kPa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 105:

Pakiet 23, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²:

- 1 x serweta 180/270 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką*
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm*
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm*
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm*
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm*
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm*

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 106:

Pakiet 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami 30x39cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. Dla obszaru krytycznego i niekrytycznego penetracja wody min. 46 cmH₂O; Palność Klasa 1 wg CFR1610 oraz penetracja lasera klasa P4 i pierwotny zapłon klasa I1 wg EN 810. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Rozmiar S/M długość 115 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 107:

Pakiet 3, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami 30x39cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. Dla obszaru krytycznego i niekrytycznego penetracja wody min. 46 cmH₂O; Palność Klasa 1 wg CFR1610 oraz penetracja lasera klasa P4 i pierwotny zapłon klasa I1 wg EN 810. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla

producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.
Rozmiar L długość 120 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 108:

Pakiet 3, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma rącznikami 30x39cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. Dla obszaru krytycznego i niekrytycznego penetracja wody min. 46 cmH₂O; Palność Klasa 1 wg CFR1610 oraz penetracja lasera klasa P4 i pierwotny zapłon klasa I1 wg EN 810. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Rozmiar XLL długość 150 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 109:

Pakiet 3, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma rącznikami 30x39cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. Dla obszaru krytycznego i niekrytycznego penetracja wody min. 46 cmH₂O; Palność Klasa 1 wg CFR1610 oraz penetracja lasera klasa P4 i pierwotny zapłon klasa I1 wg EN 810. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Rozmiar 2XLL długość 160 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 110:

Pakiet 3, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma rącznikami 30x39cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. Dla obszaru krytycznego i niekrytycznego penetracja wody min. 46 cmH₂O; Palność Klasa 1 wg CFR1610 oraz penetracja lasera klasa P4 i pierwotny zapłon

klasa I1 wg EN 810. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Rozmiar XLL długość 150 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 111:

Pakiet 3, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma rącznikami 30x39cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. Dla obszaru krytycznego i niekrytycznego penetracja wody min. 46 cmH₂O; Palność Klasa 1 wg CFR1610 oraz penetracja lasera klasa P4 i pierwotny zapłon klasa I1 wg EN 810. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Rozmiar 2XLL długość 160 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 112:

Pakiet 3, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony polietylenem w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m². Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma rącznikami 30x39cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. Dla obszaru krytycznego i niekrytycznego penetracja wody odpowiednio min. 46 cmH₂O i min. 175 cmH₂O ; Palność Klasa 1 wg CFR1610 oraz penetracja lasera klasa P4 i pierwotny zapłon klasa I1 wg EN 810. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Rozmiar S/M długość 115 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 113:

Pakiet 3, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony polietylenem w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m². Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co

najmniej 2-ma ręcznikami 30x39cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. Dla obszaru krytycznego i niekrytycznego penetracja wody odpowiednio min. 46 cmH₂O i min. 175 cmH₂O ; Palność Klasa 1 wg CFR1610 oraz penetracja lasera klasa P4 i pierwotny zapłon klasa I1 wg EN 810. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Rozmiar L długość 120 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 114:

Pakiet 3, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego= z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony polietylenem w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m². Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami 30x39cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. Dla obszaru krytycznego i niekrytycznego penetracja wody odpowiednio min. 46 cmH₂O i min. 175 cmH₂O ; Palność Klasa 1 wg CFR1610 oraz penetracja lasera klasa P4 i pierwotny zapłon klasa I1 wg EN 810. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Rozmiar XLL długość 150 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 115:

Pakiet 3, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego= z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony polietylenem w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m². Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami 30x39cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. Dla obszaru krytycznego i niekrytycznego penetracja wody odpowiednio min. 46 cmH₂O i min. 175 cmH₂O ; Palność Klasa 1 wg CFR1610 oraz penetracja lasera klasa P4 i pierwotny zapłon klasa I1 wg EN 810. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Rozmiar XLL długość 150 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 116:

Pakiet 3, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², z widocznym kodem kolorystycznym (na

fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony polietylenem w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m². Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami 30x39cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. Dla obszaru krytycznego i niekrytycznego penetracja wody odpowiednio min. 46 cmH₂O i min. 175 cmH₂O ; Palność Klasa 1 wg CFR1610 oraz penetracja lasera klasa P4 i pierwotny zapłon klasa I1 wg EN 810. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Rozmiar 2XLL długość 160 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 117:

pakiet 4, poz. 1-2

czy zamawiający dopuszcza kompresy podwijane z dwóch stron ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 118:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji ponieważ raport walidacji dotyczy konkretnej partii? Ponadto nie jest to dokument wskazujący na dopuszczenie produktu do obrotu.

czy zamawiający dopuści oświadczenie producenta dot. procesu sterylizacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 119:

pakiet 4, poz. 4

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 120:

pakiet 4, poz. 1-2,4

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2,4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

czy zamawiający dopuści serwetę pakowaną indywidualnie?

czy zamawiający dopuści wycene za 1 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 121:

pakiet 5, poz. 3-5

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 122:

pakiet 8, poz. 16

Czy zamawiający wydzieli poz.16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 123:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę z przeliczeniem opakowań handlowych do drugiego miejsca po przecinku.

Treść pytania nr 124:

Czy zamawiający wymaga włókninowy plaster do mocowania kaniuli, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkową ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, bez dodatkowej luźnej podkładki, zastosowany klej akrylowy nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, bez luźnej podkładki, plaster o wymiarach 6 cm x 8 cm, sterylizacja EO?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 125:

pakiet 9, poz. 4-6

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Treść pytania nr 126:

pakiet 9, poz. 1-10

Czy zamawiający wydzieli poz.1-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonal-ne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 127:

pakiet 9, poz. 7-10

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1 – max 15 mm - palec

Rozmiar 2 – 10-25 mm-dłoń, palec

Rozmiar 3 -15-35 mm-dłoń , stopa

Rozmiar 4 – 25-45 mm- Podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 128:

czy zamawiający wymaga wyceny za 1 opakowanie handlowe - 25 mb w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Treść pytania nr 129:

pakiet 10, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego, niejałowa, z możliwością sterylizacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 130:

pakiet 21, poz. 1

czy zamawiający dopuści gramaturę min. 16 g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 131:

pakiet 21, poz.2

czy zamawiający dopuści gramature min. 20 g/m² z warstwą pochłaniającą pot?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 132:

Dotyczy Pakiet 1, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 44cm x 35cm, część lepna 34 cm x 35 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 133:

Dotyczy Pakietu nr 2

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu od raportu walidacji procesu sterylizacji

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 134:

Dotyczy Pakiet 3, poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny typu SMMMS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 135:

Dotyczy Pakiet 3 poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści fartuchy, które posiadają tylko literowe oznaczenie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu oraz na papierze krepowym, w który są owinięte?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 136:

Dotyczy Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze M – długość 115 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 137:

Dotyczy Pakiet 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL – długość 135 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 138:

Dotyczy Pakiet 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL – długość 140 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 139:

Dotyczy Pakiet 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL – długość 140 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 140:

Dotyczy Pakiet 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze M – długość 115 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 141:

Dotyczy Pakiet 3 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL – długość 135 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 142:

Dotyczy Pakiet 3 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL – długość 140 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 143:

Dotyczy Pakiet 3 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL – długość 140 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 144:

Dotyczy Pakiet 20

Czy Zamawiający dopuści maski typ IIR?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Treść pytania nr 145:

Dotyczy Pakiet 22, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z dwiema taśmami OP.

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 146:

Dotyczy Pakiet 22, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony o poniższym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 147:


Dotyczy Pakiet 22, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego zgodny z poniższym opisem:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Serweta główna z materiału trzywarstwowego Triflex z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta
- Gramatura serwet 65g/m² (Biflex) i 83g/m² (Triflex)
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta do owinięcia noworodka, włóknina typu Spunlance, 75 x 80 cm;
- 1 serweta główna 180 x 320 cm, z przyklepionym otworem 30 x 25 cm wypełnionym folią chirurgiczną i zintegrowanym, prostokątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów (3600). Zbiornik wyposażony w kształtki (szywniki) oraz 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 148:


Dotyczy Pakiet 22, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego zgodny z poniższym opisem:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta 100 x 150cm;
- 1 włókninowa OP taśma 10 x 50 cm;
- 1 serweta główna w kształcie litery T 180/230 x 240 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, pięciokątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów wyposażonym w kształtki (szywniki) i zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka. Zbiornik posiada przyklepiony otwór wypełniony folią chirurgiczną z aperturą w kształcie trapezu. Dodatkowo 4 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;
- 2 serwety do owinięcia noworodka, włóknina typu Spunlance, 75 x 90 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40cm;

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 149:

Dotyczy Pakiet 22, poz. 3

Mając na uwadze poniższe wyjaśnienia, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego posiadania przez oferowane obłożenia normy AAMI.

Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, wymagania i metody badań dotyczące odzieży i obłożeń chirurgicznych określa najnowsza norma PN-EN 13795, w której nie został określony wymóg badania obłożeń zgodnie z AAMI

Norma AAMI, opublikowana przez Amerykański instytut ustalający normy techniczne (ANSI), opisuje działanie bariery dla cieczy i klasyfikację odzieży ochronnej.

Normy europejskie nie wymagają w/w badań dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny.

Istotnym pozostaje również fakt, że wyżej opisana metoda badawcza (norma) nie jest zharmonizowana z Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, a co za tym idzie, wymaganie wykonania badania wyrobu medycznego na podstawie nie zharmonizowanej z Dyrektywą normy lub norm, jest wymaganiem bezzasadnym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od wymogu.

Treść pytania nr 150:

Dotyczy Pakiet 22, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych zgodny z poniższym opisem:

- *Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy*

- *Gramatura serwet 65g/m²*

- *Zgodność z normą PN-EN 13795*

Skład

- *1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;*

- *1 osłona na stół Mayo 80 x 145cm;*

- *1 serweta 100 x 100 cm;*


- *1 uchwyt samoprzylepny typu Velcro 2,5 x 23 cm;*

- *1 serweta główna w kształcie litery T 180/255 x 200 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, samoprzylepnym otworem 12 x 25 cm*

oraz trójkątnym zbiornikiem na płyny wyposażonym w kształtkę (szywnik), separator części stałych od płynnych i zawór do odprowadzania

płynów z możliwością podłączenia ssaka;

- *2 ręczniki 30 x 40 cm;*


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 151:

Dotyczy Pakiet 22, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra z tuniką zgodny z poniższym opisem:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

- Gramatura serwet 65g/m²

- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm;

- 1 serweta 75 x 90cm;

- 1 serweta 150 x 200cm;

- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145cm;


- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 120cm;

- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma przylepna 5 x 120cm;

- 1 serweta główna 200 x 300cm, z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma przylepna wokół wycięcia;

- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50cm;

- 4 ręczniki 30 x 40cm;


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 152:

Pakiet 2, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą w rozm. 90x75cm zamiast 90x60cm i zaciskiem do pępowiny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga.

Treść pytania nr 153:

Pakiet 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha wykonanego z włókniny SMS, z zapięciem na rzep 2cm x 5 cm i 2cm x 13cm, z oznakowaniem rozmiaru w postaci wszywki i 2 rącznikami w rozm 20x40cm? Reszta zgodna z opisem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 154:

Pakiet 3, poz. 1 i 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha o długości 115cm w rozm. M?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 155:

Pakiet 3, poz. 3 i 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha o długości 140cm w rozm. XL?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 156:

Pakiet 3, poz. 4-5 i 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha o długości 155cm w rozm. XXL?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 157:

Pakiet 4: Czy Zamawiający wymaga, aby wyroby jałowe były sterylizowane parą wodną? Ta metoda sterylizacji wskazywana jest jako najbezpieczniejsza i zaleca się, aby stosować tę metodę sterylizacji tam gdzie jest to możliwe. Wg obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2019 r. będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, wszystkie procesy sterylizacją muszą być zwalidowane, ponadto tam gdzie jest to możliwe, powinno stosować się sterylizację termiczną. Inne metody sterylizacji, np. EO, powinno mieć zastosowanie wtedy, gdy inne metody sterylizacji nie są możliwe do zastosowania. W przypadku wyrobów z gazy można użyć procesu sterylizacji w parze wodnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga by wyroby jałowe były sterylizowane parą wodną.

Treść pytania nr 158:

Pakiet 6 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wklucia z 2. serwetą z włókniny foliowanej z otworem o średnicy 8cm w rozm. 45x75cm - taki zestaw jest obecnie do Państwa dostarczany?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Treść pytania nr 159:

Pakiet 7 poz. 2: Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny), posiadała chłonność wody min. 12g/g (co zostanie potwierdzone kartą danych technicznych dołączoną do oferty)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny). Zamawiający dopuszcza ligninę posiadającą chłonność wody min. 12g/g , ale nie wymaga.

Treść pytania nr 160:

Pakiet 7 poz. 2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny pakowanej w opakowanie foliowe zapobiegające przedostawaniu się wilgoci?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Treść pytania nr 161:

Pakiet 9 poz. 1-6: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek nadających się do poddania w procesie sterylizacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

Treść pytania nr 162:

Pakiet 9, poz. 7-10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek o składzie poliamid + poliuretan?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 163:

Pakiet 21, poz. 1-2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków o gramaturze min. 17g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 164:

Pakiet 21, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków z gumką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 165:

Pakiet 22, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi większej ilości firmom na złożenie ofert konkurencyjnych cenowo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 166:

Pakiet 22, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie i parametrach?

asortyment	ilość	skład	rozmiar
serweta z przylepcem	1	L2	240x150
serweta z przylepcem	1	L2	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	L2	90x75
taśma medyczna	1		50x9
serweta na stół instrumentarium	1		190x150
serweta na stolik Mayo wzmocniona, złożona teleskopowo	1		145x80
serwetki do rąk z niepylącej włókniny kompresowej	2		40x20

L2 – laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 56g/m² na całej powierzchni, chłonność min. 570%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zestaw o podanym składzie, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 167:

Pakiet 26, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów pakowanych po 12 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Treść pytania nr 168:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 4 zapisać, że zapis ten nie obowiązuje, gdy zwłoka w dostawie przekracza 60 dni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

Treść pytania nr 169:

Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna wskazana w § 11 ust. 1 a) i c) została zmniejszona do 0,5%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

Treść pytania nr 170:

Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna wskazana w § 11 ust. 1 f) została zmniejszona do 5%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

Treść pytania nr 171:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę ab dostawy odbywały się do godz. 15:00?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

Informacje uzupełniające

Zamawiający informuje, że zmienia treść § 5 ust. 1 Projektowanych Postanowień Umowy (załącznik nr 5 do SWZ), który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zapłata będzie następowała za odebrane ilości produktów na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w formie faktury zbiorczej ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonywane były objęte fakturą dostawy, zaś do każdej dostawy częściowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument potwierdzający rodzaj i cenę towaru, będącego przedmiotem umowy, zawierający ilość oraz cenę zamówionego i dostarczonego towaru tj. dokument dostawy towaru/wydania zewnętrznego. Ceny jednostkowe są stałe i niezmiennie przez cały okres obowiązywania Umowy i nie podlegają waloryzacji, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych niniejszą Umową.”

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.