



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 776/12/2024

Chrzanów, 02.12.2024r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Dostawa odczynników laboratoryjnych dla ZDL Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa nr 128/2024.

- Dotyczy SWZ pkt. XIX** Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Czy Zamawiający potwierdza, że dla Pakietów 22 i 23 kryterium to cena 60% oraz termin dostawy 40%?
Odp.: Zgodnie z swz.
- Dotyczy zał. nr 9 do SWZ Arkusz wymagań do pakietów:** Czy Zamawiający potwierdza, że załącznik nr 9 do SWZ - Arkusza Wymagań do Pakietów nie dotyczy Pakietów 22 i 23?
Odp.: Tak.
- Czy w **pakiecie nr 22** można zaoferować pełne opakowania handlowe producenta godnie z Rozporządzeniem 2017/746?
Odp.: Tak.
- Dotyczy pakietu 1B:** Czy Zamawiający w określonej ilości identyfikacji wskazanej w formularzu asortymentowym wziął pod uwagę oznaczenia prowadzone z dodatniego posiewu krwi? Jeśli tak, to jaka jest ich przewidywana ilość w ciągu 36 miesięcy?
Odp.: Tak, 500 oznaczeń z dodatniego posiewu krwi.
- Dotyczy pakietu 1B:** Czy Zamawiający zezwoli na rozbudowanie poz. 2 o dodatkowe wiersze zawierające niezbędny asortyment do wykonania oznaczenia?
Odp.: Tak.
- Dotyczy pakietu 10** Czy Zamawiający wymaga testu VDRL w opakowaniu nie większym niż 250 oznaczeń zawierającym kontrolę pozytywną i negatywną w zestawie, czułość i swoistość testu nie mniejsza niż 100%?
Odp.: Tak.
- Dotyczy pakietu 10** Czy Zamawiający wymaga w poz. 2 testu hemaglutynacyjnego TPHA – test do półilościowego oznaczania przeciwciał specyficznych przeciw *Treponema pallidum* w ludzkiej surowicy:
- kontrola pozytywna i negatywna w zestawie
- nie więcej niż 100 testów w opakowaniu
- czułość testów nie mniejsza niż 99,5%
- swoistość testów nie mniejsza niż 100%
Odp.: Tak.
- Czy Zamawiający dopuści udział Podwykonawcy wybranego przez Wykonawcę w pakiecie nr 20B (odczynniki do pracowni badań pilnych) oraz w pakiecie 13 (diagnostyka moczu)?
Odp.: Tak.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

9. Czy Zamawiający dopuści, aby Podwykonawca wstawiał bezpośrednio faktury dla Zamawiającego?

Odp.: Nie. Jedynym podmiotem jaki może wystawić fakturę VAT na Zamawiającego, jest wybrany w postępowaniu Wykonawca.

10. Czy zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym, formularzu asortymentowo-cenowym oraz arkusza informacji technicznych zapisów dotyczących tylko tych pakietów, na które wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe pakiety zostaną usunięte.

Odp.: Tak.

11. **Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ pakiet nr 19:** W pakiecie nr 19 Zamawiający informuje o dzierżawie 5 sztuk analizatorów RKZ, przy pomocy których zamierza wykonać łącznie 64 200 oznaczeń w okresie 36 miesięcy. W treści wzoru umowy można wyczytać że wszystkie szkolenia personelu mają się odbyć w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, zatem można domniemywać że wszystkie 5 analizatorów będzie pracować w wyżej wymienionym miejscu. Wobec powyższego prosimy o informacje czy wszystkie analizatory RKZ będą pracować w ZDL, a jeżeli tak, to czy wszystkie z nich będą wykonywać taką samą ilość oznaczeń (stanowiącą 1/5 z 64 200 oznaczeń na każdy analizator). Jeżeli jednak Zamawiający zamierza użytkować analizatory w różnych lokalizacjach szpitala, gdzie dodatkowo ze względu na specyfikę danego oddziału każdy z analizatorów będzie wykonywał różną ilość oznaczeń (które łącznie będą stanowić 64 200 oznaczenia), prosimy o doprecyzowanie w odpowiedzi o następujące informacje:

1. Ile oznaczeń będzie wykonywane na każdym z dzierżawionych analizatorów (oddzielnie na każdy analizator)

Odp.:

- **Analizator 1 – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – 10.800 oznaczeń;**
- **Analizator 2 – Pracownia Badań Pilnych – 10.800 oznaczeń;**
- **Analizator 3 – Oddział Pulmonologii – 15.300 oznaczeń;**
- **Analizator 4 – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 16.500 oznaczeń;**
- **Analizator 5 – Szpitalny Oddział Ratunkowy 10.800 oznaczeń.**

2. Czy oprócz typowych materiałów eksploatacyjnych (odczynniki i materiały zużywalne) będą potrzebne także strzykawki do gazometrii, kapilary oraz wylapywacze skrzepów, a jeżeli tak to w jakich ilościach na każdy z analizatorów? Powyższe informacje są niezbędne do prawidłowej wyceny oferty przetargowej.

Odp.: Tak, Wykonawca dostosuje ilości wymienione zgodnie z swz w pakiecie 19 poz. 2 do podanej ilości oznaczeń do każdego analizatora.

12. **Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ - Arkusz Wymagań do Parametrów (AWP) - pakiet 19.** W pkt. 24 Zamawiający wskazał „Nadzór nad analizatorami poprzez dedykowany program komputerowy umożliwiający zdalny dostęp, poprzez sieć teleinformatyczną wewnętrzną i internetową, moduł zarządzania operatorami oraz moduł szkoleń - dostawca zapewnia potrzebny sprzęt komputerowy i oprogramowanie”. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający poprzez dedykowany program komputerowy umożliwiający zdalny dostęp poprzez sieć teleinformatyczną



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

wewnętrzną i internetową wymaga aby za pomocą ww. oprogramowania możliwe będzie:

- zdalny podgląd pulpitów analizatorów RKZ,
- archiwizacja i zdalne wykonywanie kontroli jakości, oraz kalibracji
- archiwizacja i bezpośredni dostęp do wyników kontroli jakości, wyników kalibracji, wyników pacjentów
- zdalne blokowanie i odblokowywanie poszczególnych parametrów
- zdalne blokowanie i odblokowywanie analizatorów
- archiwizacja w oprogramowaniu informacji o „zdarzeniach” tj. wszystkich błędach analizatorów, z możliwością zastosowania środków zaradczych do ich usuwania
- możliwość tworzenia raportów z archiwizowanych zdarzeń oraz wyników kontroli jakości.

Odp.: Tak.

Czy poprzez moduł zarządzania operatorami Zamawiający wymaga następujących funkcjonalności:

- tworzenie list operatorów analizatorów i ich zdalne przypisywanie do poszczególnych analizatorów.
- nadawanie oraz blokowanie uprawnień operatorom przypisanych do poszczególnych analizatorów.

Odp.: Tak.

Czy poprzez moduł szkoleń Zamawiający wymaga możliwości zdalnego zlecenia operatorom analizatorów wykonania cyklicznych zdalnych kursów/szkoleń wskazanych przez koordynatora POCT. Po odbyciu szkolenia, operator musi potwierdzić odbyty kurs/szkolenie przeprowadzonym stosownym egzaminem. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku operator analizatora otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie cyklicznego kursu/szkolenia.

Odp.: Tak.

13. **Dotyczy: zał. nr 4 do swz - wzór umowy 128 (dla pakietu nr 19) - §4 pkt. 5** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostarczane produkty posiadały odpowiednie terminy ważności pozwalające na swobodne użytkowanie przez okres 3 miesięcy (w pakietach nr 19) oraz spełniały wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia?

Odp.: Tak.

14. **Dotyczy pakietu nr 17:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zagwarantowanie udziału w bezpłatnym uczestnictwie w międzynarodowej kontroli jakości dla wszystkich badań raz w roku?

Odp.: Zgodnie z swz.

15. **Dotyczy pakietu nr 17:** Czy Zamawiający nie popełnił omyłki wpisując w AWP (zał. Nr 9) „poz. 4 – 12; ocena pasków półilościowa” – pozycja 12 tego pakietu dotyczy odczynników do diagnostyki Boreliozy, a nie odczynników do diagnostyki alergii?

Odp.: Tak, doszło do omyłki – dotyczy odczynników do diagnostyki alergii – powinno być poz. 4-11.

Z poważaniem