

Kraków, 26.05.2022

DZ.271.43.448.2022

Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 25 52
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.43.2022 – „Wyroby medyczne kaniulacji naczyń centralnych, dializy i różne produkty lecznicze

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane kolejne pytania:

Pytanie 1

Czy doprecyzowując zapisy SWZ Zamawiający wymaga, aby oferowany w postępowaniu ZP/CZD/160/21 produkt leczniczy Treprostynil był dopuszczony do stosowania z całkowicie wewnętrzną wszczepianą pompą zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego oraz instrukcją obsługi pompy wszczepialnej? Pytanie to zadajemy ponieważ w przebiegu leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego Treprostynilem w ciągłej infuzji podskórnej lub zewnętrznej dożylniej może dojść do nietolerancji danej drogi podania leku i w związku z tym może wystąpić konieczność podaży leku w ciągłej infuzji dożylniej za pomocą pompy wszczepialnej, która w tej grupie pacjentów może znacznie poprawić jakość życia pacjentów.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pakiecie 6 dopuszcza preparat o objętości fiołki 20 ml:
1MG/ML*1 FIOŁ.20ML
2,5/ML*1 FIOŁ.20ML
5MG/ML*1 FIOŁ.20ML
10MG/ML*1 FIOŁ.20ML
W przypadku zgody proszę o informację w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Pakiet 1 CZTEROŚWIATŁOWY ZESTAW DO CEWNIKOWANIA ŻYŁ CENTRALNYCH METODĄ SELDINGERA Z DOSTĘPU PRZEZ SZYJĘ
Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z dostępu przez szyję gdzie średnica cewnika 8F przy zachowaniu średnic wewnętrznych światła cewnika 14 Ga, 18Ga, 18Ga, 16 Ga. Zestaw spełnia pozostałe zapisy SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.