



Znak: AE/ZP-27-69/22

Tarnów, 2022-09-16

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy artykułów medycznych (m.in. igły do biopsji, igły do znieczuleń nerwów obwodowych, zestawy do kaniulacji, worki stomijne).

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuszcza worek ileostomijny, jednoczęściowy, przezroczysty, odpuszczalny (otwarty), na bazie hydrokoloidu, nie powodujący podrażnień, w dolnej części posiadający odpływ służący do opróżniania worka z treści jelitowej, zamykany na zapinkę, posiadający filtr i podziałkę ułatwiającą docinanie, otwór startowy 10 mm, z możliwością docięcia do 55 mm lub 70 mm
2. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuszcza worek ileostomijny, jednoczęściowy, przezroczysty, odpuszczalny (otwarty), na bazie hydrokoloidu, nie powodujący podrażnień, w dolnej części posiadający odpływ służący do opróżniania worka z treści jelitowej, zamykany na rzep, posiadający filtr i podziałkę ułatwiającą docinanie, otwór startowy 10 mm, z możliwością docięcia do 55 mm
3. **Dotyczy Pakietu Nr 5** - Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (dotyczy pakietu 5 worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu, pytki pakowane po 5 szt.)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się w Czechach skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego
4. **Dotyczy Pakietu Nr 31** - Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od dostawy w ciągu 24 h w przypadku zamówień na sprzęt ujęty w pakiecie 31. Ze względu iż magazyn znajduje się w Czechach, nie jesteśmy w stanie zagwarantować szybszej dostawy niż w ciągu 2 dni.
5. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczanie faktury w formacie pdf na wybrany adres email?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:**

**Ad. 1**

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie worka ileostomijnego, jednoczęściowego, przezroczystego, odpuszczalnego (otwarty), na bazie hydrokoloidu, nie powodującego podrażnień, w dolnej części posiadającego odpływ służący do opróżniania worka z treści jelitowej, zamykany na zapinkę, posiadający filtr i podziałkę ułatwiającą docinanie, otwór startowy 10 mm, z możliwością docięcia do 55 mm lub 70 mm

**Ad. 2**

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz.1 dopuszcza również zaoferowanie worka ileostomijnego, jednoczęściowego, przezroczystego, odpuszczalnego (otwarty), na bazie hydrokoloidu, nie powodującego podrażnień, w dolnej części posiadającego odpływ służący do opróżniania worka z treści jelitowej, zamykany na rzep, posiadający filtr i podziałkę ułatwiającą docinanie, otwór startowy 10 mm, z możliwością docięcia do 55 mm

**Ad. 3**

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 dopuszcza również składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu zbiorczym, płytki pakowane po 5 szt.), pod warunkiem zaoferowania przez Wykonawcę wymaganej ilości asortymentu podanej przez Zamawiającego w formularzu cenowym.

**Ad. 4**

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.



**Ad. 5**

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 31 dopuszcza również możliwość wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, pod warunkiem niezwłocznego wysłania faktury faksem lub w formie skanu na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy oraz dostarczenie oryginału faktury do Zamawiającego w ciągu 48 godzin.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

**DYREKTOR**  
Specjalistycznego Szpitala Im. E. Szczeklika  
w Tarnowie

*Marcin Kuta*  
**Marcin Kuta**

*[Faint, mirrored text from the reverse side of the page, including details about the procurement package and technical specifications.]*

