



**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. R. Weigla 5 Wrocław 50 – 981

Wrocław, 20.03.2019r

WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej; znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.9.2019.12

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn.zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1 – Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pozycja 1 dopuści laparoskopowy worek do ekstrakcji występujący w trzech rozmiarach: 10,16 x 12,70 cm- 225 ml, 8,5 x 21,0 cm – 550 ml, 19,05 x 24,13 cm – 1600 ml? Worek z prowadnicą, mocowany samo zaciągającą nicią, zsuwany z samorozprężalnych widełek.

Pytanie nr 2 – Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pozycja 2 dopuści nożyczki laparoskopowe o dług 35 cm oraz 45 cm i śr. 5 mm z przyłączem prądu monopolarnego? Końcówka robocza typu Metzenbaum (bransze precyzyjnie spasowane aż do samego końca lecz końcówka atraumatyczna, nie przetnie przypadkowej struktury).

Pytanie nr 3 – Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pozycja 3 dopuści dissektor laparoskopowy typu Meryland długość 35 cm, śr. 5 mm z przyłączem prądu monopolarnego?

Pytanie nr 4 – Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pozycja 4 dopuści haczyk laparoskopowy o długości 33 cm i średnicy 5 mm z antyrefleksową powierzchnią, w pełni izolowany? Elektroda w kształcie litery L.

Pytanie nr 5 – Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pozycja 5 dopuści grasper atraumatyczny z siateczką na branszach, długość 35 cm, śr. 5 mm z przyłączem prądu monopolarnego?

Pytanie nr 6 – Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pozycja 6 dopuści system ssania i płukania do zabiegów laparoskopowych z końcówką roboczą o średnicy 5 mm, długość 33 cm, z dwoma przyciskami: do ssania i płukania, z dwoma końcówkami do podłączenia pojemników z solą fizjologiczną, zintegrowany system ewakuacji dymu, regulowana siła płukania? Dreny i końcówka ssąco-płuczająca ustawione liniowo - w jednej linii prostej co wpływa na skuteczność spływu grawitacyjnego). Miękkie, łatwe do rozdzielenia, wolne od ftalanów (pozbawione DEHP) przewody o niskim stopniu skręcalności.

Odpowiedź na pytanie nr 1 – 6: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 7 – Czy Zamawiający w Pakiecie 13 pozycja 2 zamiast zszywki 3,8 mm przed zamknięciem dla tkanki grubej miał na myśli 4,5 mm (tak jak w pozycji nr 1), a zapis ten wynika jedynie z omyłki pisarskiej?

Pytanie nr 8 – Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 pozycja 3 zamiast zszywki 3,8 mm przed zamknięciem dla tkanki grubej miał na myśli 4,5 mm (tak jak w pozycji nr 1), a zapis ten wynika jedynie z omyłki pisarskiej?

Odpowiedź na pytanie nr 7 - 8 : W związku z omyłką pisarską Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 w zakresie Pakietu nr 13 poz. 2 i poz. 3, który otrzymuje nowe brzmienie :

2	Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 61 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5mm , po zamknięciu 2,0 mm). Zintegrowany ogranicznik tkanki.
---	--

3	Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 81 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm , po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej.
---	---

Pytanie 9- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 pozycja 9 dopuści wysokość zszywki 4,2 mm dla staplera okrężnego w rozmiarze 21? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 9: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10- Prosimy o doprecyzowanie treści projektu umowy poprzez dodanie w par. 1 ust. 4 zdania o następującej treści: „W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w miejscu przechowywania więcej niż jeden produkt danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności produkt z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out. Produkt, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z miejsca przechowywania przez Zamawiającego.”

Odpowiedź na pytanie nr10: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie 11- Czy Zamawiający w pakiecie 9 poz. 13 dopuści stent samorozprężalny nitinolowy do protezowania nowotworowych zwężeń przełykowych jednolita budowa, długości: 10, 12, 15cm, stent powlekany od zewnątrz na długości 7,9,12 cm, średnica zewnętrzna stentu 18/23mm i 23/28mm, uwalnianie stentu za pomocą prucia nici, możliwość wyboru sposobu uwalniania (dystalny lub proksymalny). Średnica systemu: max 8 mm, markery RTG na systemie wprowadzającym, prowadnik- .038".

Odpowiedź na pytanie nr11: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłałyśmy w załączeniu? (dot. § 1 ust. 4)

Odpowiedź na pytanie nr12: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie 13- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 1 ust. 6)

Odpowiedź na pytanie nr13: Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 - § 1 ust. 6, który otrzymuje nowe brzmienie :

„ 6. Uzupełnienie zużytego: towaru, o którym mowa w ust. 5 , nastąpi w terminie dni (min. 1 dzień max 5 dni) dni od daty przekazania „protokołu zużycia jednorazowego sprzętu do zabiegu/wszczepu”, spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem. Zamawiający zobowiązuje się w pierwszej kolejności do wykorzystania towaru z najkrótszym terminem ważności.”

Pytanie 14- W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 1 ust. 11 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę zapisu:

§ 1 ust. 11

*Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z §5 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie .. dni (min. 1 dzień max 5 dni) od daty ~~powiadomienia go o zastrzeżeniach~~ drogą telefoniczną pod nr.. i fax ...**uznania reklamacji.***

§ 5 ust. 3:

*W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 11 w terminie dni (min. 1 dzień, max 5dni) od daty ~~wezwania faxem na numer...~~**uznania reklamacji.***

Odpowiedź na pytanie nr14: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie 15- Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 1 ust. 17 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź na pytanie nr15: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian. Art. 552 k.c. nie jest normą bezwzględnie obowiązująca o charakterze nakazująco – zakazującym określone działanie lub zaniechanie. Jest przepisem dyspozytywnym (względnie obowiązującym) zezwalającym, upoważniającym adresata do określonego działania, zaniechania.

W związku z powyższym, Zamawiający w ramach zasady wyrażonej w art. 353.1 k.c. tj. zasady swobody umów, mając również na uwadze rodzaj przedmiotu zamówienia publicznego oraz dobro i bezpieczeństwo pacjentów, dla których przedmiot zamówienia będzie przeznaczony – wprowadził ww. zapis do wzoru umowy i go nie zmieni.

Pytanie 16- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. 1-3:

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

1) w wysokości % (min. 0,5%, max. 3% - zgodnie ze złożoną ofertą) ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3, ust 4 i ust. 6 oraz w §5 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru, **jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej w wykonaniu dostawy.** W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

2) w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku odstąpienia od **niezrealizowanej części** umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3) w wysokości **0,5%** ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w § 1 ust 14 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości części umowy, której dotyczą niedostarczone dokumenty,** licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów.

Odpowiedź na pytanie nr16: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie 17- dot. Pakietu nr 5 - Prosimy o dopuszczanie w pakiecie 5 w pozycji 7, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzań ujęcia brodawki śr.5-7-8.4 i 5-7-9.6Fr. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Pytanie 18- dot. Pakietu nr 5 - Prosimy o dopuszczanie w pakiecie 5 w pozycji 8, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzań zwężeń trzustkowych i brodawki długość cewnika 195cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Pytanie 19- dot. Pakietu nr 5 - Prosimy o dopuszczanie w pakiecie 5 w pozycji 11, w miejsce pierwotnych parametrów, koszy o długości 220cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Pytanie 20- dot. Pakietu nr 5 - Prosimy o dopuszczanie w pakiecie 5 w pozycji 12, w miejsce pierwotnych parametrów, protez do dróg żółciowych z zestawem wprowadzającym 6Fr długość 200cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Pytanie 21- dot. Pakietu nr 6 - Prosimy o dopuszczanie w pakiecie 6 w pozycji 10, w miejsce pierwotnych parametrów, cewników stosowanych do ECPW, końcówka stoniowana stożkowa. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Pytanie 22- dot. Pakietu nr 6 – . Prosimy o dopuszczanie w pakiecie 6 w pozycji 12, w miejsce pierwotnych parametrów, cewników do ECPW z cewnikiem w rozmiarze 5.5Fr. Pozostałe parametry zgodnie z siwz

Odpowiedź na pytanie nr17 – 22 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23- dot. Pakietu 11 – poz. 1, 2, 3, 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych retraktorów ran chirurgicznych składających się z 2 obręczy (dolna dystalna do wnętrza rany oraz górna obręcz proksymalna ułatwiająca regulację stopnia retrakcji) połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiające 360-stopniową retrakcję o podanych długościach linii cięcia?

Odpowiedź na pytanie nr23: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie 24- dot. Pakietu 12 – poz. 2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli transparentnej ze złobieniem zabezpieczającym przed utratą gazu, ze zdejmowaną uniwersalną uszczelką ułatwiającą usuwanie preparatów, wyposażonej w jednorożny płynny zawór gazowy pozwalający na umiejscowienie go w 3 pozycjach. rozmiar 12mm x 100mm?

Pytanie 25- dot. Pakietu 12 poz. 4- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli transparentnej ze złobieniem zabezpieczającym przed utratą gazu, ze zdejmowaną uniwersalną

uszczelką ułatwiającą usuwanie preparatów, wyposażonej w jednorożny płynny zawór gazowy pozwalający na umiejscowienie go w 3 pozycjach. rozmiar 5mm x 100mm?

Pytanie 26- dot. Pakiet 12, poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli transparentnej ze złobieniem zabezpieczającym przed utratę gazu, ze zdejmowaną uniwersalną uszczelką ułatwiającą usuwanie preparatów, wyposażonej w jednorożny płynny zawór gazowy pozwalający na umiejscowienie go w 3 pozycjach. rozmiar 11mm x 100mm?

Odpowiedź na pytanie nr 24 - 26: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27- Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 8 ust. 1 pkt 3, istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) w sposób następujący: „W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę: 3) w wysokości 1% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w § 1 ust 14 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów, jednak łącznie nie więcej niż trzykrotność kary za odstąpienie od umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr27: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie 28- Pakiet 3, poz 1 Czy Zamawiający dopuści Jednorazowy stapler skórny z 35 zszywkami "normalnymi" pokrytymi policzerouoroetylenem dla ułatwionej penetracji oraz minimalizacji dolegliwości bólowych po zaleceniu rany? Średnica drutu zszywki 0,53 mm, wys. 3,9 mm, szerokość zszywki 5,7 mm. (1szt./op.)

Odpowiedź na pytanie nr 28: Tak, Zamawiający dopuszcza

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego/zmodyfikowanego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

