



Włocławek, dnia 09.06.2020r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania na dostawę osprzętu do ECPW i innych zabiegów
endoskopowych na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej.
Znak postępowania: DZP/47/2020**

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 544245 – N – 2020, data zamieszczenia 27.05.2020 r., data zamieszczenia na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 27.05.2020 r.

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 540100161 – N - 2020, data zamieszczenia 08.06.2020 r., data zamieszczenia na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 08.06.2020 r.

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 540100944 – N - 2020, data zamieszczenia 09.06.2020 r., data zamieszczenia na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 09.06.2020 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz.U. z 2019, poz. 1843) Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zawiadamia, że jeden z Wykonawców złożył następujące zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Dot. Części nr 1 poz. 12

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 12 z Części nr 1 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Dot. Części nr 8, 11, 14

Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie wymogu terminu ważności dostarczonego towaru, ponieważ Zamawiający wymaga terminu 24 miesięcy, czyli dłuższego niż czas trwania umowy – 18 miesięcy. W związku z powyższym prosimy o obniżenie terminu ważności dostarczonego towaru do 12 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmodyfikował treść SIWZ w zakresie terminu ważności dostarczanego towaru w Rozdziale III ust. 3.3. pkt 4 oraz w Formularzach asortymentowo – cenowych (załączniki od nr 2A - 2M do SIWZ), a także w Załączniku nr 5 do SIWZ – zgodnie z odpowiedzią na pytanie 31.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl
sekretariat@szpital.wloclawek.pl



Pytanie nr 3

Dot. Części nr 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kleszczyków o długości w zakresie 1800 do 2300 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dot. Części nr 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kleszczyków biopsyjnych gastro/kolonoskopowych powlekanych z łyżkami owalnymi, o długości w zakresie 1600 do 2300mm, do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dot. Części nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie przewodnic z końcówką o długości 50 mm, znaczniki w postaci kolorowych pasków dla oceny odległości.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dot. Części nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie balonów napełnianych do średnica 8,5 – 12 – 15 mm i 12-15-18 mm, długość narzędzia 200 cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dot. Części nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie protez wykonanych z polietylenu, odległość między listkami 5, 7, 9, 12 i 15 cm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dot. Części nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie koszyka o średniej sztywności, średnica koszyka 20 mm i 30 mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dot. Części nr 1 poz. 11

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie pompki o pojemności 30 ml, maksymalne ciśnienie 30 atm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dot. Części nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie siatki o średnicy 40 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 11

Dot. Części nr 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentów o maksymalnej średnicy urządzenia 18Fr, posiadające po 8 znaczników widocznych we fluoroskopii na każdym z końców stentu oraz pośrodku jego długości.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Dot. Części nr 1

a) Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 1,2,3,8,9,10,11,12 ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

b) Czy zamawiający dopuści w Poz.1: Prowadnice jednorazowego użytku, średnica 0,025", nitynolowe, długość robocza 4500mm, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 60mm widoczna w promieniach RTG; Kończówka prosta lub zagięta (do wyboru przez Zamawiającego);

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Dot. Części nr 1 poz. 2

Czy zamawiający dopuści w Poz.2: Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złożeń z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 9-12-15mm, 15-18-21 mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu. długość narzędzia 200cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Dot. Części nr 1 poz. 3

Czy zamawiający dopuści w Poz.3: Prosta proteza plastikowa do dróg żółciowych wykonana z polietylenu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

Dot. Części nr 1 poz. 10

Czy zamawiający dopuści w Poz.10: Jednorazowe balony wysokociśnieniowe do poszerzania dróg żółciowych, długość 30-55-88mm, średnica zewnętrzna 6/7/8mm; długość robocza 180cm; do prowadnicy 0,035"; długość i średnica balonu do wyboru przez Zamawiającego;

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16

Dot. Części nr 6

a) Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 1,2?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

b) Czy zamawiający dopuści w Poz. 1: Aplikator o maks śr 10Fr. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie nr 17

Dot. Części nr 7 poz. 1

Czy zamawiający dopuści w Poz. 1: średnica siatki 30 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

Dot. Części nr 8

a) Czy zamawiający dopuści w Poz. 1: średnica pętli 15mm; owalna. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

b) Czy zamawiający dopuści w Poz. 2: Jednorazowe pętłe elektrochirurgiczne do polipektomii kolonoskopowej; średnica pętli 24mm; o kształcie owalnym.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19

Dot. Części nr 11

Czy zamawiający dopuści w Igły jednorazowe iniekcyjne do hemostazy – długość narzędzia 2300 mm (przystosowane do kolonoskopii) igła wysuwana, długość igły 5 mm, 19, 22-25 G

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20

Dot. Części nr 12

Czy zamawiający dopuści grubość stentu 20-26 mm, kołnierze szersze, średnica urządzenia max 24 FR?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21

Dot. Części nr 13

Czy zamawiający dopuści: Stenty dwunastnicze samorozprężające się, jednorazowe, częściowo pokrywane, złożone w zestawie do zakładania – nitynylowe z poszerzonymi końcami antymigracyjnymi, z lassem do repozycjonowania, ze znacznikami widocznymi we fluoroskopii, po przewodniku, grubość stentu 20-26 mm, kołnierze szersze, średnica urządzenia max 10 FR, Całkowita długość stentu 60-100 mm (do wyboru przez Zamawiającego);

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22

Dot. Części nr 14

Czy zamawiający dopuści: długość narzędzi od 1800- do 2300 mm, kleszczyki owalne lub aligatory; Długość narzędzi i rodzaj kleszczyków do wyboru przez Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23

Dot. Części nr 1



W zadaniu nr 1 zamawiający w pozycji Lp. 1 zapotrzebował 200 sztuk jednorazowych przewodników i w pozycji Lp. 8 - 200 sztuk jednorazowych papilotonów. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie tych dwóch pozycji z części nr 1 i stworzenie części nr 1a.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24

I czy jednocześnie dopuści złożenie oferty w tej wyodrębnionej części 1a na fabrycznie połączony zestaw trójkanałowego papilotonu jednorazowego użytku z przewodnikiem o poniższej charakterystyce:

Trzykanałowy sfinkterotom obrotowy, z niezależnym kanałem dla przewodnika i osobnym do podawania kontrastu, z możliwością rotacji i zmiany ustawienia orientacji cięciwy tnącej; średnica końcówki 3.9; 4.4 i 4.9 Fr; z cięciwą monofilamentową o długości 20 mm lub 30mm; długość noska 5 mm uzbrojony w przewodniki do ERCP, z 5 i 10 cm końcówką hydrofilną zawierającą wolfram; z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania; w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie; dwukolorowy; średnice: 0,25" i 0.035" - końcówka prosta i zagięta; sztywność standardowa i usztywniona; długość 260, 450 cm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25

Dot. Części nr 7 poz. 1

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na siatkę do usuwania polipów o średnicy otwarcia 3 cm x 5,5 cm? Wszystkie pozostałe parametry zgodne z wymogami zawartymi w SIWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26

Dot. Części nr 7 poz. 2

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na zestaw składający się z urządzenia umożliwiającego założenie 7 gumek na żyłki przełyku? Wszystkie pozostałe parametry zgodne z wymogami zawartymi w SIWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27

Dot. Części nr 8 poz. 1

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na pętle o długości 2400 mm ?

Wszystkie pozostałe parametry zgodne z wymogami zawartymi w SIWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28

Dot. Części nr 8 poz. 2

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na pętle o długości 2400 mm ?

Wszystkie pozostałe parametry zgodne z wymogami zawartymi w SIWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29

Dot. Części nr 11



Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na igły o długości narzędzia 2400 mm, 23G, długość igły 4 mm? Wszystkie pozostałe parametry zgodne z wymogami zawartymi w SIWZ
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30

Dot. Części nr 14

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na jednorazowe kleszczyki biopsyjne o długości narzędzia od 1600 mm do 2400 mm? Wszystkie pozostałe parametry zgodne z wymogami zawartymi w SIWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31

Dot. SIWZ – Rozdział III pkt 3.3 ppkt 4

Z uwagi na to, iż termin postępowania został ustalony na okres krótszy niż 24 m-ce od dnia podpisania umowy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie asortymentu, którego termin ważności obejmować będzie okres 18 m-cy od daty każdorazowej dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji SIWZ w Rozdziale III ust. 3.3 pkt 4 oraz w Formularzach asortymentowo – cenowych (załączniki od nr 2A - 2M do SIWZ), a także w Załączniku nr 5 do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji treści wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) poprzez zmianę dotychczasowej treści § 1 ust. 3 umowy na następującą:

„ 3. W dalszej treści umowy „towar” oznacza przedmiot niniejszej dostawy. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa produktu, numer serii, kod lub inne oznakowanie towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku (termin ważności dostarczonego towaru nie może być krótszy niż 18 miesięcy od daty dostawy), producent. „

Pytanie nr 32

Dot. SIWZ – Rozdział III pkt 3.3 ppkt 6

Biorąc pod uwagę, że oferowany sprzęt jest produkowany w kraju innym niż Polska, czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez oferowany sprzęt w części 1-3, 5, 10, 12, 11, 14. z etykiet handlowych w języku polskim? Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych art. 14 pkt. 1 „wyroby przeznaczone do używania na terytorium RP mają oznakowania i instrukcję używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów”. Czy zatem Zamawiający dopuści, aby oferowane w części 1-3, 5, 10, 12, 11, 14. wyroby posiadały etykiety w języku angielskim oraz symbole zharmonizowane - "Symbole graficzne do oznaczania wyrobów medycznych", które pozwalają na dokładną identyfikację produktu, numer jego serii, datę ważności, rozmiar, sterylność, metodę sterylizacji oraz wytwórcę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33

Dot. Części nr 1 poz. 1



Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować prowadnice jednorazowego użytku, średnica 0,025", nitynolowe, długość robocza 4500mm, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 50mm widoczna w promieniach RTG; Super gładka powłoka typu zebra z PTFE; drut wewnętrzny Nitinolowy o doskonałej sile skręcającej i pchającej, powłoka żółto-czarna, poprawiająca śledzenie przewodnika i doskonała widoczność w promieniowaniu rentgenowskim, wyjątkowa konstrukcja zwężonej końcówki, końcówka prosta lub zagięta (do wyboru przez Zamawiającego)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza.

Pytanie nr 34

Dot. Części nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 9-13-16mm, dostępne balony z podaniem kontrastu powyżej lub poniżej balonu (do wyboru Zamawiającego); na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia, zewnętrzna średnica cewnika 7,5Fr; narzędzie wprowadzane jest po przewodnicy na całej jego długości; długość narzędzia 200cm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; Otwór do kontrastowania powyżej lub poniżej balonu (do wyboru przez Zamawiającego)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35

Dot. Części nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować: prosta proteza plastikowa do dróg żółciowych wykonana z PE, średnica: 7Fr, 8,5 Fr, 10Fr; pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza.

Pytanie nr 36

Dot. Części nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowy koszyk 4 ramienny do usuwania kamieni i złogów z dróg żółciowych; typu basket wykonany z średnio twardego drutu z zintegrowaną rączką, widoczny w fluoroskopii; średnica rozłożonego koszyka: średnica koszyka od 15 mm do max 25mm; posiada port do iniekcji i zintegrowaną rączkę; końcówka w kształcie prostym (na przewodnik), końcówka w kształcie grzybka z opcją bez przewodnika; z możliwością rotacji koszyka, rodzaj koszyka do wyboru Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37

Dot. Części nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku o zakrzywionym nosku; posiada 3 oddzielne kanały: na przewodnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; długość końcówki dystalnej 3-7mm, ze zwężającą się końcówką dystalną, średnica końcówki dystalnej 5 FR, długość cięciwy od 20mm do 30mm (w przypadku cięciw 25-30 mm cięciwa częściowo pokryta izolacją); długość narzędzia przystosowana do pracy z duodenoskopem; minimalna średnica kanału



roboczego 2,8mm; na końcówce dystalnej znajduje się system kolorowych znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna widoczna w fluoroskopii; dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; Dokładny rozmiar cięciwy, długość cięciwy- do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza.

Pytanie nr 38

Dot. Części nr 1 poz. 10

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe balony wysokociśnieniowe do poszerzania dróg żółciowych, trzystopniowe, długość balonu 30mm, możliwość pompowania jednego balonu do 3 średnic 6mm-7mm-8mm; 8mm-9mm-10mm, długość robocza 200cm; do przewodnicy 0,035"; średnice balonów do wyboru Zamawiającego ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39

Dot. Części nr 1 poz. 11

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować: jednorazowa pompka do napełniania poszerzadeł balonowych, z manometrem 0 -440 PSI (0-30 ATM)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40

Dot. Części nr 1 poz. 5, 6, 7

Czy Zamawiający w ramach uczciwej konkurencji wydzieli z części nr 1 pozycje 5, 6 i 7 do oddzielnego pakietu np. 1A; pozwoli to na złożenie oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje w pakiecie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41

Dot. Części nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazową szczoteczkę do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych, dwukanałową na przewodnik 0,035", średnica 2,6 mm, port Luer umożliwiający podanie kontrastu, długość 180 cm, funkcja rotacji, wyjście przewodnika na końcu dystalnym osłonki?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza.

Pytanie nr 42

Dot. Części nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować: proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, całkowicie pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiadająca markery RTG, jednoznacznie i precyzyjnie określające położenie stentu po jego pełnym rozprężeniu. Długość protezy 40mm, 60mm, 80mm, 100mm (do wyboru przez Zamawiającego), średnica 10mm, aplikator o maks śr 9Fr, z możliwością repozycjonowania (powrotnego schowania) do ok 60% wysunięcia protezy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza.

Pytanie nr 43

Dot. Części nr 6 poz. 2



Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować: proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, całkowicie pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiadająca markery RTG, jednoznacznie i precyzyjnie określające położenie stentu po jego pełnym rozprężeniu. Długość protezy 40mm, 60mm, 80mm, 100mm (do wyboru przez Zamawiającego), średnica 10mm, aplikator o maks śr 9Fr, z możliwością repozycjonowania (powrotnego schowania) do ok 60% wysunięcia protezy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44

Dot. Części nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować protezę plastikową do dróg trzustkowych zakrzywioną, średnica: 5 Fr i 7Fr (do wyboru przez Zamawiającego), długość 30mm, 50mm, 70mm i 90mm (do wyboru Zamawiającego); pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza.

Pytanie nr 45

Dot. Części nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe pętle elektrochirurgiczne do polipektomii o kształcie wyłącznie owalnym i heksagonalnym; wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46

Dot. Części nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować stenty przetykowe samorozprężające się, o średnicy cewnika wprowadzającego 8mm; wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47

Dot. Części nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe kleszczyki o długości narzędzi od 1600 do 2300 mm; wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza.

Pytanie nr 48

Dot. warunków umowy §5 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie następującej treści: „Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie nr 49

Dot. warunków umowy §7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu:

„Mając powyższe na względzie strony ustalają, iż w przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający ma prawo nabyć brakujący towar zgodnie z opisem asortymentu zawartym w załączniku nr 1 do umowy u innego Wykonawcy (tzw. nabycie



zastępcze), po wcześniejszym bezskutecznym pisemnym wezwaniu wykonawcy do realizacji umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie nr 50

Dot. warunków umowy §8 ust. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o następującą zmianę istniejącego zapisu:

„Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż **6 dni roboczych** od dnia zgłoszenia reklamacji – w przypadku braków ilościowych – bądź od dnia przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego towaru – w przypadku wad towaru – a w przypadku jej uznania za zasadną do wymiany towaru w ciągu dalszych 5 dni roboczych. Wykonawca powinien powiadomić o powyższych czynnościach osobą wskazaną w § 6 umowy, najpóźniej w dniu, w którym upływa 6 dzień roboczy odpowiednio od dnia przesłania lub od dnia zgłoszenia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie nr 51

Dot. warunków umowy §8 ust. 5

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 15% na 7,5%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie nr 52

Dot. warunków umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 14 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie nr 53

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja oraz Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Pytanie nr 54

Dot. Części nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw umożliwiający założenie 7 gumek? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55

Dot. Części nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli wyłącznie owalnych? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie nr 56

Dot. Części nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli wyłącznie owalnych? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 57

Dot. Części nr 14

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o długości narzędzia 1600mm, 1800mm oraz 2300mm (do wyboru Zamawiającego)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

W załączeniu załączniki od nr: 2A do 2M do SIWZ oraz załącznik nr 5 po modyfikacji.

UWAGA: Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019, poz. 1843) informuje, iż modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert na **dzień 16.06.2020 r.**, ustalone godziny pozostają bez zmian oraz w zakresie odpowiedzi na pytania, w których wymagana jest modyfikacja.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
mgr inż. Karolina Welka
(oryginalny podpis w aktach dokumentacji)

SPORZĄDZIŁA: Justyna Kruszyńska
Tel. 054 412 96 70
Fax: 054 412 94 32



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl;
sekretariat@szpital.wloclawek.pl

.....
(Dane Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa osprzętu do ECPW i innych zabiegów endoskopowych na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, sygnatura: DZP/ 47 /2020.

Część nr 1

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość w sztukach na 18 m-cy	Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)	Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Prowadnice jednorazowego użytku, średnica 0,025", nitynolowe, długość robocza 4500mm, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada 3 znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej (krzyżowy, spiralny, zielony); rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; Końcówka prosta lub zagięta (do wyboru przez Zamawiającego);	szt.	200		8%						
2.	Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5-11,5-15mm, 15-18-20 mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu	szt.	120		8%						



Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość w sztukach na 18 m-cy	Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol.6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol.2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	(z otworem do kontrastowania nad i pod balonem); na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężoną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 5,5Fr; zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 7Fr; a narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości; długość narzędzia 190cm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; Otwór do kontrastowania powyżej lub poniżej balonu (do wyboru przez Zamawiającego)										
3.	Prosta proteza plastikowa do dróg żółciowych wykonana z kopolimeru etylenu z octanem winylu, średnica: 7Fr, 8,5 Fr, 10Fr, odległość między listkami 5cm - 12cm (co 1 cm). Długość protezy oraz jej średnica (do wyboru przez Zamawiającego);	szt.	60		8%						
4.	Jednorazowy koszyk 4 ramienny do usuwania kamieni i złogów z dróg żółciowych; typu basket wykonany z twardego drutu lub miękkiego z zintegrowaną rączką, widoczny w fluoroskopii; średnica rozłożonego koszyka: średnica koszyka od 10 mm do max 25mm; posiada port do iniekcji i zintegrowaną rączkę; końcówka w kształcie kulki ułatwia wejście do przewodów żółciowych; z opcją „po przewodniku” i bez tej opcji (z możliwością	szt.	120		8%						

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość w sztukach na 18 m-cy	Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol.6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	rotacji koszyka), w przypadku problemów z usunięciem z możliwością zastosowania z posiadanym przez Zamawiającego litotryptorem awaryjnym firmy Olympus. Rodzaj koszyka - po przewodniku lub z funkcją rotacji; średnica koszyka; rodzaj drutu - twardy lub miękki (do wyboru Zamawiającego).										
5.	Klipsy jednorazowe do klipsownicy wielorazowej, długość ramion klipsa 9 mm; kąt rozwarcia 90 stopni. Klipsy kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą wielorazową Olympus.	szt.	600		8%						
6.	Klipsy jednorazowe do klipsownicy wielorazowej, długość ramion klipsa 9 mm; kąt rozwarcia 135 stopni. Klipsy kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą wielorazową Olympus.	szt.	600		8%						
7.	Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułwionych polipów (endoloop); narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych: uchwyty, osłonki, rurki ostonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm;	szt.	30		8%						
8.	Trójkątny papilotom jednorazowego użytku o zakrzywionym nosku; posiada 3 oddzielne kanały: na przewodnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; długość końcówki dystalnej 3-7mm, ze zwięzającą się	szt.	200		8%						

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość w sztukach na 18 m-cy	Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol.2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	końcówką dystalną, średnica końcówki dystalnej 4,0Fr -5 FR, długość cięciwy od 20mm do 30mm (w przypadku cięciw 25-30 mm cięciwa częściowo pokryta izolacją); długość narzędzia przystosowana do pracy z duodenoskopem; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; na końcówce dystalnej znajduje się system kolorowych znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna widoczna w fluoroskopii; dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; Dokładny rozmiar cięciwy, długość cięciwy oraz długość szerokości końcówki dystalnej - do wyboru przez Zamawiającego.										
9.	Papilotomy igłowe jednorazowe, do precutu, z chowanym ostrzem w kształcie igielki, długość chowanej igielki 5-6 mm , 3 kanałowe, zwężana końcówka do 5 FR , widoczny w fluoroskopii	szt.	40		8%						
10.	Jednorazowe balony wysokociśnieniowe do poszerzania dróg żołądkowych, długość 20-40mm, średnica zewnętrzna 4-6mm; długość robocza 180cm; do przewodnicy 0,035"; długość i średnica balonu do wyboru przez Zamawiającego;	szt.	2		8%						

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość w sztukach na 18 m-cy	Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
11.	Jednorazowa pompka do napełniania poszerzadeł balonowych - obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm;	szt.	2		8%						
12.	Ustniki jednorazowe z gumką mocującą	szt.	1000		8%						
RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO:											

Wymagania dla Części nr 1:

1. Termin ważności dostarczonego towaru nie może być krótszy niż 18 miesięcy liczony od dnia dostawy.

Łączna wartość netto części nr 1 : PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 1 : PLN

(Słownie:)

.....
(Dane Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa osprzętu do ECPW i innych zabiegów endoskopowych na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, sygnatura: DZP/ 47 /2020.

Część nr 2

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość w sztukach na 18 m-cy	Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol.2)	Producent
1.	Jednorazowy litotryptor do kruszenia kamieni żółciowych; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku, koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; średnica koszyka do 30mm; z możliwością wprowadzenia „po przewodniku „ lub bez tej opcji (z możliwością rotacji); posiada port iniekcyjny; kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego wielorazowym uchwytem MAJ-441; Funkcja po przewodniku lub bez (do wyboru przez Zamawiającego)	szt.	10		8%						
RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO:											

Wymagania dla Części nr 2:

1. **Termin ważności dostarczonego towaru nie może być krótszy niż 18 miesięcy liczony od dnia dostawy.**

Łączna wartość netto części nr 2 : PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 2 : PLN

(Słownie:)

.....
(Dane Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa osprzętu do ECPW i innych zabiegów endoskopowych na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, sygnatura: DZP/ 47 /2020.

Część nr 3

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość w sztukach na 18 m-cy	Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol.2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Cewnik z ruchomą końcówką do selektywnej kaniulacji dróg żółciowych i trzustkowych (jednorazowego użytku). Średnica zważanej, dystalnej końcówki: 4 ,5 Fr, widoczny w fluoroskopii.	szt.	20		8%						
RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO:											

Wymagania dla Części nr 3:

1. Termin ważności dostarczonego towaru nie może być krótszy niż 18 miesięcy liczony od dnia dostawy.

Łączna wartość netto części nr 3 : PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 3 : PLN

(Słownie:)

.....
(Dane Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa osprzętu do ECPW i innych zabiegów endoskopowych na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, sygnatura: DZP/ 47 /2020.

Część nr 4

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość w sztukach na 18 m-cy	Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Cewnik jednorazowego użytku do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,025"; zakończony zwężeniem; średnica końcówki dystalnej 3,5 FR; widoczny w fluoroskopii	szt.	20		8%						
2.	Cewnik do dróg żółciowych i trzustkowych zakończony metalową kulką (jednorazowego użytku), do prowadnicy 0,035", widoczny w fluoroskopii,	szt.	15		8%						
3.	Papilotomy jednorazowe do zastosowania po operacjach B2, z zintegrowaną rączką z możliwością wprowadzenia przewodnika, widoczne w fluoroskopii	szt.	2		8%						
4.	Jednorazowy cewnik do poszerzania zwężeń dróg żółciowych. Przystosowany do przewodników 0,035 cała, o wąskim końcu. Średnica cewnika 6-7- 8,5 Fr-9 FR - 10 FR (średnica cewnika do wyboru przez	szt.	60		8%						

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość w sztukach na 18 m-cy	Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol.6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol.2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Zamawiającego). Ze znacznikiem widocznym w fluoroskopii										
5.	Wielorazowy zestaw do wprowadzenia protez do dróg żołądkowych i trzustkowych średnicy 8,5 Fr oraz 10 Fr (średnica zestawu do wyboru przez Zamawiającego). WSTĘPNIE ZŁOŻONY zawierający: razem złożone i pakowane 1 cewnik wprowadzający (wielorazowego użytku) i 1 popychacz (wielorazowego użytku);	szt.	5		8%						
RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO:											

Wymagania dla Części nr 4:

1. **Termin ważności dostarczonego towaru nie może być krótszy niż 18 miesięcy liczony od dnia dostawy.**

Łączna wartość netto części nr 4 : PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 4 : PLN

(Słownie:)

.....
(Dane Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa osprzętu do ECPW i innych zabiegów endoskopowych na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, sygnatura: DZP/ 47 /2020.

Część nr 5

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość w sztukach na 18 m-cy	Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	1. Jednorazowa szczoteczka cytologiczna do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych; długość szczoteczki 10mm, średnica szczoteczki 3mm; na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie szczoteczki po prowadnicy na całej jej długości	szt.	20		8%						
RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO:											

Wymagania dla Części nr 5:

1. **Termin ważności dostarczonego towaru nie może być krótszy niż 18 miesięcy liczony od dnia dostawy.**

Łączna wartość netto części nr 5 : PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 5 : PLN

(Słownie:)

.....
(Dane Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa osprzętu do ECPW i innych zabiegów endoskopowych na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, sygnatura: DZP/ 47 /2020.

Część nr 6

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość w sztukach na 18 m-cy	Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)	Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Proteza do dróg żołądkowych - samorozprężalna, całkowicie pokrywana silikonem wykonana z nitynolu. Posiadająca markery RTG, jednoznacznie i precyzyjnie określające położenie stentu po jego pełnym rozprężeniu. Długość protezy 40-80mm (do wyboru przez Zamawiającego), średnica 10mm; Aplikator o maks śr 9Fr, z zaznaczonymi kolorowymi markerami miejscami gdzie można jeszcze schować protezę do koszulki i repozycjonować.	szt.	20		8%						
2.	Proteza samorozprężalna do dróg żołądkowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu. Posiadająca markery RTG, jednoznacznie i precyzyjnie określające położenie stentu po jego pełnym rozprężeniu. Długość całkowita 40mm-80mm (do wyboru przez zamawiającego), średnica 10 mm; do 8Fr, z zaznaczonymi kolorowymi markerami	szt.	10		8%						

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość w sztukach na 18 m-cy	Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol.6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol.2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	miejscami gdzie można jeszcze schować proteze do koszulki i rezyponować.										
3.	Prosta proteza plastikowa do dróg trzustkowych , średnica: 5 Fr -7Fr (do wyboru przez Zamawiającego), długość 40-80 mm , z bocznymi otworami i listkami od strony końca dwunastniczego	szt.	10		8%						
RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO:											

Wymagania dla Części nr 6:

1. Termin ważności dostarczonego towaru nie może być krótszy niż 18 miesięcy liczony od dnia dostawy.

Łączna wartość netto części nr 6 : PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 6 : PLN

(Słownie:)

.....
(Dane Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa osprzętu do ECPW i innych zabiegów endoskopowych na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, sygnatura: DZP/ 47 /2020.

Część nr 7

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość w sztukach na 18 m-cy	Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Jednorazowa siatka do usuwania polipów; do stosowania podczas zabiegów w przewodzie pokarmowym. Długość narzędzia 2300 mm, średnica siatki 35 mm, perforowana	szt.	40		8%						
2.	Jednorazowy zestaw do tamowania krwawień z żyłaków przetyku, składający się z urządzenia umożliwiającego założenie 6 gumek na żyłaki przetyku	szt.	15		8%						
RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO:											

Wymagania dla Części nr 7:

1. **Termin ważności dostarczonego towaru nie może być krótszy niż 18 miesięcy liczony od dnia dostawy.**

Łączna wartość netto części nr 7 : PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 7 : PLN

(Słownie:)

.....
(Dane Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa osprzętu do ECPW i innych zabiegów endoskopowych na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, sygnatura: DZP/ 47 /2020.

Część nr 8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość w sztukach na 18 m-cy	Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	Jednorazowe pętle elektrochirurgiczne do polipektomii kolonoskopowej; średnica pętli 15mm; owalne i heksagonalne; długość narzędzia 2300mm; Rodzaj pętli do wyboru Zamawiającego.	szt.	400		8%						
2.	Jednorazowe pętle elektrochirurgiczne do polipektomii kolonoskopowej; średnica pętli 25mm; o kształcie owalnym, heksagonalnym oraz asymetrycznym; długość narzędzia 2300mm; Rodzaj pętli do wyboru Zamawiającego.	szt.	100		8%						
RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO:											

Wymagania dla Części nr 8:

1. **Termin ważności dostarczonego towaru nie może być krótszy niż 18 miesięcy liczony od dnia dostawy.**

Łączna wartość netto części nr 8 : PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 8 : PLN

(Słownie:)

.....
(Dane Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa osprzętu do ECPW i innych zabiegów endoskopowych na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, sygnatura: DZP/ 47 /2020.

Część nr 9

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość w sztukach na 18 m-cy	Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Jednorazowe sondy do koagulacji argonowej – otwór rozpylający osiowo i z boku, przystosowany do diatermii; Rodzaj sondy zależny od preferencji Zamawiającego.	szt.	5		8%						
RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO:											

Wymagania dla Części nr 9:

1. **Termin ważności dostarczonego towaru nie może być krótszy niż 18 miesięcy liczony od dnia dostawy.**

Łączna wartość netto części nr 9 : PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 9 : PLN

(Słownie:)

.....
(Dane Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa osprzętu do ECPW i innych zabiegów endoskopowych na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, sygnatura: DZP/ 47 /2020.

Część nr 10

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość w sztukach na 18 m-cy	Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)	Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol.2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Kleszcyki jednorazowe do hemostazy diatermicznej- długość narzędzia 2300mm, z funkcją rotacji, przystosowane do kolonoskopii	szt.	5		8%						
RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO:											

Wymagania dla Części nr 10:

1. **Termin ważności dostarczonego towaru nie może być krótszy niż 18 miesięcy liczony od dnia dostawy.**

Łączna wartość netto części nr 10 : PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 10 : PLN

(Słownie:)

.....
(Dane Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa osprzętu do ECPW i innych zabiegów endoskopowych na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, sygnatura: DZP/ 47 /2020.

Część nr 11

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość w sztukach na 18 m-cy	Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Igły jednorazowe iniekcyjne do hemostazy – długość narzędzia 2300 mm (przystosowane do kolonoskopii) igła wysuwana, długość igły 5-6 mm, 22-23 G	szt.	200		8%						
RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO:											

Wymagania dla Części nr 11:

1. **Termin ważności dostarczonego towaru nie może być krótszy niż 18 miesięcy liczony od dnia dostawy.**

Łączna wartość netto części nr 11 : PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 11 : PLN

(Słownie:)

.....
(Dane Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa osprzętu do ECPW i innych zabiegów endoskopowych na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, sygnatura: DZP/ 47 / 2020.

Część nr 12

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość w sztukach na 18 m-cy	Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2)	Producent
1.	Stenty przełykowe samorozprężające się, jednorazowe, całkowicie pokrywane, złożone w zestawie do zakładania – nitynyłowe, z poszerzanymi końcami antymigracyjnymi, z lassem do repozycjonowania, ze znacznikami widocznymi w fluoroskopii, po prowadniku, grubość stentu 18-20 mm, kołnierze szersze, średnica urządzenia max 10,5 FR, Całkowita długość stentu 60-140 mm (do wyboru przez Zamawiającego).	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.		szt.	3		8%						
RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO:											

Wymagania dla Części nr 12:

1. **Termin ważności dostarczonego towaru nie może być krótszy niż 18 miesięcy liczony od dnia dostawy.**

Łączna wartość netto części nr 12 : PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 12 : PLN

(Słownie:)

.....
(Dane Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa osprzętu do ECPW i innych zabiegów endoskopowych na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej,
sygnatura: DZP/ 47 /2020.

Część nr 13

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość w sztukach na 18 m-cy	Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)	Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol.2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Stenty dwunastnicze samorozprężające się, jednorazowe, częściowo pokrywane, złożone w zestawie do zakładania – nityny/lowe z poszerzanymi końcami antymigracyjnymi, z lassem do repozycjonowania, ze znacznikami widocznymi we fluoroskopii, po prowadniku, grubość stentu 18-20 mm, kofnierze szersze, średnica urządzenia max 10,5 FR, Całkowita długość stentu 60-140 mm (do wyboru przez Zamawiającego);	szt.	1		8%						
RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO:											

Wymagania dla Części nr 13:

1. **Termin ważności dostarczonego towaru nie może być krótszy niż 18 miesięcy liczony od dnia dostawy.**

Łączna wartość netto części nr 13 : PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 13 : PLN

(Słownie:)

.....
(Dane Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa osprzętu do ECPW i innych zabiegów endoskopowych na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, sygnatura: DZP/ 47 / 2020.

Część nr 14

Lp	Przedmiot zamówienia	J. m.	Ilość w sztukach na 18 m-cy	Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6)	Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)	Wartość brutto (PLN) (kol.8 + kol. 6)	Nazwa handlowa	Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol.2)	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Jednorazowe kleszczyki biopsyjne do gastro i kolonoskopii, powlekane. Długość narzędzi od 1550- do 2300 mm, kleszczyki owalne lub aligatory; Długość narzędzi i rodzaj kleszczyków do wyboru przez Zamawiającego.	szt.	2000		8%						
RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO:											

Wymagania dla Części nr 14:

1. **Termin ważności dostarczonego towaru nie może być krótszy niż 18 miesięcy liczony od dnia dostawy.**

Łączna wartość netto części nr 14 : PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 14 : PLN

(Słownie:)

UMOWA NR DZP /47/ 2020 „WZÓR”

zawarta w dniu2020 r. we Włocławku , pomiędzy :

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089, NIP: 888 31 17 873, REGON: 341411727, reprezentowanym przez :

Dyrektor – Karolina Welka,
zwanym dalej „Zamawiającym”, a

II., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w pod NrWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr, NIP:..... REGON :, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....
(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego **pod Nr DZP / 47 / 2020 na dostawę osprzętu do ECPW i innych zabiegów endoskopowych na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej.**

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa osprzętu do ECPW i innych zabiegów endoskopowych w ilości i o wartości określonej w załączniku nr 2 do SIWZ w Częściach, wskazanych w § 2 umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar wymieniony w ust. 1 sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych, składanych przez pracowników Sekcji Zaopatrzenia i Magazynów (Tel. 54 412 98 08, 54 412 94 63, 54 412 98 23) w sposób określony w § 4 ust. 3 umowy .
3. W dalszej treści umowy „towar” oznacza przedmiot niniejszej dostawy. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa produktu, numer serii, kod lub inne oznakowanie towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku (**termin ważności dostarczonego towaru nie może być krótszy niż 18 miesięcy od daty dostawy**), producent.
4. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym dokumencie dostawy.
5. Zamawiający zastrzega, że wartość brutto umowy lub ilość asortymentu objętego umową może ulec zmniejszeniu jednak nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie i ważne świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment do użytkowania i na każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał.

§ 2

1. Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy, określa Formularz asortymentowo - cenowy/ Przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ – w następującej Części zamówienia:

* część nr wartość netto : zł, (słownie:....), wartość brutto : zł, (słownie: ...).

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. Łączna wartość umowy: wartość netto : zł, (słownie :) wartość brutto :zł, (słownie :)
(suma wszystkich Części wymienionych w § 2 ust. 1)

3. Ceny towaru obowiązują i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 lit. a - f umowy.
4. Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w szczególności koszt:
 - a. opakowania,
 - b. transportu,
 - c. rozładunku u Zamawiającego,
 - d. ubezpieczenia na czas transportu.

§ 3

1. Umowa obowiązuje od2020r. do2021r., (18 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku dostarczenia Zamawiającemu towaru o wartości określonej w § 2 ust. 2 umowy.
3. W przypadku nie wykorzystania umowy co do wartości określonej w umowie w terminie wskazanym w ust. 1, termin jej obowiązywania może ulec wydłużeniu do całkowitego wykorzystania tej wartości, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy, licząc od upływu terminu wskazanego w ust. 1.
4. Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego o zrealizowaniu 70% wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy.

§ 4

1. Dostawy towarów odbywać się będą sukcesywnie stosownie do składanych zamówień.
2. Wielkość oraz asortyment dostaw zostanie określony przy każdym jednostkowym zamówieniu.
3. Zamawiający każdorazowo kierować będzie do Wykonawcy zamówienie faksem lub e-mailem – przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.
4. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie *.....(max 5 dni) dni roboczych *(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) licząc od dnia złożenia zamówienia w formie wskazanej w ust. 3, wraz z fakturą w ustalonym dniu tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: **Magazyn Medyczny** mieszczący się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.
6. Strony ustalają, że przez dostawę do miejsc wskazanych należy rozumieć umieszczenie przez Wykonawcę dostarczanego towaru w miejscu przeznaczonym do jego magazynowania wskazanego przez Zamawiającego.
7. Zamawiający – przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.
8. Potwierdzeniem dostarczenia towaru w odpowiedniej ilości będzie protokół odbioru podpisany przez strony umowy. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu. W tego typu sytuacjach Zamawiający może wyznaczyć wykonawcy termin na dostarczenie towaru zgodnego z wymogami Zamawiającego.
9. Oprócz uprawnienia wskazanego w § 1 ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego towaru - między poszczególnymi pozycjami w ramach danej części, przy zachowaniu niezmiennego ogólnej łącznej wartości umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy.
10. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz.U.2015.90).
11. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem) o spodziewanych brakach towarów objętych umową oraz zagwarantowanie w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego.

§ 5

1. Zapłata należności za dostawę dokonana będzie przez Zamawiającego, pod warunkiem wykonania dostawy oraz dokonania przez Zamawiającego odbioru tejże dostawy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści prawidłowo wystawionej faktury.
2. **Termin płatności wynosi 60 dni** od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego oraz pod warunkiem braku zastrzeżeń Zamawiającego co do należytego wykonania umowy przez wykonawcę.
3. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem ustępu poniższego.
5. Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016. 1638 z późn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. *(dotyczy wyłącznie spółek z o.o.)*.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191). Przy czym bez względu na wybrany przez Wykonawcę sposób przesłania faktury VAT – powinna ona zostać doręczona Zamawiającemu w ciągu 1 dnia od dnia w którym została dokonana dostawa, której faktura VAT dotyczy. Zamawiający przekazuje Wykonawcy (na jego prośbę) informacje niezbędne do przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

§ 6

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest tel. nr, faks: ..., e-mail:, lub osoba zastępująca.
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest(tel.nr), lub osoba zastępująca.

§ 7

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż zawinione wykonanie przez niego w całości lub w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu.
2. W przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w Formularzu asortymentowo-cenowym u innego wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie.
3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną towarów, którą Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary - w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
4. Bez względu na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z nabycia zastępczego, w przypadku braku dostawy towaru w terminie 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia – Zamawiający nie ma obowiązku odbioru czy też nabycia dostarczonego po terminie towaru, a Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

§ 8

1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji – w przypadku braków ilościowych - bądź od dnia przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego towaru – w przypadku wad towaru - a w przypadku jej uznania za zasadną do wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni roboczych. Wykonawca powinien powiadomić o powyższych czynnościach osobą wskazaną w § 6 faksem, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni robocze odpowiednio od dnia przesłania lub od dnia zgłoszenia. Niezależnie od prowadzonego postępowania reklamacyjnego, opisanego w niniejszym ustępie w zdaniach 1-2, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z ustępami poniżej.
2. Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową.
3. W przypadku:

a) opóźnienia w terminach dostaw podanych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, przy czym Zamawiający ma prawo naliczać karę umowną do momentu dostarczenia przez Wykonawcę towaru zgodnego z wymogami i bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego;

b) gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy tego typu przypadek.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. W przypadku:

a) powtarzających się reklamacji towaru (min.3) w tym dotyczących m.in. złej jakości towaru, nieterminowych dostaw lub nie uwzględniania reklamacji,

b) opóźnienia w dostawie przekraczającego 7 dni roboczych,

c) nie terminowego wykonywania obowiązków wynikających z reklamacji, przekraczającego 7 dni roboczych, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 15 % wartości brutto umowy wskazanej w § 2 ust. 2 umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 60 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

6. Kara umowna może podlegać kumulacji, a Zamawiający może ją potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Wykonawca może uznać reklamację Zamawiającego za niezasadną, tylko jeżeli z okoliczności związanych z reklamacją jednoznacznie wynika, że wyłączną winę za powstanie przedmiotu reklamacji ponosi Zamawiający. Niniejsze Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu w terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10

1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

a. nastąpi obniżenie ceny;

b. nastąpi zwiększenie rabatu;

c. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;

d. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 2 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp;

e. nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 3 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy

wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp;

f. nastąpi zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zmiana związana ze zmianą gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 3 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp;

g. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;

h. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

i. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.

j. zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: „**RODO**”).

2. Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej.

3. Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli:

a. łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

d. zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

4. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy skutkujących:

a. zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

b. wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;

c. naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;

- d. znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;
 - e. zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą.
5. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
7. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu.

§ 11

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnego przestrzegania RODO. Naruszenie niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o takim naruszeniu.
2. Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019 poz.1843) oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r., o wyrobach medycznych (tj.Dz. U. 2017 r., poz. 211)
4. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony przed wystąpieniem do Sądu zobowiązują się do wezwania drugiej strony do realizacji żądań mających być przedmiotem pozwu z wyznaczeniem co najmniej 14 dni na ich spełnienie.

§ 12

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Integralną część umowy stanowi :
- a/ Formularz asortymentowo-cenowy / Przedmiot zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

.....
(pieczęć nagłówkowa)

.....
(pieczęć nagłówkowa)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(pieczęć kierownika jednostki)

