



CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ im. św. JANA z DUKLI



ST. JOHN OF DUKLA CANCER CENTER, LUBLIN, POLAND

COZL/DZP/AW/3411/PN-56/21

Lublin, dnia 21.06.2021 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

**„Dostawa Aparatu HDR dla Brachyterapii w ramach zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn.
„Doposażenie zakładów radioterapii” – wymiana aparatów HDR na lata 2021 – 2022”
(znak postępowania: COZL/DZP/AW/3411/PN/56/21)**

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 2019) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Załącznik nr 7 do SWZ, lp. 40, System dozymetrii in vivo

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o usunięcie tego parametru z Parametrów wymaganych i ewentualne umieszczenie go wśród Parametrów ocenianych, gdyż aktualny zapis uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykreśla pozycje nr 40-System dozymetrii in vivo, z załącznika nr 7 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Parametry wymagane technicznie Aparat HDR. Powyższe proszę uwzględnić w składanej ofercie.

Pytanie nr 2

Załącznik nr 7 do SWZ, lp. 88

Zamawiający wymaga dostarczenia markerów X-Ray 200mm niekodowanych – 18szt. Czy Zamawiający zaakceptuje dostarczenie 18 szt. markerów X-Ray 200mm kodowanych? Funkcjonalnie nie ogranicza to w żaden sposób używania ich jako niekodowanych, a w szczególnych przypadkach będzie użyteczne dla Użytkownika podczas planowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Załącznik nr 7 do SWZ, lp. 100

Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu aplikatorów powierzchniowych kompatybilnych z CT i MR. Czy Zamawiający zaakceptuje dostarczenie zestawu aplikatorów powierzchniowych kompatybilnych z CT? W praktyce klinicznej aplikatory tego typu nie są obrazowane za pomocą MR.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

STARSZY SPECJALISTA
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli

mgr Agnieszka Wąsiewicz

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Dariusz Czarnski

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Marielena Koziej

