



Czarnków, dnia 13.12.2021r.

ZP/PN/16/2021

Dotyczy : postępowania publicznego na **Sukcesywne materiałów medycznych** opublikowanego w BZP nr 2021/ BZP 00302446/01 w dniu 07.12.2020r. Zamieszczono na stronie internetowej : [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl)

Do Zamawiającego w toku postępowania złożono następujące zapytania:

**Pytanie 1**

**Pakiet II, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę z prowadnicą 20Gx43mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 2**

**Pakiet II, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści igłę długą 25Gx120 w zestawie z prowadnicą 20Gx43mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 3**

**Pakiet II, pozycja 4**

Czy Zamawiający oczekuje igły 27Gx90 z prowadnicą w zestawie (wymiar 22Gx34)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 4**

**Pakiet II, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści igłę 27Gx90 bądź 27Gx120? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 5**

**Pakiet II, pozycja 8-9**

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne o następującym opisie:

- posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem
- igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG
- kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu oraz ftalanów
- sterylizowana tlenkiem etylenu



ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
64-700 CZARNKÓW, ul. Kościuszki 96  
tel. 67 352 81 70, tel./fax 67 352 81 71

WWW.SZPITAL.CZARNKOW.PL  
mail: sekretariat@zozczarnkow.x.pl  
NIP 763-17-48-697 REGON 000308525

• pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 6**

**Pakiet II, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści kaniule 1,1x32mm o przepływie 56 ml/min?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 7**

**Pakiet II, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści kaniule 1,3x45mm o przepływie 90ml/min?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 8**

**Pakiet II, pozycja 11-12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

W związku z powyższymi odpowiedziami na pytania nie zostaje zmieniona data składania i otwarcia ofert.

W składanych ofertach prosimy o uwzględnienie treści odpowiedzi.

Kierownik ds. logistyki  
i zamówień publicznych  
*mgr Barbara Wieher*