



Gliwice 2021-01-28

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania 340/PN/20 – dostawy implantów ortopedycznych.

1. Pakiet 4 POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwoździe Rusha - stalowe, do wyboru rozmiary: L150, 200, 250, 260, średnice 2,5 i 3,5
 - **Zamawiający nie może odnieść się do powyższego, gdyż w pakiecie 4 poz. 1 znajduje się opis dot. endoprotezy pierwotne stawu kolanowego, a w całym postępowaniu Zamawiający nie opisywał gwoździ Rusha.**
2. Pytanie nr 1 do Zadania nr 8 pozycja 28 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie śrub o długości od 10 do 40mm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.
 - **Opisie przedmiotu zamówienia doszło do omyłki pisarskiej oczekiwana długość śrub to od 10 do 40 mm.**
3. Pytanie nr 2 do Zadania nr 8 pozycja 30 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie drutów Kirchnera o średnicy 1,6mm, pasujących do śrub kaniulowanych opisanych w pozycji 32.
 - **Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**
4. Pytanie nr 3 do Zadania nr 8 pozycja 31 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie drutów Kirchnera o średnicy 2,2mm, pasujących do śrub kaniulowanych opisanych w pozycji 33.
 - **Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**
5. Pytanie nr 4 do Zadania nr 8 pozycja 32 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie śrub kaniulowanych o opisanych parametrach pasujących pod druty Kirchnera 1,6mm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.
 - **Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**
6. Czy Zamawiający w Pakiecie 12 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirchnera o średnicy 1,0 mm zamiast 1,1 mm?
 - **Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**
7. Czy Zamawiający w Pakiecie 12 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirchnera o długości 300 mm lub 310 mm?
 - **Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty częściowej co umożliwi otrzymanie korzystniejszej oferty oraz nie ograniczy konkurencji ? Pakiet Nr. 12 składałby się z pozycji Nr. 13-14. Pozostałe pozycje do osobnego pakietu.

- **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

UWAGA: Treść i pisownia wniosków o udzielenie wyjaśnień jest oryginalna, skopiowana z korespondencji przesyłanej przez Wykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści wniosków o wyjaśnienia.

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
mgr inż. Tomasz Smykała