



ZZP.2380.17.2021

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
**Dostawa sprzętu i materiałów do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytań razem z odpowiedziami<sup>1</sup>.

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy część nr 3 - Automat do Izolacji DNA.

Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie fazy wstępnej obróbki (pretreatment) tj. liza/trawienie i homogenizacja przed włożeniem próbek do urządzenia?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie fazy wstępnej obróbki próbki (pretreatment) tj. liza/trawienie i homogenizacja przed włożeniem jej do urządzenia, natomiast pozostałe etapy ekstrakcji DNA (płukanie, elucja) muszą przebiegać w urządzeniu.

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy części nr 4 - Mikrowirówka z chłodzeniem.

Czy Zamawiający zgodzi się i dopuści urządzenie, w którym wprowadzenie parametrów odbywa się tylko za pomocą przycisków w prostym i intuicyjnym menu, spełniająca wszystkie pozostałe wymagane parametry?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający zgadza się i dopuszcza urządzenie, w którym wprowadzenie parametrów zamiast z użyciem pokrętła odbywa się tylko za pomocą przycisków w prostym i intuicyjnym menu, a urządzenie spełnia wszystkie pozostałe wymagane parametry.

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy części nr 4 - Mikrowirówka z chłodzeniem.

Proszę o doprecyzowanie czy w wymaganym wirniku 24 miejscowym na próbówki 0,2 - 2,0 ml, Zamawiający wymaga dostarczenia adapterów również na próbówki 0,2 ml?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z wirnikiem 24 miejscowym na próbówki 0,2-2,0 ml również adapterów na próbówki 0,2 ml.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy część nr 3 - Automat do Izolacji DNA.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane w 2020 roku?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie, urządzenie ma być fabrycznie nowe, dostarczone w nienaruszonym opakowaniu producenta, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku.

<sup>1</sup> podstawa prawna - art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy część nr 3 - Automat do Izolacji DNA.

Czy Zamawiający może określić jaki jest maksymalny czas dostawy urządzenia od momentu podpisania umowy, ponieważ nie jest to jasne?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Termin dostawy dla części nr 3 został określony w pkt 3.2 SWZ oraz pkt II.2.7) Ogłoszenia o zamówieniu (str. 4) i wynosi 30 dni licząc od dnia udzielenia zamówienia. Dniem udzielenia zamówienia jest dzień zawarcia umowy.

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy części nr 4 - Mikrowirówka z chłodzeniem.

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o regulacji temperatury od -20°C -40°C, z funkcją szybkiego schładzania do +4°C w czasie 7 minut? Wszystkie pozostałe parametry urządzenia pozostają bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający dopuszcza wirówkę o regulacji temperatury od -20°C -40°C, z funkcją szybkiego schładzania do +4°C w czasie 7 minut, przy zachowaniu pozostałych parametrów urządzenia bez zmian.

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy części nr 4 - Mikrowirówka z chłodzeniem.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające certyfikat CE, nie będące wyrobem medycznym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie nie będące wyrobem medycznym w myśl ustawy o wyrobach medycznych, posiadające oznaczenie CE i dopuszczone do obrotu na podstawie innych przepisów, niż ustawa o wyrobach medycznych.