



Opole 28.08.2023 r.

Znak sprawy : NZ.2800.44.1.2023-PN.BK

### Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy PZP (Dz.U.2022.poz.1710 z późn. zm.), którego przedmiot stanowi : „**Zakup i dostawa systemu kamer do bramkowania oddechowego i systemów planowania w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna” zadanie pn. „Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów”**”, nr postępowania: **NZ.2800.44.2023-PN**.

Działając w oparciu o art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2022 poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załączników.

#### PYTANIA NR 1

Pytanie nr 1

**(pakiet 1, pkt. 28)**

Prosimy o potwierdzenie, iż szpital dysponuje systemem Mosaiq w wersji 2.8 lub nowszym.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza dysponowanie systemem Mosaiq 2.82.

Pytanie nr 2

**(pakiet 1, pkt. 33)**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy punkt 33 nie jest omyłką pisarską - jest tożsamy z punktem 32.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską i modyfikuje Załącznik nr 2.1 do SWZ poprzez wykreślenie pkt 33.

Pytanie nr 3

**(pakiet 1, pkt. 56)**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaki system weryfikacji i zarządzania Zamawiający ma na myśli i jakiej integracji oczekuje?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje integracji z Systemem Mosaiq 2.82

Pytanie 4

**(pakiet 1, pkt. 57)**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający jest w posiadaniu odpowiednich interfejsów oraz licencji w obu akceleratorach: iCom oraz Elekta Response Kit co pozwoli na podłączenie i integrację oferowanych systemów

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający jest w posiadaniu odpowiednich interfejsów oraz licencji. Oba akceleratory posiadają wymagane interfejsy i licencje iCom oraz Elekta Response Kit. W celu potwierdzenia konfiguracji obu akceleratorów i omówienie szczegółów instalacji systemu kamer, Zamawiający prosi o kontakt z przedstawicielem firmy Elekta w Polsce.

#### PYTANIA NR 2

Pytanie 1

Dotyczy SWZ, pkt. V. 1)

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski „Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub/i wyciąg z instrukcji, dokumentacja



techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta potwierdzające, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku nr 2 do SWZ oraz potwierdzające wyszczególnione oferowane parametry.”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza przedłożenie ww. dokumentów w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski z zastrzeżeniem, że Załącznik nr 2 do SWZ zostanie złożony w języku polskim.

#### Pytanie 2

Dotyczy SWZ, pkt. XXI, pkt. 1 oraz Załącznika nr 3 do SWZ, § 12, ust. 1

Mając na uwadze symetryczność umowy, wnosimy o zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości 2% wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji umowy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### Pytanie 3

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, § 1, ust. 8

Wnosimy o dopuszczenie instrukcji obsługi oraz dokumentacji technicznej w języku angielskim dla wyrobów medycznych przeznaczonych dla profesjonalnego użytkownika i posiadających interfejs użytkownika w języku angielskim.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza instrukcję obsługi i dokumentację techniczną oraz interfejs użytkownika w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski dla wyrobów medycznych przeznaczonych dla profesjonalnego użytkownika.

#### Pytanie 4

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, § 8, ust. 4

Mając na uwadze symetryczność umowy, wnosimy o zmianę zapisu na następujący:

Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy, nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 4 ust.1.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z Projektem Umowy.

#### Pytanie 5

Dotyczy Załącznika Nr 8 do SWZ

Wnosimy o korektę błędnie podanego tytułu przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 8 do SWZ.

Jest:

„Zakup i dostawa systemu mikroskopii wirtualnej zawierający skaner szkiełek mikroskopowych, serwer oraz oprogramowanie do analizy obrazu dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu”, nr NZ.2800.44.2023-PN

Powinno być:

„Zakup i dostawa systemu kamer do bramkowania oddechowego i systemów planowania w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna” zadanie pn. „Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów” nr NZ.2800.44.2023-PN

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje poprawy omyłki pisarskiej w Załączniku nr 8 do SWZ.

**Zamawiający modyfikuje terminy wskazane w SWZ poprzez:**

- 1) zmianę w SWZ
- 2) zmianę w Załączniku nr 8 do SWZ
- 3) zmianę w Załączniku nr 2 do SWZ
- 4) zmianę w Załączniku nr 3 Projekt umowy do SWZ



**Zamawiający modyfikuje:**

**Termin składania ofert: na 11.09.2023 r. godz. 11:00**

**Termin otwarcia ofert: na 11.09.2023 r. godz. 11:05**

**Termin związania wykonawcy ofertą upływa w dniu: 09.12.2023r.**

Opracowali:

G. Cieślik  
L. Czopkiewicz  
T. Wiśniewski  
K. Wojdyła  
B. Kopec

Zatwierdził:

Dyrektor  
SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu  
Marek Staszewski  
/dokument podpisany elektronicznie/