

COZL/DZP/AW/3411/PN-109/22

Lublin, dnia 13.10.2022 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Dostawa cystoskopów w ramach zadania Narodowej Strategii Onkologicznej zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia pod nazwą :Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego w 2022r.” na potrzeby COZL” COZL/DZP/AW/3411/PN-109/22

I. **Działając** w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

I.

Pytanie 1

Dotyczy - Pkt 4.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Pole widzenia 125°” – parametr lepszy

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy - Pkt 7,8.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „średnica wziernika 4,9mm” – parametr lepszy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy - Pkt 16.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „10 sztuk cystoskopów ma posiadać kompatybilność z przenośnym akumulatorowym źródłem światła LED z wbudowanym wskaźnikiem ich rozładowania, umożliwiającym przeprowadzenie badania z użyciem cystoskopu giętkiego bezpośrednio przy łóżku pacjenta bez używania toru wizyjnego”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Dotyczy - Pkt 17.

Prosimy o dopuszczenie zapisu:

„W zestawie z endoskopami akcesoria niezbędne do uruchomienia, użycia i przeprowadzenia bezpiecznego, kompleksowego badania cystoskopowego :

- zawór LUER – 10 szt.,

- nasadka do sterylizacji – 10 szt.,
- światłowód uniwersalny dla wszystkich oferowanych endoskopów - 1 szt.,
- akumulatorowe źródło światła LED – 10 szt.
- szczoteczka do czyszczenia – min. 10 szt.,
- kontener do sterylizacji z pokrywą – 3 szt.,
- port biopsyjny typu luer
- kleszcze biopsyjne wielorazowe kompatybilne z endoskopem – 2 szt.,
- kleszcze chwytające wielorazowe kompatybilne z endoskopem – 2 szt..

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by czas na przystąpienie do naprawy liczony był od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy) ?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie zapisu w § 5 ust. 8 na nowe „Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii - niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego powiadomienia o awarii, nie później niż w terminie **48 godzin** od przyjęcia przesłanego sprzętu w siedzibie serwisu”, jednocześnie informuje o zmianie załącznika: załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i załącznika nr 3 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy - Strony zamienne w załączeniu.

Pytanie 6

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę do 5 dni roboczych ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis:” Maksymalny czas usunięcia awarii i wykonania napraw bez konieczności wsparcia przez serwis producenta wynosi **5 dni roboczych** od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych do pracy), liczone od dnia przyjęcia przesłanego sprzętu w siedzibie serwisu”, jednocześnie informuje o zmianie załącznika: załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i załącznika nr 3 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy - Strony zamienne w załączeniu.

Pytanie 7

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę do 10 dni roboczych ?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie zapisu w § 5 ust. 10 na : „Maksymalny czas usunięcia awarii i wykonania napraw przy konieczności wsparcia przez serwis producenta wynosi **12 dni roboczych** od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych do pracy), liczone od dnia przyjęcia przesłanego sprzętu w siedzibie serwisu”, jednocześnie informuje o zmianie załącznika nr 2 - Kosztorys ofertowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i załącznika nr 3 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy - Strony zamienne w załączeniu.

II.

Pytanie 8

Dotyczy załącznika nr 2, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, punkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji bez określenia roku produkcji? *Pragniemy zapewnić*

Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9

Dotyczy załącznika nr 2, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, punkt 2: W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę punktu 2 na zapis następującej treści: „Wyrób fabrycznie nowy – wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis: „Wyrób fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku” - zmiana załącznika nr 2 - Kosztorys ofertowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Strony zamienne w załączeniu.

Pytanie 10

Dotyczy załącznika nr 2, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, punkt 24: Uprzejmie prosimy o rezygnację z wymogu bezpłatnego wykonywania wszystkich niezbędnych napraw w okresie gwarancyjnym (poza naprawami wynikającymi z uznanych przez Wykonawcę roszczeń gwarancyjnych), w tym napraw uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek zużycia eksploatacyjnego podzespołów. Podtrzymanie powyższych wymogów spowoduje wzrost wartości oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nadaje nowe brzmienie załącznika nr 2 - Kosztorys ofertowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Strony zamienne w załączeniu.

Pytanie 11

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ), paragraf 5, ustęp 4, podpunkt d): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu podpunktu d) na zapis następującej treści: „wymiany sprzętu na fabrycznie nowy – w zakresie elementu objętego wadą, jeżeli naprawa gwarancyjna okaże się niemożliwa lub jeżeli wada dotyczyć będzie elementu już trzykrotnie naprawianego gwarancyjnie.”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ), paragraf 5, ustęp 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na przystąpienie do naprawy do 48 godzin w dni robocze? W obecnym brzmieniu jest rozbieżność pomiędzy terminem podanym w umowie a w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający ujednotolica brzmienie zapisu w załączniku nr 2 - Kosztorys ofertowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i załączniku nr 3 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy - Strony zamienne w załączeniu.

Pytanie 13

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ), paragraf 5, ustęp 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na usunięcie awarii i wykonanie napraw do 5 dni roboczych? W obecnym brzmieniu jest rozbieżność pomiędzy terminem podanym w umowie a w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający ujednotolica brzmienie zapisu w załączniku nr 2 - Kosztorys ofertowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i załączniku nr 3 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy - Strony zamienne w załączeniu.

Pytanie 14

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ), paragraf 5, ustęp 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na usunięcie awarii i wykonanie napraw do 12 dni roboczych? W obecnym brzmieniu jest rozbieżność pomiędzy terminem podanym w umowie a w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający ujednocila brzmienie zapisu w załączniku nr 2 - Kosztorys ofertowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i załączniku nr 3 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy - Strony zamienne w załączeniu.

Pytanie 15

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ), paragraf 5, ustęp 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu ustępu 12, na zapis następującej treści: „w okresie gwarancji 3 naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu powodują wymianę podzespołu na nowy.”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis: „W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego podzespołu powodują wymianę podzespołu na nowy”, jednocześnie Zamawiający ujednocila zapisy w załączniku nr 2 - Kosztorys ofertowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i załączniku nr 3 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy - Strony zamienne w załączeniu.

Pytanie 16

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ), paragraf 5, ustęp 16: Prosimy o ujednocilenie zapisów we wzorze umowy oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Jaki termin dostępności części zamiennych i serwisu Zamawiający oczekuje – 7 lat (zgodnie ze wzorem umowy), czy 8 lat (zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia)?

Odpowiedź: Zamawiający ujednocila brzmienie zapisu w załączniku nr 2 - Kosztorys ofertowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i załączniku nr 3 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy - Strony zamienne w załączeniu.

Pytanie 17

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ), paragraf 6, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5% wynagrodzenia brutto za każde 24 godziny zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 18

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ), paragraf 6, ustęp 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby kary nie mogły przekroczyć 20% kwoty brutto?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 19

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ), paragraf 6, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od naliczania kary umownej w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

II. Działając w oparciu o zapisy art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), Zamawiający zmienia treść zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Zmiana SWZ pkt XVIII.1

Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14.01.2023 r.

Zapis otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 18.01.2023 r.

2. Zmiana SWZ pkt XXII.1

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale XXI należy złożyć w terminie **do dnia 17.10.2022 r. do godziny 9:00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

Zapis otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale XXI należy złożyć w terminie **do dnia 21.10.2022 r. do godziny 9:00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

3. Zmiana SWZ pkt XXII.2

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 17.10.2022 r. o godzinie 9:15** za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin.

Zapis otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 21.10.2022 r. o godzinie 9:15** za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin.

Zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.