

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **Dostawa mieszadła hematologicznego**

W związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły od Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

1. Czy Zamawiający dopuści mieszadło o ciężarze 3 kg ? - większa masa urządzenia zapewnia większą stabilność pracy urządzenia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.


2. Czy Zamawiający dopuści mieszadło o klasie bezpieczeństwa - IP 21 ? z ochroną przed przedostawaniem się wody przy kroplach opadających pionowo ?- (druga cyfra w symbolu IP 21, czyli "1"), podczas, gdy cyfra "0" - oznacza brak ochrony.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści mieszadło z parametrem: obciążenie - 2 kg ? - Większe obciążenie pozwala wykorzystać urządzenie w szerszym zakresie

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zmiany wchodzi z dniem podpisania. Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Starszy Specjalista

mgr Monika Trzcicka

Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiotwórczości
w Lublinie

mgr Grzegorz Fiedorowicz