

**WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI
I TECHNIKI MEDYCZNEJ**
ul. Wojska Polskiego 57
05- 430 Celestynów



Celestynów, 02 października 2020 r.

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: odrzucenia oraz unieważnienia zadania nr 1 w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – na: „Dostawę medycznych środków materiałowych przeznaczonych do odświeżania Zestawów Ratownictwa Taktycznego”. sprawa nr WOFiTM/16/2020/PN

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwaną dalej ustawą, Zamawiający – Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej z siedzibą w Celestynowie przy ul. Wojska Polskiego 57, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę medycznych środków materiałowych przeznaczonych do odświeżania Zestawów Ratownictwa Taktycznego” sprawa nr WOFiTM/16/2020/PN ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 059 – 141031 z dnia 24.03.2020 r., do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty:

Oferta nr 1:

Złożona przez Wykonawcę:
Paramedica Mil-Sys Sp. z o. o., Sp. k.
ul. Czerniewiecka 9/27, 02-705 Warszawa

Oferta nr 2:

Złożona przez Wykonawcę:
Boxmet Medical Sp. z o. o., Piskorzów 51,
58-250 Pieszyce

Oferta nr 3:

Złożona przez Wykonawcę:
Neomed Polska Sp. z o. o.,
ul. Orężna 6a, 05-501 Piaseczno

I. WYKLUCZENIA

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia, że nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

II. ODRZUCENIA

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w pakiecie nr 4 odrzucił ofertę Wykonawcy Boxmet Medical Sp. z o. o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszycy.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W dniu 02.10.2020 r. zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostało przeprowadzone badanie próbek złożonych przez Wykonawcę do przedmiotowego postępowania. Podczas badania próbki opatrunku na rany penetracyjne klatki piersiowej stwierdzono, że opatrunek nie przylegał szczelnie do ciała, odklejał się w wielu miejscach, co wyklucza jego funkcjonalność i skuteczne działanie jako zastawki jednokierunkowej.

W związku z powyższym zaoferowany asortyment w zadaniu 4 nie spełnia wymagań określonych w SIWZ.

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp.- jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

III. UNIEWAŻNIENIA

Z uwagi na brak oferty niepodlegającej odrzuceniu w zakresie pakietu nr 1, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowania na w/w pakiety na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

K O M E N D A N T

płk Waldemar PAWELEC