

Kielce dn. 29.06.2022 r.

**AZP.2411.120.2022.BK**

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: prośby o złożenie oferty na zakup i dostawę sterylnych osłon na mikroskop dla Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

1. Czy Zamawiający dopuści osłonę o następujących parametrach:

Sterylna osłona do mikroskopu Leica M530 OHX z transparentnego tworzywa sztucznego z asystentem face to face i asystentem bocznym o wymiarach 122x305 cm ze szklaną soczewką umieszczoną pod kątem w celu redukcji odbicia światła. Folia na binokularach zabezpieczona mocowaniem na rzepy.

W zestawie min 10 sterylnych gumek ściągających.

Ad.1) Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

W związku z zadanymi pytaniami, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień **05.07.2022 r.**

1. Ofertę należy złożyć w terminie do **dnia 05.07.2022 r. do godz. 9:00**

2. Sposób składania ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej:

[https://platformazakupowa.pl/pn/onkol\\_kielce](https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce)

3. Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej w dniu **05.07.2022 r. o godz. 10:00.**

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Sekcji Zamówień Publicznych

*mgr Mariusz Klimczak*

*M*