



Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ

ul. Rejowiecka 128, 22-100 Chełm

tel. 0 82 565 52 34

fax. 0 82 565 37 81

www.srm-chelm.com.pl

Znak sprawy: DE.332.1.2022

Chełm, dnia 21.04.2022 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę trzech ambulansów sanitarnych typu C o DMC powyżej 3,5 tony, dla potrzeb Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SPZOZ. Znak sprawy: DE.332.1.2022, ogłoszonego w dniu 25.03.2022 r. numer ogłoszenia 2022/S 063-165116

Zgodnie z art. 284 w/w ustawy, Zamawiający przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1. Czy Zamawiający wymaga aby dezynfektor ambulansowy wraz z mocowaniem, będący docelowo wyposażeniem ambulansu spełniał wymagania normy europejskiej PN-EN 1789 + A2? .

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy dla wyposażenia medycznego do 21 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę pod warunkiem zapewnienia przez Sprzedającego na okres naprawy, wyposażenia bądź pojazdu zastępczego.

Dotyczy obu pakietów.

Pytanie 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ambulansu na bazie pojazdu Mercedes-Benz Sprinter 419, z silnikiem V6 o mocy 190KM, produkcja pojazdu bazowego 2021, produkcja drugiego etapu, tj. zabudowy specjalnej 2022r?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ

ul. Rejowiecka 128, 22-100 Chełm

tel. 0 82 565 52 34

fax. 0 82 565 37 81

www.srm-chelm.com.pl

Pytanie 4. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, prosimy o informację, czy wykonawca składający ofertę w pakiecie nr 1, może zaoferować jeden ambulans na pojeździe bazowym wyprodukowanym w 2021 a drugi na pojeździe bazowym wyprodukowanym w 2022. Zabudowa obu ambulansów wykonana w 2022r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy pakietu nr II.

Pytanie 5. Prosimy o doprecyzowanie wyposażenia medycznego jakie powinno zostać dostarczone w ramach tego pakietu.

Odpowiedź: W pakiecie nr II Zamawiający wymaga następującego wyposażenia medycznego:

- nosze główne wielofunkcyjne z transporterem – 1 szt.
- krzeselko kardiologiczne z systemem płozowym – 1 szt.
- ssak akumulatorowo-sieciowy – 1 szt.
- aparat do mierzenia ciśnienia stacjonarny – 1 szt.
- dezynfekator – 1 szt.

Zamawiający modyfikuje załącznik numer 2 do SWZ „Formularz ofertowy”. W pierwotnym formularzu Zamawiający wpisał błędnie wymagane wyposażenie medyczne dla pakietu numer II.

Z informacji uzyskanych od dostawcy wyposażenia medycznego, spełniającego parametry opisane w SWZ wynika, że w chwili obecnej niektóre z opisanych urządzeń nie są dostępne na rynku. Z uwagi na powyższe, prosimy o dopuszczenie:

Dotyczy sprzęt medyczny - Ssak bateryjno-sieciowy (pakiet nr 1 i pakiet nr 2)

Pytanie 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka bateryjno-sieciowego z poziomem regulacji próżni w zakresie od 0 do -0,85 bar?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności.



Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ

ul. Rejowiecka 128, 22-100 Chełm

tel. 0 82 565 52 34

fax. 0 82 565 37 81

www.srm-chelm.com.pl

Pytanie 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka bateryjno-sieciowego z przepływem 30 l/min. przy swobodnym stanie pracy +/- 10%?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności.

Pytanie 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka bateryjno-sieciowego z zakresem temperatur w warunkach roboczych na poziomie: min 0°C max. 40°C oraz temperaturze przechowywania min. -10°C do max. 50°C?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności.

Pytanie 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka bateryjno-sieciowego z przełączalną ładowarką wielonapięciową w zakresie: PRI 100÷240V ~ 50-60Hz i SEC 14VDC 4,28A?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności.

Dotyczy sprzęt medyczny – Deska ortopedyczna dla dorosłych z unieruchomieniem głowy i kompletem pasów (pakiet nr 1)

Pytanie 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Deski ortopedycznej dla dorosłych wyposażonej w 4 punkty na długiej stronie deski do mocowania pasów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności.

Dotyczy sprzęt medyczny – Respirator transportowy (pakiet nr 1)

Pytanie 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie na zasadzie równoważności powszechnie stosowany Respirator transportowy z zasilaniem pneumatyczno bateryjnym (bateria zasilająca układy elektroniczne) z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności.

Pytanie 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Respiratora transportowego o wadze 1,1kg?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności.

Pytanie 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Respiratora transportowego z zastawką ciśnieniową bezpieczeństwa regulowaną w zakresie 20-60 cmH₂O?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności.



Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ

ul. Rejowiecka 128, 22-100 Chełm

tel. 0 82 565 52 34

fax. 0 82 565 37 81

www.srm-chelm.com.pl

Pytanie 14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Respiratora transportowego z zastawką PEEP instalowaną na zaworze pacjenta regulowaną w zakresie 0-20 cmH₂O?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności.

Pytanie 15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Respiratora transportowego wyposażonego w układ pacjenta - rura oddechowa wielorazowego użytku 1szt?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności.

Dotyczy obu pakietów.

Pytanie 16. Prosimy o możliwość zaoferowania ambulansów wyprodukowanych na pojazdach bazowych z homologacją niekompletną, co umożliwi dostawę bez aktywnych ograniczników prędkości. Wraz z ambulansami Zamawiający otrzyma wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji, w tym wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu skompletowanego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Treść pytań oryginalna.

Zmiany w powyższym zakresie nie prowadzą do zmiany SWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Stacji Ratownictwa Medycznego
w Chełmie SP ZOZ

Tomasz Kazimierczak