



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:  
**Dostawa aparatury medycznej - urządzeń i innych wyrobów medycznych stanowiących ich wyposażenie w ramach Projektu pn. „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących” - WSZ-EP-1/2023**

Konin, 03.04.2023r

**WSZ-EP-1/349/2023**

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: Dostawa aparatury medycznej - urządzeń i innych wyrobów medycznych stanowiących ich wyposażenie w ramach Projektu pn. „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących” - WSZ-EP-1/2023**

#### **Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 9**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.– zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### **I. Dot. Zestawienia wymaganych parametrów jakościowo-technicznych – Załącznik nr 2.5 do SWZ dla Pakietu nr 5:**

##### **Pytanie nr 1**

**Dotyczy:** Załącznik nr 2.5 do SWZ, Pakiet nr 5, pkt. 1

1	Generator wysokiej częstotliwości $\geq 100\text{kHz}$
---	--

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu z generatorem o częstotliwości 60 kHz. Częstotliwość pracy generatora odpowiada za stabilność napięcia w lampie RTG, co przekłada się na jakość uzyskiwanych obrazów. Już przy wartości 30 kHz po stronie wtórnej uzyskuje się napięcie stałe bez pulsacji, natomiast powyżej 30 kHz różnice w jakości obrazu są niezauważalne i nie ma to również żadnego wpływu na żywotność lampy RTG. Proponowana wartość pozwala zatem utrzymać idealnie prostokątny kształt impulsu dla każdej ekspozycji, co zapewnia powtarzalność wyników przy zachowaniu optymalnie niskiego poziomu promieniowania. W związku z tym, że wszystkie obecnie

produkowane generatory RTG są produkowane w technice HF nie ma żadnego technicznego ani klinicznego uzasadnienia dla postawienia warunku granicznego na poziomie min. 100 kHz, a może jedynie ograniczać konkurencję.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy:** Załącznik nr 2.5 do SWZ, Pakiet nr 5, pkt. 3

3	Zakres napięcia roboczego 40 - 150kV
---	--------------------------------------

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta który posiada zakres napięcia roboczego 40 - 133kV?

Proponowany zakres nie wiele odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na pogorszenie pracy użytkownika a tym samym na jakość uzyskiwanych ekspozycji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy:** Załącznik nr 2.5 do SWZ, Pakiet nr 5, pkt. 18, 19

18	Dotykowy panel LCD o przekątnej min. 7” na kołpaku pozwalający na wyświetlenie listy pacjentów i zmianę warunków ekspozycji
19	Wyświetlenie badania na panelu LCD na kołpaku z możliwością akceptacji lub odrzucenia badania

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie posiada panelu LCD na kołpaku? Należy zaznaczyć, że technik obsługujący jezdny aparat RTG ma do dyspozycji monitor o przekątnej 19”, na którym wyświetlona jest lista pacjentów oraz pozwala na zmianę warunków ekspozycji, wybór programu anatomicznego i wiele innych czynności. Dodatkowo nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wymóg wyświetlania badania na panelu LCD na kołpaku z możliwością akceptacji lub odrzucenia badania jest zapisem czysto marketingowym i utrudniającym zasady uczciwej konkurencji. Technik wykonujący badanie aparatem jezdnym dokonuje ekspozycji z jak najdalszej odległości, aby uniknąć promieniowania RTG. Mając to na uwadze wnosimy o dopuszczenie aparatu bez tych funkcjonalności.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 4****Dotyczy:** Załącznik nr 2.5 do SWZ, Pakiet nr 5, pkt. 22

22	Filtry dodatkowe pediatryczne wbudowane w kolimator, nieprzesłaniające światła kolimatora
----	---

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym dodatkowe filtry pediatryczne wsuwane są pod kolimator? Oczywiście filtry te nie przesłaniają światła kolimatora.

**Odpowiedź Zamawiającego:****Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.****Pytanie nr 5****Dotyczy:** Załącznik nr 2.5 do SWZ, Pakiet nr 5, pkt. 50,54

50	Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli $\geq 7$ mln
54	Rozdzielczość detektora $\geq 3,5$ lp/mm

Czy Zamawiający dopuści detektor o parametrach:

- Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli: 6,6 mln
- Rozdzielczość detektora: 3,3 lp/mm

Różnica pomiędzy wymaganą wartością rozdzielczości przestrzennej, a oferowaną przez naszą firmę jest minimalna i nie ma istotnego wpływu na jakość otrzymanych wyników.

Chcemy również zauważyć, że liczba pikseli w matrycy detektora nie wpływa bezpośrednio na jakość obrazu, a jest wypadkową wielkości piksela i wielkości samej matrycy, i związane jest z parametrami fizycznymi, które każdy producent optymalizuje odpowiednio. Nasza technologia oferuje doskonałą jakość obrazu przy optymalnych parametrach technicznych detektora.

**Odpowiedź Zamawiającego:****Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.****Pytanie nr 6****Dotyczy:** Załącznik nr 2.5 do SWZ, Pakiet nr 5, pkt. 56

56	Maksymalna ilość ekspozycji na jednym naładowaniu $\geq 250$
----	--

Czy Zamawiający dopuści maksymalną ilość ekspozycji na jednym naładowaniu równą 200?

Dla aparatu jeźdnego, w praktyce jest to zdecydowanie wystarczająca ilość. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że bateria zawsze jest ładowana, gdy znajduje się w kieszeni aparatu jeźdnego, a także w zestawie jest dodatkowa bateria z ładowarką.

**Odpowiedź Zamawiającego:****Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.****Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Pytanie nr 7****Dotyczy:** Załącznik nr 2.5 do SWZ, Pakiet nr 5, pkt.58

58	Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu min. IP56
----	---

Czy Zamawiający dopuści detektor o klasie wodoszczelności IPX6? Jest to klasa, która chroni detektor przed zalaniem wodą, krwią oraz innym płynami ustrojowymi. Wymagana w opisie klasa ochronności  $\geq$  IP65 jest stosowana i wymagana dla urządzeń w przemyśle. Opisując przedmiot zamówienia, Zamawiający przede wszystkim powinien brać pod uwagę realne warunki w jakich dane urządzenie będzie pracować. Wiadomym jest, że w pracowni RTG detektory nie pracują w warunkach dla norm  $\geq$  IP65, ani nawet nie są narażone na takie warunki. Zatem wymóg ochronności  $\geq$  IP65 jest nieuzasadniony merytorycznie, a jedynie utrudniający zasady uczciwej konkurencji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych (dopuszcza urządzenie w którym konstrukcja obudowy zapewnia ochronę przed wnikaniem wody i pyłu min. IP55).**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Pytanie nr 8****Dotyczy:** Załącznik nr 2.5 do SWZ, Pakiet nr 5, pkt. 59

59	Uchwyt do detektora z kratką lub bez kratki
----	---

Czy Zamawiający zrezygnuje z uchwytu do detektora z kratką lub bez kratki? Konstrukcja naszego detektora, jego waga i wytrzymałość pozwalają na rezygnację z uchwytu – jest on zbędny. Z kolei zaawansowane oprogramowanie konsoli technika z opcją „wirtualnej kratki” pozwala na ekspozycje bez użycia fizycznej kratki.

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych (wykreśli parametr).**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Pytanie nr 9****Dotyczy:** Załącznik nr 2.5 do SWZ, Pakiet nr 5, pkt. 68

68	Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) $\geq$ 5 000 obrazów
----	---

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat RTG, który zapisuje w pamięci:

- 2500 obrazów dla panelu 17" x 17",
- 3000 obrazów dla panelu 14" x 17",
- 6000 obrazów dla panelu 10" x 12"

Są to wystarczające ilości, biorąc pod uwagę fakt, że każde zakończone badanie wysyłane jest do systemu PACS.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 10****Dotyczy:** Załącznik nr 2.5 do SWZ, Pakiet nr 5, pkt. 74

74	Pomiary długości i kątów
----	--------------------------

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat RTG bez w/w funkcjonalności?

Pragniemy zauważyć, iż wymagana funkcja (pomiar kątów i długości) nie ma zastosowania na stacji technika, a jedynie ma na celu ograniczenie konkurencji. Stacja technika nie jest stacją diagnostyczno-opisową zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych (wykreśli parametr).**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Pytanie nr 11****Dotyczy:** Załącznik nr 2.5 do SWZ, Pakiet nr 5, pkt. 80

80	Dostęp do badań odrzuconych, min. 100 ostatnich, na aparacie z możliwością wysłania na inny serwer do celów kontroli jakości
----	--

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat RTG bez w/w funkcjonalności?

Konsola wyposażona jest w oprogramowanie do analizy zdjęć odrzuconych, ale bez w/w możliwości.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 12****Dotyczy:** Załącznik nr 2.5 do SWZ, Pakiet nr 5, pkt. 86

86	Histogram obrazu ekspozycji
----	-----------------------------

Czy Zamawiający dopuści aparat bez w/w funkcjonalności?

Jest to parametr nie wykorzystywany przez techników rtg, w żadnym też stopniu nie pomniejsza funkcjonalności konsoli.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych (wykreśli parametr).**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Pytanie nr 13****Dotyczy:** Załącznik nr 2.5 do SWZ, Pakiet nr 5, pkt. 91

91	Pilot do zdalnej ekspozycji z odległości powyżej 5m
----	---

Czy Zamawiający dopuści pilot do zdalnej ekspozycji z odległości do 5 m? W praktyce jest to odległość wystarczająca, która nie ogranicza możliwości diagnostycznych aparatu oraz gwarantuje technikom bezpieczną pracę.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych .**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

## **II. Dot. PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY – Załącznik nr 5 do SWZ**

### **Pytanie nr 14**

**Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ, PPU, § 4 WARUNKI WYKONANIA UMOWY ust. 7 i 8:**

Wnosimy o modyfikację w następujący sposób:

„7. Strony zgodnie ustalają, iż w ramach przedmiotu Umowy, przed dokonaniem odbioru sprzętu, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca dokona przeszkolenia po 3 osoby dla każdego z urzędzeń z personelu Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez Strony. Z przeprowadzenia szkolenia Strony sporządzą protokół, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. ~~Podpisany przez Strony protokół, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowić będzie podstawę do przystąpienia przez Strony do czynności odbioru, o których mowa w ust. 5 – nie dotyczy pakiet 15~~

8. Podpisane **bez istotnych zastrzeżeń, tj. takich, które uniemożliwiają normalne korzystanie z Przedmiotu Umowy** przez obie strony (forma pisemna pod rygorem nieważności) protokoły odbioru i szkolenia, o których mowa w ust. 5 i ust. 7, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury i podstawę do zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia – nie dotyczy pakiet 15.

W przypadku pakietu nr 15 podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury i podstawę do zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia stanowi podpisany bez **istotnych** zastrzeżeń przez obie strony (w formie pisemnej pod rygorem nieważności protokół odbioru).

**W razie uchylania się przedstawiciela Zamawiającego od podpisania protokołu odbioru, o którym mowa powyżej, przedstawiciel Wykonawcy jest uprawniony do jednostronnego podpisania tego protokołu.”**

**Uzasadnienie:** Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego, Zamawiający nie może uzależniać odbioru przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia od braku **jakichkolwiek** usterek.

**Takie uprawnienie przysługuje tylko w przypadku wad istotnych, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.** Kodeks cywilny określa uprawnienia zamawiającego w przypadku wystąpienia wad istotnych czy nieistotnych, a w tym drugim przypadku uprawnienia do żądania obniżenia ceny lub usunięcia usterek na podstawie przepisów o rękojmi. Uzależnienie odbioru od jego bezusterkowości jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa zobowiązań. Zamawiający nie ma prawa odmowy odbioru w przypadku istnienia uwag nieistotnych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 15**

**Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ, PPU §5 OKRES I WARUNKI GWARANCJI, SERWISOWANIE ust. 2, 4, 6 i 7:**

Wnosimy o modyfikację w następujący sposób:

„2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony ~~bezusterkowego~~ protokołu odbioru przedmiotu umowy (tj. wszystkich protokołów wskazanych w par. 4 umowy). W przypadku podpisania protokołów w różnych datach, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania ostatniego protokołu. Gwarancja obejmuje bez wyjątku wszystkie elementy urządzenia/zestawu, a wszelkie czynności gwarancyjne wykonywane będą w miejscu użytkowania sprzętu. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego wykonanie napraw lub usunięcia usterek poza miejscem użytkowania sprzętu pod warunkiem odbioru i ponownego dostarczenia urządzenia na własny koszt i odpowiedzialność Wykonawcy ~~oraz dostarczenie na ten czas urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy.~~ (...)

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Wnosimy o modyfikację w następujący sposób:

„4. Wykonawca zapewnia:

3) dotyczy pakietów nr 1-14 - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez min. ~~10~~ **8** lat od daty dostawy na terenie Polski oraz dostępność części zamiennych na terenie Polski przez min. ~~10~~ **8** lat od daty dostawy”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Wnosimy o modyfikację w następujący sposób:

**Producenci deklarują dostępność części i utrzymania usług na okres 10 lat od daty produkcji.**

„6. Czas reakcji na zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5, wynosi maksymalnie 3 dni robocze, a czas naprawy maksymalnie ~~5~~ **10** dni roboczych od zgłoszenia awarii, wady lub usterki albo maksymalnie ~~14~~ **21** dni roboczych od zgłoszenia awarii, wady lub usterki w przypadku udokumentowanej przez Wykonawcę konieczności importu części zamiennych zza granicy. Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas całkowitego przestoju związanego z niesprawnością sprzętu.

**Uzasadnienie:** Prosimy o wydłużenie czasów naprawy ze względu na fakt, że większość podzespołów jest sprowadzana z zagranicy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Wnosimy o modyfikację w następujący sposób:

~~7. W przypadku naprawy przekraczającej termin podany w ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, przed upływem tego terminu, sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany, spełniającego wszystkie wymogi określone w SWZ. W przypadku spełnienia tego~~

wymogu, kara umowna za zwłokę w usuwaniu awarii nie jest naliczana za okres, w którym Zamawiający dysponuje sprzętem zamiennym. Do sprzętu zastępczego/zamiennego dostarczonego przez Wykonawcę stosuje się wszystkie postanowienia niniejszej umowy w zakresie gwarancji, tj. udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje także sprzęt zastępczy/zamienny.

**Uzasadnienie:** Prosimy o usunięcie postanowienia o sprzęcie zastępczym na czas naprawy. Aparat RTG jest urządzeniem instalowanym jako sprzęt stacjonarny i każdorazowo na jego użytkowanie konieczne jest uzyskanie zgody Sanepid. Nie jest zatem możliwe udostępnienie urządzenia zastępczego na czas naprawy gdyż nawet czas montażu nowego urządzenia będzie zwykle dłuższy niż nawet przedłużony czas naprawy urządzenia pierwotnego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie nr 16**

**Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ, §6 KARY UMOWNE, ROZWIĄZANIE UMOWY**

„Wnosimy o modyfikację w następujący sposób:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 1) za zwłokę w realizacji dostawy - w wysokości 1% wartości brutto **niedostarczonego** danego asortymentu, którego dotyczy zwłoka – za każdy dzień zwłoki,
- 2) za zwłokę w realizacji jakichkolwiek prac, o których mowa w § 4, innych niż dostawa - w wysokości 1% wartości brutto urządzenia którego dotyczą – za każdy dzień zwłoki,
- 3) za zwłokę w realizacji któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w par. 5 – w wysokości 0,5% wartości brutto urządzenia, którego dotyczą – za każdy dzień zwłoki,
- 4) w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy brutto.

2. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty do ~~10~~ **30** dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę. Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy, jeżeli zapłata kary umownej nie będzie dokonana w terminie określonym w zdaniu pierwszym.

3. Dopuszcza się możliwość dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych **do wartości faktycznie poniesionej szkody**.

4. Maksymalna łączna wysokość naliczonych kar nie może przekroczyć ~~20%~~ **10%** wartości brutto umowy ustalonej w § 2 ust. 1 Umowy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

oraz o dodanie zapisów o następującej treści:

„6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej:

- 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto umowy, o której mowa w §2 ust. 1 (w części której dotyczy),



- 2) za bezpodstawną odmowę podpisania przez Zamawiającego częściowego i/lub końcowego protokołu odbioru w sytuacji gdy Wykonawca zgłosił wykonanie przedmiotu zamówienia – w wysokości 200 zł za każde zdarzenie,
- 3) za bezpodstawną zwłokę w podpisaniu przez Zamawiającego częściowego i/lub końcowego protokołu odbioru w sytuacji gdy Wykonawca zgłosił wykonanie przedmiotu zamówienia – w wysokości 200 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin 5 dni roboczych.

**Uzasadnienie:** Wykonawca zwraca uwagę, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa i przyjętym orzecznictwem kara umowna nie może pozostawać w dysproporcji, być nieproporcjonalna w stosunku do wielkości realizowanej części zamówienia. Uznany jest pogląd, że o rażącym wygórowaniu kary umownej świadczy stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem świadczenie. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, że w doktrynie i orzecznictwie uznaje się, że w sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, można ją uważać za rażąco wygórowaną. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 listopada 2013 roku (I ACa 539/13) podniesiono, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego uznaje się za miernik oceny wysokości kary umownej stosunek między wysokością kary umownej a wartością wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wykonawca zwraca także uwagę, iż zapisy projektu umowy winny przewidywać kary umowne w adekwatnej wysokości do odszkodowania, które mogłoby być dochodzone na zasadach ogólnych. **Kara umowna jest instytucją, która ma pełnić przede wszystkim funkcję kompensacyjną. Obowiązujące zasady prawa wskazują na przesłanki przesądzające o rażącym wygórowaniu kary umownej zwłaszcza w okolicznościach, gdy wierzyciel nie poniósł żadnej szkody albo poniósł szkodę nieznaczną wskutek niewykonania umowy. Do sytuacji rażąco wygórowanej kary może dojść już na etapie samych zapisów umownych, jak również poprzez ich zastosowanie w konkretnej sytuacji.** Nie powinno dochodzić już na etapie samych zapisów umownych do sytuacji, w których zastrzeżona kara umowna będzie rażąco wygórowana. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. (I ACa 26/14) oceny, czy kara w danym przypadku jest rażąco wygórowana dokonuje się w kontekście całokształtu okoliczności sprawy, uwzględniając przedmiot umowy, okoliczności, na jakie kara umowna została zastrzeżona, cel tej kary, sposób jej ukształtowania, okoliczności, w jakich doszło do sytuacji uzasadniającej naliczenia kary, wagę i zakres nienależytego wykonania umowy, stopień winy, charakter negatywnych skutków dla drugiej strony.

**Przykładem takiej rażącej dysproporcji należy uznać sankcję finansową za niespełnienie świadczenia ubocznego (przykładowo naprawy gwarancyjne, dostarczenie instrukcji, rozpoznawanie reklamacji) równą lub wyższą od sankcji finansowej za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia.**

Nieuwzględnienie powyższych okoliczności przy definiowaniu kar umownych może prowadzić w następstwie zastosowania wadliwych zapisów umowy do bezpodstawnego wzbogacenia się strony żądającej ich zapłaty. Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

[https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf\\_file/0012/41313/Lista-klauzul-naruszajacych-rownowage-kontraktowa-w-sposob-nadmierny.pdf](https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0012/41313/Lista-klauzul-naruszajacych-rownowage-kontraktowa-w-sposob-nadmierny.pdf)

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie nr 17**

**Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty:**

Czy Zamawiający może wyjaśnić, w jaki sposób Wykonawcy powinni poprawnie wpisać stawkę podatku vat %, w formularzu ofertowym, jeżeli przedmiot zamówienia objęty jest dwiema różnymi stawkami podatku VAT, tj. 8% i 23% - zgodnie z obowiązującymi Wykonawcę przepisami prawa podatku VAT?

Czy wpisanie w kolumnie VAT stawek 8 % i 23% będzie prawidłowe?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga wpisania w formularzu asortymentowym cen brutto w zł.**

#### **Pytanie nr 18**

**Dotyczy: SWZ Rozdział X. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych:**

„1. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał:

dla wszystkich pakietów:

a) Opisów produktów (ulotki, foldery, inna dokumentacja techniczna). ~~Na wszystkich opisach produktu należy wyraźnie zaznaczyć, którego pakietu i pozycji dokument ten dotyczy).~~

~~Opisy produktów i złożone materiały oraz dokumenty należy sporządzić w taki sposób, że Wykonawca przyporządkuje miejsce (stronę) dokumentu poświadczającego do parametru (funkcji) produktu, którego dotyczy poprzez opis tego parametru zgodnie z punktami wskazanymi w Załącznikach. W przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe udokumentowanie (brak potwierdzenia w dostępnej dokumentacji) jakiegokolwiek z parametrów (funkcji) produktu, w stosunku do niego Wykonawca przedłoży oświadczenie, że produkt posiada dany parametr (funkcję).”~~

**Uzasadnienie:** Prosimy o rezygnację z takich wymagań porządkowych, które mogą być niemożliwe do dotrzymania przez Wykonawcę np. z powodu braku możliwości ingerowania w plik potwierdzający parametry (co oznacza brak możliwości przypisania parametru z tabeli do tekstu).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.