



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesola**

**05-075 Warszawa Wesola ul. Kilińskiego 48
tel./ fax. 0 22 773 74 50**

www.szpzlowesola.waw.pl

NIP: 822-18-47-147 , REGON: 011337194

Warszawa 10.05. 2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania pn. "Dostawa jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych w podziale na zadania: - sprawa nr SZPZŁO/04/2024

Zamawiający, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wesola , informuje, iż wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1.

Czy w Pakiecie nr 6 w poz. 2 powinny być zaofertowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

Odpowiedź : Nie

Pytanie nr 2.

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie z **Pakietu nr 6 poz. 2** do odrębnego pakietu. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie preferuje konkretne podmioty, ogranicza konkurencję wyłącznie do dużych hurtowni i eliminuje z możliwości uczestniczenia w postępowaniu podmioty wysoko wyspecjalizowane posiadające dużą wiedzę merytoryczną na temat oferowanych produktów i w sposób szczególnie dbający o ich jakość. Dodatkowo wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Brak zgody.

Pytanie nr.3

Zadanie 8 pozycja między 5 i 6 – czy Zamawiający dopuści papier bez znacznika?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr.4

Zadanie 8 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści wycenę żelu za opak a250ml wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie.


Pytanie nr.5

Zadanie 8 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści wycenę żelu za opak a500ml wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr.6

Zadanie 8 pozycja 4 – Czy pozycja nr 4 obowiązuje do wyceny czy została może wykreślona z pakietu? (pozycja zaznaczona na żółto w FC)



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesola**

**05-075 Warszawa Wesola ul. Kilińskiego 48
tel./ fax. 0 22 773 74 50**

www.szpzlowesola.waw.pl

NIP: 822-18-47-147 , REGON: 011337194

Odpowiedź: Obowiązuje. Poprawiono.

Pytanie nr.7

Zadanie 8 pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści papier do ekg dla aparatu Edan se-1201 z liczbą kartek w bloczku – 215 wraz z jego wycena i przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr. 8

Zadanie 9 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści kubki jednorazowe na stawce vat 23%?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr.9

Zadanie 9 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści kieliszki o pojemności 30ml?

Odpowiedź: Tak,

Pytanie nr.10

Zadanie 9 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak a80szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr.11

Zadanie 9 pozycja 3-4 – Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady na stawce vat 23%?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr.12

Zadanie 9 pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 60cmx80m?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr.13

Czy Zamawiający dopuści wycenę za podkład o długości 80m z przeliczeniem zamawianej ilości na 188 sztuk rolek (w zaokrągleniu do pełnych rolek)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr.14

Zadanie 9 pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowata wykonana z pulpy o pojemności 700ml?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr.15

Zadanie 9 pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem o długości 2,1m z nebulizatorem o pojemności 6ml? Reszta parametrów zgodnie z swz.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr.16

Zadanie 9 pozycja bez numeru (między 11 a 12) – Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem o długości 2,1m?

Odpowiedź: Tak. Poprawiono w załączniku.

Pytanie nr.17



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesola**

**05-075 Warszawa Wesola ul. Kilińskiego 48
tel./ fax. 0 22 773 74 50**

www.szczplowesola.waw.pl

NIP: 822-18-47-147 , REGON: 011337194

Zadanie 9 pozycja 12-13 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak a250szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Poprawiono w załączniku.

Pytanie nr.18

Zadanie 9 pozycja 12-13 – Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne do otoskopów min:

Heine K-100

Beta 100

Riester

Pen-scope

Ri-mini, Ri-star, Ri-former

Welch Allyn

Universal

Kleenspec

Heine k-180

Mini 2000,3000

Bez otoskopu Kawe, Luxamed.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr. 19

Zadanie 9 pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne o rozmiarze 4,0?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr.20

Zadanie 9 pozycja między 14 a 15 staza bezlateksowa – Czy Zamawiający określi jaką ilość wymaga w FC? Komórka jest pusta

Odpowiedź: 20 opak. Poprawione w załączniku.

Pytanie nr.21

Zadanie 9 pozycja 15 – Czy Zamawiający dopuści stazę automatyczna o długości 45cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr.22

Zadanie 9 pozycja 16 – Czy Zamawiający dopuści wycenę szyn jako zestaw ale pakowanych każda osobno, nie w futerale?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr. 23

Zadanie 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści gaziki jałowe?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr. 24

Zadanie 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści gaziki w rozmiarze 110x90mm po rozłożeniu?

Odpowiedź: Tak.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesola**

**05-075 Warszawa Wesola ul. Kilińskiego 48
tel./ fax. 0 22 773 74 50**

www.szpzlowesola.waw.pl

NIP: 822-18-47-147 , REGON: 011337194

Pytanie nr.25

Zadanie 2, pozycja 3

Czy Zamawiający podając oczekiwaną ilość w sztukach jako jednostkę miary sztuka miał na myśli 1szt kompresu czy też opakowanie a'3szt czy może opakowania 50 x a'3szt?

Odpowiedź: 1 opakowanie w którym są 3 szt. gazików, opakowanie może być 50 szt.

Pytanie nr. 26

Zadanie 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'30szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr.27

Zadanie 2, pozycja 5.3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany po 25szt zamiast a'30szt?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr.28

Zadanie 2, pozycja 5.3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr.29

Zadanie 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą wykonaną ze 100% wiskozy?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr.30

Zadanie 2, pozycja 6.2

Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą w rozmiarze 10cm x 4m?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr.31

Zadanie 2, pozycja 6.3

Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą w rozmiarze 10cm x 4m lub 15cm x 4m?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr.32

Zadanie 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści opaskę bawełnianą tkaną?


Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr.33

Zadanie 2, pozycja 6.1

Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą w rozmiarze 4cm x 4m?

Odpowiedź: Tak.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesola**

05-075 Warszawa Wesola ul. Kilińskiego 48

tel./ fax. 0 22 773 74 50

www.szpzwesola.waw.pl

NIP: 822-18-47-147 , REGON: 011337194

Pytanie nr. 34

Zadanie 2, pozycja 6.1

Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą w rozmiarze 6cm x 4m?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr. 35

Zadanie 2, pozycja 6.4

Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą w rozmiarze 12cm x 4m?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr.36

Zadanie 2, pozycja pomiędzy 11.3 a 12 (opatrunek poiniekcyjny)

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'500szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr. 37

Zadanie 2, pozycja pomiędzy 11.3 a 12 (opatrunek poiniekcyjny uciskowy)

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr.38

Zadanie 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'12szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr. 39

Zadanie 2, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'12szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr. 40

Zadanie 2, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści chustę w rozmiarze 96x96x136cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr. 41

Zadanie 2, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło-zimno w rozmiarze 7,5cm x 13cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr. 42

Zadanie 2, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło-zimno w rozmiarze 13x14cm?

Odpowiedź: Tak.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesola**

**05-075 Warszawa Wesola ul. Kilińskiego 48
tel./ fax. 0 22 773 74 50**

www.szpzwesola.waw.pl

NIP: 822-18-47-147 , REGON: 011337194

Pytanie nr. 43

Zadanie 5 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane parami, po 50 par w opakowaniu zbiorczym, rozm. 7,5 (odpowiednik M) oraz 8,5 (odpowiednik L)?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr. 44

Zadanie 5 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za parę, z przeliczeniem zaoferowanej ilości do:

1.1 - 100 par,

1.2 - 100 par?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr. 45

Zadanie 5 Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające chropowatą powierzchnię?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr. 46

Zadanie 5 Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice nie będące wyrobem medycznym, ze stawką VAT 23%

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr. 47

Zadanie 9, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce o szerokości 50cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr. 48

Zadanie 9, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce o długości rolki 80m z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr. 49

Zadanie 9, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z jednej warstwy celulozy i jednej warstwy folii o szerokości 58cm i długości 50m?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr. 50

Zadanie 1, pozycja 1.2

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,4 x 19mm?


Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr.51

Zadanie 1, pozycja strzykawka Janeta

Czy Zamawiający dopuści strzykawki Janety 3-częściowe?

Odpowiedź: Tak.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesola**

**05-075 Warszawa Wesola ul. Kilińskiego 48
tel./ fax. 0 22 773 74 50**

www.szpzlowesola.waw.pl

NIP: 822-18-47-147 , REGON: 011337194

Pytanie nr. 52

Zadanie 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą co 0,01ml?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr. 53

Zadanie 1, pozycja 4.3

Czy Zamawiający dopuści kaniule zielone w rozmiarze 1,3x45 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr. 54

Zadanie 1, pozycja 5

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr. 55

Zadanie 1, pozycja 5

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr. 56

Zadanie 1, pozycja 5

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwi wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr. 57

Zadanie 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę, w której uchwyt jest wykonany z polipropylenu, włosie z LDPE?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr. 58

Zadanie 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'144szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr. 59

Zadanie 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 55mm, podkład z pianki, żel stały?

Odpowiedź: Nie.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesola**

**05-075 Warszawa Wesola ul. Kilińskiego 48
tel./ fax. 0 22 773 74 50**

www.szpzlowesola.waw.pl

NIP: 822-18-47-147 , REGON: 011337194

Pytanie nr. 60

Zadanie 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę wykonaną z pianki z żelcem stałym o średnicy 50, lub 55?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr. 61

Zadanie 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr. 62

Zadanie 8, pozycja 6,7

Czy Zamawiający wymaga oryginalnych papierów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr. 63

Zadanie 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kubki jednorazowe ze stawką VAT 23%?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr. 64

Zadanie 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr. 65

Zadanie 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kieliszki o pojemności 30 ml?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr. 66

Zadanie 9, pozycja 3,4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady medyczne ze stawką VAT 23%?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr. 67

Zadanie 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści z możliwością odłączania zamknięcia?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr. 68

Zadanie 9, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści miskę o pojemności maksymalnej 600 ml?

Odpowiedź: Tak.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesola**

**05-075 Warszawa Wesola ul. Kilińskiego 48
tel./ fax. 0 22 773 74 50**

www.szpzlowesola.waw.pl

NIP: 822-18-47-147 , REGON: 011337194

Pytanie nr. 69

Zadanie 9, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe wzierniki uszne o średnicy lejka 4,00mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr. 70

Zadanie 9, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści stazę o długości 48cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr. 71

Zadanie 8 poz. 5

Prosimy o skorygowanie opisu przedmiotu zamówienia-czy w tej pozycji zamawiający oczekuje papieru 210x140x144 czy 210x25.

Odpowiedź: 210x140x144

Pytanie nr. 72

Zadanie 8 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie papieru o wymiarach 210x140x142sz do Edan SE-1201

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr. 73

Zadanie 8 poz.7,8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papierów kompatybilnych w miejsce oryginalnych producenta Sony i Mitsubishi. Papiery kompatybilne będą tańszym odpowiednikiem, stosowanym już w wielu jednostkach medycznych.

Odpowiedź: Brak zgody.

Pytanie nr. 74

Zadanie 8 poz.7

Proszę o uściślenie-jeśli Państwo wymagają papieru oryginalnego w ww. pozycji to będzie ona 23% stawce Vat-ponieważ producent nie zaklasyfikował go jako wyrób medyczny.

Wobec czego stawka Vat jaką Państwo wpisaliście w formularz jest błędna.

Odpowiedź: Tak, tylko oryginalny papier.

Pytanie nr. 75

Zadanie 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę z powierzchnią żelu 177mm²?

Odpowiedź: Nie.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesola**

05-075 Warszawa Wesola ul. Kilińskiego 48

tel./ fax. 0 22 773 74 50

www.szplowesola.waw.pl

NIP: 822-18-47-147 , REGON: 011337194
