

ZZ-2380-125/24

informacja na Platformę zakupową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i następnych ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „uPzp” na **sukcesywne dostawy materiałów i odczynników do badań genetycznych dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji w kraju**

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytania, które wpłynęło w dniu 04.02.2025 r. wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami SWZ na podstawie art. 137 ust. 1 uPzp:

Pytanie:

Dzień dobry,

chcielibyśmy poprosić o poprawnie omyłkowo zmienionego formularza asortymentowo-cenowego załącznik nr 2.44. Omyłką pisarską zmienili Państwo końcówki jednorazowe nieprzewodzące sterylne z filtrem o pojemności 1025µl na 10-25µl do stacji pipetującej Biomek I-series lub równoważne.

Niepotrzebnie wkradła się kreseczka pomiędzy 10 a 25 - ponieważ całkowita objętość końcówki to 1025µl.

Proszę o zerknięcie w załączony obraz.

The screenshot shows a Microsoft Word document titled "FORMULARZ ASO" with a red arrow pointing to a correction in the text of a table. The table lists various laboratory supplies, and the correction changes the volume from "10-25µl" to "1025µl".

sygn. postępowania: ZZ-2380-125/24

Część 44
Kończówki jednorazowe do stacji pipetującej Biomek I - series oraz rezerwuar

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 7 do umowy	Podział zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. brutto
1	Kończówki jednorazowe nieprzewodzące sterylne z filtrem o pojemności 50µl do stacji pipetującej Biomek I-series lub równoważne	a) Zamówienie podstawowe	opak.	38	960
		b) Zamówienie opcjonalne	opak.	19	960
2	Kończówki jednorazowe nieprzewodzące sterylne z filtrem o pojemności 190µl do stacji pipetującej Biomek I-series lub równoważne	a) Zamówienie podstawowe	opak.	138	960
		b) Zamówienie opcjonalne	opak.	69	960
3	Kończówki jednorazowe nieprzewodzące sterylne z filtrem o pojemności 1025µl do stacji pipetującej Biomek I-series lub równoważne	a) Zamówienie podstawowe	opak.	170	1324
		b) Zamówienie opcjonalne	opak.	85	1324
4	Rezerwuar na odczynnik 19ml 2-studzienkowy lub równoważny	a) Zamówienie podstawowe	opak.	5	847,47
		b) Zamówienie opcjonalne	opak.	2	847,47
5	Rezerwuar na odczynnik 38-40ml lub równoważny	a) Zamówienie podstawowe	opak.	32	911,43

The red arrow points to the correction in the text of row 3, changing "10-25µl" to "1025µl".

Odpowiedź:

Zamawiający omyłkowo wstawił kreskę pomiędzy 10 a 25. Prawidłową wartością jest 1025 µl.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2.44 do SWZ.

W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany formularz asortymentowo – cenowy załącznik nr 2.44 do SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.