



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA**

w **GLUCHOŁAZACH**

im. **św. Jana Pawła II**

**48-340 GLUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40**

Tel. 77 43 91 614, 40 80 155; Fax 77 43 93 861

e-mail: [dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl](mailto:dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl) [www.szpitalmsw-glucholazy.pl](http://www.szpitalmsw-glucholazy.pl)



CERTYFIKAT 2019/24

NIP 755-16-33-549 REGON 531172135



Nr sprawy DZP 2377/7/2023

Glucholazy, dn. 18.05.2023r.

### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

**dotyczy: „Dostawa wyposażenia dla osób ze szczególnymi potrzebami”.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 3 – waga z analizą masy ciała

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, instalacji i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag firmą kurierską? Sprzęt prosty w obsłudze, nie wymagający montażu - dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisane jest w instrukcji obsługi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający nie zrezygnuje z uruchomienia, instalacji i szkolenia.**

Czy Zamawiający wymagać będzie wagi zasilanej oprócz zasilania sieciowego (zasilacz w zestawie) - bateryjnie (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy) ? Rozwiązanie tożsame z wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie umożliwi zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści wagę zasilaną zarówno bateryjnie jak i sieciowo.**

Czy Zamawiający wymagać będzie wagi wyposażonej we wzrostomierz mechaniczny o zakresie pomiarowym 60-210 cm i działce elementarnej 1 mm? Rozwiązanie dające możliwość zmierzenia zarówno małych dzieci jak i osoby dorosłe.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści zwiększenie miarki do 210 cm.**

Czy Zamawiający dopuści wagi bez opcji obracania wyświetlacza ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści wagi bez opcji obracania wyświetlacza. Kryterium to jest istotne ze względu na specyfikę pracy oraz wielkości pomieszczeń którym dysponuje Szpital.**

Pakiet nr 3 – waga platformowa

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, instalacji i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag firmą kurierską? Sprzęt prosty w obsłudze, nie wymagający montażu - dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisane jest w instrukcji obsługi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający nie zrezygnuje z uruchomienia, instalacji i szkolenia.**

Czy Zamawiający dopuści wagę platformową o wymiarach (szer. x wys. x dł.): 800 x 66 x 1150 mm z łatwymi do najazdu rampami w obu stron jak na zdjęciu poniżej?



**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający nie dopuści wagi o innych zmienionych parametrach.**

Czy Zamawiający wymagać będzie wagi zasilanej oprócz zasilania sieciowego (zasilacz w zestawie) - bateryjnie (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy) ? Rozwiązanie tożsame z wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie umożliwia zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści wagę zasilaną zarówno bateryjnie jak i sieciowo**

zapytanie do pakietu nr 5 pozycja 2 chodzik o zwiększonym udźwigu.

Zamawiający w OPZ zawarł zapis o udźwigu min 150 kg . Otóż na rynku nie istnieje produkt spełniający cały zakres zawarty w OPZ. Proszę o dopuszczenie chodzika o udźwigu 130 kg , przy zachowaniu pozostałych parametrów w OPZ. Lub proszę o wskazanie przykładowego modelu chodzika o udźwigu 150 kg , jaki oczekuje Zamawiający.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie udźwigu do 130 kg, wg. wiedzy Zamawiającego na rynku są dostępne chodziki o udźwigu min. 150 kg , Zamawiający nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.**

.....Kierownik Zamawiającego.....