



WSPRITS/ZP/418/2023  
ZP.261.51.2023

Warszawa, dnia 8 grudnia 2023 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego opublikowanego w TED Nr 2023/S 220-694708 z dnia 15.11.2023 r. na zakup wyposażenia medycznego do ambulansu neonatologicznego [Nr postępowania: 51/ZP/2023].**

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

### **Dotyczy Części 1 „Akcesoria do nawilżacza i respiratora TV-100”:**

1) **PYTANIE:** dot. poz. 2 - Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, czy Zamawiający oczekuje układu oddechowego przystosowanego zarówno do respiratora TV-100 jak i nawilżacza transportowego NeoPod w skład którego wchodzi następujące elementy: odcinek wdechowy składający się z 2 odcinków dł. 67 cm: jeden odcinek z łącznikiem Luer-lock oraz gniazdem do podłączenia czujnika temperatury, drugi odcinek z portem Luer-lock, odcinki przystosowane do nawilżacza transportowego NeoPod, odcinek wydechowy o dł. 125 cm, zastawka wydechowa z drenem silikonowym o dł. 14,5 cm, dren do pomiaru ciśnienia o dł. 1,8 m zakończony z jednej strony łącznikiem Luer-lock i silikonową końcówką na króciec respiratora z drugiej strony, łącznik Y rozłączalny, obrotowy, zestaw adapterów do nawilżacza NeoPod, 4 klipsy.

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SWZ.

2) **PYTANIE:** Czy Zamawiający oczekuje układu oddechowego zawierającego dodatek przeciwdrobnoustrojowy oparty na działaniu jonów srebra o udowodnionej w badaniach skuteczności? Dodatek ten stosuje się ze względu na bezpieczeństwo i ochronę personelu oraz pacjentów przedwcześnie urodzonych, których organizmy są szczególnie narażone na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych (w tym bakterii opornych na antybiotyki, wirusy i grzyby) z uwagi na niedojrzałość układu odpornościowego, nakładające się na siebie czynniki ryzyka wynikające z narażenia na zakażenia szpitalne i wzmożonej aktywności wirusa SARS-COV-2. Jego obecność nie wpływa na cenę produktu.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego rozwiązania.

**Dotyczy Części 4 „Elektrody dla noworodków do monitora pacjenta IntelliVue X3”:**

3) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści elektrody przezierne w promieniach RTG o wymiarach nie większych niż: podłużne: 10 x 25 mm, okrągłe o średnicy: Ø 26 mm, do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówień?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza elektrody okrągłe o średnicy 26 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

4) **PYTANIE:** Czy zamawiający wymaga aby elektrody spełniały standardy zgodnie z normą EN/IEC 60601-2-25 oraz EN/ IEC 60601-2-27 oraz AAMI EC12, a także AAMI EC11?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby elektrody spełniały standardy ww. norm.

5) **PYTANIE:** Czy Zamawiający wymaga elektrod przeziernych w promieniach RTG, których powierzchnia adhezyjna składa się z hydrożelowego rdzenia z hydrokolidową obwódką?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SWZ.

6) **PYTANIE:** Czy Zamawiający wymaga elektrod przeziernych w promieniach RTG z możliwością użytkowania na jednym pacjencie bez zdejmowania do 5 dni?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza elektrody przezierne w promieniach RTG, z możliwością użytkowania na jednym pacjencie bez zdejmowania do 5 dni.

7) **PYTANIE:** Czy zamawiający dopuści elektrody do EKG dla noworodka z kablem ok 55 cm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza ww. produkt z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

8) **PYTANIE:** Czy zamawiający dopuści elektrody do EKG dla noworodka w rozmiarze o średnicy 25mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza ww. produkt z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

9) **PYTANIE:** Czy zamawiający dopuści elektrody do EKG dla noworodka z żelom stałym?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaferowania elektrody do EKG dla noworodka z hydrożelom lub żelom stałym.

10) **PYTANIE:** Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zawierającą śladowe ilości ftalanów?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza do zaferowania rurki intubacyjnej zawierającej ftalany.

**Dotyczy Części 6 „Podkładka żelowa dla noworodków”:**

11) **PYTANIE:** Czy zamawiający dopuści podkładkę żelową o wymiarach 9x4x2 cm lub 14x6x3,5 cm., wykonaną 100% z poliuretanu, pokrytą wzmocnioną powłoką poliuretanową, wzmocnioną, szerokie zgrzewy. Chroni pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry. Nie zawiera silikonu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji (temp. do 40°C)?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza powyższą podkładkę do zaferowania.

12) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.: AD1. Pozycjoner wykonany z polimeru żelowego (viscoelastomer), pod głowę w kształcie podkowy, wym.: 10 x 4 x 2,5 cm, (dł. x szer. x wys.)?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza powyższy produkt do zaoferowania.

Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu, dla którego zostały dopuszczone przez Zamawiającego inne parametry wskazane w niniejszym piśmie, Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia w kol. 2 załącznika nr 2 do SWZ odpowiednich uwag co do zmienionych parametrów. Zamawiający proponuje, aby nanoszone uwagi były wpisane innym kolorem. W ww. przypadku Wykonawca potwierdza spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia/formularzu cenowym z uwzględnieniem uwag.

*Sprawę prowadzi:*  
Julia Wizlińska-Motyka  
Inspektor ds. Zamówień Publicznych  
Tel. /22/ 52 51 243