



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**  
19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: [zaopatrzenie-pm@elk.com.pl](mailto:zaopatrzenie-pm@elk.com.pl)  
e-mail: [przetargi@promedica.elk.pl](mailto:przetargi@promedica.elk.pl)  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 5

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Znak: P-M/DZZP/ 4898 /23**

**Data: 06.12.2023r.**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby Pracowni Mikrobiologicznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej ”Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.”  
Znak sprawy: 4815/2023.**

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

***PYTANIE nr 1 – dot. Pakietu 3, poz. 22***

Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 22 dopuści sterylne probówki o pojemności 5 ml wykonane z PS (polistyrenu)?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.***

***PYTANIE nr 2 – dot. Pakietu 3, poz. 25-26***

Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 25-26 dopuści sterylne kalibrowane ezy pakowane po 20 szt. w woreczku strunowym?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.***

***Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.***

***Z poważaniem***

