



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wrocław, dnia 28.05.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: **PN 39/24 Dostawa materiałów szewnych.**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Zadanie 19

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów z kompresją tkanki w zakresie 1mm - 2,5mm, wysokość zszywki 4,5 mm dla staplera 26 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza – reszta zapisów zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2:

Zadanie 20

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków o wysokości otwartej zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm oraz 4,5 mm po zamknięciu 3,8 mm, zszywki o przekroju okrągłym, po zamknięciu przyjmujące kształt B.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza – reszta zapisów zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3:

Zadanie 25

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków do staplera o długości linii cięcia 100 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga – reszta zapisów zgodnie z SWZ.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Pytanie nr 4:

Pakiet 4 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści długość igły 40 mm?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga – reszta zapisów zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5:

Zadanie 15

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 15 zaoferowanie wchłanianego jałowego hemostatyku z utlenionej, regenerowanej celulozy w formie gęsto tkanej gazy o rozmiarze 7,6 cm x 10,2 cm ? Reszta parametrów zgodnie z OPZ.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga – reszta zapisów zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6:

Zadanie 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zad. 17 gąbek żelatynowych konfekcjonowanych po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj:

Poz.1 - 10 op

Poz.2 - 10 op ?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7:

Zadanie 28,30,31,32

Pytanie 7a

Czy Zamawiający dopuści w zadaniach 28,30,31,32 siatki przepuklinowe, polipropylenowe, niewchłaniające o parametrach :

1. gramatura siatki 50g/m²
2. grubość siatki 0,41 mm
3. wielkość porów 1x1,25 mm
4. grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm
 - wytrzymałość na rozciąganie: 255 N
 - wytrzymałość na rozerwanie: 618 kPa?

Odpowiedź nr 7a:

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Zamawiający nie dopuszcza – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 7b

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 30 siatki w rozmiarze 7,5cm x15 cm?

Odpowiedź 7b:

Zamawiający nie dopuszcza – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 8

Zadanie nr 19

Wnosimy o dopuszczenie (obok istniejących zapisów SWZ) możliwości zaoferowania jednorazowych, sterylnych staplerów okrężnych wg poniższej specyfikacji:

Stapler okrężny, zagięty, jednorazowego użytku, ze sztywną główką, rozmiary:

21 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,0 – 2,3 mm, zszywki o wysokości 5,0 mm

23 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,0 – 2,3 mm, zszywki o wysokości 5,0 mm

25 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,0 – 2,3 mm, zszywki o wysokości 5,0 mm

28 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,0 – 2,3 mm, zszywki o wysokości 5,0 mm

32 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,0 – 2,3 mm, zszywki o wysokości 5,0 mm

Ergonomiczna konstrukcja, pokrętło skrzydełkowe, zszywki wykonane ze stopu tytanu, okrągłe w przekroju, Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 9

Pyt. 1 Czy Zamawiający w Zadaniu 1 dopuści monofilamentowy szew wchłaniany, polimer glikolidu i kaprolaktonu o efektywnym okresie podtrzymywania tkankowego 21-28, podtrzymywanie tkankowe po 1 tygodniu 55%, min. 25% po 2 tygodniach, okres wchłaniania tkanki 90-120 dni?

Odpowiedź 9:

Zamawiający nie dopuszcza – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 10

Pyt. 2 Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycja 6 dopuści szew z igłą o długości 36mm oraz długości nici 70cm?

Odpowiedź 10:

Zamawiający nie dopuszcza – reszta zapisów zgodnie z SWZ

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Pytanie 11

Pyt. 3 Czy Zamawiający w Zadaniu 4 pozycja 2-6 dopuści szew o długości igły 25mm?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 12

Pyt. 4 Czy Zamawiający w Zadaniu 4 pozycja 3, 5 dopuści szew o długości nici 90cm?

Odpowiedź 12:

Zamawiający nie dopuszcza – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 13

Pyt. 5 Czy Zamawiający w Zadaniu 4 pozycja 7 dopuści szew z igłą 40mm o krzywiznie $\frac{1}{2}$ koła?

Odpowiedź 13:

Zamawiający nie dopuszcza – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 14

Pyt. 6 Czy Zamawiający w Zadaniu 5 dopuści syntetyczny, wchłaniający szew pleciony wykonany z kwasu poliglikolowego o efektywnym okresie podtrzymywania tkanki 21-28 dni, 65% po 2 tygodniach, min. 40% po trzech tygodniach, okresie całkowitego wchłonięcia masy szwu 60-90dni?

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 15

Pyt. 7 Czy Zamawiający w Zadaniu 5 pozycja 6 dopuści podwiązki pakowane po 6x45cm z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 16

Pyt. 8 Czy Zamawiający w Zadaniu 5 pozycja 7, 13 dopuści podwiązki pakowane po 5x70cm z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 17

Pyt. 9 Czy Zamawiający w Zadaniu 5 pozycja 11 dopuści igłę odwrotnie tnącą bez określenia kosmetyczna?

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 18

Pyt. 10 Czy Zamawiający w Zadaniu 5 pozycja 12 dopuści igłę wzmocnioną?

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 19

Pyt. 11 Czy Zamawiający w Zadaniu 5 pozycja 18, 19 dopuści igłę o długości 36mm?

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 20

Pyt. 12 Czy Zamawiający w Zadaniu 5 pozycja 18, 19 dopuści igłę bez katalogowego określenia mocna (pogrubiona), zaproponowana igła wykonana jest z najwyższej jakości stali chirurgicznej A300, stosowanej powszechnie w kardiochirurgii, dzięki czemu igła odporna jest na odkształcenia i złamania, a średnica igły dopasowana jest do grubości nici, tak by gwarantować szczelność wykonanego zespolenia i wyeliminować zbędne krwawienie?

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 21

Pyt. 13 Czy Zamawiający w Zadaniu 5 pozycja 20 dopuści szew z igłą wzmocnioną?

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 22

Pyt. 14 Czy Zamawiający w Zadaniu 5 pozycja 25 dopuści szew z igłą o długości 45mm?

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 23

Pyt. 15 Czy Zamawiający w Zadaniu 5 pozycja 9 dopuści igłę bez katalogowego określenia cienka, zaproponowana igła wykonana jest z najwyższej jakości stali chirurgicznej A300, stosowanej powszechnie w kardiochirurgii, dzięki czemu igła odporna jest na odkształcenia i złamania, a średnica igły dopasowana jest do grubości nici, tak by nie pozostawiać dużej dziury po przejściu przez delikatne tkanki, eliminując jednocześnie zbędne krwawienie i gwarantować szczelność wykonanego zespolenia?

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 24

Pyt. 16 Czy Zamawiający w Zadaniu 6 pozycja 1, 4, 5 dopuści szew z igłą o długości 26mm?

Odpowiedź nr 24:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 25

Pyt. 17 Czy Zamawiający w Zadaniu 6 pozycja 5,6 dopuści igłę bez katalogowego określenia mocna (pogrubiona), zaproponowana igła wykonana jest z najwyższej jakości stali chirurgicznej A300, stosowanej powszechnie w kardiochirurgii, dzięki czemu igła odporna jest na odkształcenia i złamania, a średnica igły dopasowana jest do grubości nici, tak by gwarantować szczelność wykonanego zespolenia i wyeliminować zbędne krwawienie?

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 26

Pyt. 18 Czy Zamawiający w Zadaniu 6 pozycja 7 dopuści szew z igłą o długości 50mm?

Odpowiedź nr 26:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 27

Zadanie 20

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych zszywek wykonanych ze stopu tytanu, z drutu okrągłego w przekroju, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Budowa staplera umożliwiającą obsługę jedną dłonią - w przypadku opuszczenia pinezki za pomocą dźwigni zamykająco-spustowej lub drugą ręką - manualnie za pomocą suwaka umieszczonego na górze staplera. Wysokość zszywki określana każdorazowo przy składaniu zamówienia?

Poz. 2

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych zszywek wykonanych ze stopu tytanu, z drutu okrągłego w przekroju, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). Wysokość zszywki określana każdorazowo przy składaniu zamówienia?

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 28

Zadanie 21

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy, z nożem do 8-krotnego użytku podczas jednego zabiegu; ładowalny. Długość linii szwu 65,1 mm lub 85,1mm, załadowany ładunkiem przeznaczonym do tkanki standardowej /1,5mm po zamknięciu/, lub grubej /2,0mm po zamknięciu/; ze zszywkami ułożonymi naprzemiennie w dwóch podwójnych rzędach. Zszywki zamykają się w kształt litery „B”. Rękojeść staplera antypoślizgowa. Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia?

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera z nożem o wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej /1,5mm po zamknięciu/ lub grubej /2,0mm po zamknięciu/. Ładunek posiadający cztery rzędy zszywek, zamykające się w kształt litery „B”, o długości linii szwu 65,1mm lub 85,1mm /nóż zintegrowany z ładunkiem/. Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia?

Odpowiedź 28:

Zamawiający nie dopuszcza – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 29

Zadanie 25

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy z nożem, rozmiar 100, nóż zintegrowany z ładunkiem, cztery rzędy zszywek, linia cięcia 96 mm, linia szycia 103 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,8 mm, wysokość zamkniętej zszywki 1,50 mm), do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,80 mm, wysokość zamkniętej zszywki 2,00 mm) Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia?

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplera liniowego z nożem, ładowane w szczęki staplera, cztery rzędy zszywek, linia cięcia 96 mm, linia szycia 103 mm, ładunek do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,8 mm, wysokość zamkniętej zszywki 1,50 mm), do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,80 mm, wysokość zamkniętej zszywki 2,00 mm) Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia?


Odpowiedź nr 29:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 30

Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny tj: zbudowany z fabrycznie zainstalowanych zszywek ze **stali nierdzewnej** przeznaczonych do zszywania skóry. Pozostałe parametry bez zmian. Rozmiar 35 szerokich zszywek o rozmiarach:



Odpowiedź 30:

Zamawiający nie dopuszcza – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 31

Pytanie dotyczy pakietu nr 26:

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści siatkę do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową.

Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42,2g/ m². Grubość siatki 0,52 mm. Rozmiar porów 6,5 mm². Nie wymaga dodatkowego mocowania. Prawo i lewostronna. Rozmiar: 10.3x15.7cm

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu



Odpowiedź nr 31:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 32

Pytanie dotyczy pakietu nr 27:

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści siatkę do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową.

Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42,2g/ m². Grubość siatki 0,52 mm. Rozmiar porów 6,5 mm². Nie wymaga dodatkowego mocowania. Prawo i lewostronna. Rozmiar: 7.9 x 13.4 cm



Odpowiedź nr 32:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga – reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 33

Pytanie dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć czas dostawy do 3 dni roboczych?

Odpowiedź nr 33:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga – reszta zapisów zgodnie z SWZ

II. Na podstawie art. 137 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że dokonuje zmian do SWZ

zmianie ulega zapis SWZ :

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Było:

3.4. Termin dostawy - wg bieżących potrzeb, każdorazowo w terminie maksymalnie **2 dni** roboczych od daty złożenia zamówienia.

Jest:

3.4. Termin dostawy - wg bieżących potrzeb, każdorazowo w terminie maksymalnie **3 dni** roboczych od daty złożenia zamówienia.

W załączeniu:

SWZ po zmianach I-dotyczy pkt 3.4.

Sporządziła: Agnieszka Bolewska

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl

