



Sosnowiec, dnia 23.09.2024 roku

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

Dotyczy: „Utworzenie Sali hybrydowej wraz z wyposażeniem w postaci angiografu dwupłaszczyznowego przez WSS5 nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu”

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

Ogólne informacje o przeprowadzonych Wstępnych Konsultacjach Rynkowych

1. Protokół z przeprowadzonych Wstępnych Konsultacji Rynkowych publikowany jest w celu zapewnienia, że Podmioty, które będą uczestniczyć w ewentualnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będą dysponować taką samą wiedzą co Podmioty uczestniczące we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych, co stanowi realizację art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2021r. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.).
2. Protokół wraz z załącznikami zawiera informacje przekazane Podmiotom uczestniczącym we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych oraz informacje, które zostały przekazane przez wykonawców, a które wpływają na kształt planowanego zamówienia.
3. Sposoby jakie Zamawiający przewidział w celu zapobieżenia zakłóceniu konkurencji w przypadku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a. Zamawiający w formie przedmiotowego protokołu publikuje informacje jakie przekazał uczestnikom konsultacji oraz informacje o wpływie wstępnych konsultacji rynkowych na przedmiot zamówienia;
b. Zamawiający opublikuje informacje wraz z odnośnikiem do przedmiotowego protokołu z konsultacji w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Wstępne Konsultacje Rynkowe ogłoszone zostały w dniu 30.08.2024 roku na stronie internetowej Zamawiającego Platforma Zakupowa www.platformazakupowa.pl
5. *Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych* stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. Wraz z ogłoszeniem opublikowane zostały:
a. *Zgłoszenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych* oraz
b. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im św. Barbary w Sosnowcu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę i montaż robota chirurgicznego dla potrzeb Oddziału Urologicznego i Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
6. Termin składania zgłoszeń do udziału w konsultacjach wyznaczony został na dzień 04.09.2024 roku godz. 11:00.





7. Zgłoszenia do konsultacji:

- 1) **Philips Polska sp. z o.o.**, Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa
- 2) **PFMS Sp. z o.o.**, Ul. Towarowa 39/149, 61-896 Poznań
- 3) **GRUPA KDM sp. z o.o.**, ul. Połczyn ska 53, 01-336 Warszawa
- 4) **GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.**, ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa
- 5) **WODPOL SP. Z O. O.**, ul. ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec
- 6) **Meritum Grupa Budowlana Sp. z o. o. Sp.k.**, ul. Jugowicka 8a, 30-443 Kraków
- 7) **TMS Sp. z o.o.**, Ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa
- 8) **Przedsiębiorstwo Budowlane Kompleks K.Króliczek i Wspólnicy Sp.J.**, ul. Przemysłowa 1, 44-335 strzębie-Zdrój
- 9) **JM KONTRAKT Sp. z o.o.**, ul. Cieszyńska 27A, 43-241 Łąka
- 10) **Partner4Medicine Sp. z o.o.**, Aleje Zygmunta Krasińskiego 20A, 64-100 Leszno
- 11) **Siemens Healthcare Sp. z o.o.**, Ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa

Przebieg Wstępnych Konsultacji Rynkowych

JM KONTRAKT Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 27A, 43-241 Łąka

1. W dniu 04.09.2023 roku zostało wysłane do **JM KONTRAKT Sp. z o.o.** zaproszenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.

2. Spotkanie zorganizowane zostało w dniu 05.09.2024 w godzinach 10:00-10:40

3. W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 242a/2024

4. Podczas spotkania poruszone zostały następujące kwestie:

- Dookreślenie zakresu realizowanych robót, także kwestii konieczności dostosowania piętra. Wyszczególnienie w PFU, rozdzielenie zakresu realizacji robót.
- Rozważenie korekty warunków udziału w postępowaniu, z uwagi na bardzo wysokie wymagania nie dało możliwości na przystąpienie wielu podmiotom.
- Uzyskanie informacji o znacznym wzroście kosztów z uwagi na wydłużenie gwarancji na wykonane roboty budowlane > każdy rok powyżej 5 lat generuje dodatkowe koszty.
- Termin wykonania zamówienia, wraz z pozwoleniem na budowę oraz wykonaniem projektu określony przez Wykonawcę jako optymalny wynosi 7 miesięcy.
- Stosunkowo duży wpływ na finalną kwotę zamówienia, miało wskazanie w opisie PFU opisu elementów montażu (np. panele ze stali nierdzewnej) oraz wyposażenia sali (np. wózki) opartego na jednej z droższych firm na rynku, co wydatnie wpłynęło na wzrost finalnej kwoty zaoferowanej przez Wykonawców. Sugerowane byłoby zastosowanie bardziej otwartych opisów przy ponowieniu postępowania przetargowego.
- W kontekście wykonania windy oraz przebiegu między kondygnacjami, wg. Wykonawcy nie będzie zachodziła konieczność wykonywania ekspertyz budowlanych. W PFU należałoby określić sposób wykończenia po wykonaniu robót.
- Czas oczekiwania na windę – ok 5 miesięcy.
- Rozważenie wykonania ekspertyzy PPOŻ, gdyż Szpital nie posiada takiej.



Meritum Grupa Budowlana Sp. z o. o. Sp.k. & Partner4Medicine Sp. z o.o.

1. W dniu 04.09.2023 roku zostało wysłane do **Meritum Grupa Budowlana Sp. z o. o. Sp.k. & Partner4Medicine Sp. z o.o.** zaproszenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.
2. Spotkanie zorganizowane zostało w dniu 05.09.2024 w godzinach 11:00-12:45
3. W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 242a/2024
4. Podczas spotkania poruszone zostały następujące kwestie:
 - Propozycja odstąpienia od usunięcia słupa konstrukcyjnego znajdującego się na Sali. Miałoby to wpływ zarówno na czas jak i koszt finalny Zamówienia.
 - Uzyskanie informacji o znacznym wzroście kosztów z uwagi na wydłużenie gwarancji na wykonane roboty budowlane.
 - Propozycja zmniejszenia kosztów w przypadku obudowy sali, zamiany stali nierdzewnej na stal ocynkowaną malowaną proszkowo.
 - Termin wykonania zamówienia wskazany przez Wykonawcę to ok 7 miesięcy, przy założeniu niezwłocznego przekazania placu budowy po podpisaniu umowy.
 - Określenie ilości poszczególnego sprzętu w PFU, gdyż nie w każdym przypadku było to dla Wykonawcy oczywiste, a także zmiana opisu i dopuszczenie większej ilości wykonawców poprzez rozszerzenie „widełek” wymiarów sprzętu.
 - Przebiecie pomiędzy kondygnacjami oraz wykonanie windy nie jest z perspektywy Wykonawcy problematyczny, natomiast Wykonawca zasugerował, iż w PFU zapis odnośnie wykonania jest niejasny i może sugerować wykonanie robót w innym projekcie.
 - Sugestia rezygnacji z systemu zarządzania salą operacyjną, gdyż może ona stanowić niewspółmiernie wysoki koszt w odniesieniu do rzeczywiście używanej funkcjonalności(ok 300 tys. zł oszczędności.)
 - Sugestia wykonania ekspertyzy PPOŻ oraz inwentaryzacji budynków.

WODPOL SP. Z O. O., ul. ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec

1. W dniu 05.09.2024 roku zostało wysłane do zaproszenie **WODPOL SP. Z O. O.**, do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.
2. Spotkanie zorganizowane zostało w dniu 06.09.2024 w godzinach 10:00-10:45
3. W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 242a/2024
4. Podczas spotkania poruszone zostały następujące kwestie:
 - Sugestia podzielenia PFU na części (np. osobno sprzęt, osobno robota budowlana), a także sporządzenia formularza z konkretnym podziałem dat odnośnie etapowania zamówienia(jeśli wystąpi).
 - Określenia komunikacji podczas wyprowadzenia instalacji na kondygnację powyżej Sali Hybrydowej.
 - Uzyskanie informacji o znacznym wzroście kosztów z uwagi na wydłużenie gwarancji na wykonane roboty budowlane.
 - Optymalny termin wykonania zamówienia wskazany przez Wykonawcę to ok 8 miesięcy. Termin z



uwzględnieniem projektu, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń a także dostawą i montażem sprzętu.

- Sugestia rozważenia rezygnacji z wykończenia Sali stałą nierdzewną, jako alternatywę Wykonawca zasugerował Blachę ocynkowaną lub wykładzinę PCV, co w znacznym stopniu może wpłynąć na cenę końcową Zamówienia.
- Sugestia doszczegółowienia w PFU kwestii instalacji – modernizacji lub wymiany. Zdaniem Wykonawcy instalacje powinny zostać wymienione.
- Zwrócenie uwagi na zbyt ogólny opis robót do wykonania przy windzie w budynku B. Kwestia doszczegółowienia czy remont miałby zostać ograniczony np. do odtworzenia ścian po wykluciu i ich odświeżenia, czy też remontu całego pomieszczenia.
- Możliwa konieczność dostosowania pomieszczeń do przepisów PPOŻ.

TMS Sp. z o.o., Ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa

1. W dniu 06.09.2024 roku zostało wysłane do zaproszenie **TMS Sp. z o.o.**, do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.
2. Spotkanie zorganizowane zostało w dniu 09.09.2024 w godzinach 12:00-12:35
3. W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 242a/2024
4. Podczas spotkania poruszone zostały następujące kwestie:
 - Aparat dwupłaszczyznowy, posiadający system redukcji dawki aby wyjściowa dawka była najmniejsza. Angiograf Alfenis.
 - Wykonawca posiada własny serwis, z główną centralą serwisu w Warszawie. Wykonawca zapewnia przeglądy angiografu 4 razy w roku.
 - W zależności od konfiguracji dostawa angiografu powinna zająć nie dłużej niż 6 miesięcy.

PFMS Sp. z o.o., Ul. Towarowa 39/149, 61-896 Poznań

1. W dniu 06.09.2024 roku zostało wysłane do zaproszenie **PFMS Sp. z o.o.**, do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.
2. Spotkanie zorganizowane zostało w dniu 10.09.2024 w godzinach 10:00-10:30
3. W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 242a/2024
4. Podczas spotkania poruszone zostały następujące kwestie:
 - Realizacja zadań będzie dostosowana pod montaż angiografu i powinna zostać ukończona do końca 2025 roku. (w przybliżeniu 6-8 miesięcy)
 - Wykonawca nie jest w stanie dokonać oszacowania kosztów robót budowlanych do momentu zaktualizowania PFU. Wtedy też będzie możliwe wskazania elementów znacząco wpływających na wzrost kosztów oferty.
 - Sugestia rozważenia innych metod wykończenia Sali Hybrydowej, względem materiału osłon.
 - Wykonawca przewiduje ok 1 miesiąc na wykonanie projektu oraz kolejny miesiąc na wykonanie ewentualnych zmian/poprawek. Zakres prac budowlanych powinien wynieść ok 4-5 miesięcy, natomiast na instalację angiografu wraz z niezbędnymi testami Wykonawca przewiduje czas 4 tygodni.





- Wykonawca sugeruje wykonanie ekspertyzy odnośnie przebiecia między kondygnacjami i wykonania windy osobowej, aby móc określić ewentualne możliwości i koszty wykonania.

GRUPA KDM sp. z o.o., ul. Połczyńska 53, 01-336 Warszawa

1. W dniu 10.09.2024 roku zostało wysłane zaproszenie do **GRUPA KDM sp. z o.o.** do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.
2. Spotkanie w formie online zorganizowane zostało w dniu 13.09.2024 w godzinach 10:15-10:35
3. W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 242a/2024
4. Podczas spotkania poruszone zostały następujące kwestie:
 - Do określenia zmian w Opisie Przedmiotu Zamówienia a także wycenie konieczna jest aktualizacja PFU. Wykonawca przewiduje iż realizacja zamówienia powinna zostać ukończona do końca 2025.
 - Opis ścianek wskazuje na najdroższe możliwe rozwiązanie techniczne. Opis wskazujący na jednego producenta.
 - Wykonawca przewiduje ok 2 tygodnie na wykonanie projektu oraz czas 11-12 miesięcy na Roboty budowlane oraz instalacyjne wraz ze zgłoszeniami.
 - Odnośnie przebiecia między kondygnacjami i wykonania windy osobowej wykonawca oczekuje na aktualizację w PFU, gdyż z zapisów w pierwotnej wersji wynikały oba piętra.

Siemens Healthcare Sp. z o.o., Ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa

1. W dniu 10.09.2024 roku zostało wysłane do zaproszenie **Siemens Healthcare Sp. z o.o.**, do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.
2. Spotkanie zorganizowane zostało w dniu 16.09.2024 w godzinach 10:02-11:05
3. W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 242a/2024
4. Podczas spotkania poruszone zostały następujące kwestie:
 - Sugestia zmiany w zakresie punktacji w kryterium jakościowym,
pkt. 166 - zmiana wartości punktacji,
pkt. 38 – taka sama punktacja w przypadku sterowności jak i odporności na wnikanie cieczy,
pkt. 51 – możliwość zmiany położenia stołu w trakcie reanimacji oraz sugestia przemyślenia sposobu sterowania funkcjami angiografu oraz ich punktacja tj. pkt 187-190 OPZ.
Wskazanie sugestii dotyczącej usunięcia parametru 186 z uwagi na brak możliwości porównania tego parametru dla innych dostawców.
 - Termin wykonania zamówienia wskazany przez Wykonawcę to ok 2-2,5 miesiąca przed końcem wykonania robót.
 - Sprzęt z możliwością sterowania i wpisywania danych pacjenta.

Philips Polska sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa

1. W dniu 10.09.2024 roku zostało wysłane do zaproszenie **Philips Polska sp. z o.o.**, do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.



2. Spotkanie zorganizowane zostało w dniu 16.09.2024 w godzinach 11:15-12:15
3. W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 242a/2024
4. Podczas spotkania poruszone zostały następujące kwestie:
 - Wskazanie funkcjonalności angiografu: System Clarity – obniżanie dawek przy promieniowaniu podczas zabiegu; możliwy dodatkowo standardowy system obniżania dawki; możliwość zwolnienia hamulców w ramieniu w przypadku awarii i ręczne przesunięcie ramienia. W zestawie dwa materace o długościach 300 cm, i 250 cm.
 - Wykonawca posiada własny autoryzowany serwis.
 - Angiograf wykorzystujący sztuczną inteligencję, która jednak nie jest w stanie zablokować działań lekarza podczas zabiegu.
 - Możliwość rozdzielnie ramion, dające większą przestrzeń dla personelu. Trajektoria ramienia umożliwiająca różne płaszczyzny skanowania.
 - Dodatkowe możliwości „doposażenia” aparatu:
 - 180 000 zł – obniżenie zużycia kontrastu
 - 20 000 zł – system dynamicznego odwzorowania tętnic wieńcowych
 - Dodatkowa funkcjonalność dostępna tylko u Wykonawcy – dodatkowa rotacja ramienia „C”
 - Funkcja reanimacji w dowolnej pozycji a nie tylko w konkretnym położeniu, jak to ma miejsce u konkurencji. W ramach serwisu możliwa naprawa w przypadku uszkodzenia stołu w ramach reanimacji.
 - Monitorowanie stanu pacjenta – mały, wodoodporny monitor (waga ok 2,5 kg) odpinany z angiografu. Możliwość podłączenia w dowolnym miejscu pod warunkiem posiadania odpowiedniego gniazda.
 - Klasa zabezpieczenia stołu przed płynami – IPX2
 - Sugestia dopuszczenia konsorcjów podczas składania ofert, co miałyby wpłynąć na obniżenie marży.

P. B. Kompleks. K. Króliczek i Wspólnicy Sp.J., Ul. Przemysłowa 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

1. W dniu 10.09.2024 roku zostało wysłane do zaproszenie **Przedsiębiorstwo Budowlane Kompleks K. Króliczek i Wspólnicy Sp.J.**, do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.
2. Spotkanie zorganizowane zostało w dniu 16.09.2024 w godzinach 12:27-13:10
3. W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 242a/2024
4. Podczas spotkania poruszone zostały następujące kwestie:
 - Sugestia dookreślenia w PFU klatki, wind, drogi transportowej. Brak możliwości wyłączenia klatek ewakuacyjnych w SWZ.
 - W PFU należałoby także doprecyzować drogę z SORu do Sali oraz przekrój budynku ważny w dwóch osiach w 1 i 2 kierunku.
 - Wykonawca przewiduje ok 5 miesiąc na wykonanie projektu. Cykl realizacji powinien wynieść minimum 12 miesięcy.
 - Sugestia korekty warunków udziału w postępowaniu, propozycja 1 referencji, draftu umowy.
 - Sugestia ważności polisy na czas wykonywania Zamówienia a nie na cały okres gwarancji.
 - Propozycja skrócenia terminu gwarancji.



- Zwrócenie uwagi na doprecyzowanie trasy i odległości gazów medycznych. Centrala według wykonawcy powinna znajdować się na poddaszu oraz powinna zostać doprecyzowana ilość kamer w PFU.

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

1. W dniu 11.09.2024 roku zostało wysłane do zaproszenie **GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.**, do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.
2. Spotkanie zorganizowane zostało w dniu 17.09.2024 w godzinach 10:02-10:35
3. W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 242a/2024
4. Podczas spotkania poruszone zostały następujące kwestie:
 - Przedstawienie modelu nowego angiografu dwupłaszczyznowego dostępnego u Wykonawcy, zwrócono uwagę na to, iż jest on rozbudową angiografu jednopłaszczyznowego funkcjonującego już u Zamawiającego.
 - Zwrócenie uwagi funkcje optymalizacji dawki zastosowaną w oferowanym angiografie
 - Zwrócenie uwagi na fakt, iż u Wykonawcy moduł FFR jest dostępny w polifizjografii
 - Wykonawca przewiduje ok 12 tygodni na dostawę sprzętu. Koszt angiografu ok. 4,5 mln zł brutto.
 - Wykonawca posiada własny autoryzowany serwis.
 - Zalecany wymiar Sali 7x5 m. Propozycja zmiany mocowania płaszcza.

Podsumowanie uwag ze wszystkich spotkań:

- Zwrócenie uwagi na możliwość podziału zadań w PFU: odrębnie sala hybrydowa i rehabilitacja kardiologiczna ze wskazaniem, że należy przewidzieć wyprowadzenie instalacji dla oddziału w etapie dot. sali hybrydowej.
- Sugestia wykonania ekspertyzy PPOŻ
- Ścieżka komunikacyjna nie stanowi dla Wykonawców większego problemu, jednak zwrócono uwagę na wskazanie proponowanej ścieżki oraz konkretną informację na temat zakresu prac, np. tylko odtworzenie bez całkowitej modernizacji
- Sugestia odnośnie słupa na Sali operacyjnej: część Wykonawców uważa, że nie ma potrzeby usunięcia, gdyż nie koliduje z komunikacją na Sali, jednak wśród innych Wykonawców panuje przekonanie, iż usunięcie słupa stanowiłoby dużo większą wygodę pod kątem zagospodarowania Sali a także przemieszczania się po niej personelu.
- Propozycje zmian w materiałach systemu zabudowy modułowej, sugestia tańszych niż stal nierdzewna materiałów ale jednocześnie spełniającego wymagania jakościowe rozwiązania.
- Zwrócenie uwagi na brak zestawienia poszczególnych asortymentów w kwestii drobnych sprzętów i wyposażenia.
- Ekspertyza konstrukcyjna nie stanowiła problemu dla żadnego z Wykonawców.
- Analiza OPZ angiografu pod kątem parametrów technicznych wskazywanych przez Wykonawców tj. dostępności oprogramowania dla kardiologów oraz neuroradiologów, kwestii bezpieczeństwa (tj. systemy redukcji dawki, możliwości resuscytacji, normy bezpieczeństwa), rodzajów funkcji użytkowych (tj. rodzaje sterowania angiografem, kwestie monitorów na sali), dostępności rozwiązań technologicznych (tj. budowa ramion, lokalizacja funkcji, rodzaje lamp i detektorów)
- Konieczność doprecyzowania ilości sztuk dla mniejszego sprzętu medycznego - konieczność stworzenia odpowiedniego formularza cenowego
- Rezygnacja z systemu zarządzania salą operacyjną - rozwiązanie generujące wysokie koszty, w opinii





użytkownika oraz wielu wykonawców nie jest to konieczne do funkcjonowania sali hybrydowej;

Podsumowanie Wstępnych Konsultacji Rynkowych

Zamawiający informuje, że przy przygotowywaniu specyfikacji warunków zamówienia wykorzysta uzyskane od Wykonawców informacje dotyczące, m.in. parametrów technicznych, kosztów serwisu oraz kosztów narzędzi niezbędnych do zabiegów.

Wymagania Zamawiającego związane z funkcjonalnościami systemu, będą ostatecznie opisane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które zostanie opublikowane zgodnie z ustawą Pzp.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż celem zapobieżenia zakłóceniu konkurencji:

- niniejszy protokół z wstępnych konsultacji rynkowych zostanie udostępniony do wiadomości publicznej na stronie WSS5 <https://platformazakupowa.pl/> w celu zapewnienia przejrzystości w przyszłym postępowaniu o udzielenie zamówienia w sprawie wyboru Wykonawcy/Wykonawców.

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie wyznaczony odpowiednio dłuższy termin składania ofert, aby zrównać szanse Wykonawców i umożliwić zapoznanie się z niniejszym protokołem ze wstępnych konsultacji rynkowych.

Celem przeprowadzanych konsultacji było uzyskanie informacji w zakresie dostępnych na rynku

W trakcie konsultacji Zapraszający nie przekazał Uczestnikowi żadnych informacji, które mogłyby powodować naruszenie zasady uczciwej konkurencji w potencjalnym postępowaniu.

Zatwierdził:

Z upoważnienia Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. św Barbary w Sosnowcu
Dyrektor ds. Ekonomicznych
Agnieszka Kozak

