



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 08.11.2023 r.

DZP – 42/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Zakup systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r., w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022 – 2032

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania, którego treść wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie holtera wraz z oprogramowaniem do analizy o następujących parametrach:

Parametry techniczne
Metoda pomiaru oscylometryczna, krokowe wypuszczanie
Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego
Czas ciągłego zapisu min.51 godz.
Okres rejestracji ciśnienia krwi: 24, 27, 48, 51 godzin
Ilość pomiarów przy naładowanych akumulatorach: 250 pomiarów
Pojemność pamięci: min. 600 pomiarów
Czas trwania monitorowania: Poranek, dzień, noc, okresy specjalne
Możliwość dodania pomiaru na żądanie z uwzględnieniem daty i godziny z dokładnością co do minuty.
Możliwość ustawienia min. 4 okresów pomiaru tj. dzień, noc, poranek oraz okres specjalny z możliwością określenia początku i końca okresu pomiaru z dokładnością co do minuty.
Zakres pomiaru ciśnienia krwi 30 – 260 mmHg
Zakres pomiaru Pulsu 40 – 200 uderzeń/ min
Dokładność pomiaru ± 3 mmHg lub $\pm 2\%$
Interwał pomiaru: 5 – 90 (5,10,15,20,25,30,40,60,90)
Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły : BHS i AAMI
Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg
Sensor ciśnienia -Piezo rezystywny

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny (światłowodowy) USB
Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku.
Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą
Przycisk informacji o pobraniu leku
Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta
Różne średnice rękawów min. 3 rodzaje (podać jakie)
Wyświetlacz LCD w rejestratorze
Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania w trakcie uruchamiania rejestratora
Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA
Waga bez akumulatorów max. 190g
Maksymalne rozmiary rejestratora: max. 72x 100 x 31 mm
Możliwość uruchomienia badania z poziomu rejestratora bez użycia komputera

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie holtera ciśnieniowego o powyższych parametrach.

Podpisał:
DYREKTOR
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie