

PAKIET NR 23 ZESTAWY KARDIOLOGICZNE

23.1 Sterylny zestaw do zabiegów zakładania stymulatorów serca

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozprowadzania płynów
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i nie musi posiadać oznakowania w formie piktogramów-
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1szt. serweta chirurgiczna (serweta główna) min. 170 x 300 cm z samoprzylepnym otworem o śr. 10 cm umieszczonym w górnej połowie serwety, składająca się z min. 3 warstw o łącznej min. gramaturze 74 g/m²;
- 1 szt. serweta na stół narzędziowy min. 150 x 200 cm
- 1 szt. osłona okrągła na sprzęt medyczny min. 50 x 100 cm wykonana z PE
- 1 szt. osłona na sprzęt medyczny min. 100x140cm wykonana z PE
- 1 szt. sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar XL.
- 1 szt. sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L

- min. 8 szt. ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm
- 1 szt. miska 500 ml
- 1 szt. skalpel bezpieczny nr 23

23.2 Sterylny zestaw do angiografii udowo-promieniowej

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozprowadzania płynów
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i nie musi posiadać oznakowania w formie piktogramów.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta angiograficzna (serweta główna) min. 240 x 340 cm z 2 samoprzylepnymi otworami na tętnice udowe o śr. 8 cm, wykończonymi folią chirurgiczną oraz 2 otworami na tętnice promieniowe 7 x 12 cm (dłuższy bok otworu równoległy do dłuższego boku serwety), składająca się z min. 3 warstw o łącznej min. gramaturze 74 g/m², serweta ze zintegrowanymi osłonami na pulpit sterowniczy z obu stron. Wokół otworów w serwecie materiał powinien posiadać dodatkowe pady chłonne.
- 1 szt. serweta na stół narzędziowy min. 150 x 200 cm
- 1 szt. osłona okrągła na sprzęt medyczny min. 50 x 100 cm wykonana z PE
- 1 szt. osłona okrągła na sprzęt medyczny min. 100x140cm wykonana z PE
- 1 szt. sterylne fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar XL.
- 1 szt. sterylne fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tylne części

fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L

- min. 8 szt. ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm
- 1 szt. skalpel bezpieczny nr 11
- 1 szt. miska 500 ml - kolor
- 1 szt. miska 500 ml - biała

..... , dnia

.....
* - niepotrzebnie skreślić

.....

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

PAKIET NR 24 ZESTAW DO ZABIEGÓW OKULISTYCZNYCH

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa)
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu.
- Każdy zestaw operacyjny pakowany podwójnie: w torbę papierowo-foliową oraz dodatkowo w papier krepowany.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta okulistyczna dwuwarstwowa (górną włóknina pochłaniająca płyny, dolną nieprzemakalną) wym. min. (100-150) x (100-150) cm z oknem wypełnionym przylepną folią chirurgiczną (wycięcie na oko) z workiem do gromadzenia płynów min. 20 x 30 cm;
- 1 szt. serweta na stół instrumentariuszki o wym. od 140-150 x 180-200 cm;
- 2 szt. pokrowiec na podłokietniki fotela operatora (komplet).

Dopuszcza się podłokietniki osobno pakowane.

....., dnia

* - niepotrzebnie skreślić

.....

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

PAKIET NR 25 ZESTAWY DO PORODU I OPERACJI GINEKOLOGICZNYCH

25.1. Sterylny zestaw do operacji ginekologicznych

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw o łącznej min. gramaturze 74g/m² : jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina PP, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozprowadzania płynów
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1szt. serweta w ułożeniu ginekologicznym z wbudowanymi osłonami na kończyny ze wzmocnieniem o min. wym. 240 x 260 cm, z samoprzylepnym oknem o min. wym. 9 x 12 cm oraz z workiem do zbiórki płynów
- 1 szt. serweta na stół narzędziowy ze wzmocnieniem o min. wym. 140 x190 cm
- 1szt. nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki o min. wym. 75 x 90 cm
- 1 szt. serweta na stół Mayo o min. wym. 78 x 140 cm
- 1 szt. taśma samoprzylepna o min. wym. 9 x 50 cm
- min. 4szt. ręczniki celulozowe o wym. min. 30 x 30 cm

25.2. Sterylny zestaw do porodu

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.

- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i nie musi posiadać oznakowania w formie piktogramów
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 2 szt. serweta nieprzylepna min. wym. 70 x 45 cm
- 1 szt. serweta do okrycia noworodka o min. wym. 85 x 90 cm
- 1 szt. podkład chłonny z rozdrobnionej celulozy o min. wym. 50 x 90 cm
- 1 szt. serweta na stół narzędziowy o min. wym. 90 x 150 cm
- 1 szt. sterylny fartuch chirurgiczny z materiału SMMS lub SMMMS o gram min. 35 g/m², rozmiar L, szwy ultradźwiękowe,
- min. 20 szt. kompresów z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy, 30g/m²
- min. 4 szt. ręczniki celulozowe o wym. min. 30 x 30 cm

....., dnia

* - niepotrzebnie skreślić

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

PAKIET NR 27. Zestaw do zabiegów brzuszno-kroczych

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw o łącznej min. gramaturze 74g/m² : jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina PP, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozpraszania płynów
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta na stół narzędziowy ze wzmocnieniem o min. wym. 140 x 190 cm
- 1 szt. serweta do nakrycia stolika Mayo ze wzmocnieniem o min. wym. 78 x 140 cm
- 1 szt. serweta brzuszno-krocza ze wzmocnieniem wysokochłonnym w ułożeniu ginekologicznym, z wbudowanymi osłonami na kończyny o wym. min. 230x250 cm z dwoma oknami: samoprzylepne okno-jama brzuszna o wym. min. 18 x 28 cm i nieprzylepne okno -krocze o wym. min. 9 x 12 cm
- min. 4 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm

....., dnia

* - niepotrzebnie skreślić

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

PAKIET NR 28 WYROBY Z WŁÓKNIN

28.1 Sterylny zestaw do zabiegów chirurgicznych

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina PP, o łącznej gramaturze min. 58g/m²
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt serweta na stół narzędziowy o min. wym. 140x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej o min. wym. 74x190cm
- 1 szt serweta na stół Mayo o min. wym. 80 x140 cm z folii PE ze wzmocnieniem z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej o min. wym. 55 x 85 cm
- 2 szt serwety boczne o min. wym. 75x90 cm, przylepne na całej długości dłuższego boku
- 1 szt serweta o min. wym. 175x175 cm, przylepna
- 1 szt serwetę o min. wym. 150x240 cm, przylepna
- 1 szt taśma przylepna o min. wym. 9x50 cm
- min. 4 ręczniki chłonne o min. wym. 20 x 30 cm

..... , dnia

* - niepotrzebnie skreślić

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

PAKIET NR 29 ZESTAWY ZABIEGOWE

29.1 Sterylny zestaw do zabiegów chirurgicznych I

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina o łącznej gramaturze min. 56g/m²
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt serweta z przylepcem dwuwarstwowa o min. wym. 240x150cm; o min. gramaturze 56g/m²
- 1 szt serweta z przylepcem dwuwarstwowa o min. wym. 180x170cm o min. gramaturze 56g/m²
- 2szt serweta z przylepcem dwuwarstwowa o min. wym. 90x75cm o min. gramaturze 56g/m²
- 1 szt. serweta na stół instrumentarium o min. wym. 190x150cm, min. szerokość warstwy chłonnej 66cm
- 1 szt serweta na stół Mayo o min. wym. 145x80cm o gramaturze 74g/m²
- 1 szt taśma medyczna o min. wym. 50x9cm
- 1 szt fartuch chirurgiczny rozmiar L z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² zgodny z normą PN EN 13795, zapinany na rzepy
- 2 szt fartuch chirurgiczny rozmiar XL z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² zgodny z normą PN EN 13795, zapinany na rzepy
- min. 4 ręczniki chłonne o min. wym. 40 x 40 cm

- 1 szt opatrunek pooperacyjny o wymiarze 8 cm x 15 cm
- 1 szt opatrunek pooperacyjny o wymiarze 8 cm x 10 cm
- kompresy gazowe 17-nitkowe 12-warstwowe 10x10cm z nitką RTG a 20szt, przewiązane nitką po 10szt
- 2 szt uchwytu na lampę 12x14cm z kołnierzem

29.2 Sterylny zestaw do zabiegów chirurgicznych II

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina o łącznej gramaturze min.56g/m²
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt serweta z przylepcem dwuwarstwowa o min. wym. 240x150cm o min.gramaturze 56g/m²
- 1 szt serweta z przylepcem dwuwarstwowa o min. wym. 180x170cm o min. gramaturze 56g/m²
- 2 szt serweta z przylepcem dwuwarstwowa o min. wym. 90x75cm o min.gramaturze 56g/m²
- 1 szt serweta na stół instrumentarium o min. wym. 190x150cm min. szerokość warstwy chłonnej 66cm
- 1 szt serweta na stół Mayo o min. wym. 145x80cm o gramaturze 74g/m²
- 1 szt fartuch chirurgiczny rozmiar L z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² zgodny z normą PN EN 13795, zapinany na rzepy

- 2 szt fartuch chirurgiczny rozmiar XL z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² zgodny z normą PN EN 13795, zapinany na rzepy
- min. 4 ręczniki chłonne o min. wym. 40 x 40 cm
- 5 szt serwety z gazy 17-nitkowej 4-warstwowe o wym. 45x45cm z nitką RTG
- 10 szttupfery z gazy 17-nitkowej o wym. 15x15cm o kształcie fasolki z nitką RTG
- kompresy 17-nitkowe 12-warstwowe 10x10cm z nitką RTGop a 40szt, przewiązane nitką po 10szt.
- 2 szt uchwyt na lampę 12x14cm z kołnierzem
- końcówka do odsysania Yankauer CH28, zagięta, bez kontroli
- dren do odsysania pola operacyjnego CH28, długość 350cm, wykonany z PVC, antyzagięciowy, transparentny, żeńsko-żeński
- 1szt opatrunek pooperacyjny 10x20cm
- worek / kieszeń dwukomorowa z kształtką samoprzylepna o min.wym. 42x35cm

29.3 Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw o min. gramaturze 56g/m²: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki o wym. min. 190x150cm ze wzmocnieniem , szerokość warstwy chłonnej 66cm
- 1 szt. Serweta do nakrycia stolika Mayo o wym. min. 145x80cm ze wzmocnieniem o min. gramaturze włókniny i folii 74g/m²,

- 1 szt. Serweta do cesarskiego cięcia min. dwuwarstwowa z włókniny PP i folii PE o min. gramaturze 56g/m² o min. wymiarach 320x180cm z oknem o wym. min. 35x32cm , z workiem foliowym do zbiórki płynów 360 stopni. W otworze folia chirurgiczna z wycięciem.
- 1 szt. Serwetka dla noworodka z chłonnej włókniny o min. gramaturze 50g/m² o wymiarach 80x60cm.
- Czapeczka dla noworodka bawełniana
- min. 2 szt. ręczniki celulozowe o wym. min. 30 x 30 cm
- 1szt . Fartuch chirurgiczny rozmiar L z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²
- 2szt. Fartuch chirurgiczny rozmiar XL włókniny SMS o gramaturze 35g/m²
- Końcówka do odsysania Yankauer CH28 + Dren do odsysania pola operacyjnego CH28 x 350cm z końcówką antyzagięciową
- 3szt. serweta z gazy 17-nitkowej 4-warstwowa z nitką RTG 45x45cm
- 50szt. kompresy z gazy 17-nitkowej 12-warstwowej 10x10cm przewiązane po 10szt, minimalna gramatura jednego kompresu 2,89g
- 1 szt. Opatrunek na ranę pooperacyjną włókninowy z wkładem chłonnym z hipoalergicznym o wym. 10x20cm

..... , dnia

.....
* - niepotrzebnie skreślić

.....

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

PAKIET NR 30 ZESTAW DO ZABIEGÓW CHIRURGII BIODRA

Opis przedmiotu zamówienia

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw o łącznej min. gramaturze 74g/m² : jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina PP, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozpraszania płynów
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta na stół narzędziowy wzmocniona, o min. wym. 140 x 190 cm
- 1 szt. serweta do nakrycia stolika Mayo wzmocniona o min. wym. 80 x 140 cm
- 1 szt. samoprzylepna serweta operacyjna o min. wym. 170 x 300 cm
- 1 szt. serweta samoprzylepna ze wzmocnieniem wysokochłonnym, o min. wym. 280 x 240 cm z wycięciem typu "U" o min. wym. 10 x 90 cm
- 1 szt. serweta nieprzylepna o min. wym. 75 x 90 cm
- 1 szt. osłona na kończynę w kształcie worka o min. wym. 35 x 100 cm
- 2 szt. taśmy samoprzylepne o min. wym. 10 x 50 cm
- min. 4 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm
- 1 szt. serweta nieprzylepna o min. wym. 150 x 200 cm

..... , dnia

* - niepotrzebnie skreślić

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

PAKIET NR 31 ZESTAW UROLOGICZNY

31.1 Sterylny zestaw urologiczny TUR

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw o gramaturze min. 54/m²: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina PP,
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i nie musi posiadać oznakowania w formie piktogramów.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta min. wym. rozmiar 75 x 175 cm z otworem o średnicy od 5 do 12 cm
- 2 szt. osłony na kończynę o min. wym. 75 x 120 cm
- 1 szt. serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki o min. wym. 150 x 190 cm

....., dnia

* - niepotrzebnie skreślić

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

PAKIET NR 32 ZESTAWY DO MAŁYCH OPERACJI CHIRURGICZNYCH

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw o min. gramaturze 54g/m²: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina PP.
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta na stolik narzędziowy o min. wym. 140 x 190 cm,
- 1 szt. samoprzylepna serweta operacyjna z centralnie umiejscowionym otworem o śr. min. 12 cm, o min. wym. 200 x 240 cm
- 1 szt. taśma samoprzylepna o min. wym. 10 x 50 cm
- min. 2 ręcznik celulozowy o min. wym. 30 x 30 cm

..... , dnia

* - niepotrzebnie skreślić

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

PAKIET NR 33 ZESTAWY DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH

33.1 Sterylny zestaw do operacji dłoni/stopy

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw o min. gramaturze 54g/m²: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina PP.
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta na stół narzędziowy o min. wym. 140 x 190 cm
- 1 szt. serweta do nakrycia stolika Mayo o min. wym. 78 x 140 cm
- 1 szt. serweta do operacji dłoni/stopy o min. wym. 200x 300cm z samouszczelniającym się otworem o min. śr. 3 cm
- min. 2 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm

....., dnia

* - niepotrzebnie skreślić

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

PAKIET NR 34. ZESTAW DO OPERACJI KOŃCZYNY / STAWU KOLANOWEGO

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw o min. gramaturze 54g/m²: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą woskochłonna włóknina
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta na stół narzędziowy o min. wym. 140 x 190 cm
- 1 szt. serweta do operacji kończyny o min. wym. 320 x 220 cm i z samouszczelniającym otworem o średnicy 7-8 cm.
- 1 osłona na kończynę o min.wym.30 x 55 cm
- min. 2 taśmy samoprzylepne o min.wym.9 x 50 cm
- min. 2 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm
- 1 szt. serweta na stół Mayo o min. wym. 78 x 140cm
- 1 szt. serweta nieprzylepna o min. wym. 150x170cm

..... , dnia

* - niepotrzebnie skreślić

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

PAKIET NR 35 ZESTAWY DO ZABIEGÓW LARYNGOLOGICZNYCH

35.1 Sterylny zestaw do operacji głowy/szyi

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw o min. gramaturze 54g/m²: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta na stolik narzędziowy o min. wym. 140 x 190 cm
- 1 szt. serweta do nakrycia stolika Mayo o min. wym. 78 x 140 cm
- 1 szt. serweta samoprzylepna min.wym.200 x 200 cm
- 1 szt. serweta samoprzylepna o min.wym.125 x 150 cm z wycięciem "U"
o min. wym. 6 x 40 cm,
- min.2 szt. ręczniki celulozowe

35.2. Sterylny zestaw do operacji laryngologicznych

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw o min. gramaturze 54g/m²: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina

- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta na stolik narzędziowy o min. wym. 140 x 160 cm,
- 1 szt. serweta operacyjna o wym. 240 x 150 cm z samoprzylepnym otworem o min. śr 8 cm umieszczonym w ok. 1/3 długości serwety
- min.1 ręcznik celulozowy o min. wym. 30 x 30 cm.

..... , dnia

* - niepotrzebnie skreślić

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

PAKIET NR 36 ZESTAW DO OBŁOŻENIA POŁA OPERACYJNEGO

36.1 Sterylny zestaw podstawowy

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw o gramaturze min. 54g/m²: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą chłonna włóknina PP.
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta na stół narzędziowy min. wym. 150 x 100 cm
- 2 szt. samoprzylepna serweta operacyjna wym. min. 170 x 175 cm
- 2 szt. samoprzylepne serwety operacyjne wym. min. 75 x 90 cm

..... , dnia

* - niepotrzebnie skreślić

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

PAKIET NR 37 ZESTAWY DO ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH

37.1. Sterylny zestaw do laparoskopii z fartuchami

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw o gramaturze min. 54g/m²: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina PP.
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm
- 1 szt. serweta do nakrycia stolika Mayo owym. min. 80 x 140 cm
- 1 szt. serweta samoprzylepna wym. min. 150 x 240 cm
- 1 szt. serweta samoprzylepna wym. min. 170 x 170 cm
- 2 szt. serweta samoprzylepna wym. min. 75 x 90 cm
- 1 szt. uchwyt typu rzep o wym. min. 2 x 22 cm
- min. 2 szt. ręcznik celulozowe o wym. min. 30 x 30 cm
- 1 szt. fartuch chirurgiczny z materiału SMMS lub SMMMS o gram min. 35 g/m² rozmiar XL, szwy ultradźwiękowe
- 2 szt. fartuchy chirurgiczne z materiału SMMS lub SMMMS o gram min. 35g/m² rozmiar L, szwy ultradźwiękowe

37.2. Sterylny zestaw do operacji żyłaków kończyn dolnych

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.

- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw o gramaturze min. 74g/m²: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina PP, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozprowadzania płynów
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta na stolik narzędziowy, min. wym. 140 x 190 cm
- 1 szt. serweta do nakrycia stolika Mayo o wym. min. 78 x140 cm
- 1 szt. samoprzylepna serweta operacyjna o min. wym. 260 x 200 cm z wycięciem typu "U" (o min. wym. 10 x 95 cm), ze wzmocnieniem - pad chłonny o wym. 100 x 175 cm
- 1 szt. samoprzylepna serweta operacyjna ze wzmocnieniem o min. wym. 170 x 250 cm
- 1 szt. serweta nieprzylepna min.wym.150 x 200 cm
- min. 4 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm

..... , dnia

* - niepotrzebnie skreślić

.....

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

PAKIET NR 38 ZESTAWY ZABIEGOWE

38.1 Sterylny zestaw do dożylnego wkłucia centralnego

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina PP.
- Owinięcie zestawu: włóknina lub papier
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- min. 6 szt. kompresy z gazy bawełnianej 17 nitkowej min. 8 warstwowe min. 7,5 cm x 7,5 cm,
- 4 szt. tampony z gazy bawełnianej min. 15 x 15 cm,
- 1 szt. pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm,
- 1 szt. strzykawka 10 ml
- 1 szt. igła 0,8 x 40 mm
- 1 szt. igła 1,2 x 40 mm
- 1 szt. serweta włókninowa dwuwarstwowa, nieprzyklepna o min wym. 45 cm x 75 cm, min gramatura 53 g/m²,
- 1 szt. serweta włókninowa dwuwarstwowa samoprzylepna o min wym. 45 cm x 75 cm z otworem i min. gramaturze 53 g/m²,
- 1 szt. ostrze - skalpel
- 1 szt. imadło metalowe
- 1 szt. kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm,
- 1 szt. opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm (zapakowany).
- Zestaw zapakowany w tackę typu blister z wgłębieniem na płyny

38.2 Sterylny zestaw do dożylnego wklucia centralnego (duży):

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina PP.
- Owinięcie zestawu: włóknina lub papier
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta na stół narzędziowy o min. wym. 120 x 95 cm
- 5 kompresów z włókniny 7,5 x 7,5 cm 4 warstwy 30 g/m²
- 5 szt. tampony z gazy bawełnianej min. 24 x 24 cm, 20 nitok
- 1 szt. strzykawka 5 ml Luer
- 1 szt. strzykawka 10 ml Luer
- 1 szt. igła 0,7 x 50 mm
- 1 szt. igła 0,8 x 50 mm
- 1 szt. serweta włókninowa dwuwarstwowa samoprzylepna wokół otworu 10 cm o min. wym. 150 x 100 cm min gr 55 g/m²,
- 1 szt. ostrze - skalpel do obcinania szwów 6,5 cm
- 1 szt. imadło stalowe ze stali nierdzewnej klasa IIa, 12 cm
- 1 szt. kleszczyki plastikowe typu korcang 19 cm
- 1 szt. czepek chirurgiczny
- 1 szt. maska chirurgiczna z gumkami
- 1 szt. fartuch chirurgiczny L typu open back – tylne części fartucha nie zachodzą na siebie
- 1 szt. opatrunek z folii poliuretanowej 10 x 14 cm
- 1 x miska plastikowa 250 ml

38.3 Sterylny zestaw do znieczulenia przewodowego

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina PP, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozprowadzania płynów
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Owiniecie zestawu: włóknina lub papier
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt serweta samoprzylepna 50 x 50 cm, dwuwarstwowa, gramatura min. 55g/m²,
- 1 szt narzędzie do mycia pola operacyjnego kleszczyki Kocher (plastikowe, proste, atraumatyczne, 12 cm)
- 10 szt kompresów gazowych 7,5 x 7,5 cm 17N 12W
- 5 szt tufery z gazy 24 x 24 cm, 20 nitek

38.4 Sterylny zestaw do zakładnia szwów

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina
- Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami, która może służyć jako nerka.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt plastikowe kleszczyki typu Kocher 14 cm
- 1 szt metalowa pęseta Adson 12 cm, prosta - z ząbkami – tępą, ze stali nierdzewnej
- min. 6 szt tufery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu 20 x 20 cm (+/-2 cm)
- 1 szt metalowy igłotrzymacz 12 cm, stal nierdzewna
- 1 szt metalowe nożyczki ostre/ostre 11 cm
- 1 szt serweta z włókniny 50 cm x 50 cm, z przylepnym otworem 10 cm x 5 cm, o gramaturze min. 50 g/m²
- 1 szt nieprzylepna serweta z włókniny 60 cm x 60 cm, o gramaturze min. 50 g/m²
- 1 szt igła podskórna, zielona, 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) (zapakowana)
- 1 szt igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) (zapakowana)
- 1 szt strzykawka Luer Lock 10 ml (zapakowana)

..... , dnia

.....
* - niepotrzebnie skreślić

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)