



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 14.08.2019 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 20/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 10

1. W Pkt. 37. Zamawiający wymaga: „Technologia Dynamic Pixel Focusing lub równoważna, system pracujący bez konieczności ustawiania pojedynczych punktów ogniskowania przez użytkownika. „Focus Free” ” Jednak jednocześnie w pkt 119 przyznaje od 0 do 10 pkt za jej posiadanie lub nie.

Prosimy o potwierdzenie, że: „Technologia Dynamic Pixel Focusing lub równoważna, system pracujący bez konieczności ustawiania pojedynczych punktów ogniskowania przez użytkownika.” jest parametrem wymaganym.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

2. W Pkt. 115. Zamawiający wymaga : Podłączenia aparatu do systemu archiwizacji danych posiadanego przez Zamawiającego.

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o konfigurację aparatu USG i współpracę z personelem IT Zamawiającego w zakresie podłączenia do systemu Archiwizacji.

Prosimy także o potwierdzenie, że Zamawiający posiada w swoim systemie aktywne licencje DICOM do komunikacji z aparatem USG.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

3. W Pkt. 22. Zamawiający wymaga: Maksymalna częstotliwość pracy dostępnych głowic min. 20 MHz. Jednocześnie w PKT 97 Zamawiający specyfikuje wyższe wymagania odnośnie głowicy liniowej: „Zakres pracy głowicy w przedziale min 6 do 21 MHz”. Ze specyfikacji wynika, że chodzi o głowicę wysokiej częstotliwości do obrazowania w wysokiej rozdzielczości płytko położonych struktur anatomicznych, a specyfikowany jest aparat USG klasy premium . Czy Zamawiający uważa za stosowne podniesienie wymagań do brzmienia: „Zakres pracy głowicy w przedziale min 6 do 23 MHz” co zapewniło by zaoferowanie głowic o jeszcze lepszych parametrach do tego zastosowania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania głowic o lepszych parametrach, zakres pracy określono jako minimalny.

4. Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia aparatu USG, wraz z opcją jednoczesnego wyświetlania obrazu na ekranie głównym i ekranie dotykowym ułatwiająca prace lekarzom np/ podczas wykonywanie biopsji?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5. W Pkt. 54. Czy z racji na zamówienie aparatu USG Klasy premium Zamawiający będzie wymagał: „Oprogramowania „inteligentnej” bramki Dopplera pulsacyjnego z automatycznym umieszczeniem bramki, dopasowaniem jej szerokości i kąta” ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6. Czy Zamawiający będzie wymagał opcji wyświetlenia obrazu diagnostycznego na całym monitorze, wykorzystującej w pełni jego rozmiar, tzw „Full Screen”?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

7. Czy Zamawiający dopuści aparat USG klasy Premium bez opisywanej w Pkt. 62 opcji Elastografii fali podłużnej?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/ 810 59 82

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl