

Zamawiający  
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ  
ul. Lwowska 178 a  
33-100 Tarnów  
tel/fax. 014 621 25 81  
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl

WYKONAWCY  
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG:271.KS.6...../2021

Tarnów, dnia 13.04.2021 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia dostawa : stymulatory, defibrylatory, introduktory, elektrody, prowadniki, papier, akcesoria, sprzęt do elektrofizjologii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.– sprawa nr 6/2021

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.04.2021 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 dot. zakres nr 8, l.p. 1.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowerterów-defibrylatorów resynchronizujących z aktywnymi elektrodami defibrylującymi (bez pasywnych elektrod defibrylujących) ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

• Pytanie 2 dot. Formularza oferty Zał.1 do SWZ

Czy Zamawiający w pkt. 20 dot. oświadczenia może doprecyzować czy wymagając brak możliwości odtwarzania danych pacjenta - chodzi Zamawiającemu o możliwość zabezpieczenia danych pacjenta w programatorze przez zastosowanie np. hasła?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3 dot. PROJEKT UMOWY UŻYCZENIA DOT. Zakresu nr : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisów w paragraf 2 ust. 5 kwestii dotyczących danych osobowych wprowadzanych i przetwarzanych w programatorach poprzez dodanie następujących zapisów w ww. Umowie Użyczenia:

1. Administrator zapewnia ochronę danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO. Wykonawca jako Podmiot przetwarzający wspiera Administratora w tym zakresie poprzez zastosowanie wysokiego poziomu zabezpieczeń technicznych w programatorach, przede wszystkim poprzez szyfrowanie danych. Hasło dostępu do programatora powinno spełniać wymogi polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych Administratora.
2. Administrator zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest potrzebny dla realizacji zadań wynikających z celu przetwarzania danych.
3. Administrator zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, które zdaniem Administratora wynika z działania Programatora.
4. Administrator umożliwi Wykonawcy uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających oraz informuje o ustaleniach poczynionych bez udziału Wykonawcy z chwilą ich dokonania.
5. Na żądanie Administratora Wykonawca przedstawi wykaz metod ochrony danych stosowanych w wersji programatora i oprogramowania używanego przez Administratora.
6. Zarówno Administrator jak i Wykonawca odpowiadają za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada na nich bezpośrednio.
7. Administrator zobowiązuje się zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. C do wykonania kopii bezpieczeństwa danych oraz usunięcia danych z programatora przed wysłaniem programatora do serwisu. Opis procedury wykonywania kopii zapasowej zawarty jest w instrukcji dołączonej do urządzenia oraz załączniku nr 3 do umowy. Taki zabieg zmniejsza ryzyko utraty oraz dostępu do danych osób niepowołanych w czasie przesyłania programatora. Administrator dołączy do przesyłki pisemne, imienne oświadczenie osoby potwierdzające wykonanie tej czynności. Przykład takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
8. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia czynności, o której w pkt 7 z przyczyn technicznych związanych z niesprawnością programatora osoba przygotowująca programator do wysyłki oświadczy pisemnie o braku możliwości wykonania tej czynności. Zlecenie serwisowe dotyczy wówczas również próby odzyskania danych. W takiej sytuacji – tj. sytuacji przesłania zlecenia serwisowego wraz z programatorem z którego nie zostały usunięte dane osobowe – Administrator niniejszym oświadcza, iż zobowiązuje się do uzyskania niezbędnej zgody od osoby (lub zgód osób – jeżeli dane dotyczą większej ilości osób), której dane osobowe są przetwarzane, na przetwarzanie danych osobowych tej

osoby przez Wykonawcę w celu przeprowadzenia prac serwisowych zleconych przez Administratora. Administrator, w sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, zobowiązany będzie do załączenia do zlecenia serwisowego oświadczenia, w którym wskaże on, iż uzyskał niezbędną zgodę od danej osoby do przetwarzania danych osobowych tej osoby przez Wykonawcę w ramach zlecenia serwisowego.

9. Wykonawca przetwarza dane specjalnie incydentalnie, wyłącznie w przypadku opisanym w pkt 8. Przetwarzanie to nie polega na odczytaniu i analizie danych, lecz na wyłącznie na ich technicznym odzyskaniu na urządzeniu i przesłaniu gotowego, sprawnego urządzenia Administratorowi. W takim przypadku Wykonawca jako Podmiot przetwarzający będzie przetwarzać ewentualnie zachowane w programatorze dane osobowe na wyraźne polecenie oraz odpowiedzialność Administratora wyłącznie w celu dokonania serwisu programatora oraz w celu technicznego odzyskania danych na urządzeniu bez ich odczytu i analizy i następczego przesłania gotowego sprawnego urządzenia Administratorowi. Wykonawca będzie, w opisanym w zdaniu powyżej przypadku, przetwarzał dane zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO, w tym Wykonawca:

- a. Będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora - co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
  - b. Zapewni by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
  - c. Podejmie wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO;
  - d. Będzie przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO;
  - e. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości będzie pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
  - f. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, będzie pomagać Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36;
  - g. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Administratora usunie lub zwróci mu wszelkie dane osobowe oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;
  - h. udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym artykule oraz umożliwi Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyni się do nich.
10. W tym miejscu Administrator wyraża zgodę, na korzystanie przez Wykonawcę przy realizowaniu zlecenia serwisowego programatora zleconego przez Administratora, przez spółkę ..... W przypadku korzystania przez Wykonawcę przy realizowaniu zlecenia serwisowego programatora zleconego przez Administratora, z usług spółki, na spółkę nałożone zostają - na mocy umowy, te same obowiązki ochrony danych jak w umowie między Administratorem a Wykonawcą, o których to obowiązkach mowa w art. 28 ust. 3, RODO w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom niniejszego rozporządzenia.
11. Wykonawca nie wykonuje, ani nie przechowuje żadnych kopii danych osobowych zgromadzonych na programatorach. Odzyskane dane zgodnie z pkt 8 zachowane są w postaci zaszyfrowanej wyłącznie na programatorze."?

Odpowiedź: Nie. Zapis bez zmian.

Pytanie 4 dot. UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych wg Załącznik nr 5a do Polityki Ochrony Danych Osobowych

Zwracamy z prośbą o modyfikację treści „Umowy przetwarzania danych osobowych” określającą zakres przetwarzania danych osobowych, gdyż w zakresie działalności Wykonawcy będącego dystrybutorem sprzętu medycznego na terenie RP nie znajduje się przetwarzanie powierzonych danych osobowych tj. Danych Osobowych Pacjentów, a jedynie Danych Osobowych Personelu związane z obsługą techniczną oraz wykonywaniem serwisu gwarancyjnego programatorów zgodnie z zapisami Umowy Głównej. Ponadto na Administratorze danych osobowych ciąży obowiązek zabezpieczenia wszelkich danych wrażliwych określonych przez zapisy ustawy RODO, które dostępne jest dzięki rozwiązaniom technicznym używanych sprzętów medycznych i opisane w instrukcji użytkownika.

Powyższe uwagi nie oznaczają, że Wykonawca nie chce zawrzeć umowy przetargowej i wykonać zobowiązań wynikających ze złożenia w postępowaniu przetargowym oferty, albo nie zamierza respektować ciężących na nim obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Prosimy

zatem o takie doprecyzowanie „Umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych”, aby jednoznacznie wynikało, że Wykonawca nie będzie przetwarzać (również na skutek omyłkowego przekazania przez Szpital) danych, których przetwarzanie mogłoby np. rodzić obowiązek podejmowania dodatkowych działań.

Odpowiedź: Nie. Zapis bez zmian.

Otrzymują: Strona internetowa prowadzonego postępowania  
a/a

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

*Anna Czech*

KIEROWNIK  
DZIAŁU LOGISTYKI  
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ  
w Tarnowie

*mgr Anna Hajnysz*

STARSZY REFERENT  
DZIAŁU LOGISTYKI  
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ  
w Tarnowie

*mgr Karolina Strzałba*

