

Ameryka, dn. 16.11.2023 r.

L. dz. 2728/23

Do wszystkich uczestników postępowania

**Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego.: „Dostawa sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce” ZP/19/TP/2023.**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postępowania, Zamawiający odpowiada następująco:

**Pyt. nr 12.** Prosimy o wydzielenie z części 3 reduktory tlenowe z nawilżaczem do oddzielnego zadania. Wydzielenie z pakietu pozwoli na zwiększenie konkurencyjności, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie Wykonawców oraz pozwoli Państwu na pozyskanie bardziej korzystnych ofert jakościowych i cenowych?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pyt. nr 13.** Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w części 3 rok produkcji 2021 r.? Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich oraz sprzęt ten gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom funkcjonalności spełniając wszystkie wymagane normy pracy stawiane dla tych urządzeń.

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pyt. nr 14.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w części nr 3 dopuści ciśnienie zasilania reduktora do 0 do 300 bar?.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt. nr 15.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w części nr 3 dopuści zakres regulacji przepływu reduktora od 0 do 25l /min?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt. nr 16.** Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w części 3 wymaga wbudowanego przepływomierza w reduktor?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w wbudowany przepływomierz w reduktor.**

**Pyt. nr 17.** Prosimy Zamawiającego o rezygnację w części nr 3 z parametru dot. nawilżania gazu reduktora. Określenie stopnia nawilżenia w dozowniku jest uzależnione od zbyt wielu czynników. Wartość nawilżenia jest ściśle powiązana z wartością nastawy przepływu gazu i jego temperaturą, ciśnieniem i zmienia się wraz ze zmianą tych parametrów. 7. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w części nr 3 dopuści wymiary reduktora : 14 cm x 6 cm x 9,5 cm?

**Odp.:** przy parametrze należy wpisać "zależne od wielu czynników".

**Pyt. nr 18.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w części nr 3 dopuści wagę reduktora 0,95 kg?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. nr 19.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w części nr 3 dopuści zawór bezpieczeństwa (otwarci) reduktora 0,55 MPa?

**Odp.:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pyt. nr 20.** Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w części nr 3 zrezygnuje z wymagania dot. napełnionej butli 5l. Sprzedaż tlenu jest tylko możliwa przez wyspecjalizowane firmy.

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. nr 21.** Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w części nr 3 dopuści butlę tlenową 5l o średnicy 140 mm.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

**Pyt. nr 22.** Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w części nr 3 zrezygnuje z wymagania dot. napełnionej butli 10l. Sprzedaż tlenu jest tylko możliwa przez wyspecjalizowane firmy.

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. nr 23.** Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w części 3 dopuści wózek do butli tlenowej wyposażony jest w koła z pełną oponką gumową fi 200 mm z felgą poliamidową i łożyskami wałeczkowymi bez dwóch przewodzących elektrycznych kół bez atestu oraz dokumentu CE?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. nr 24.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w części 3 zaakceptują dostawę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej bez rozmieszczenia, montażu, instalacji, szkolenia oraz zaakceptują podpisanie protokołu zdawczo- odbiorczego bez obecności Wykonawcy? Warto zauważyć, że wymagane urządzenia w części 3 nie są skomplikowanymi w obsłudze i wykwalifikowany personel szpitala nie wymaga dodatkowych szkoleń w zakresie ich obsługi. Na podstawie dostarczonych instrukcji obsługi, wykwalifikowany personel medyczny jest w

stanie samodzielnie zamontować, sprawdzić i użytkować urządzenia. Ponadto usługa montażu sprzętu i przeszkolenia pracowników znacznie zwiększy cenę jednostkową sprzętu.

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pyt. nr 25.** Proszę o uszczegółowienie zapisu w umowie „naprawy” w części 3. Takie określenie jest zbyt ogólne i może zawierać szeroki i nieprzewidywalny zakres zadań, co nie pozwala Wykonawcy na prawidłowe i korzystne dla obu stron skalkulowanie kosztów wykonania zadania. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy naprawy urządzeń obejmują uszkodzenia, które nie wystąpiły z winy użytkownika oraz prosimy o wyjaśnienie czy naprawy mają obejmować uszkodzenia mechaniczne?

**Odp.: W okresie gwarancji naprawa obejmuje wszelkie uszkodzenia.**

Z upoważnienia Dyrektora,