

Konin, dnia 25.01.2022 r.

**WSZ-EP-37/127/21/2022**

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Okulistycznego wraz z dzierżawą głowic do fakoemulsyfikatora”, nr sprawy WSZ-EP-37/2021.

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 2**

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Projektu umowy następujących zapisów:

*„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”*

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Paragraf 1 ust. 2 w załączniku nr 5 – Projektowane Postanowienia umowy, przewiduje, że Zamawiający zobowiązany jest do złożenia zamówień na minimum 40% wartości umowy.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 4**

Uprzejmie prosimy o skrócenie terminu płatności do 30 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 5**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:**

a. *za zwłokę w realizacji dostawy Towaru w wysokości 0,1% wartości brutto Towaru, którego dotyczy zwłoka – za każdy dzień zwłoki,*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

b. *za zwłokę w wymianie wadliwego Towaru na nowy w wysokości 0,1% wartości brutto tego Towaru – za każdy dzień zwłoki,*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

e. *w przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części Umowy brutto?*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. nr 1 dopuści soczewkę wewnątrzgałkową zwijalną akrylową, jednoczęściową, hydrofobową, asferyczną

- średnia całkowita 13 mm,
- średnica części optycznej 6,0 mm,
- zakres dostępnych mocy +1,0 do +30,0 dioptrii,
- stopień uwodnienia 0,4 %,
- współczynnik refrakcji 1,52
- angulacja hapternów 0°
- soczewka dwuhapternowa
- cięcie 2,4
- jednorazowy system implantacyjny złożony z injectora i cartridge (cartridge nie jest wbudowany w injector)?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmodyfikował zapisy Załącznika nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 2 dopuści soczewkę toryczna: jednoczęściowa, akrylowa, asferyczna, hydrofobowa; średnica całkowita 12.5 mm, średnica części optycznej 6.0mm, stopień uwodnienia 4%, Budowa dwuhapterna typu zmodyfikowane C; Soczewka z filtrem UV; Konstrukcja optyki przesunięta w kierunku tyłu w stosunku do hapterków soczewki, co zapewnia dobre przyleganie soczewki do tylnej torby, dodatkowo bariera przed PCO 360st. – ostra krawędź; Soczewka posiada otwory fenestracyjne zapewniające zwiększoną stabilność soczewki przez pochłanianie sił powstałych przy obkurczeniu torebki; Soczewka pakowana w roztworze soli fizjologicznej co zapewnia stabilność materiału i brak powstawania wakuoli po wszczępiu, materiał

gwarantujący brak odbłasków; Dostępność mocy cylindrycznej: 1,25D, 2,0D, 2,75D, 3,5D, 4,25D, 5,0D, 5,75D; zakres dioptryzmu 6,0D do 30,0D co 0,5D; współczynnik refrakcji 1.54, angulacja 0°, jednorazowy system implantacyjny do cięcia 2,2mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

#### Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści soczewkę o angulacji 9°?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

#### Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści aby jednorazowy rozdzielny system implantacyjny (injector+kartridż) był pakowany oddzielnie, nie w jednym oryginalnym opakowaniu z soczewką?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmodyfikował zapisy Załącznika nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

#### Pytanie nr 10

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 dopuści:

- Soczewka bezaberracyjna akrylowa hydrofilna, jednoczęściowa, zwijalna, sterylna, tylnokomorowa
- wyposażona w filtr UV,
- asferyczna dwuwypukła, jednoczęściowa, o stałym dioptryzmu na całej części optycznej soczewki
- konstrukcja 4 oddzielnych haptyków narożnych, angulacja haptyków 0 stopni, otwory w każdym haptyku, ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych
- Bariera 360 stopni na części optycznej soczewki.
- Poziom uwodnienia soczewki 26%.
- Współczynnik refrakcji 1,46.
- Soczewka dostępna w dioptryzach od 0÷30 D, w tym od 0÷9 co 1D, natomiast od 10÷30d co 0,5D.
- Średnica części optycznej soczewki zależna od dioptryzmu: 6,2mm w zakresie od 0,0D do +9,0D; 6,0mm w zakresie od +10,0D do +30,0D
- Średnica całkowita soczewki zależna od dioptryzmu: 11,0mm w zakresie od 0,0 do +15,0D; 10,7mm w zakresie od +15,5D do +22,0D; 10,5mm w zakresie od +22,5D do +30,0D
- Implantacja za pomocą injectorów dołączonego do soczewki przez cięcie 2,2 mm techniką "z przyłożenia"?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 dopuści aby jednorazowy system implantacyjny był pakowany oddzielnie, nie w jednym oryginalnym opakowaniu z soczewką?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmodyfikował zapisy Załącznika nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 dopuści soczewkę wewnątrzgałkową zwijalną akrylową, jednoczęściową, hydrofobową, asferyczną z filtrem UV i filtrem światła niebieskiego fabrycznie załadowana do jednorazowego injectora

- średnia całkowita 13 mm,
- średnica części optycznej 6,0 mm,
- zakres dostępnych mocy od +11,0 do +30,0 D (co 0,5 D)
- stopień uwodnienia 0,4 %,
- współczynnik refrakcji 1,52
- angulacja hapternów 0°
- soczewka dwuhapternowa
- cięcie 2,4?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmodyfikował zapisy Załącznika nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 dopuści Błękit Trypanu 0,06% pakowany w zbiorcze opakowanie zawierające 10 jednorazowych sztuk 0,06% Błękitu trypanu o pojemności 0,75 ml każda ampułkostrzykawką? Jeśli tak, ile wówczas opakowań należy zaoferować?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 dopuści jałowy roztwór soli fizjologicznej do zastosowania w okulistyce (BSS) o objętości 500ml w plastikowej butelce w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk (1 op=10x500ml)?

**Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 14 dopuści jałowy roztwór soli fizjologicznej do zastosowania w okulistyce (BSS) o objętości 500ml w plastikowej sztywnej butelce. Zamawiający w pakiecie nr 14 wymaga 100 sztuk butelek soli fizjologicznej o objętości 500ml i nie określa po ile sztuk powinny być pakowane.**

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 dopuści gotowy do użycia, fabrycznie załadowany w jednorazowym iniektorze, dotorebkowy pierścień napinający, o wymiarze:

- rozmiar (stan rozprężony) : 12.45 mm
- rozmiar (stan sprężony) : 11.00 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmodyfikował zapisy Załącznika nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.