

Znak: ZOZ.V.010/DZP/35/PU/20

Sucha Beskidzka dnia 09.12.2020r.


Dotyczy: Postępowania w trybie zapytanie ofertowego na „**Dostawa wkładów drukujących i rolek do drukarek Zebra**”

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższy pytanie i informuje o modyfikacji odpowiedzi nr 1;

W odpowiedzi na pytanie nr 1 jest napisane, że etykiety mają być termotransferowe papierowe, ale w drukarce GC czyli etykiet 50x30, nie mogą być TTR ponieważ to jest drukarka tylko termiczna, proszę mieć na uwadze, że do etykiet Termotransferowych musi też być taśma barwiąca. Proszę o odpowiedź, czy wszystkie wymiary etykiet mają być TTR?

Odp.: Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 1, etykiety 50x30 oraz 60x30 - TERMICZNE.

Z poważaniem:



Zespół Opieki Zdrowotnej
Sucha Beskidzka