

Bielsko-Biała dn.30.08.2023 r.

DZP.271.32.2023 - 13

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku i wielorazowego użytku stosowanego do operacji chirurgicznych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - znak sprawy: DZP.271.32.2023

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SWZ o treści :

Zwracamy się z prośbą udzielenia odpowiedzi na poniższe pytanie.

Pytania:

Pakiet 14, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku dla dorosłych i dla dzieci, dwudzielna, wymiar 163,5x117 mm, powierzchnia styku 105 cm²? Elektrody kompatybilne z aparatami KLS Martin: pakowane po 100 szt.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści również zaoferowanie elektrody neutralnej o wymiarach 163,5 x 117 mm oraz powierzchni styku 105 cm², pod warunkiem że spełni ona pozostałe zapisy SWZ.

Pakiet 14, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści rękojeść elektrochirurgiczną do elektrod o średnicy 4 mm, z 2 przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk Martin/Berchtold, do min. 400 cykli sterylizacji, dł. kabla 4 m?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyżej opisanej rękojeści, pod warunkiem że spełni pozostałe zapisy SWZ.

Pakiet 14, pozycja 4:

Czy Zamawiający dopuści pęsetę nieprzywierającą, prostą, tępą, bipolarną, izolowaną, szczęki dł. 8 mm, szer 2,0 mm, dł. 19,5 cm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści również zaoferowanie pęsety nieprzywierającej, prostej, tępej, bipolarnej, izolowanej, szczęki dł. 8 mm, szer 2,0 mm, dł. 19,5 cm, pod warunkiem że spełni ona pozostałe warunki SWZ.

Pakiet 14, pozycja 5:

Czy Zamawiający dopuści bipolarny kabel do pęset, gniazdo kabla do pęsety proste, dł.3 m lub 5 m?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
mgr Barbara Frymorgen

