



**Wykonawcy
Postępowania w trybie podstawowym
ZP/28/2021**

Łódź 26.04.2021 r.

Sprawa: **Dostawa wirówek laboratoryjnych**

Działając w oparciu art. 284 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1:

Pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia w pakiecie 2:
Proszę Zamawiającego o określenie ilości miejsc w wirniku który ma być dostarczony razem z wirówką.

Odpowiedź:

Minimum 12 miejsc, może być więcej.

Z-ca Dyrektora
Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi