

Gdynia, dnia 14.05.2024 r.

Nr postępowania: ZP/TP/04/2024

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę wyrobów medycznych

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania:

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 14 poz 8 rękojeść jednorazowa kompatybilna z łyżką światłowodową w standardzie ISO 7376 (zielony standard), z wytrzymałego plastiku, z czterema poprzecznymi frezami, posiadająca trzy baterie AAA w zestawie, wraz żarówką LED

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

2. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 14 poz 9 sterylny żel do urządzeń udroźniających drogi oddechowe, rozpuszczalny w wodzie 8,5g.

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 1, poz. 7-16

Czy zamawiający wydzieli poz.7-16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: **bez wydzielenia**

Pakiet 1, poz. 7-9

Czy zamawiający oczekuje wycenę za siatkę 25 mb w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet 1, poz. 11-13

Czy zamawiający dopuści opakowanie typu blister papier-folia, natomiast zbiorczo w karton?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet 4, poz. 15

Czy zamawiający wydzieli poz.15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: **bez wydzielenia**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet 5, poz. 1-7

Czy zamawiający wydzieli poz.1-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl

ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź: **bez wydzielenia**

Pakiet 7, poz. 7,27-29

\Czy zamawiający wydzieli poz.7,27-29 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: **bez wydzielenia**

PYTANIE 1 – pakiet 18, pozycje 4-7:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 18, pozycje 4-7 asortyment będący wyrobem medycznym, a co za tym idzie ze stawką VAT wynoszącą 8%?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

PYTANIE 2 – pakiet 18, pozycja 5:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 18, pozycja 5 pojemnik do badań o pojemności 30 ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ.

Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

PYTANIE 3 – pakiet 18, pozycja 7:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 18, pozycja 7 pojemnik w kolorze mlecznym, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ.

Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wkłuc doszpikowych z minimum 48 miesięcznym okresem ważności w dniu dostawy do Zamawiającego?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pytanie nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy wymaga, aby Wykonawca był uprawniony przez producenta do dystrybucji na terenie Polski, co związane jest z odpowiedzialnością przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych związaną z akcjami korekcyjnymi dotyczącymi incydentów medycznych i potwierdził to odpowiednim dokumentem autoryzacyjnym od producenta ?

Odpowiedź: **Dopuszcza**

Pakiet 1 pozycja 4-6 – Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną zapakowaną w opakowanie papierowe?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet 1 pozycja 4-6 – Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną zapakowaną w kartonik?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet 1 pozycja 11-13 – Czy Zamawiający dopuści gazę zapakowaną w opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet 1 pozycja 17 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'24 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet 1 pozycja 19 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'12 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet 1 pozycja 21 – Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem w rozmiarze 6x5m?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet 1 pozycja 26 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 50 kopert a' 3 paseczków z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet 4

Pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka z kontrolą ssania o długości 210cm?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet 4

Pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50 szt. Wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet 7

Pozycja Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie bezpieczne posiadające korki z trzpieniem powyżej krawędzi korka oraz z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 7

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie o przepływie 23ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 7

Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie o przepływie 61ml/min?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 7

Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie o przepływie 100ml/min?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 7

Pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie o przepływie 142ml/min?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 7

Pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie o przepływie 200ml/min?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 7

Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi korka?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 7

Pozycja 1-6 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. Wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet 7

Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'250 szt. Wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 7

Pozycja 13-16 Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z pojedynczą skalą pomiarową oraz z pojedynczym zabezpieczeniem tłoka?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 7

Pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową z skalą do 2.2 ml?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 7

Pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową z skalą do 5.5 ml?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 7

Pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową z skalą do 11 ml?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 7

Pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową z skalą do 22 ml?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 7

Pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a' 50 szt. Wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet 7

Pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzeniem do 60 ml?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet 7

Pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a' 25 szt. Wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet 7

Pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a' 50 szt. Wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 7

Pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a' 100 szt. Wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 9

Pozycja 6-8 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'10 szt. Wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne zgodne z opisem

Dzięki wysokiej jakości użytych materiałów prowadzenie wentylacji odbywa się w sposób atraumatyczny i bezpieczny dla pacjenta
Ukształtowany zgodnie z budową anatomiczną twarzy pompowany mankiet, zapewnia doskonałą szczelność maski przy minimalnym nacisku
Wyrób po przyłożeniu do twarzy szczelnie zakrywa usta i nos pacjenta bez uciskania oczu
Przezroczyste sklepienie pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta.
Kolory pierścieni mocujących ułatwiają identyfikację rozmiaru maski
Pierścień mocujący można usunąć, gdy jest zbędny
Pełny zakres rozmiarów pozwala na prawidłowy dobór wielkości maski w zależności od wieku pacjenta
Wszystkie rozmiary masek są dostępne w wersji z zaworem umożliwiającym dostosowanie stopnia wypełnienia mankieta do indywidualnych potrzeb pacjenta
Jednorazowego użytku
Nie zawiera lateksu ani ftalanów
Niesterylna, z monitorowanym poziomem czystości mikrobiologicznej
Pakowanie: 1 sztuka / hermetyczna folia medyczna

ROZMIAR	WIEK / ROZMIAR	KOLOR
0	noworodek (neonate)	biały
1	niemowlę (infant)	różowy
2	pediatryczny (pediatric)	żółty
3	mały dorosły (adult S)	zielony
4	średni dorosły (adult M)	czerwony
5	duży dorosły (adult L)	niebieski
6	bardzo duży dorosły (adult XL)	pomarańczowy

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 12, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych o średnicy 2.0mm i długości roboczej 250mm?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 12, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych o średnicy 4,7mm i długości roboczej 355mm?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 12, pozycja 27-28

Czy Zamawiający dopuści stabilizator rurki intubacyjnej w rozmiarze uniwersalnym taki jak na podanym zdjęciu



Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o wysokości 13cm, średnicy górnej 10cm, dolnej 9,5cm oraz otworze wrzutowym 4cm?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o wysokości 12,8cm i średnicy górnej 9,8cm?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o wysokości 11,5cm, średnicy górnej 14cm, dolnej 10,2cm oraz otworze wrzutowym 6cm?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 18

Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'10 szt. Wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet 18

Pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'90 szt. Wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 18

Pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50 szt. Wraz z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet 19 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w rozmiarze 80x200cm?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 19 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm i perforacji 37,5cm?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet 19 pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej, podfoliowanej na całej powierzchni fartucha o łącznej gramaturze 35 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 2 wszywane troki. Fartuch zgodny z poziomem 2 AAMI. Rozmiar: L, XL.
Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 19 pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g g/m², ściągany lekką nie uciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 60 cm?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet nr 4 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210 cm?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet nr 4 poz. 14

Czy Zamawiający wymaga drenu o średnicy (wew./zew.) - 5,0mm/8,0mm?

Odpowiedź: **dopuszcza rozmiar 24CH, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet nr 5 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Czy Zamawiający wymaga wyrobów sterylnych w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: **Dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet nr 5 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu bez zawartości ftalanów?

Odpowiedź: **Dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ,**

Pakiet nr 5 poz. 9

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania filtrów oddechowych o niskiej przestrzeni martwej, tj. 12ml oraz wadze 15g? Filtry dla dzieci powinny się charakteryzować niską wagą i przestrzenią martwą dopasowanymi do odpowiedniej grupy wiekowej.

Odpowiedź: **Dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pakowane po 200 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź: **Dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści 600 x 80 mm?

Odpowiedź: **zapisy jak w SIWZ**

Pakiet nr 11

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarach 1-6?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet nr 11

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 1 – kolor niebieski, rozmiar 2 – kolor pomarańczowy, rozmiar 3 – kolor różowy, rozmiar 4 – kolor biały, rozmiar 5 – kolor żółty, rozmiar 6 – kolor zielony?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet nr 11

Czy Zamawiający dopuści średnicę 22 dla rozmiarów 3-6 oraz średnicę 15 dla rozmiarów 1-2?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet nr 11

Czy Zamawiający odstąpi od umieszczenia „piktogramowego sposobu poziomowania maski” na opakowaniu?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet nr 11

Czy Zamawiający dopuści na opakowaniu opis słowny „bez PCV” zamiast symbolu?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet nr 11

Czy Zamawiający dopuści przekreśloną dwójkę umieszczoną na opakowaniu zamiast na masce?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 zaoferowanie rurki wyłącznie bez mankietu?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet nr 12

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane rurki intubacyjne z mankietem posiadały, tak jak dotychczas, nadrukowany numer LOT bezpośrednio na baloniku kontrolnym co umożliwi pełną identyfikację produktu w razie wystąpienia incydentu medycznego? W przypadku reklamacji lub incydentu medycznego numer LOT jest warunkiem koniecznym do jego zgłoszenia.

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet nr 12 poz. 17-22

Czy Zamawiający wymaga rurki ustno-gardłowej pakowanej w opakowanie jednostkowe papier-folia?

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Odpowiedź:

Pakiet nr 12 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową w rozmiarach 3.0-9.0?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet nr 12 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową niesilikonowaną?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet nr 12 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę intubacyjną dla dzieci 2,0 mm x 255 mm?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet nr 12 poz. 25

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę intubacyjną dla dorosłych 4,7 mm x 340 mm?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet nr 12 poz. 26

Czy Zamawiający wymaga przewodnicy o 3 różnych długościach (60 cm, 70 cm, 80 cm) do wyboru Zamawiającego pochodzących od jednego producenta?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet nr 14 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania łyżek sterylnych wykonanych z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: **wymaga sterylnych, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet nr 14 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści wyrób medyczny klasy II b?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet nr 15 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wskazując ilości ma na myśli pojedyncze sztuki czy też komplety elektrod (komplet zawiera 2 sztuki)?

Odpowiedź: **sztuka, zapis jak w SIWZ**

Pakiet nr 16

Czy Zamawiający dopuści elektrody na żelu stałym?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pytanie do postępowania

Czy wykonawca dobrze rozumie, że jeśli producent nie przewidział konieczności transportowania wyrobów medycznych w warunkach kontrolowanych, to informacja o tym powinna być umieszczona w dokumencie przewozu lub dokumentacji zakupu tych produktów?

Odpowiedź: **Dopuszcza**

Pakiet 4, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie cewników CH 6 i CH 8 o długości 50 cm.

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet 4, poz. 3

Proszę o dopuszczenie cewników CH 10 i CH 12 o długości 60 cm.

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet 4, poz. 14

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: **bez wydzielania**

Pakiet 5, poz. 8-9

Proszę o dopuszczenie filtra w rozmiarze uniwersalnym.

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 7, poz. 1-6

Proszę o dopuszczenie kaniuli bez nazwy producenta bezpośrednio na kaniuli.

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 7, poz. 1-6

Proszę o dopuszczenie kaniul w rozmiarach:

Gauge	Kolor	Rozmiar [mm]	Przepływ [ml/min]
14G	Orange	2,1 x 45	270
16G	Grey	1,7 x 45	180
17G	White	1,4 x 45	126
18G	Green	1,3 x 32	85
18G	Green	1,3 x 45	85
20G	Pink	1,1 x 32	55
22G	Blue	0,9 x 25	33
24G	Yellow	0,7 x 19	18

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 7, poz. 13-16

Proszę o dopuszczenie strzykawki z pojedynczą skalą

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 7, poz. 13-16

Proszę o dopuszczenie znakowania kolorystycznego na opakowaniu zbiorczym zamiast jednostkowego.

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 7, poz. 13-16

Proszę o dopuszczenie strzykawek ze skalą nominalną

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 7, poz. 13-16

Proszę o dopuszczenie strzykawek z pojedynczą kryzą zabezpieczającą.

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 7, poz. 21-31

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: **bez wydzielania**

Pakiet 19, poz. 8

Proszę o dopuszczenie fartucha o gramaturze 19 g/m² PP + 13 g/m² folia PE.

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 19, poz. 8

1. Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, **Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?**

Odpowiedź: **Z dokumentacji zamówienia wynika że jest to Fartuch barierowy, ochronny ze ściągaczem dzianinowym ; wykonanie przód PP+PE(polipropylen podfoliowany) 40 / m² , tył i rękawy wykonany z tkaniny SMS 35 g, wiązany na 4 troczki w pasie i dwa przy szyi , wiązanie na zakładkę, typ fartucha chirurgicznego, fartuch o dł 125 cm, pakowany po 5 szt / - zbiorcze 100 szt**

2. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętymi stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, **prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?**

Odpowiedź: **Z dokumentacji zamówienia wynika że jest to Fartuch barierowy, ochronny ze ściągaczem dzianinowym ; wykonanie przód PP+PE(polipropylen podfoliowany) 40 / m² , tył i rękawy wykonany z tkaniny SMS 35 g, wiązany na 4 troczki w pasie i dwa przy szyi , wiązanie na zakładkę, typ fartucha chirurgicznego, fartuch o dł 125 cm, pakowany po 5 szt / - zbiorcze 100 szt**

3. Jeżeli Zamawiający **nie** oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to **czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?**

Odpowiedź: **Z dokumentacji zamówienia wynika że jest to Fartuch barierowy, ochronny ze ściągaczem dzianinowym ; wykonanie przód PP+PE(polipropylen podfoliowany) 40 / m² , tył i rękawy wykonany z tkaniny SMS 35 g, wiązany na 4 troczki w pasie i dwa przy szyi , wiązanie na zakładkę, typ fartucha chirurgicznego, fartuch o dł 125 cm, pakowany po 5 szt / - zbiorcze 100 szt**

4. Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy?

Odpowiedź: **Przez personel zamawiającego do wykonywania obowiązków służbowych**

Pakiet 19, poz. 10

Proszę o dopuszczenie czepka o gramaturze 18 g/m².

Odpowiedź: **dopuszcza, pozostałe zapisy jak w SIWZ**

Pakiet 19, poz. 8, 10

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: **bez wydzielania**

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści nici, które na opakowaniu zbiorczym posiadają napisy w języku angielskim ale w środku opakowania zbiorczego znajduje się instrukcja użytkowania w języku polskim.

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet nr 16 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 16 elektrod prostokątnych o rozmiarze 55 mm x 35 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza**

Projekt umowy – par. 3 ust. 8

Prosimy o wydłużenie terminu wymiany towaru z 2 lub 3 dni (zgodnie z SWZ w par. 2 ust. 2 (Zamawiający odnosi się do par. 2 ust. 1 ?) będzie się znajdował termin 2-dniowy lub 3-dniowy) na 5 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 2 lub 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany poprzez nadanie par. 3 ust. 8 umowy następującej treści: Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w terminie 4 dni liczonych od dnia otrzymania informacji o uzasadnionej reklamacji Zamawiającego

Projekt umowy – par. 6 ust. 1

Prosimy o zmianę kary umownej na 2% i odniesienie jej do wartości zamówienia którego dotyczy uchybienie wymienione w par. 6 ust. 1 projektu umowy za każdy dzień zwłoki. Kary umowne w obecnej wysokości nie odnoszą się do wartości towaru, którego dotyczy uchybienie, w wielu przypadkach mogą przekraczać jego wartość. Kara w obecnej wysokości jest nieadekwatna do szkody, którą Szpital może ponieść z tytułu stwierdzonego uchybienia. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian

Projekt umowy – par. 6 ust. 2

Prosimy o zmianę kary umownej na 2% i odniesienie jej do wartości zamówienia którego dotyczy uchybienie wymienione w par. 6 ust. 2 projektu umowy za każdy dzień zwłoki. Kary umowne w obecnej wysokości nie odnoszą się do wartości reklamowanego towaru, którego dotyczy uchybienie, w wielu przypadkach mogą przekraczać jego wartość. Kara w obecnej wysokości jest nieadekwatna do szkody, którą Szpital może ponieść z tytułu stwierdzonego uchybienia. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian

Projekt umowy – par. 6 ust. 4

Prosimy o odniesienie kary umownej do wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany poprzez nadanie par. 6 ust. 4 umowy następującej treści: Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości brutto części

umowy pozostałej do realizacji. w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Projekt umowy – par. 6 ust. 8

Prosimy o zmianę par. 6 ust. 8 projektu umowy np. na „Strony zastrzegają, że łączna wysokość nałożonych kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy wskazanej w par. 1 ust. 4”. Zamawiający jednostronnie zastrzegł, że łączna wysokość nałożonych kar umownych nie może przekroczyć kwoty 40 tys. zł, podczas gdy wartość umów na wiele pakietów w niniejszym postępowaniu nie przekroczy na okres 28 m-cy 40 tys. netto. Zamawiający dopuszcza więc sytuację, w której maksymalna wartość kar umownych może przekraczać wartość zawartej umowy. Kara w obecnej wysokości jest nieadekwatna do szkody, którą Szpital może ponieść z tytułu stwierdzonego uchybienia. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23.05.2024 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10:05, tym samym termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni tj. do dnia 21.06.2024 r.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
-/ Grzegorz Bełowski